



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Oława, dn. 9.02.2017r.

ZOZ/DZP/PN/3/17

### Odpowiedzi na pytania II

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego II**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/3/17

#### Pytanie nr 1

##### Dotyczy pakietu nr 25B:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Tak, przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych.

Kardiomonitor:

- producent – Spacelabs,
- rok produkcji – 2010
- model – Ultraview SL

Analizator gazów:

- producent – Spacelabs,
- rok produkcji – 2010
- model – Ultraview SL

#### Pytanie nr 2

##### Dotyczy pakietu nr 25B:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietu należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych/ zużywalnych/ części zamiennych (np. filtry, czujniki)/ zestawów serwisowych? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśniania tzw. **rażąco niskiej ceny**.

**Odpowiedź:** Tak, w wycenie usług w zakresie ww. pakietu należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych/ zużywalnych/ części zamiennych (np. filtry, czujniki)/ zestawów serwisowych.

#### Pytanie nr 3

##### Dotyczy zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców nie posiadających uprawnień do aktualizacji oprogramowania aparatury

z pakietu nr 25B? Za pośrednictwem niniejszego wniosku zwracamy uwagę, że tego rodzaju wymóg dopuszcza do udziału w postępowaniu wyłącznie autoryzowany serwis, a więc tylko jednego wykonawcę. Zamówienie w zakresie ww. pakietu pozbawione jest zatem jakiegokolwiek konkurencji. Także w kontekście tego wymogu, przyjęte dla pakietu nr 25B kryteria oceny ofert odnoszące się do posiadania autoryzacji powodują, że punkty w tym kryterium uzyska wyłącznie jeden wykonawca (autoryzowany serwis). Inni wykonawcy, z uwagi na wymóg aktualizacji oprogramowania pozbawieni są możliwości udziału w postępowaniu, a to z kolei rażące naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., Poz. 2164 z późn. zm.).

W związku z powyższym wnioskujemy o wyłączenie z zakresu przeglądu w zakresie pakietu nr 25B obowiązku aktualizacji oprogramowania

i dopuszczenia do udziału w postępowaniu wykonawców nie posiadających autoryzacji producenta, ale w celu zapewnienia bezpiecznej

i efektywnej realizacji usług, posiadających dostęp do wiedzy technicznej, instrukcji i części serwisowych oraz wdroży w strukturach swojej działalności System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie *sprzedaży, instalacji i serwisu urządzeń medycznych* oraz PN-EN ISO 9001:2015, który także dotyczy *sprzedaży, instalacji i serwisu urządzeń medycznych*? Tego rodzaju procedury, zapewniają zamawiającemu współpracę z wykonawcą, którego działalność w zakresie zarządzania jakością na poziomie instalacji i serwisu urządzeń medycznych podlega regularnym audytom podlegającym Polskiemu Centrum Akredytacji oraz specjalistycznym procedurom, które dodatkowo wzmacniają jakość oraz sprawność świadczonych usług.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawców nie posiadających uprawnień do aktualizacji oprogramowania aparatury z pakietu nr 25B. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielegniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28