



Odowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze późn. zm. Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu jednorazowego, wielorazowego i leków**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/5/17

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadanie 3 na zaoferowanie klipsów tytanowych średnio-dużych o wymiarach przed zamknięciem 7,8 mm i 9 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 20 magazynków w opakowaniu, posiadające zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę konfekcjonowania magazynków po 6 klipsów zgodnie z regułą matematyczną. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy zadanie nr 2 poz. 1,3

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 1, 3 dopuści wycenę x5 fiolek z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu konfekcjonowania w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań x 5 fiolek.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakiet 7, pozycja 1

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m². Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwięzana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 120 opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 7 Dotyczy Zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w sześciu rozmiarach przyjętych przez producenta od 0 do 5 zamiast od 1 do 6. spełniające pozostałe wymagania? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary 0-5 pod warunkiem, że maski będą zabezpieczały każdą grupę pacjentów od noworodków do dorosłych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 Dotyczy Zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15 cm, spełniający wszystkie pozostałe wymagania? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę długości łącznika do 20% w górę, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 Dotyczy zadanie nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 Zadania 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 22 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę średnicy pętli do 10 % w dół, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 Dotyczy zadania nr 5



Czy Zamawiający w pozycji 7 Zadania 5 dopuści zaoferowanie igieł o długości 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę długość igły do 10 % w górę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 11 Dotyczy zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjki do mycia ciała pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 12 Dotyczy zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjki do mycia ciała pakowane a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 13 Dotyczy zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie jednostkowe posiadało graficzną instrukcją stosowania oraz skład?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości asortymentu będącego treścią pakietów niniejszej specyfikacji bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie załącznik nr 5a & 1 ust.4 na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości asortymentu będącego treścią pakietów niniejszej specyfikacji bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Pytanie nr 15 Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia Zamawiający może dokonać zakupu interwencyjnego u innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z płacenia kary umownej z tytułu nie dotrzymania terminu dostawy.”

Odpowiedź: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, jeżeli:”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie załącznik nr 5a & 7 ust.2 na następujący:

„Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, jeżeli:

- Wykonawca nienależycie wykonuje postanowienia niniejszej umowy;
- Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy;
- nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi
- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp”

Pytanie nr 18 Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 19 Dotyczy warunków umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść wierzitelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 Dotyczy zadania nr 5

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 3, 4 i 7 do oddzielnego pakietu np. 5A i możliwość zaoferowania w ramach tych pozycji:

- w poz. 1 – ustniki zgodnie z SIWZ,
- w poz. 2 – kleszczyki zgodnie z SIWZ, dodatkowo ze szlifowaną końcówką dystalną na odcinku 20cm,
- w poz. 3 – średnica pętli 20 mm (zamiast 15mm), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ,
- w poz. 4 – średnice pętli obrotowych 15mm i 25mm (zamiast 20mm), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ,
- w poz. 7 – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różnicę w średnicy dla pozycji 3 i 4 do 10% w górę, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Dla zadania nr 5 poz. 1,2,7 parametry i zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21 Dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający wymaga, żeby optyka posiadała system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 22 Dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający wymaga, żeby był na optyce nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki, a także nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nadrukowanie oznaczenia modelu, numeru seryjnego i średniej.

Pytanie nr 23 Dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający wymaga, żeby optyka posiadała oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 24 Dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający w ramach rozliczenia i otrzymania lepszych warunków cenowych zobowiązuje się oddać 1 zużytą optykę?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 Dotyczy zadania nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawiania próbek na wezwanie Zamawiającego, na asortyment w poz. 1. Prośbę swą motywujemy tym, że produkty tego typu są produkowane na specjalne zamówienie klienta. Wykonawca oferuje oryginalne produkty K. STORZ jak dotychczas stosowane w Państwa placówce.

Odpowiedź: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia próbki w przypadku wątpliwości, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 26 Dotyczy zadania nr 13

Prosimy o informację dotyczącą terminu związania ofertą, gdyż istnieje rozbieżność pomiędzy SIWZ, a formularzem ofertowym.

Odpowiedź: Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej www.zozolawa.wroc.pl poprawiony druk oferty.

Pytanie nr 27 Dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 aby stworzyć zjawisko „zdrowej konkurencji” zezwoli i wymaga w zadaniu nr 6 na zaoferowanie poniższego asortymentu:

1. Zestaw worków jednorazowych typu Endo Pouch, składający się z odłączalnego worka i tuby, worek wyposażony w drut z pamięcią kształtu, tuba odłączalna dwuczęściowa teleskopowa, wymiary worka 10x9x14,5 cm cm, pojemność worka 250 ml, sterylne, opakowanie po 5 szt.





tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

2. Zestaw worków jednorazowych typu Endo Pouch, na sztywnym metalowym ramieniu, wymiary worka 10x13x18 cm, worek nieodłączany, dedykowane do trokarów 10 mmuchwyt na 3 palce, pojemność worka 250 ml, ułatwiający aplikację, sterylne, opakowanie 5 szt.

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, przeliczenie konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, przeliczenie konfekcjonowania zgodnie z metodą matematyczną.

Pytanie nr 28 Dotyczy Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje maski wielorazowej, pełnotwarzowej, do nieinwazyjnej wentylacji oraz CPAP, obejmującej wyłącznie usta i nos pacjenta, wyposażonej w wsparcie czołowe z możliwością regulacji nachylenia za pomocą wbudowanego w maskę pokrętła. Wszystkie elementy wspierające się na twarzy pacjenta wyposażone w poduszki żelowe zapewniające szczelność oraz komfort pacjenta. Maski łatwej w montażu, wyposażonej w dedykowaną opaskę mocującą z unikalnymi zatrzaskami magnetycznymi, zapewniającymi szybkie i łatwe pozycjonowanie maski.

Wyposażonej w port kapno oraz niebieskie obrotowe kolanko w zakresie 360 stopni. W zestawie szablony rozmiarowe dla łatwej identyfikacji rozmiaru maski S, M lub L. Maski nie zawierającej: lateksu, PVC, DEHP, DBP, BBP, PBB, PBDE ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga maski pełnotwarzowej, wielorazowej do nieinwazyjnej wentylacji i CPAP z wszystkimi niezbędnymi opaskami do prawidłowego montażu i użytkowania.

Pytanie nr 29 Dotyczy Zadanie 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji myjek do mycia ciała pacjenta nie podlegających Ustawie o Wyrobach Medycznych i Ustawie o Prawie Farmaceutycznym, podlegających stawce podatku VAT w wysokości 23% w opakowaniu po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych opakowań tj. 120 opakowań

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 7 poz. 1 wyrób niemedyyczny oraz dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 30 Zadanie 9 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie martwej przestrzeni o długości 12 centymetrów? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 20 % w górę zmiany w długości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31 Dotyczy zapisów SIWZ wraz z załącznikami

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 Dotyczy zapisów SIWZ wraz z załącznikami

Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 4, 5 projektu umowy oraz Rozdział VII pkt 6 SIWZ na następujący: „W przypadku reklamacji zamawiającego, co do jakości/ilości przedmiotu zamówienia wykonawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad/ brakujące ilości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 Dotyczy zapisów SIWZ wraz z załącznikami

Zwracamy się z prośbą o zmianę §9 projektu umowy na następujący: „Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie może odmówić zgody na cesję wierzytelności bez uzasadnionej przyczyny. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 Dotyczy zapisów SIWZ wraz z załącznikami

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 ust 2 w następujący sposób: „2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

- Wykonawca uporczywie i nienależycie wykonuje postanowienia niniejszej umowy;
- wykonawca **co najmniej 3-krotnie** nie dotrzymał terminu dostawy
- nie wykonał **co najmniej 3-krotnie** w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi”



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Uwaga w przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania ilości należy przeliczenia do pełnego opakowania zgodnie z zasadą matematyczną (od 0,1-0,5 w dół, 0,5 i powyżej w górę).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko


DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie
lek. med. Andrzej Dronsejko