



Oława, dn. 30.04.2024r.

ZOZ/DZP/PN/12/24

Odpowiedzi na pytania II

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132, na: **Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzupełnienie**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/12/24

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie ulepszonego produktu w pakiecie 49 pozycja nr 1. Zamiast: Doustny preparat skład: z L - arginina 5 g na porcję, hydrolizat kolagenu, witaminy A i C oraz chelat cynku. Dla pacjentów z odleżynami i trudno gojącymi się ranami. Recomed na odleżyny i rany.

Recomed SKIN żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w odleżynach i trudno gojących się ranach.

Smak cytrynowy:

białko kolagenowe hydrolizowane, maltodekstryna, L-arginina, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, L-cytrulina, L-cysteina, aromaty, substancje słodzące: acesulfam K i sukraloza, witamina C (kwas L-askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), cynk (diglicynian cynku), ryboflawina, witamina A (octan retinylu), jod (jodek potasu), D-biotyna. opakowanie 10 saszetek gramatura 25g.

Wartość odżywcza 100 g 1 porcja

Wartość energetyczna 1680/400 420/100 kJ/kcal

Tłuszcz 0 0 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 0 g

Węglowodany 20 5 g

w tym cukry 2 0,5 g

Białko 80 20 g

Sól 0 0 g

Peptydy kolagenowe 20 5 g

L-arginina 20 5 g L-cytrulina 10 2,5 g

L-cysteina 1,4 0,5 g

Witamina A 720 180 µg

Witamina C 88 22 mg

Ryboflawina 2 0,5 mg

Niacyna 12 3 mg

Biotyna 30 7,5 µg

Cynk 6 1,5 mg

Jod 140 35 µg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Zadania 50

W związku z tym, że do przeprowadzenia zabiegu z wykorzystaniem asortymentu z Zadania 50 konieczne jest użycie zestawu instrumentarium - prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres instrumentarium dla Zadania 50 zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem. Taki zapis pozwala Zamawiającemu na dostosowywanie ilości zdeponowanych zestawów do potrzeb zabiegowych jednostki.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3

Dot. Zadania 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie depozytu implantów, którego ostateczny kształt i zakres zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Dot. § 1 ust. 3 oraz § 5 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień i zgłaszania wad poprzez faks/telefonicznie?

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 301-13-03

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień. W przypadku zamówienia/zgłoszenia telefonicznego żadna ze stron nie będzie posiadała złożenia takiego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie nr 5

Dot. § 4 ust. 9 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktury wyłącznie w formie elektronicznej w formacie PDF na adres email?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. § 5 ust. 4 wzoru umowy oraz rozdz. VI ust. 11 SWZ – Zadanie 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie towaru zamiennego w terminie do 48 godzin?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Dot. § 5 ust. 5 wzoru umowy oraz rozdz. VI ust. 12 SWZ – Zadanie 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie braków ilościowych w terminie do 48 godzin?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Dot. § 8 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie limitu kar umownych do wysokości 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Zad. 46

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji dostawy do **15 tygodni** kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materace nie będące wyrobem medycznym, ale stanowiące integralną część stołu operacyjnego który posiada wymagane certyfikaty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 40

Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ;

Parawan teleskopowy przyścienny z zasłonką o poniższych parametrach

PARAMETRY:

- w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9;
- wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych, wysuwanych
- teleskopowo czterech elementów rurowych, wyposażony w uchwyty zasłonki,
- mocowany do ściany za pomocą kołków
- Wymiary:
 - długość w stanie złożonym: 700 mm
 - długość w stanie rozłożonym: 2000 mm
 - regulacja wysięgnika w poziomie w zakresie: 180°
- Zasłonka wym. 205 x 150 cm (szer.x wys.) z materiału - poliester z wodoodporną powłoką.

Możliwość wyboru kolorów określonych w parametrach opisanych w SWZ.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 40

Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ;

Parawan mobilny jednoskrzydłowy

PARAMETRY:

- stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały,
- wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm,
- wszystkie z blokadą
- wypełnienie stanowi zasłona z materiału - poliester z wodoodporną powłoką, w kolorze niebieskim (ZP3)
- Wymiary: 1200x1700 mm [szerokośćxwysokość]
- szerokość podstawy - 500 mm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Zadanie nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 10 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Zadanie nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 3 ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z gładką gąbką na górnej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 16

Zadanie nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę bez ftalanów z zaworem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wielorazowa maskę o parametrach:

Cechy techniczne :

- maska pełnotwarzowa (obejmująca oczy, nos i usta)
- dostarczana z dyfuzorami lepiej rozprowadzającymi powietrze wewnątrz maski
- brak przestrzeni martwej
- 5 punktowa uprząż na rzepy i klipsy ułatwiające zapinanie
- większa przestrzeń na nos
- specjalny port do przełożenia sondy do odżywiania pacjenta
- na specjalne życzenie opcjonalna możliwość wykonania bronchoskopii
- maska wielorazowa do sterylizacji w autoklawie 134st.C
- możliwość 10 krotnej sterylizacji (do daje możliwość 11 krotnego użycia)
- zastosowanie specjalnej identyfikacji ilości sterylizacji przez które przeszła maska
- możliwość zastosowania złączy z portem wydechowym jak i bez niego
- zastosowanie portu wdechowego i wydechowego zapobiegającego oddechowi zwrotnemu.

Dostępna w rozmiarach S, M, L , XL.

Charakteryzuje się podwójnym połączeniem wlotowym i wylotowym 22M. Złącze wylotowe jest dostarczane zarówno w wersji wentylowanej, jak i niewentylowanej. Wielorazowe pełnotwarzowe maski do nieinwazyjnej wentylacji.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny pediatryczny obwód oddechowy o opisie:

- 2 rury - rozciągliwe, karbowane, dł. 160 cm
- Dodatkowe ramię - rozciągliwe, karbowane, dł. 100 cm
- 1 l worek bezłateksowy
- Mikrobiologicznie czysty
- Sztywne końcówki
- Wykonany z PP i EVA
- Opakowanie całe z PE
- Opakowanie papier folia

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 19

Zadanie nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez kapturka zabezpieczającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Zadanie nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny obwód oddechowy wykonany z pcv, gładki wewnątrz, złożony z 2 rur 180 cm, dodatkowej rury 120cm oraz bezlateksowego worka 2L, bez czerwonego kapturka, pakowany w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Zadanie nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści sterylny łącznik wykonany z pcv?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Zadanie nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system do zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylne
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Zadanie nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga sterylnego systemu do zbiórki stolca?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Zadanie nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)), nieprzezroczysty, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Zadanie nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści skalę głębokości co 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Zadanie nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści znaczniki głębokości w postaci dwóch półpięścieni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27:

Zadanie nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość rurki zawierającą się w przedziale od 170 mm do 325 mm?



Pytanie nr 28

Zadanie nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stały, niezdejmowalny łącznik 15 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści równoważną rurkę tracheostomijną z ruchomym szyldem długą, dłuższa zarówno część proksymalna jak i dystalna, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości rurki, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, z prowadnicą i dwoma tasemkami mocującymi, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiary Od 7,0 d0 10,0 co 1,0?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Zadanie nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści równoważną rurkę tracheostomijną z ruchomym szyldem długą, dłuższa zarówno część proksymalna jak i dystalna, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości rurki, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, z prowadnicą i dwoma tasemkami mocującymi, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiary Od 7,0 d0 10,0 co 1,0?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Zadanie nr 14 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści oba mankiety wykonane z PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Zadanie nr 14 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści baloniki kontrolne opisane odpowiednio nazwą danego mankietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Zadanie nr 14 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Zadanie nr 14 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach:

Rodzaj filtracji: elektrostatyczna

Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

Wymiennik ciepła i wilgoci: brak

Przestrzeń martwa: 35ml

Waga: 22g

Objętość oddechowa: 150-1500ml

Skuteczność nawilżania: nie dotyczy

Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min

Złącza: 22M/15F-22F/15M

Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

Opakowanie: papier/folia



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 14 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści równoważną rurkę tracheostomijną z ruchomym szyldem, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet w kształcie walca niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości rurki, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, z prowadnicą i dwoma tasiemkami mocującymi, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiary Od 7,0 do 10,0 co 1,0?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36

Zadanie nr 14 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiary o średnicach zewnętrznych:

- 6,5 – śr. zewn. 8,9 mm;
- 7,0 – śr. zewn. 9,7 mm;
- 7,5 – śr. zewn. 10,3 mm;
- 8,0 – śr. zewn. 11,0 mm;
- 8,5 – śr. zewn. 11,7 mm;
- 9,0 – śr. zewn. 12,3 mm;
- 10,0 – śr. zewn. 13,7 mm;

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 37

Zadanie nr 14 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurkę bez oznaczeń średnicy wewn. i zewn. oraz rozmiaru serii oznaczonych na szyldzie rurki wraz z kodowaniem kolorystycznym uzależnionym od rozmiaru rurki? Wszystkie te informacje są umieszczone na opakowaniu rurki, wobec czego umieszczanie ich bezpośrednio na rurce nie ma żadnego uzasadnienia użytkowego, a jest jedynie powodem wyższej ceny takiego produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system zamknięty do odsysania pacjenta o opisie:

Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl

Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)

Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”

Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm

System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

Pakowana folia/papier

Długość ch 14,16 - dla intubacji 600mm

Długość ch 14,16 - dla tracheostomii 330mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fiolkę soli fizjologicznej o pojemności 10 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy zadania nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne. Ostrza ogólnego zastosowania do owłosienia ciała, Wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę. Wysokość cięcia 0,21 mm, szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką z nieruchomą głowicą firmy Becton Dickinson model: 5513E, które chcemy zaproponować w pozycji 2.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy §1 ust. 7 wzoru umowy:

Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisu dot. naliczania kary umownej, gdy wystąpił zakup interwencyjny.

Zamawiający w przypadku zakupu interwencyjnego obciąży wykonawcę różnicą w cenie, zatem dodatkowe nakładanie kary jest nieuzasadnione.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy §8 ust. 7 wzoru umowy:

W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 100% wartości umowy jest za wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30%. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu nie przekraczającego 30% wartości umowy (danej części) i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie dla pakietu 17 i 47.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy załącznika nr 8 – Oświadczenie

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu 17 i 47 są wyroby medyczne, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie podlegają Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.), ani Ustawie z dnia 30.03.2001r. o kosmetykach (Dz.U. 2018 poz. 2227) – prosimy o modyfikację powyższego oświadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający prosi o odpowiednią modyfikację oświadczenia w zależności od przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 44

Pakiet 53 poz.1

Czy Zamawiający dopuści Rękawice równoważne o poniższych parametrach

powierzchnia zewnętrzna: z wykończeniem mikroteksturowanych na zewnątrz, chlorowana

powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowana

średnia wartość siły zrywu: przed starzeniem: 19,8 N

średnia wartość siły zrywu: po starzeniu: 15,6 N

średnie wydłużenie: przed starzeniem: 700%

średnie wydłużenie: po starzeniu: 550%

typowa grubość (palec/dłoń/mankiet)

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 301-13-03
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
o typowej grubości ścianki na palcu: $0,22 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,20 \pm 0,02$ mm, mankiecie: $0,20 \pm 0,02$ mm
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45

Pakiet 53 poz.2

Czy Zamawiający dopuści Rękawice równoważne o poniższych parametrach

średnie wydłużenie: przed starzeniem: 700%

średnie wydłużenie: po starzeniu: 550%

zgodność z normami produktowymi

ASTM D6978, EN 16523-1, EN 388:2016, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 i -4, EN ISO 374-5:2016, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, ASTM F1671.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46

Pakiet 53 poz.3

Czy Zamawiający dopuści Rękawice równoważne o poniższych parametrach

wykończenie mankietu: prosty

średnie wydłużenie: przed starzeniem: $\geq 700\%$

średnie wydłużenie: po starzeniu: $\geq 550\%$

typowa grubość (palec/dłoń/mankiet): $(0,20 \pm 0,02)/(0,18 \pm 0,02)/(0,16 \pm 0,02)$ mm

długość: min.290 mm

zgodność z normami produktowymi

EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2-4, EN ISO 374-5:2016, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, ASTM F1671

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47

Zadanie 4 pozycja 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : zestaw składającego się z:

- szczoteczki
- saszetki z 0,12% chlorheksydyną 12ml,
- saszetki z żelem do mycia zębów
- szpatułki z gąbką,
- kieliszka.

Szczoteczka do zębów z wbudowanym złączem do linii odsysającej, bez konieczności stosowania dodatkowej końcówki typu yankuaer.

Cała szczoteczka wykonana z jednego odlewu, co eliminuje ryzyko wypadania włosa.

Mała główka pozwala na stosowanie szczoteczki zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Długa, smukła szyjka szczoteczki pozwala na dotarcie do wszystkich obszarów jamy ustnej.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

Zadanie 45 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego bez filtrów.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49

Zwracamy się z prośbą o ustalenie limitu kar do poziomu 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy ze względu na aktualną linię orzeczniczą sądów powszechnych, limit kar umownych, którego wysokość w stosunku do wartości umowy oscyluje w granicach kilkudziesięciu procent, jest uznawany za nadmierny w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. (np. wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.; sygn. akt: VI Ga 173/13, w którym za niewspółmierną uznano karę umowną w wysokości 43% wynagrodzenia). Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50

Zadanie 11, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

Zadanie 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o wymiarach 1,3x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

Zadanie 11, pozycja 7

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

Zadanie 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji o następujących właściwościach:

- wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) kłapką
- elastyczna komora kroplowa
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200µm
- miękki elastyczny dren o długości min. 150cm
- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorną i zaczep na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- dostępny w wersji bez ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrządu?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

Zadanie 11, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp o długości 150 cm lub 45cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55

Zadanie 11, pozycja 11

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 56

Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57

Zadanie 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach 245x105x125mm o pojemności 875ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 59

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

Zadanie 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'120 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61

Zadanie 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści basen o maksymalnej pojemności 2l pakowany a'120szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 62

Zadanie 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'400 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?



Pytanie nr 63

Zadanie 15, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności maksymalnej 900ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 64

Zadanie 15, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 65

Zadanie 15, pozycja 6,10

Czy Zamawiający dopuści miskę o wymiarach 315x225x110mm, wadze 65g +/- 6g z czasem nasiąkania do 4h z odpornością temperatury 35°C +/- 3 °C?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 66

Zadanie 15, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści miskę małą o wymiarach 2440x179x80mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 67

Zadanie 15, pozycja 1,2,5,7

Czy Zamawiający dopuści produkty posiadające znak CE na produkcie jednostkowym oraz nazwę producenta na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68

Zadanie 21, pozycja 1

Czy Zamawiający miał na myśli stażę bezlateksową?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli opaskę uciskową do niedokrwienia.

Pytanie nr 69

Zadanie 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę staży bezlateksowej o wymiarach 25x450mm pakowaną na rolce a'25 sztuk z zaokrągleniem w górę do 1 opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 70

Zadanie 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiety rolowane, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein ≤30 µg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N, po starzeniu min.14N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Średnie wydłużenie przed starzeniem min. 750%, po starzeniu min. 560%. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 71

Zadanie 53, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kolor naturalnego lateksu, mankiety rolowane, mikroteksturowane na całej powierzchni zewnętrznej, długość minimalna rękawicy 278mm, grubości na palcu 0,22±0,02mm, dłoni 0,19±0,01mm, mankiecie



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
0,17±0,01mm. Polimerowane i chlorowane obustronnie. Kształt rękawicy anatomiczny. Średnia siła zrywu przed starzeniem 19N, po starzeniu 16N. Średnie wydłużenie przed starzeniem min. 750%, po starzeniu min. 560%. Poziom białek lateksowych: max 33µg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej, AQL: 0,65- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Rękawice pakowane podwójnie, opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary: 6.0-9.0?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 72

Zadanie 53, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpydrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25µg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Średnie wydłużenie przed starzeniem min. 780%, po starzeniu min. 780%. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności) oraz przebadane zgodnie z wymaganiami normy ASTM D6978. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Opakowanie zbiorcze: 40 par w dyspenserze (4 dyspensery w kartonie). Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6.0-9.0?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 73

Zadanie 53, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpydrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,15±0,02mm, na mankiecie 0,13±0,02mm, długość min 278mm, poziom protein lateksowych poniżej 35µg/g, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 15N, po starzeniu min. 13N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455, nie starszymi niż 2016 r. Średnie wydłużenie przed starzeniem min. 750%, po starzeniu min. 560%. AQL 0,65 - potwierdzone badaniami wg EN 455-1 z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN ISO 374-1,2,4,5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. . Opakowanie zbiorcze: 50 par w dyspenserze (4 dyspensery w kartonie). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6.0-8.5?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 74

§ 8 ust.1

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,5 % do 0,2 %, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej kary umownej wartości brutto niniejszej umowy do poziomu 10% wartości netto zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 76

Zadanie nr 36 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika wypełnionego 0,9% NaCl o pojemności 350 ml, z możliwością stosowania u jednego pacjenta, w zestawie z niesterylną złączką do podłączenia do reduktora tlenowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77

Zadanie nr 36 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika wypełnionego 0,9% NaCl o pojemności 500 ml z możliwością stosowania u jednego pacjenta, z możliwością stosowania od otwarcia butelki nawet do 70 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78

Zadanie nr 36 poz. 2

Czy Zamawiający poprzez wyrażenie: „pozostaje sterylne przez 30 dni” miał na myśli możliwość stosowania do 30 dni od otwarcia butelki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 79

Zadanie nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek chłonnych w op. a'30 szt. z odpowiednim przeliczaniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80

Zadanie nr 35 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek chłonnych bez tasiemki do zawijania zużytego wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81

Zadanie nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przedmiocie zamówienia złożenia oferty na pieluchomajtki dla dzieci w przedziale wagowym 2 - 5kg, które posiadają wycięcie w okolicy pępka, które daje możliwość kontrolowania procesu gojenia się bez konieczności odpinania pieluchy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82

Zadanie nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek o wadze 3-6 kg, 7-11 kg, 10 -14 kg, 13-20 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83

Zadanie nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylniej ze skrzydełkami 0,7 24G dł. 19 mm przepływ 18ml/min, wykonanej z teflonu PTFE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84

Zadanie nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylniej ze skrzydełkami 18G 1,3 dł. 45 mm, wykonanej z teflonu PTFE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85

Zadanie nr 11 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie:

- osłonka igły biorczej

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 301-13-03
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

- igła biorcza dwukanałowa wykonana z ABS
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego
- komora kroplowa z PVC, 80 mm w części przezroczystej
- całkowita długość komory kroplowej 100 mm
- oznaczenie AD na komorze kroplowej
- filtr krwi o wielkości oczek 200 μ m
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym
- klapka w kolorze czerwonym
- zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę i uchwytem na dren
- dren z PVC bez ftalanów o długości 150 cm
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86

Zadanie 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę stazy bezlateksowej w kolorze niebieskim lub różowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający w Zadaniu 11 poz. 5 ze względu na zakończoną produkcję wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający w Zadaniu 11 poz. 7 dopuści wycenę przyrządu TS o pojemności komory 22ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający w Zadaniu 11 poz. 11 dopuści wycenę przyrządu typu spike? Poniżej opis:

„Przyrząd jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku z butelek, posiada filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 μ m, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, kompatybilne z opakowaniami opakowań płynów infuzyjnych typu butelka” ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający w Zadaniu 11 poz. 11 miał na myśli urządzenie typu kolec przelewowy, przeznaczony do przelewania lub mieszania sterylnych płynów / leków w systemach zamkniętych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kolec do nabierania leków z łącznikiem luer lock bez filtra.

Pytanie nr 91

Pkt 1. Pakiet 9

„Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy uchwyt z elektrodą szpatułkową, 2 przyciski. – pakowany po 25 sztuk.?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92

Pkt. 9 pakiet 9

„Czy Zamawiający dopuści Kulka prosta 6 mm, dł. 115 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 93

Pkt 1. Zadanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy uchwyt z elektrodą szpatułkową, 2 przyciski. – pakowany po 25 sztuk.?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94

Pkt. 9 zadanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści Kulka prosta 6 mm, dł. 115 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95

Pkt 8 Zadanie nr 1

Czy zamiawiający dopuszcza kabel 2 pin o rozstawie 22 mm, długość 5 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96

Zadanie nr 53 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na palcach i wnętrzu dłoni, silikonowanej, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana, wykończenie mankietu: rolowany. Typowe grubości: palec 0.25 ± 0.03 mm, dłoń 0.21 ± 0.02 mm, mankiet 0.17 ± 0.02 mm. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem 17N, po starzeniu 15N, wydłużenie przed starzeniem min. 840%, po starzeniu min. 810%. Rękawice zarejestrowane w klasie IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 97

Zadanie nr 53 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga zgodności z normą ISO 9001 (w miejsce ISO 900).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wymaga.

Pytanie nr 98

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w zadaniu nr 28 poz. 1 dopuści reduktor tlenowy przepływ 0-25 l/min z zintegrowanym dozownikiem? Proponowany reduktor tlenowy jest obecnie dostarczany do Państwa Szpitala na podstawie wcześniejszych umów przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 99

Prosimy o wyjaśnienie jakiej ilości reduktorów w zadaniu nr 28 poz. 1 z szybkozłączem DIN wymaga Zamawiający a jaką ilość reduktorów z szybkozłączem AGA?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100

Prosimy o wyjaśnienie jakiej ilości dozowników w zadaniu nr 28 poz. 2 z wtykiem DIN wymaga Zamawiający a jaką ilość dozowników z wtykiem AGA?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 101

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w zadaniu nr 28 poz. 3 dopuści regulator próżni, którego całkowita długość (z podłączonym już pojemnikiem bezpieczeństwa) wynosi ok. 23 cm? Proponowany regulator próżni jest obecnie dostarczany do Państwa Szpitala na podstawie wcześniejszych umów przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 102

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści pojemnik zabezpieczający w zadaniu 28 poz. 4 kompatybilny z oferowanym regulatorem próżni o pojemności 50 ml, wykonany z polisulfonu, z zaworem odcinającym. Pojemność tego elementu nie ma wpływu na funkcjonowanie, pojemnik zabezpieczający służy tylko do zabezpieczenia regulatora przed



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
zalaniam. Proponowany pojemnik bezpieczeństwa jest obecnie dostarczany do Państwa Szpitala na podstawie wcześniejszych umów przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 103

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w zadaniu 28 poz. 5 pojemnik słój bezpieczeństwa nie zarejestrowany jako wyrób medyczny, nie posiadających znaku CE i deklaracji zgodności oraz o stawce VAT w wysokości 23%. Proponowane słoiki bezpieczeństwa są używane przez Państwa placówkę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 104

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z dostarczenia urządzenia zastępczego na czas rozpatrzenia reklamacji dot. zadania nr 28. Takie wymaganie w praktyce oznacza, że Wykonawca zamiast jednego urządzenia powinien zakupić dwa urządzenia. Ponadto posiadanie na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy, powoduje uwzględnienie jego kosztów w cenie oferty. Rezygnacja z zapisów dot. wymiany dostarczenia sprzętu pozwoli Wykonawcy przedstawić ofertę korzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 105

Zadanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 106

Zadanie 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniło jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalało na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 107

Zadanie 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, tak jak obecnie stosowane, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym tj zaoferowanie 1433op po 340ml, ze sterylne zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenu etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie pojedynczego opakowania napisy w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 108

Zadanie 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml, tak jak obecnie stosowane, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym tj zaoferowanie 308 op po 650ml ze sterylne zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenu etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie pojedynczego opakowania napisy w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.



Pytanie nr 109

Zadanie 36

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w pozycji 1 i 2 na każdej pojedynczej butelce ze sterylną wodą mają znajdować się napisy w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 110

POZ. 1 i 2:

W celu zachowania konkurencyjności i porównywalności złożonych ofert, zwracamy się z prośbą o podanie całkowitego zapotrzebowania na sterylną wodę do tlenoterapii w ml z koniecznością dokonania właściwego przeliczenia ilości oferowanych pojemników w zależności od ich pojemności (z zaokrągleniem liczby szt pojemników do pełnych opakowań w celu pokrycia całkowitego zapotrzebowania Zamawiającego). Nadmieniamy, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz treścią udzielonych wyjaśnień, Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na pojemniki o różnych pojemnościach tj. W poz. 1 – 325ml, 340ml lub 350ml oraz w poz. 2 – 450ml, 500ml i 600ml. Jednocześnie nie jest wymagane przeliczenie ilości pojemników w formularzu cenowym. Oznacza to, iż Zamawiający otrzyma oferty przetargowe na różną, nieporównywalną ilość wody do tlenoterapii.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 111

Pakiet 17 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki innej niż strzygarka 3M, z nieruchomą głowicą.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 112

Pakiet 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy innych niż do strzygarek 3M w przypadku nieodpłatnego użyczenia strzygarek na czas obowiązywania umowy. Szerokość ostrza 31,3mm, umożliwiające wymianę bezdotykowo, pakowane 1szt/blister 50blistrów/pudełko.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 113

Zadanie 18, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci o wadze 8-14 kg w miejsce 8-18 oraz 9-15 kg w miejsce 9-20?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

Z-ca Dyrektora Anna Kotala