



ZOZ/DZP/PN/13/19

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę opatrunków i obłożeń oraz sprzętu medycznego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/13/19

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli opatrunek na twarz w rozmiarze 25x25cm? Pragnę poinformować, że opatrunek na twarz 24x24cm nie występuje.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru do 5% w górę. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 Dotyczy zadania nr 6 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 pozycja 3 plastry do mocowania wkłuc pediatryczne, które zostały specjalnie zaprojektowane do wykorzystania na oddziałach pediatrycznych w rozmiarze 5 x 6 cm ? Plastry przy zakładaniu nie przekraczają się, są bezpośrednio zintegrowane z 2 dodatkowo sterylnymi paskami. Ponadto są wodoodporne na całej powierzchni opatrunku, poprawiają stabilność cewnika i do minimum ograniczają rozciągnięcie go. Nie skleją się przy aplikacji, dzięki przezroczystej folii umożliwiają ciągłą obserwację miejsca wkucia. Wycięcie w kształcie litery U umożliwia skrzyżowanie skrzydełek dla lepszego zamocowania cewnika, nie zawierają lateksu są hipoalergiczne. Produkt sterylny, medyczny.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 Dotyczy zadania nr 6 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 pozycja 4 plastry do mocowania wkłuc pediatryczne, które zostały specjalnie zaprojektowane do wykorzystania na oddziałach neonatologicznych oraz pediatrycznych w rozmiarze 3,5 x 4,7 cm ? Plastry przy zakładaniu nie przekraczają się, są bezpośrednio zintegrowane z 2 dodatkowo sterylnymi paskami. Ponadto są wodoodporne na całej powierzchni opatrunku, poprawiają stabilność cewnika i do minimum ograniczają rozciągnięcie go. Nie skleją się przy aplikacji, dzięki przezroczystej folii umożliwiają ciągłą obserwację miejsca wkucia. Wycięcie w kształcie litery U umożliwia skrzyżowanie skrzydełek dla lepszego zamocowania cewnika, nie zawierają lateksu są hipoalergiczne. Produkt sterylny, medyczny.



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 Dotyczy zadania nr 6 pozycja 3 oraz 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 3 oraz 4 z zadania 6 do oddzielnego zadania. Zmiana konfiguracji pakietu umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców co będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność ofert i obniżenie ceny.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 16

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe schładzające z substancją aktywną, w skład której wchodzi olejek z drzewa herbacianego oraz 96% wody?

Opatrunki hydrożelowe wyżej opisane można stosować zarówno przy opatrywaniu ran powierzchniowych skóry (otarcia, zadrapania, skaleczenia), jak i przy ranach głębokich. Preparaty działają chłodząco, zmniejszają obrzęk i ból oraz zabezpieczają rany przed zakażeniem. Opatrunki hydrożelowe nie przywierają do ran oparzeniowych i mogą być bezboleśnie zdjęte z oparzonego miejsca nie powodując bólu u pacjenta.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 16 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy na twarz o rozmiarze 20cm x 45cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 16 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy na twarz o rozmiarze 60cm x 40cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 16 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowe o rozmiarze 10cm x 10cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 16 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowe o rozmiarze 20cm x 45cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy zadanie 19 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o wymiarach 70 x 180 cm, rozmiar warstwy chłonnej 60 x 80 cm, cały podkład pokryty włókniną, chłonność 1750 ml, zawierają superabsorbent. Opakowanie zawiera 30 szt., prosimy o zgodę na przeliczenie zamawianej ilości tj. 67 op.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie przeliczenie opakowań zgodnie z regułą matematyczną, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. zadanie nr 19 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów w innych opakowaniach niż A'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości sztuk prześcieradeł w opakowaniu zbiorczym do +/- 20%, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. zadania nr 7 poz. 1 ad.12

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji tupfer z gazy 20 -nitkowej w rozmiarze 23,5cm x 23,5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. zadania 22 poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 2 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. Zadanie nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 dot. Zadanie 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy foliowany na całej powierzchni o gramaturze 30g/m2, z poliestrowym mankietem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. Zadanie 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m2, tył wykonany polipropylenu o gramaturze 13g/m2, przód i rękawy wykonane dodatkowo z polietylenu 12g/m2?

- przód i rękawy wykonane z odpornego na krew i wirusy materiału Splash +
- tył wykonany z oddychającej włókniny
- wiązany na troki w talii oraz na szyi
- rękawy długie zakończone poliestrowym mankietem
- idealny do długotrwałych zastosowań w wilgotnych środowiskach o podwyższonej temperaturze, które wymagają oddychalności i maksymalnej ochrony
- kategoria I Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy Zadanie 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20g/m2, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 dot. Zadanie 10 poz. 5



Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy Zadanie 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m², pozostałe parametry zgodnie z siwz ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy Zadanie 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ..

Pytanie nr 21 dotyczy Zadanie 10 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o podanym rozmiarze wykonany z folii?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy Zadanie 10 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o podanym rozmiarze wykonany z włókniny?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23 dotyczy Zadanie 10 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni o grubości 0,02mm o długości do kostek tj. 180cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga fartucha o grubości minimum (\geq) 0,05 mm.

Pytanie nr 24 dotyczy Zadanie 10 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni o grubości 0,04mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga fartucha o grubości minimum (\geq) 0,05 mm.

Pytanie nr 25 dotyczy Zadanie 10 poz. 9-10,12-13

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy Zadanie 10 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 140cm x 140cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy Zadanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępianie od wymogu aby wyroby z włókniny spełniały wymogi normy EN13795 1-3, norma ta dotyczy asortymentu stosowanego bezpośrednio na bloku operacyjnym i stanowiącym sterylne obłożenie pola operacyjnego w trakcie procedur zabiegowych/operacyjnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od wymogu aby wyroby z włókniny z zadania 10 spełniały wymogi normy EN 13795 1-3. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28 dotyczy Zadanie 12 poz. 1

Czy Zamawiający serwetę samoprzylepną 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy Zadanie 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm, wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy Zadanie 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50cm x 70cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy Zadanie 12 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150 x 180cm, 150cm x 210cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie serwetę o wym. 150 x 210 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy Zadanie 12 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50 cm x 75 cm z otworem o średnicy 7cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33 dotyczy Zadanie 12 poz. 11



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy Zadanie 12 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo o wymiarach 80cm x 140 cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru serwetki do 5% w górę, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy Zadanie 12 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy Zadanie 12 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści torebkę na płyny w kształcie stożka o wym. 50x50cm?

Torebka z filtrem/sitkiem w dolnej, wewnętrznej części, usztywnieniem/kształtką metalową w górnym brzegu, portem do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37 dot. Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści produkty zapakowane w jeden karton dodatkowo z folią w środku zamiast 2 kartonów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38 dot. Zadanie 12, poz. 3-11,13

Prosimy o dopuszczenie serwetki dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwetki dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwetki dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwetek dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39 dot. Zadanie 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści spodniki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40 dot. Zadanie 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści spodniki do kolonoskopii z włókna SMS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41 dot. Zadanie 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókna wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Szyty techniką overlock. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42 dot. Zadanie 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókna Spunlace 45 g/m² oraz z włókna polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43 dot. Zadanie 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44 dot. Zadanie 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45 dot. Zadanie 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek tzw. beret z gumką na całym obwodzie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 46 dot. Zadanie 14 poz. 4-5

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47 dot. zadanie nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 1 dopuści do zaoferowania sterylnej opatrunku do mocowania cewników centralnych z laminowaną metką i jednym szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem, w rozmiarze przezroczystego okna 5,1 x 5,5 cm?. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę w rozmiarze do +/- 0,2 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 dot. zadanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 2 dopuści do zaoferowania sterylnej opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z włókninowymi laminowanymi paskami oraz włókninową laminowaną metką w rozmiarze przezroczystego okna 4,1 x 3,6 cm? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę w rozmiarze do +/- 0,2 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49 dot. zadanie nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 5 oczekuje zaoferowania opatrunku włókninowego do mocowania kaniul sklasyfikowane, zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych, jako wyroby klasy IIa? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wyrobu o powyższej kwalifikacji.

Pytanie nr 50 Dotyczy zadanie nr 10, poz. 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 10 poz. 12 jednorazowego niesterylnego podkładu wysokochłonnego dla pacjenta przeznaczony na blok operacyjny o wymiarach min. 100x220cm (+/- 5 cm), strefa absorpcyjna o wymiarach min. 50x180cm (+/-5cm), Absorpcja min. 4500 ml, pakowanego po 10 szt, oznakowanego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ lub wydzielenie pozycji 12 do odrębnego pakietu. Jednocześnie chcę zauważyć, iż w zadaniu nr 20 poz. 5 i 6 jest tożsama z pozycją 12 oraz 13 z zadania nr 10.

Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową. Pozostawienie pakietu w formie jaką opisał Zamawiający spowoduje, iż w tej części zamówienia wystartuje tylko jeden dostawca, świadomy braku jakiejkolwiek konkurencji w niniejszym postępowaniu, złoży ofertę zdecydowanie mniej korzystną cenowo. W konsekwencji, braku innych uczestników postępowania przetargowego Zamawiający przeznaczy na zamówienie większą ilość środków pieniężnych.

Dokonywany przez Zamawiającego w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. Stąd też, na Zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, podział na części oraz wydzielanie pozycji z pakietów na wniosek uczestników postępowania.

Zasady te wynikają wprost z art. 7 ust 1 i są fundamentalnymi zasadami prawa zamówień publicznych. Zamawiający ma obowiązek przestrzegania wskazanych zasad tak w fazie przygotowania postępowania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający tworząc pakiety musi więc postępować tak, aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równo traktować wszystkich wykonawców zachowując bezstronność i obiektywizm. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji jest jednym z najczęstszych zarzutów podnoszonych przez wykonawców w stosowanych przez nich środków ochrony prawnej. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pzp przedmiot zamówienia nie można opisać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję.

Nowelizacja Pzp. z dnia 22.06.2016 r., dostosowała prawo krajowe do prawa europejskiego, między innymi w zakresie konieczności podziału na części w taki sposób aby zwiększyć udział sektora



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
małych i średnich przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych. Działanie Zamawiającego zgodnie z normami dyrektywy klasycznej (art. 84) zaowocować powinno zwiększeniem konkurencji między wykonawcami. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej Zamawiający nie może odmówić wydzielenia pozycji z pakietu tłumacząc się trudnościami technicznymi oraz trudnościami skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która uzasadni brak zgody na wydzielenie ww. pozycji z pakietu oraz stosownie do art. 8, art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zadaniu 10 pozycja 12 oraz w zadaniu 20 pozycja 5,6 podał w opisie minimalne wymagania/parametry. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pozycja nr 5 i 6 z zadania oraz pozycja 12 z zadania 10 różnią się od siebie – wymiarami oraz absorpcją.

Pytanie nr 51 Dotyczy zadanie nr 10, poz. 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 10 poz. 12 jednorazowego niesterylnego podkładu wysokochłonnego pod pacjenta przeznaczanego na blok operacyjny o wymiarach strefy absorpcyjnej 90x210cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza większą sferę absorpcyjną przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 52 Dotyczy zadanie nr 19, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 19 poz. 2 jednorazowego niesterylnego prześcieradła o wymiarach 80x170 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prześcieradło o wymiarach minimalnych 80x175 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53 Dotyczy zadanie nr 19, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 19 poz. 3 jednorazowego niesterylnego podkładu z wkładem chłonnym o wymiarach całkowitych 70x180 cm, wkład chłonny o powierzchni 60x80 cm (+/- 2cm), pakowanego po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę tj. 67 opakowań, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54 dot. Zadanie 1, poz. 1-5

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 55 dot. Zadanie 1, poz.7

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56 dot. Zadanie 1, poz. 1-7

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-7 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57 dot. Zadanie 1, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści opakowania typu blister papier- papier , zbiorczo pakowane po 25 szt. w kartonik[?]

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58 dot. Zadanie 2, poz. 6

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59 dot. Zadanie 7, poz. 1-5, 33

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-5,33 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60 dot. Zadanie 7, poz. 33

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 61 dot. Zadanie 5, poz. 1-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62 dot. Zadanie 5, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63 dot. Zadanie 5, poz. 1-5

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 - 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64 dot. Zadanie 5, poz. 1-5

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65 dot. Zadanie 10, poz. 2,3,8

Czy zamawiający wydzieli poz. 2,3,8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66 dot. Zadanie 10, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67 dot. Zadanie 10, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68 dot. Zadanie 10, poz. 2

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 69 dot. Zadanie 10, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylizowany?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 70 dot. Zadanie 10, poz. 2

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 71 dot. Zadanie 10, poz. 3

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 72 dot. Zadanie 10, poz. 8

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 73 dot. Zadanie 13, poz. 9-12

Czy zamawiający wydzieli poz.9-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74 dot. Zadanie 13, poz. 11-12

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75 dot. Zadanie 13, poz. 12

Czy zamawiający dopuści czepkę typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wywinięcia, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76 dot. Zadanie 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77 dot. Zadanie 14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 78 dot. Zadanie 14, poz. 2-3

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79 dot. Zadanie 14, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepkę typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie gramaturę 25g/m² oraz podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 80 dot. Zadanie 14, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepkę typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach: w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81 Zadanie 14, poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 82 dot. Zadanie 14, poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 83 dot. Zadanie 14, poz. 4-5



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84 dot. Zadanie 14, poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85 dot. Zadanie 20, poz. 1

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych, bez etykiety samoprzylepnej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86 Dotyczy Zadanie 20, poz. 2

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych, bez etykiety samoprzylepnej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87 Dotyczy Zadanie 20, poz. 3

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych, bez etykiety samoprzylepnej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88 Dotyczy Zadanie 20, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89 Dotyczy zadania nr 10 poz. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z podkładem wysokochłonny pod pacjenta o wymiarach całkowitych 100x230 (+/-5cm) cm, strefa absorbcyjna wym. 90 x 210cm (+/- 5cm). Absorpcja 7 000 ml z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90 dot. zadania nr 10 poz. 12

W związku z dużym utrudnieniem jakim jest przenoszenie oraz przemieszczanie pacjenta na stole operacyjnym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w celu ułatwienia oraz usprawnienia pracy personelu bloku operacyjnego wymaga aby podkład wysokochłonny pod pacjenta posiadał właściwości nośne > 190 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 91 dot. zadania nr 10 poz. 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z serwetą do okrycia pacjenta wykonaną z mieszanki włókien wiskozowych i poliestrowych, włóknina typu spunlace o gramaturze 90g/m² z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92 dot. zadania nr 20 poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z serwetą do okrycia pacjenta wykonaną z mieszanki włókien wiskozowych i poliestrowych, włóknina typu spunlace o gramaturze 90g/m² z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga chłonności wskazanej powyżej.

Pytanie nr 93 dot. zadanie 10 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch foliowy przedni o grubości folii 18 mikronów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94 dot. zadanie nr 10 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch foliowy przedni o długości do kostek wykonany z folii o grubości 35 mikronów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha o grubości min. 0,05 mm.

Pytanie nr 95 dot. zadanie nr 10 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch foliowy przedni o długości poniżej kolana wykonany z folii o grubości 35 mikronów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha o grubości min. 0,05 mm.

Pytanie nr 96 dot. Zadanie 1 poz. 1-7



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97 dot. Zadanie 2

Czy Zamawiający omyłkowo zamieścił pakiety 2 i 25 z tym samym asortymentem, jednak w innych ilościach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dla zadania 2 oraz 25. Ofertę można składać na zadanie 2 oraz 25.

Pytanie nr 98 dot. Zadanie 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet operacyjnych gazowych o gramaturze min. 23g/m², pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę min. 23g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99 dot. Zadanie 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 4 cm x 5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru opatrunku, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100 dot. Zadanie 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101 dot. Zadanie 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny w rozmiarze 40x60 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102 dot. Zadanie 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty opatrunkowej o składzie 50 % bawełna i 50% wiskoza?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103 dot. Zadanie 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompres z waty celulozowej na rolce 4x5cm, rolka 2 x a500, z przeliczeniem zaoferowanych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104 dot. Zadanie 10 poz. 1, 6-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wspomnianych pozycji do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105 dot. Zadanie 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 28g/m² do 35g/m² w rozmiarze 160cm x 210cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106 Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na produkty pakowane w 1 karton?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107 dot. Zadanie 12 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze min. 54g/m² na całej powierzchni, bez dodatkowego pada chłonnego, z otworem 63x7cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 108 dot. Zadanie 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 109 dot. Zadanie 12 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x200cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 110 dot. Zadanie 12 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 111 dot. Zadanie 12 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x240cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 112 dot. Zadanie 12 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 113 dot. Zadanie 12 poz. 14



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 114 dot. Zadanie 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy o gramaturze minimum 35g/m², rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, z tyłu zapinany na rzep, w rozmiarze M-XXL. Produkt posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115 dot. Zadanie 13 poz. 2

Jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy o gramaturze minimum 35g/m², z dodatkowymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, z tyłu zapinany na rzep, w rozmiarze M-XXL. Produkt posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 116 dot. Zadanie 13 poz. 3

Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie), nogawki bez ściągaczy, Spodnie ściągane trokiem z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z 2 kieszeniami u dołu bluzy, przy szyi wykończenie typu V, Całość wykonana z włókniny SMS 100% polipropylen o minimalnej gramaturze 45 g/m² W rozmiarze S-XXL. Dostępne w 2 kolorach (niebieski, zielony).

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 117 dot. Zadanie 13 poz. 4-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118 dot. Zadanie 13 poz. 9-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 119 dot. Zadanie 13 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków o gramaturze min. 17g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą gramaturę. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 120 dot. Zadanie 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek, których zakładki boczne skierowane są do zewnątrz pakowanych po 30 szt, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 121 dot. Zadanie 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu potwierdzenia pH 5,5 certyfikatem niezależnej jednostki?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje jedynie od wymogu potwierdzenia certyfikatem niezależnej jednostki.

Pytanie nr 122 dot. Zadanie 25

Czy Zamawiający omyłkowo zamieścił pakiety 2 i 25 z tym samym asortymentem w innych ilościach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dla zadania 2 oraz 25. Ofertę można składać na zadanie 2 oraz 25.

Pytanie nr 123 dot. Zadanie 25 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne gazowe o gramaturze min. 23g/m², pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą gramaturę. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 124 dot. Zadanie 25 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 4 cm x 5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższy rozmiar, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 125 dot. Zadanie 25 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 126 dot. projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.



Pytanie nr 127 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 128 dot. Zadanie nr 4 Poz. nr 37

czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej ilości w opakowaniu opatrunku w rozmiarze 40mm x 60mm?

Czy Zamawiający oczekuje opatrunku 40mm x 60mm w ilości 6szt.?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zadaniu 4 poz. 37 doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający oczekuje wyceny opatrunku w rozmiarze 40x60 mm w ilości 6 sztuk. Zmieniony opis zadania zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego: www.zozolawa.wroc.pl.

Pytanie nr 129 dot. zadanie nr 5 Poz. nr 6-7

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania majtek siatkowych spełniających wymagania SIWZ pakowanych w opakowania a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 130 dot. zadanie nr 15 Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zastawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SIWZ w którego składzie znajdują się 3 szt. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej w rozmiarze 15cmx20cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131 dot. zadanie nr 15 Poz. nr 5

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zastawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SIWZ w którego składzie znajdują się 2 szt. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej w rozmiarze 20cmx30cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132 dot. PROJEKT UMOWY / Załącznik 5 do SIWZ

§ 8 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

UWAGA!!!

W przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko