



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Oława, dn. 9.07.2019r.

ZOZ/DZP/PN/20/19

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu i leków okulistycznych**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/20/19

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu Nr 3 Poz 1

Czy zamawiający dopuści następujący skład (dwa oddzielne sterylne podzestawy) :

- Obłożenie na stół operacyjny 1szt
- Obłożenie na pacjenta, wymiary 150 +/- 2,5 cm x 141 +/- 2,5 cm, filia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym 1szt
- Fartuch XL 2szt
- Ręczniki 2szt
- Osłodka na oko (plastikowa) 1szt
- Kubeczek 2szt
- Opatrunek na oko 8 x 6 cm 1szt
- Strzykawka 5ml Luer Lock 3-częściowa 2szt
- Strzykawka 3ml Luer Lock 3-częściowa 1szt
- Strzykawka 20 ml 1szt
- patyczki spongostanowe 10szt
- Pean zaciskowy 1szt
- Obłożenie na srolik Mayo, 1szt
- Gazy z włókniny 5szt
- Osłony na podłokietniki na fotel operatora 2szt
- Sterylna osłona na ekran aparatu 43 +/- 2,5 cm x 50 +/- 2,5cm 1szt
- Taca 1szt
- przylepce
- Nóż Slit 2,2mm - 1 szt
- Nóż do portu bocznego 1,2mm lub NVR 20G - 1 szt
- Kaniula do hydrodysekcji 27G - 1 szt
- Kaniula do komory przedniej rycroft 22mm, 21 G - 1 szt
- Kaniula Atkinson 23G - 1 szt
- Kaniula do usuwania kory 23G 16mm - 2 szt
- Fartuch sterylne rozmiar L - 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 4 poz 1

Czy dopuszcza dwie strzykawki 5ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 Dot. Zadanie nr 1, poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy :

Soczewki przedniokomorowa afakijna, mocowana do tęczówki, materiał: PMMA, dostępna w wielkościach :

a: 4x8mm/ 4,25mm x 7,25mm12,50mm



b: 4x8mm/ 4,25mm x 7,25mm12,50mm

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Plac - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28

1



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl



zakres mocy -10D do +40D, zakres mocy „połówkowych” +10D do +30D.
Plus igła fiksacyjna.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 Dot. Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy :

Soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe wraz z systemem implantacyjnym:

-Soczewka jednoczęściowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna.

- Uwodnienie 26%

- Średnica optyczna 6,0mm.

- Średnica całkowita 13mm.

- Zakres mocy -10 do +40 D

- Stała A niezmienna dla całego zakresu mocy 118,0.

- Angulacja 5st.

- Implantacja iniektorem jednorazowym przez cięcie mniejsze niż 2,2 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 Dot. Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dla uzyskania konkurencyjnych ofert dopuszcza do oddzielnej dostawy asortyment z poz. 1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 Dot. Zadanie nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy : Jednorazowy nóż do paracentezy 1,2mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 Dot. Zadanie nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy : Gąbki absorbujące "strzałki" w blistrach a 5 szt., w opakowaniach 5x15 blistrów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 Dot. Zadanie nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy : Gąbki absorbujące "papieroski" w blistrach a 5 szt., w opakowaniach 5x20 blistrów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy w Zadaniu nr 5 poz. 1 Zamawiający dopuści nóż o szerokości ostrza 2,3mm zagięty pod kątem 45stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy w Zadaniu nr 5 poz. 4 Zamawiający dopuści gąbki pakowane po 200 szt. w op. handlowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną, tj. zaokrąglając do 0,5 w dół, a 0,5 i więcej w górę.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Zadania nr 5 pozycje nr 5 i 6 do odrębnego zadania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy w Zadaniu nr 5 poz. 7 Zamawiający dopuści kaniulę zagiętą pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 Dot. Zadanie nr 5, poz. 8

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy :

- kaniula do polerowania 0,64x22mm, side port 0,3mm

lub - kaniula do polerowania 0,6x22mm, top port 0,4mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Place - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Dotyczy pakietu 6 pozycja 8 Czy Zamawiający miał na myśli :

- Dexamethazonum + gentamycinum **5+0,3mg/g**, op. 5 ml , wskazana dawka nie występuje w kroplach. Dostępna dawka kropli to 0,001 + 0,005 g/1 ml ; czy też
- Dexamethazonum + gentamycinum 0,0003+0,005 g/1g, 3 g , maść

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza krople 0,001+0,005 g / 1 ml.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko