



Modyfikacja do odpowiedzi na pytanie nr 282

Zamawiający informuje, że modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 282 z dnia 18.11.2019 jak poniżej:

Pytanie nr 282 dotyczy zadanie nr 8 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści testy skuteczności mycia posiadające wskaźnik umieszczony na specjalistycznym plastikowym podłożu? Wymaganie by wskaźnik umieszczony był na aluminiowej blaszce jest bezzasadne, gdyż aluminium w warunkach silnej kwasowości lub zasadowości ulega bardzo szybkiej korozji. Niemal wszystkie stosowane w myjniach płyny są wysoko kwasowe lub zasadowe, zatem aluminium jest nieodpowiednim podłożem do takiego użytku. Wymóg ten natomiast rażąco ogranicza konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza plastikowe podłoże i wymaga aby było kompatybilne z uchwytem z poz. 7 oraz z uchwytem, który obecnie Zamawiający użytkuje : nr kat. WC 102.

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko