



Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego IV**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/36/19

Pytanie nr 1 dot. Załącznik nr 2-5 do SIWZ

Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym – 1 szt.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie następujących informacji:

Wysokość do stropu?

Typ stropu?

Wysokość do sufitu podwieszanego (jeżeli istnieje)?

Typ sufitu podwieszanego?

Czy zasilanie 230VAC (min. 3x1,5mm²) jest doprowadzone w miejsce instalacji lampy?

Odpowiedź: Wysokość do stropu ok. 295-300 cm.

Typ stropu – strop żerański.

Wysokość do sufitu podwieszanego (jeżeli istnieje) – bez sufitu podwieszanego.

Typ sufitu podwieszanego – bez sufitu podwieszanego.

Czy zasilanie 230VAC (min. 3x1,5mm²) jest doprowadzone w miejsce instalacji lampy – tak.

Pytanie nr 2 dot. Załącznik nr 2-5 do SIWZ

Lampa zabiegowa z zawieszeniem ściennym - 1 szt.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie następujących informacji:

Typ ściany?

Czy zasilanie jest doprowadzone w miejsce instalacji lampy?

Odpowiedź: Typ ściany – cegła „dziurawka” grubość ściany 15 cm z tynkiem

Czy zasilanie jest doprowadzone w miejsce instalacji lampy – tak

Pytanie nr 3 dot. Załącznik nr 2-5 do SIWZ

Lampa zabiegowa z zawieszeniem sufitowym – 1 szt.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie następujących informacji:

Wysokość do stropu?

Typ stropu?

Wysokość do sufitu podwieszanego (jeżeli istnieje)?

Typ sufitu podwieszanego?

Czy zasilanie 230VAC (min. 3x1,5mm²) jest doprowadzone w miejsce instalacji lampy?

Odpowiedź: Wysokość do stropu – ok. 295-300 cm.

Typ stropu – strop żerański.

Wysokość do sufitu podwieszanego (jeżeli istnieje) – bez sufitu podwieszanego.

Typ sufitu podwieszanego – bez sufitu podwieszanego.

Czy zasilanie 230VAC (min. 3x1,5mm²) jest doprowadzone w miejsce instalacji lampy – tak.

Pytanie nr 4 dot. Zadanie nr 9

Czy dopuszczają Państwo urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. Zadanie nr 9

Czy dopuszczają Państwo urządzenie o parametrach lepszych, niż określone w SIWZ, tzn. charakteryzujące się maksymalnym obciążeniem 1 kg oraz poborem prądu 320 mA ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym (dot. lp.7) Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu dotyczącego możliwości wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Place - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
(dot. lp.7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia po zdjęciu górnej części obudowy czaszy? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są moduły (o ile ulegną uszkodzeniu), gdyż takiej czynności dokonuje autoryzowany serwis producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym

(dot. lp.8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4300K (+/- 100K)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym

(dot. lp.8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 5000°K w 5 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4300K (+/- 100K)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym

(dot. lp.11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia światła odbywającą się w 8 krokach z jednoczesnym przyznaniem punktów za ten parametr? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, gdyż umożliwia szerszą regulację.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym

(dot. lp.11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia światła odbywającą się w 6 krokach z jednoczesnym przyznaniem punktów za ten parametr? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, gdyż umożliwia szerszą regulację.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym

(dot. lp.15) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o stałej temperaturze barwowej na poziomie 5000K?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym

(dot. lp.16) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną średnicą pola bezcieniowego w zakresie od 15 do 32cm z jednoczesnym przyznaniem punktów za ten parametr? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym

(dot. lp.17) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o głębokości oświetlenia (L1+L2) na poziomie 130cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym

(dot. lp.19) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z zasilaczem zlokalizowanym pod pokrywą zawieszenia sufitowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym

(dot. lp.21) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności źródła światła na poziomie 50 000h?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 17 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym (dot. lp.22) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy przy maksymalnym natężeniu światła na poziomie 50W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 1 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym

(dot. lp.26) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której dolna powierzchnia (front) czasz będąca osłoną źródeł światła wykonana jest z jednorodnego tworzywa sztucznego (polipropylenu) odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania uszczelnioną zgodnie ze standardem IP54 co skuteczniej niż wymagane rozwiązanie zapobiega dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 2 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem ściennym (dot. lp.35) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4300K (+/- 100K)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 2 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem ściennym (dot. lp.35) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 5000°K w 5 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4300K (+/- 100K)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 2 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem ściennym (dot. lp.38) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia światła odbywającą się w 8 krokach z jednoczesnym przyznaniem punktów za ten parametr? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, gdyż umożliwia szerszą regulację.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 2 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem ściennym (dot. lp.38) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia światła odbywającą się w 6 krokach z jednoczesnym przyznaniem punktów za ten parametr? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, gdyż umożliwia szerszą regulację.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 2 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem ściennym (dot. lp.42) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o stałej temperaturze barwowej na poziomie 5000K?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 2 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem ściennym (dot. lp.43) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną średnicą pola bezcieniowego w zakresie od 15 do 32cm z jednoczesnym przyznaniem punktów za ten parametr? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 2 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem ściennym (dot. lp.44) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o głębokości oświetlenia (L1+L2) na poziomie 130cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 2 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem ściennym



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
(dot. lp.46) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z zasilaczem zlokalizowanym pod pokrywą zawieszenia ściennego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 2 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem ściennym (dot. lp.47) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności źródła światła na poziomie 50 000h?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 2 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem ściennym (dot. lp.48) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy przy maksymalnym natężeniu światła na poziomie 50W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 3 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym (dot. lp.61) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4300K (+/- 100K)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 3 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym (dot. lp.61) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 5000°K w 5 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4300K (+/- 100K)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 3 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym (dot. lp.64) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia światła odbywającą się w 8 krokach z jednoczesnym przyznaniem punktów za ten parametr? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, gdyż umożliwia szerszą regulację.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 3 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym (dot. lp.64) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia światła odbywającą się w 6 krokach z jednoczesnym przyznaniem punktów za ten parametr? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, gdyż umożliwia szerszą regulację.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 3 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym (dot. lp.68) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o stałej temperaturze barwowej na poziomie 5000K?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 3 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym (dot. lp.69) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną średnicą pola bezcieniowego w zakresie od 15 do 32cm z jednoczesnym przyznaniem punktów za ten parametr? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 3 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym (dot. lp.70) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o głębokości oświetlenia (L1+L2) na poziomie 130cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 3 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
(dot. lp.72) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z zasilaczem zlokalizowanym pod pokrywą zawieszenia sufitowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 3 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym
(dot. lp.74) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności źródła światła na poziomie 50 000h?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 3 - Lampa zabiegowa dwuczaszowa z zawieszeniem sufitowym
(dot. lp.75) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy przy maksymalnym natężeniu światła na poziomie 50W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 dot. Zadanie nr 5 Lampy zabiegowe – Lp. 4 - Lampa zabiegowa stanowiskowa

(dot. lp.96) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę stanowiskową o poborze mocy źródła światła na poziomie 13W?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40 dot. Zadanie nr 8 Piła do gipsu poz. 3

Czy Zamawiający dopuści moc 250W?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41 dot. Zadanie nr 8 Piła do gipsu poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ilość oscylacji 12 000 – 21 000/ min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42 dot. Zadanie nr 8 Piła do gipsu poz. 9

Czy Zamawiający dopuści Poziom hałasu 68-82 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 dot. Zadanie nr 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności uruchomienia i przeszkolenia w Zadaniu nr 2 – dermatoskop?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko