



### Odpowiedzi na pytania I

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego II**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/05/20

#### **Pytanie nr 1** dotyczy pakietu nr 106 **pozycji 2**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zestaw był wyposażony w port igłowy umożliwiający podaż dodatkowego leku/krwi przy użyciu strzykawki z igłą?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 2** dotyczy pakietu nr 106 **pozycji 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowych zestawów do przetoczeń do pompy Medima o długości 250 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 3** dotyczy pakietu nr 106 **pozycji nr 4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wypełniania oświadczenia-załącznik nr 8 dla pozycji nr 4 tj. Detektor kropli kompatybilny z pompami objętościowymi Medima P1 i P2? Detektor kropli nie jest wyrobem medycznym i jest objęty stawką VAT 23%. Nie jest także wyrobem farmaceutycznym, produktem Biobójczym ani kosmetykiem.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż Załącznik nr 8 jest wzorem oświadczenia i Wykonawca może go zmodyfikować poprzez wskazanie przepisów jakim świadczono przez niego dostawy podlegają.

#### **Pytanie nr 4** dotyczy pakietu nr 106

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, kiedy Wykonawca przedstawi min. 2 dostawy każda odnosząca się do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości brutto 75 300,00 zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. VIII pkt. 4 tabela warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostaje spełniony, gdy Wykonawca przedstawi min. 2 dostawy odnoszące się do przedmiotu zamówienia o wartości min. Brutto 75 300,00 zł każda.

#### **Pytanie nr 5** dotyczy pakietu nr 106

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, kiedy Wykonawca przedstawi min. 2 dostawy każda odnosząca się do przedmiotu zamówienia o wartości brutto 49 000,00 zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. VIII pkt. 4 tabela warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostaje spełniony, gdy Wykonawca przedstawi min. 2 dostawy odnoszące się do przedmiotu zamówienia o wartości min. Brutto 75 300,00 zł każda.

#### **Pytanie nr 6** dotyczy **Pakietu nr 95 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt zawiera 2g lidokainy i 0,25g chlorhexydyny / 100g produktu, pakowany w bezłateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach (op. a' 25 sztuk) z podziałką o pojemności 6 ml /6g/?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza. W przypadku zmiany konfekcjonowania ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną

#### **Pytanie nr 7** dotyczy **zadania 112**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 112 zestawów typu ICU (Abbott) do krwawego pomiaru RR z przetwornikiem i linią ciśnieniową o długość 120 cm + kranik + linia ciśnieniowa o długość 30 cm (długość całkowita 152 cm); bez barwnych oznaczeń kolorystycznych w formie naklejek, w komplecie wymienne koreczki w kolorze czerwonym. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. Zestaw kompatybilne z posiadanymi przez oddział kablami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia kabli w ilości 20 sztuk ( 5 szt. Do Infinity Delta MS 18597 oraz 15 szt. Do Nihon Kohden BSM 3763).

#### **Pytanie nr 8** dotyczy **zadania 112**

Czy w zadaniu 112 Zamawiający wymaga, aby kompletny zestaw do krwawego pomiaru RR z przetwornikiem pakowany był pojedynczo, sterylnie w opakowanie typu folia/papier ?



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

**Odpowiedź:** Produkt ma być pakowany zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.

**Pytanie nr 9 dotyczy Zadania nr 116 pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Sterylny, opatrunkowy zestaw zabiegowy przeznaczony do badania USG o składzie:

- osłona na głowicę USG o wymiarach: 10 cm x 61 cm -1 sztuka;
- serweta o wymiarach 33 cm x 33 cm 1 sztuka;
- sterylny żel do USG minimum 20 ml - 1 sztuka;
- gumki i taśmy do mocowania osłony po 2 sztuki.

Całość sterylnie zapakowana w jedno opakowanie. Sposób pakowania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10 dotyczy zadania 9**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie w pozycji 1 -okularków o poniższych parametrach;**

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykle - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwie niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11 dotyczy zadania 89**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1,2 oraz 3.**

**W przypadku wydzielenia zwracamy się z prośbą o dopuszczenie**

**w pozycji 4 komór o poniższych parametrach;**

Komora z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w zintegrowany zawór odpowietrzający, komora posiadająca dwa pływak kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Komora przeznaczona do użytku przez 14 dni, posiadająca datę ważności na opakowaniu.

**W pozycji 5 -czepiec ,paskowe mocowanie o poniższych parametrach;**

Paskowe mocowanie wykonane jest w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału, końcówki zapinane na rzepy. Dostępnych jest sześć rozmiarów mocowania. Mocowanie generatora wykonane z bardzo elastycznego materiału, służące do stabilnego umocowania na główce, wykonane ze specjalnego materiału przeciwoślizgowego. Czyste biologiczne. W rozmiarach XS, S, SM, M, L, XL. Pakowane pojedynczo.

**W pozycji 6 -masek o poniższych parametrach;**

Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w różnych rozmiarach XS; S; M; L; XL oznaczone kolorami i literami, łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przeziernie okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem

**W pozycji 7 -układ oddechowy z generatorem o poniższych parametrach;**

UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 140 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający zredukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.

Etykieta układu zawierająca datę ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA  
GENERATOR - wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów oddechowych zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka. Generator zawierający cztery dysze zasilane mieszkanką powietrze-tlen o ciśnieniu



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl  
około 60 cm H<sub>2</sub>O, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączący się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przezroczystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, mocowany poprzez zaczep w kształcie litery „T”- kołyskowy do mocowania (uprząży), wykonany z materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bilsfenolu,

- wąż wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chroniącymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,

- wąż pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy około 4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm,

- wąż łączący aparat z nawilżaczem o Ø wewnętrznej 10 mm oraz długości minimum 55 cm,

- końcówka donosowa wykonana z miękkiego silikonu w różnych rozmiarach S; M; L; oznaczone kolorami i literami.

Kształt końcówki zapewniający szczelność oraz minimalizujący urazy i jej kontakt ze skórą.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12** Dotyczy zadanie nr 123 pozycja 6

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie specyfikacji sprzętu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

**Pytanie nr 13** Dotyczy zadanie nr 123 pozycja 6

Czy zamawiający oczekuje filtra oddechowego przeciwbakteryjnego znajdującego się pomiędzy złączem T Aeroneb a układem oddechowym?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 14** Dotyczy zadanie nr 123 poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o zaferowanie 10 opakowań złączy T wielorazowych, w każdym opakowaniu 5 sztuk złączy?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 15** Dotyczy zadanie nr 123 poz. 4

Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o zaferowanie 10 opakowań złączy T z membraną solo, każde opakowanie zawiera 5 sztuk?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 16** Dotyczy zadania nr. 10 poz. 27

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w **pakiecie 10 poz. 27** igieł do penów w rozmiarze 29 G x 12 mm mając na uwadze, że w przypadku igły o głębokości nakłucia 12,7 istnieje zagrożenie, że insulina zostanie wstrzyknięta do tkanki mięśniowej powodując gwałtowne, niepożądane zmiany w poziomie glukozy we krwi, zwiększając przez to ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Z uwagi na najnowsze doniesienia kliniczne, potwierdzające powyższe, igły te zostały wycofane z produkcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17** Dotyczy zadania nr. 10 poz. 28

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w **pakiecie 10 poz. 28** igieł do penów w rozmiarze 30 G x 8 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 18**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji **27 oraz 28 z pakietu 10** i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 19** Dotyczy wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zgodę na wystawianie faktur VAT w dniu wysyłki towaru. Towar, który oferujemy jest mało awaryjny, a klienci, którzy go otrzymują nie zgłaszają zastrzeżeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 20** Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o sprecyzowanie, w jaki sposób i w jakim terminie od dostawy towaru będzie potwierdzony jego odbiór.

**Odpowiedź:** Zamawiający może potwierdzić odbiór u kuriera bądź odesłać dokument zwrotny na życzenie kontrahenta w terminie 14 dni.

**Pytanie nr 21** Dotyczy Zadania nr 111, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer-lock, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy, bez filtra powietrza na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl  
pacjenta i personelu systemie zamkniętym. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytotatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; **obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22 Dotyczy Zadania nr 111, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer-lock, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy, bez filtra powietrza na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytotatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; **obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23 Dotyczy Zadania nr 111, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer-lock, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy, bez filtra powietrza na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytotatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; **obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 2 ml/h, nominalny czas pracy 120h?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24 Dotyczy Zadania nr 111, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer-lock, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy, bez filtra powietrza na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytotatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; **obj. nominalna 120 ml, a max. 121 ml; nominalna prędkość przepływu 2,5 ml/h, nominalny czas pracy 48h?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 25 Dotyczy Zadania nr 111, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer-lock, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy, bez filtra powietrza na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-





tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl  
lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytotatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; **obj. nominalna 96 ml, a max. 97 ml; nominalna prędkość przepływu 2 ml/h, nominalny czas pracy 48h?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26 Dotyczy Zadania nr 111, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera PVC i lateksu. **Długość całkowita cewnika 425 mm, 500 mm, 575 mm oraz 650 mm długość fenestrowana 75 mm, 150mm, 225 mm, 300 mm?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27 dotyczy zadania 39 Pozycja 5**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika natężenia tlenu.

**Odpowiedź:** Zamawiający podaje nr przykładowy, na którym obecnie pracuje numer katalogowy: GE Healthcare /6050-0004-110. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ. Dot. Kompatybilności z podanym aparatem.

**Pytanie nr 28 dotyczy 39 Pozycja 8**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy kabel ma być kompletny czy główny ?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje kabla pacjenta.

**Pytanie nr 29 dotyczy 39 Pozycja 8**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy kabel z pozycji 8 ma być kompatybilny z kablem z pozycji 12 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający w poz. 12 podaje nr przykładowy, na którym obecnie pracuje numer katalogowy: GE Healthcare /412682-003. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ. Dot. Kompatybilności z podanym aparatem.

**Pytanie nr 30 dotyczy zadania 39 Pozycja 9**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31 dotyczy zadania 39 Pozycja 10**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy nie podano błędnego rozmiaru mankietu ? Na rynku nie ma mankietów w rozmiarze 36 -36cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze w przedziale 28-38 cm.

**Pytanie nr 32 dotyczy zadanie 39 Pozycja 9**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 46-66 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 33 dotyczy zadanie 39 Pozycja 4,6,7**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w **pakiecie 39**, wydzieli pozycje **4,6,7** i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 34 dotyczy zadanie 131 Pozycja 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający w zadaniu określił model urządzenia i złącza.

**Pytanie nr 35 dotyczy zadania 131 Pozycja 2**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający w zadaniu określił model urządzenia i złącza.

**Pytanie nr 36 dotyczy zadania 131 Pozycja 4**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF odprowadzeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający w zadaniu określił model urządzenia i złącza.

**Pytanie nr 37**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do **żadnej** grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

**Odpowiedź:** Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni (...) od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23.

**Pytanie nr 38 dotyczy zadanie 57 staplery 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami wysokości otwartej zszywki 3,8mm oraz 4,5mm. Wysokości zszywek po zamknięciu odpowiednio 1,5mm oraz 2,0mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że ma takiego zadania w prowadzonym postępowaniu o numerze ZOZ/DZP/PN/5/20.

**Pytanie nr 39 dotyczy zadanie 9 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji produktu równoważnego? Proponowany przez Państwa opis wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający wpisał w opisie przedmiotu nazwę/symbol NC040-10, tak że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie tylko jeden dostawca. Wprowadzony opis ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SIWZ. Na rynku są bowiem dostępne także osłonki j.u na czujnik temperatury o identycznych istotnych parametrach.

Odmowa dopuszczenia produktu równoważnego stanowi jawne naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy pzp zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz art. 7 ust.1 pzp zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 40 dotyczy zadanie 9 poz. 2**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 z Pakietu nr 9 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo –cenowa w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie pozycji nr 2 w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w tym pakiecie. Pozycja nr 2 opisuje dokładnie asortyment oferowany przez konkretnego dostawcę, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art.17 ust.1 pkt.1 i 5b) ustawy z dnia 17.12.2004r.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 108**

W związku z rejestracją i sprzedażą kaniul donosowych i łączników tracheo/adapterów do tracheostomii w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk, układów oddechowych w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk oraz filtrów powietrza do urządzenia Airvo II w opakowaniach zbiorczych po 2 sztuki, bez możliwości podzielenia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania z możliwością przeliczenia ilości opakowań zgodnie z rejestracją produktów.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie ilości wymaganych kaniul donosowych do terapii tlenowej HFNC opisanych w pozycji 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

**Pytanie nr 42 dotyczy zadania 108, poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w opisie produktu w pozycji 4 doszło do omyłki pisarskiej? Czy Zamawiający wymaga „Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 180 cm”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza długość 180 cm.

**Pytanie nr 43 dotyczy Zadanie nr 54 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści 2 rury o długości ok. 180 cm oraz dodatkową o długości ok. 100 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 44 dotyczy Zadanie nr 54 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści 2 rury o długości ok. 180 cm oraz dodatkową o długości ok. 80 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 45 dotyczy Zadanie nr 70 poz. 6-7**

Czy Zamawiający dopuści worek resuscytacyjny 1650ml?

**Odpowiedź:** Nie, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 46 dotyczy Zadanie nr 70 poz. 6-7**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pojęcia „wersja militarna”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że wersja militarna wykonana jest z butylu z możliwością podłączenia filtra p/gazowego.



**Pytanie nr 47 dotyczy Zadanie nr 70 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści objętość całkowitą 1650ml?

**Odpowiedź:** Nie, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 48 dotyczy Zadanie nr 70 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści objętość całkowitą 550ml?

**Odpowiedź:** Nie, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 49 dotyczy Zadanie nr 70 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści objętość całkowitą 280ml?

**Odpowiedź:** Nie, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 50 dotyczy Zadanie nr 70 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści 2 wielkości – jedną 1600ml, drugą 2000ml?

**Odpowiedź:** Nie, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 51 dotyczy Zadanie nr 70 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-2 z Zadania nr 70 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Pozwoli to na uzyskanie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź:** Nie, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 52 dotyczy Zadanie nr 99 poz. 5-6**

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 0 oraz 1?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 53 dotyczy Zadanie nr 99 poz. 7-11**

Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 2 do 6?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 54 dotyczy Zadanie nr 106 poz. 1, 3**

Czy Zamawiający dopuści długość 150 cm?

**Odpowiedź:** Nie, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 55 dotyczy Zadanie nr 106 poz. 1, 3**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1 oraz 3 z Zadania nr 106 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Pozwoli to na uzyskanie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź:** Nie, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 56 dotyczy zadanie 2A poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3-komorowego o wysokiej zawartości białka do wklucia centralnego o poj. 1012 ml zawierającego 10,6 g azotu energię niebiałkową 635 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

**Odpowiedź:** Nie, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 57 dotyczy zadanie 2A poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3-komorowego o wysokiej zawartości białka do wklucia centralnego o poj. 1518 ml zawierającego 15,9 g azotu energię niebiałkową 952 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

**Odpowiedź:** Nie, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 58 dotyczy zadanie 10 poz. 1-4**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki dwuczęściowe luer, lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ z pojedynczą, a nie podwójną, wyraźną skalą pomiarową, pakowane w opakowania indywidualne bez kolorystycznego oznaczenia, ale z wyraźnym oznaczeniem pojemności na opakowaniu jednostkowym oraz kolorystycznym oznakowaniu minimalnego opakowania zbiorczego a 100szt., spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 59 dotyczy zadanie 10 poz. 12-21**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SIWZ cyt. „o ostrzach zapewniających minimalny opór skóry” oznacza wymóg zaoferowanie igieł, które powinny posiadać potrójne ścięcie typu lancet oraz powinny być polerowane na całej swej długości ultradźwiękami i pokryte precyzyjnie odmierzoną warstwą silikonu, co wypełnia postawiony w SIWZ wymóg.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 60 dotyczy zadanie 10 poz. 20**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły w rozmiarze 21G (0,8-0,9mm) x 50mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 61 dotyczy zadanie 113 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do niskociśnieniowego drenażu ran typu mieszek, o pojemności 400-500ml, z drenem łączącym o długości 90-125cm, z uniwersalną, docinaną końcówką wykonaną z innego



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl  
niż wskazanego w siwz plastycznego tworzywa, zapewniającego pełną szczelność połączenia z drenami Redona w rozmiarach Ch6-18, z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem typu save o innym niż wskazany w siwz kolorze, umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, z osobno pakowanym drenem Redona z trokarem w rozmiarze Ch 8 do 18 /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, a jednocześnie stwarzającego większy komfort doboru drenu w zależności od potrzeb klinicznych lub bez tych drenów/, sterylne, pakowane podwójnie w opakowanie zewnętrzne papier-folia i wewnętrzne folia, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 62 dotyczy zadanie 113 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do niskociśnieniowego drenażu ran typu mieszek, o pojemności 250-300ml, z drenem łączącym o długości 90-125cm, z uniwersalną, docinaną końcówką wykonaną z innego niż wskazanego w siwz plastycznego tworzywa, zapewniającego pełną szczelność połączenia z drenami Redona w rozmiarach Ch6-18, z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem typu save o innym niż wskazany w siwz kolorze, umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, z osobno pakowanym drenem Redona z trokarem w rozmiarze Ch 8 do 18 /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, a jednocześnie stwarzającego większy komfort doboru drenu w zależności od potrzeb klinicznych lub bez tych drenów/, sterylne, pakowane podwójnie w opakowanie zewnętrzne papier-folia i wewnętrzne folia, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 63 dotyczy zadanie 113 poz. 3-4**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne butelki wymienne do niskociśnieniowego drenażu ran, o pojemności 250-300ml i 400-500ml, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 64 dotyczy zadanie 124 poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane wyroby, powinny posiadać zabezpieczone przed kontaminacją zarówno kolec do pobierania leków z butelek jak i system bezigłowy luer-lock, co zapewnia możliwość w pełni aseptycznego i wygodnego ich wyjęcia z opakowania jednostkowego, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo wykonania procedury.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 65 dotyczy zadanie 126 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do cystostomii, z kateterem typu Pigtail w standardowych rozmiarach 9F, 12F, 14F oraz długości 45cm wykonanym z poliuretanu silikonowanego z igłą z rozrywalną koszulką odpowiednio 9F/80mm, 12F/120mm i 14F/120mm, w komplecie strzykawka 10ml luer-lock, skalpel, opaska uciskowa i kołnierz mocujący. Rozmiar do wyboru przy zakupie, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 66 dotyczy zadanie 70 poz. 9-10**

Prosimy o doprecyzowanie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający w rzeczonych pozycjach dopuszcza do składania ofert na samorozprężalne worki resuscytacyjne typu ambu dla dzieci i noworodków, spełniające wszelkie wymogi SIWZ, ale jednorazowego-, a nie wielorazowego użytku, analogicznie do worków z poz. 8 dla dorosłych ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza jednorazowe.

**Pytanie nr 67 dotyczy zadanie 99 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 0?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 68 dotyczy zadanie 99 poz. 5-11**

Czy Zamawiający wymaga masek jedno czy wielorazowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje masek jednorazowych.

**Pytanie nr 69 dotyczy Zadania 10 poz. 1-4**

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 70 dotyczy Zadania 10 poz. 5**

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 5 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,45x13 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 71 dotyczy Zadania 10 poz. 6**

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 6 dopuści wycenę strzykawki z czarną skalą?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 72 dotyczy zadania 10 poz. 11**

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 11 dopuści wycenę strzykawki o poj. 20 ml, kompatybilnej z dializatorem Prismaflex?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje strzykawki 50 ml.

**Pytanie nr 73 dotyczy Zadania 10 poz. 12**

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 12 dopuści wycenę igieł o ścianie normalnej, standardowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.





**Pytanie nr 74 dotyczy Zadania 10 poz. 22**

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 22 dopuści wycenę igieł w opakowaniu x50 szt. z odpowiednik przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 75 dotyczy Zadania 10 poz. 28**

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 28 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 30Gx8mm x100 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 76 dotyczy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 29 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 77 dotyczy Zadanie 10 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową, pojedynczą kryzą ograniczającą, bez kolorystycznego oznaczenia rozmiaru na pojedynczej sztuce?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 78 Zadanie 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 2,2ml?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 79 dotyczy Zadanie 10 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 5,5ml?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 80 Zadanie 10 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 11ml?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 81 dotyczy Zadanie 10 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 22ml w opakowaniu a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 82 Zadanie 10 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową w rozmiarze 0,45x13mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 83 dotyczy Zadanie 10 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą w kolorze czarnym?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 84 dotyczy Zadanie 10 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x12mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 85 dotyczy Zadanie 10 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x40?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 86 dotyczy Zadanie 10 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści igłę do PEN w rozmiarze G 29 0,33x12mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 87 dotyczy Zadanie 10 poz. 28**

Czy Zamawiający dopuści igłę do PEN w rozmiarze G 29 0,33x12mm lub G30 0,30x8mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza jedynie rozmiar G30 0,8x8 mm.

**Pytanie nr 88 dotyczy Zadanie 99 poz. 1-4, 12-13, 15-16**

Czy Zamawiający dopuści przezroczyste maski tlenowe z zielonym zabarwieniem?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 89 Zadanie 99 poz. 5-11**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 90 dotyczy Pakiet 99, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarze 0 jak w pozycji nr 6?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 91 dotyczy Zadanie 113 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do niskociśnieniowego drenażu ran bez dodatkowego drenu Redona wykonanego z PCV wraz z trokarem stalowym? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie nr 92**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 93 dotyczy zadanie nr 100 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści próbkę z terminem ważności 6 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 94 dotyczy Zadanie 10, poz. 6,9-10**

Czy zamawiający wydzieli poz. 6,9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 95 dotyczy zadanie Zadanie 10, poz. 6**

Czy zamawiający dopuści skalę w kolorze czarnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 96 dotyczy Zadanie 10, poz. 9-10**

Czy zamawiający dopuści skalę jednostronną, czytelną i niezmywalną?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 97 dotyczy Zadanie 99, poz. 12-13**

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu typu wąsy w rozmiarze uniwersalnym, dren o długości 200 cm, sterylny, długość kaniuli ok. 13-14 mm, średnica kaniuli ok. 3-4 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 98 dotyczy Zadanie 99, poz. 1-4,12-16**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,12-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 99 dotyczy zadanie Zadanie 10, poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. z informacją na opakowaniu jednostkowym: wolną od ftalanów, i PVC?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 100 dotyczy Zadanie 10, poz. 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 2 częściowej j.u. z pojedynczą skalą pomiarową?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 101 dotyczy Zadanie 10, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza. Zmiana konfekcjonowania w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

**Pytanie nr 102 dotyczy Zadanie 10, poz. 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu kolorystycznego oznakowania rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

**Pytanie nr 103 dotyczy Zadanie 10, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny 1 ml, trzyczęściowej z igłą w rozm. 0,45 x 13 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 104 dotyczy Zadanie 10, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, skalą pomiarową w kolorze czarnym?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 105 dotyczy Zadanie 10, poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 106 dotyczy Zadanie 10, poz. 7-10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej j.u. z rozszerzoną skalą:

10-12 ml; 20-22 ml; ml 50-60 ml?



**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 107 dotyczy Zadanie 10, poz. 7-10**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki trzyczęściowej j.u. Nazwą producenta na cylindrze?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 108 dotyczy Zadanie 10, poz. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3 częściowej kompatybilnej z podanym dializatorem Primaflex, co jest potwierdzone przez producenta oświadczeniem?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 109 dotyczy Zadanie 11, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuszcza igłę j.u w rozmiarze 0,45 x 12 mm x 100 szt?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 110 dotyczy Zadanie 12, poz. 20**

Czy Zamawiający dopuszcza igłę j.u w rozmiarze 0,9 x 40 mm x 100 szt?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 111 dotyczy Zadanie 13, poz. 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do penów w rozmiarze G 30 - 8 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 112 dotyczy Zadanie nr 121 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spodenek w rozmiarze uniwersalnym. Pozostałe zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 113 dotyczy Zadanie nr 121 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 10 g/m2 w części górnej 47 g/m2 w części bocznej wykonanej ze wzmocnionej włókniny absorpcyjnej. Rozmiar uniwersalny. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 114 dotyczy Zadanie nr 121 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 25 g/m2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 115 dotyczy Zadanie nr: 135**

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wymiarach: 760 x 360 x 30 mm, wykonanego z mocnej ramy aluminiowej oraz skóropodobnej taśmy odpornej na uszkodzenia i dezynfekcję oraz o udźwigu do 160 kg.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 116 dotyczy zadanie 54**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania: anestezjologiczne obwody oddechowe dla dzieci o długości wszystkich rur 150cm, czyste biologicznie. Pozostałe zgodnie z siwz.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 117 dotyczy Zadanie nr 120 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania majtki chłonne o chłonności min.1500g?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 118 dotyczy Zadanie 115.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę wykonaną z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 119 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 8**

**(Probówka 1 i 2 ml z K2 EDTA lub K3 EDTA do wyboru przy zakupie:**

Czy Zamawiający dopuszcza probówkę 2,0 ml z K2 EDTA lub K3EDTA bez możliwości wyboru przy zakupie 1,0 ml z uwagi na brak w ofercie objętości 1,0 ml?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 120 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 11**

**(Rurka skalowana do OB. kompatybilna z poz. 9):**

Czy Zamawiający wymaga rurek skalowanych do OB kompatybilnych z poz. 10?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga rurek kompatybilnych do poz. 10.

**Pytanie nr 121 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 16:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poświadczenia parametru oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 122 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 17**

**(Igły motylkowe do pobierania krwi 21,23, 25G, z zintegrowaną osłonką zabezpieczającą blokującą igłę po pobraniu, wężyk - 18 – 31 cm):**

Czy Zamawiający dopuści igły motylkowe do pobrań krwi 21, 23 i 25 G ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą igłę po pobraniu o długości wężyka 17,8 cm do 31 cm?



**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 123 Dotyczy Zadania nr 100, pkt. 10 Parametrów granicznych**

**(Igły z poz. 4,5,17,18 mają posiadać osłonkę zabezpieczającą przed zakłuciem personelu umiejscowioną na igle bądź uchwycie):**

Czy zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami dot. konstrukcji urządzeń tzw. bezpiecznych (CDS i GERESS oraz zaleceń Dyrektywy UE 32/2010) igła systemowa tzw. bezpieczna ma posiadać element zabezpieczający przed zakłuciem zintegrowany z nasadą igły? Uchwyt systemowy do probówek z elementem zabezpieczającym jest absolutnie nieakceptowalny przez wymienione instytucje, a poza tym tego typu rozwiązanie skutkuje problemami w trakcie ich stosowania, a element zabezpieczenia na uchwycie nie spełnia roli bezpieczeństwa dla personelu pobierającego krew.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 124 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 5 i 18:**

Czy w trosce o komfort pracy zakres przezierności pływu krwi Zamawiający ograniczy okienko wizualizacyjne od 0,6 do 1,0 cm? Tego typu rozwiązanie jest komfortowym dla osób pobierających krew u chorych z utrudnioną lokalizacją naczyń żylnych

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 125 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 15:**

**Mikrometoda do surowicy z aktywatorem krzepnięcia i żelem 300-800 mikrolitrów.**

Czy Zamawiający dopuści probówkę mikrometody do surowicy z aktywatorem krzepnięcia i żelem 400- 600 mikrolitrów?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 126 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 20 (Mikrometoda do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2%, 0,5ml):**

Z uwagi na brak w ofercie mikrometody do koagulologii 3,2 % 0,5 ml zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do oddzielnego zadania. Wydzielenie tej pozycji sprawi, iż będzie możliwym złożenie oferty przez innych niż jeden wykonawca. Pozycja ta zawęziła grono wykonawców do jednego, czyli firmy Greiner z dystrybutorem Eclipse.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zmianę objętości do 1 ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 127 Dotyczy Rozdziału VII pkt. 11 SIWZ, §5 ust. 4 wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia towaru zamiennego do 48 godzin w dni robocze.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 128 Dotyczy Rozdziału VII pkt. 12 SIWZ, §5 ust. 5 wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia brakującego asortymentu do 48 godzin w dni robocze.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 129 dotyczy zadania nr 103**

Czy fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) zawór dozujący ze wszystkim elementami składowymi w/w zaworu dozującego, niezbędnymi do prawidłowego działania do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenu azotu (50% O<sub>2</sub> i 50% N<sub>2</sub>O), ma być jednoelementowy, nierozkręcalny tzn. nie będzie w nim, żadnych elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności całego układu do podawania mieszaniny ? Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny) może spowodować również jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może doprowadzić do obniżenia jego wydajności, utraty i/lub związanych z tym kosztów naprawy.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 130 dotyczy zadania nr 103**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenu azotu (50% O<sub>2</sub> i 50% N<sub>2</sub>O), którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji (w sytuacjach wskazanych lub zalecanych przez Producenta), poprzedzonej koniecznością rozłożenia zaworu dozującego oraz wyczyszczeniem jego elementów składowych, zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcja obsługi)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 131 dotyczy zadania nr 103**

Czy pracownik wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenu azotu (50% O<sub>2</sub> i 50% N<sub>2</sub>O) ma posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiającego wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie wymienionego powyżej certyfikatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 132 dotyczy zadania nr 103**

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenu azotu (50% O<sub>2</sub> i 50% N<sub>2</sub>O), tj. zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe





tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl  
filtry mają być wolne od BPA? BPA (Bisfenol A) – związek chemiczny z grupy fenoli, stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, który działa niekorzystnie na wiele aspektów zdrowotnych. Doniesienia literaturowe wskazują, że BPA może zaburzać różnicowanie płci, dojrzewanie, rozród, wpływać na pracę tarczycy a także skutkować rozwojem nowotworów złośliwych, w tym raka piersi i prostaty. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, oferenci zobowiązani będą do przedłożenia certyfikatów Producentów, potwierdzających brak BPA w ich produktach, przeznaczonych do podania mieszaniny tlenu i podtlenu azotu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 133 dotyczy zadania nr 103**

Czy w celu zachowania pełnej kompatybilności oraz bezpieczeństwa terapii, Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów medycznego tlenu i podtlenu azotu (50% O<sub>2</sub> i 50% N<sub>2</sub>O) oraz pozostałe części składowe systemu np. maski, filtry, jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, pochodziły od jednego producenta? lub w przypadku gdy pochodzą od innych producentów Zamawiający będzie wymagał dostarczenia oświadczenia wytwórcy zaworu dozującego o kompatybilności z zaoferowanym osprzętem jednorazowym.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 134 dotyczy** Dotyczy zadania nr 10 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z czarną dwustronną skalą pomiarową?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 135**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 136**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 137**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyte wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 138**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 139**

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 140** Dotyczy zadania nr 99 , poz. 1-4, 12,13,15,16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów przezroczystych o zielonym zabarwieniu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 141**

Czy zamawiający dopuści zestaw do cystostomii: Katerer typu PIGTAIL 8F,10F,12F,14F z poliuretanu: cewnik z prostownikiem, podzielną kaniulę metalową do cystostomii, dren łączący, skalpel nr 11, skrzydełka mocujące, zawór.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**UWAGA!!!**



## **Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie**

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

[www.zozolawa.wroc.pl](http://www.zozolawa.wroc.pl)

[zozolawa@zozolawa.wroc.pl](mailto:zozolawa@zozolawa.wroc.pl)

W przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**DYREKTOR**

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko