



Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/23/20

Pytanie nr 1 dot. Zadanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 dot. Zadanie nr 10

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści szerokość 720 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 dot. Zadanie nr 10

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści głębokość 610 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. Zadanie nr 10

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wysokość wózka bez nadstawki 1080 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. Zadanie nr 10

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści ramę wózka stalową, lakierowaną proszkowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 dot. Zadanie nr 10

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści układ jezdny składający się z czterech kół nie antystatycznych, w przeciwpółowej obudowie, dwa koła wyposażone w hamulec, bez jednego koła z blokadą kierunku jazdy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 dot. Zadanie nr 10

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści dolną szufladę o wysokości 225 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. Zadanie nr 10

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści dwie środkowe szuflady o wysokości 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dot. Zadanie nr 10

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści dwie górne szuflady o wysokości 75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dot. Zadania nr 10

Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania zamocowany z prawej strony wózka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11 dot. Zadania nr 10

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek posiadający wszystkie szuflady zamykane na zamek centralny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 dot. Zadania nr 10



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści nad blatem nadstawkę składającą się z 10 pojemników o wym. ok. 100 x 95 x 145 mm z możliwością zamocowania w pojemnikach identyfikatorów zawartości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13 dot. Zadania nr 10

Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści uchwyt na pudełko rękawiczek jednorazowych o wymiarach ok. 140 x 195 x 215 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. Zadania nr 10

Czy (w pkt. 26 i 28) Zamawiający dopuści wózek posiadający dwa uchwyty na pojemnik na ostre przedmioty / ostre odpady, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności (jak na zdjęciu poniżej)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 dot. Zadania nr 10

Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści wózek, w którym akcesoria są instalowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnych stelaży nad blatem roboczym wózka, bez konieczności instalowania ich na szynach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16 dot. Zadania nr 10

Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści wózek posiadający u podstawy w 4 narożnikach nad kołami krążki odbojowe chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17 dot. Zadania nr 10

Czy (w pkt. 31) Zamawiający dopuści wózek w kolorze szarym, posiadający uchwyty szuflad w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18 dot. Zadania nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia 720 x 610 x 1080 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści konstrukcję i ramę wózka stalową, lakierowaną proszkowo ramę wózka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści układ jezdny składający się z czterech kół nie antystatycznych, w przeciwpylowej obudowie, dwa koła wyposażone w hamulec, bez jednego koła z blokadą kierunku jazdy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści dolną szufladę o wym. 450 x 450 x 225 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści dwie środkowe szuflady o wym. 450 x 450 x 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści dwie górne szuflady o wym. 450 x 450 x 75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 25 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania zamocowany z prawej strony wózka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS o udźwigu min. 5 kg o wym. 360 x 360 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w obrotową półkę na defibrylator z możliwością obrotu 360°, bez regulacji szerokości oraz wysokości, z pasami do mocowania urządzeń, o wym. 320 x 400 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści uchwyt na butlę tlenową wyposażony w paski zabezpieczające butlę, przystosowany do butli o różnej pojemności (jak na zdjęciu poniżej)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności (jak na zdjęciu poniżej)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści płytę do przeprowadzania RKO montowaną na tylnej ścianie wózka o wym. 550 x 390 x 10 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek, w którym akcesoria są instalowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnych stelaży nad blatem roboczym wózka, bez konieczności instalowania ich na szynach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści wózek posiadający u podstawy w 4 narożnikach nad kołami krążki odbojowe chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33 dot. Zadania nr 11

Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści wózek w kolorze szarym, posiadający uchwyty szuflad w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34 dot. Zadania nr 1

Czy zamawiający dopuści defibrylator o parametrach zawartych w poniższej tabeli?

1.	Defibrylator manualny z wbudowaną opcją defibrylacji automatycznej AED
2.	Defibrylator dwufazowy

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie**

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

3.	Monitorowanie parametrów życiowych: EKG, NIBP, SpO2
4.	Wysokiej rozdzielczości ekran TFT LCD przekątnej min. 7 cali
5.	Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli
6.	Zasilanie 100-240V AC, 50/60Hz
7.	Wbudowany akumulator Ni-MH 12V
8.	Czas pracy na akumulatorze: min. 4 godziny monitorowania EKG lub 110 defibrylacji z maksymalną energią
9.	Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora
10.	Waga maks. 5 kg
11.	Wymiary maks. 33x32x14 cm
12.	Obsługa funkcji ekranu i komunikaty dźwiękowe w języku polskim
13.	Alarmy dźwiękowe i wizualne
14.	Alarmy regulowane
15.	Sterowanie funkcjami defibrylatora i monitorowania za pomocą przycisków na panelu przednim
16.	Wózek transportowy
17.	Możliwość rozbudowy o stymulację zewnętrzną
	Defibrylacja
18.	Defibrylacja dwufazowa
19.	Czas ładowania maks. 9 sekund do 360 J
20.	Wyświetlanie wybranej oraz dostarczonej energii
21.	Zakres pomiaru impedancji elektrod: min. 0-250 omów
22.	Wskazówki wizualne i dźwiękowe
23.	Defibrylacja dorosłych i dzieci (powyżej 8 roku życia)
24.	Defibrylacja dzieci za pomocą adapterów na łyżki lub pediatrycznych elektrod jednorazowych - opcjonalnie
	Tryb defibrylacji manualnej
25.	Poziomy energii: min. 13 (2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 J)
26.	Wybór energii za pomocą przycisków na panelu przednim
27.	Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja)
	Tryb defibrylacji automatycznej
28.	Zaprogramowane do wyboru scenariusze defibrylacji: min. 3
29.	Maks. energia defibrylacji w trybie AED: 200 J
	EKG
30.	5-odprowadzeniowy kabel ekg
31.	3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)
32.	Zakres pomiaru HR: min. 20-300 ud/min
33.	Wyjście EKG: 1V/mV
34.	CMR \geq 60dB
35.	Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s
36.	Czułość: min. 0,125/0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie
	Saturacja
37.	Zakres pomiarowy: min. 30-100%
38.	Dokładność pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 81-100%
39.	Zakres HR: min. 30-250 ud/min
40.	Dokładność HR: maks. +/-5% lub 5 ud/min, niższa wartość
	NIBP
41.	Oscylometryczna metoda pomiaru
42.	Pomiar: SYS, DIA
43.	Zakres pomiarowy: - dorośli 10-270 mmHg - dzieci 10-200 mmHg
44.	Dokładność pomiarowa: maks. +/- 5 mmHg
45.	Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa
	Drukarka

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie**

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

46.	Szerokość papieru: 50 mm
47.	Tryb drukowania: manualny/automatyczny, konfigurowany przez użytkownika
48.	Prędkość przesuwu krzywych: 25/50 mm/s
49.	Wydruk krzywych i danych pomiarowych

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**Pytanie nr 35** dot. Zadania nr 2

Czy zmagający dopuści aparat EKG o parametrach zawartych w poniższej tabeli?

50.	Aparat EKG 12-kanalowy z analizą i interpretacją danych z badań.
51.	Tryby pracy: 1) automatyczny, 2) ręczny.
52.	Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T.
53.	CMRR >100dB
54.	Zakres HR 30-300
55.	Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania.
56.	Algorytm interpretacji GLASGOW 12-kanalowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci.
57.	Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran LCD, min 7" 800x480
58.	Klawiatura mechaniczna alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi
59.	Wyświetlanie na ekranie LCD: 1) aktualnego czasu; 2) częstości rytmu; 3) czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. 4) kontaktu elektrod
60.	Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym
61.	Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive.
62.	Pasma przenoszenia: 0,05 ÷ 300 Hz.
63.	Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta.
64.	Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta.
65.	Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210 x 295 mm, składanka
66.	Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s.
67.	Jednoczesna rejestracja sygnału EKG 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń.
68.	Formaty wydruku: 12 x 1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3
69.	Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów.
70.	Wydruk daty i godziny badania.
71.	Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV.
72.	Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej 50/60 Hz
73.	Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej.
74.	Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora.
75.	Wykrywanie impulsów stymulatora. Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: 32 000 próbek / s / kanał.
76.	Częstotliwość próbkowania EKG: 32000 próbek / s / kanał.
77.	Rozdzielczość przetwarzania: 24 bity
78.	Komunikacja 2x USB, LAN
79.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym
80.	Format danych SCP-PDF, XML
81.	Możliwość rozbudowy pamięci wewnętrznej do 1000 badań
82.	Możliwość rozbudowy modułu Wi-Fi
83.	Wbudowany moduł transmisji badań w formacie DICOM
84.	Możliwość rozbudowy eksportu danych w formatach HL7, XML-GDT
85.	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

86.	Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim.
87.	Pełna alfanumeryczna klawiatura silikonowa
88.	Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora.
89.	Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora.
90.	Aparat przenośny, zainstalowany na wózku z koszem na akcesoria
91.	Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 2,7 kg.
92.	Wymiary aparatu 396 x 290 x 80 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, którego szerokość wynosi: 650mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, którego głębokość wynosi: 475mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 38 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, którego wysokość bez nadstawki wynosi: 1040mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 39 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, którego konstrukcja opiera się na aluminiowych kolumnach nośnych, ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z lekkiego, nierdzewnego kompozytu aluminium, fronty szuflad są aluminiowe – lakierowane proszkowo, natomiast blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w celu ograniczenia namnażania się bakterii?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, którego górny blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej w celu ograniczenia namnażania się bakterii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny wyposażony w 4 podwójne koła o średnicy 100mm, w tym dwa z hamulcem, a jedno z funkcją jazdy kierunkowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, którego dolna szuflada ma wysokość 230mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny wyposażony w 5 szuflad, w tym jedna dolna szuflada o wysokości 230mm, a cztery górne o wysokości 110mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, którego blat zabezpieczony jest z 3 stron (po bokach i z tyłu) chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 45 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny wyposażony w centralny zamek wszystkich szuflad?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny wyposażony w solidną, stalową nadstawkę anestesjologiczną wyposażoną w 10 jednakowych, przezroczystych, uchylnych pojemników z możliwością umieszczenia w pojemnikach identyfikatorów zawartości?



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny bez uchwytu na pojemnik rękawiczek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny którego podstawa zamiast listwy posiada wyprofilowane nad każdym z kół odboje chroniące wózek przed obciami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji w zakresie zadania nr 10 do 5tygodni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50 dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji w zakresie zadania nr 10 do 6tygodni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko