



Oława, dn. 26.11.2020r.

ZOZ/DZP/PN/26/20

Odpowiedzi na pytania I

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę materiału kostnego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/26/20

Pytanie nr 1 Zadanie 1

1. Czy czujnik ma być podłączany bezpośrednio do monit Czy Zamawiający dopuści syntetyczny materiał kośćcozastępczy, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, o składzie: 75% HAp i 25% B-TCP, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w okresie 6 do 24 miesięcy, wytrzymałość na siły ściskające 3,6 Mpa, rozmiar porów: 300–500 µm, porowatość 80% - 90%, o następujących formach:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| poz. 1 - granule 3-4mm 10g, | - 10 szt. |
| poz. 2 - granule 3-4mm 20g, | - 10 szt. |
| poz. 3 - cylinder 8x20mm, | - 3 szt. x 10 =30 szt. |
| poz. 4 - blok 8x8x20mm, | - 5 szt. |
| poz. 5 - blok 15x15x20mm, | - 3 szt. x 10 =30 szt. |
| poz. 6 - blok 15x20x30mm, | - 5 szt. x 10 =50 szt? |

Produkt jest sprzedawany w sterylnych pojedynczych opakowaniach, więc z przeliczeniem ilości z formularza na sztuki.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy zapisów umowy

1. Czy Zamawiający dookreśli w §11, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości:

1. nanożel składający się z uwodnionego hydroksyapatytu 30%, gotowy do użycia, w strzykawce, 2,5ml lub 5ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza - 5 ml=5g. Przeliczenie ilości opakowań zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

UWAGA!!!

W przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko