



Odpowiedzi na pytania IV

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/23/20

Pytanie nr 1 dot. Zadanie nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy o poborze mocy 150W, wyposażonej w elektroniczny licznik czasu pracy z wyświetlaczem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. Zadanie nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy, której obudowa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym lub czarnym, a wewnętrzny odbłyśnik ze stali kwasoodpornej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 dot. Zadanie nr 13

Z uwagi na brak takiego wymogu producenta urządzenia, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie wymogu przeprowadzenia przeglądów serwisowych w trakcie trwania gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 dot. Zadanie nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie montażu, uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktarzu z obsługi. Oferowana przez nas lampa nie wymaga specjalistycznej wiedzy do montażu i jej późniejszej obsługi. Wraz z dostawą zostanie dołączona wyczerpująca instrukcja obsługi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. Zadanie nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawienia dokumentów potwierdzających, że oferowane urządzenie jest dopuszczone do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym i nie wymaga tym samym wpisu do rejestru wyrobów medycznych. Prosimy o dopuszczenie lampy posiadającej Deklarację zgodności CE producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko