



Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę mammografu cyfrowego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/20/21

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno - Użytkowych, I Wymagania ogólne, pkt 2: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli stacja akwizycyjna mammografu posiada interfejs w postaci czytelnych ikon, stacja lekarska posiada interfejs w języku polskim, jednocześnie wszystkie oferowane elementy posiadają instrukcje w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 2 punkt 87 – prosimy o podanie parametrów mammografu podlegającego utylizacji (model – rok produkcji).

Odpowiedź: LORAD M IV – HOLOGIC – 2010 r.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zgody WSSE na uruchomienie pracowni leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje pomieszczenie do instalacji nowego mammografu zgodnie z wymogami producenta tego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Instalacja nowego urządzenia będzie w tym samym pomieszczeniu co obecny Mammograf

Pytanie nr 5

Prosimy o opisanie drogi transportu urządzenia do miejsca instalacji . Rozmiar drzwi na drodze dostawy oraz czy na drodze dostawy są schody lub windy?

Odpowiedź: Na drodze brak schodów i wind. Poziom przyziemia, drzwi szerokie

Pytanie nr 6

Jeśli na drodze dostawy są windy to prosimy o podanie ich dopuszczalnej nośności.

Odpowiedź: Brak wind.

Pytanie nr 7

Prosimy o udostępnienie istniejącego projektu osłon stałych.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia projekt na stronie internetowej w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 8 dot. Umowy

Prosimy o udostępnienie aktualnego projektu istniejącej wentylacji oraz aktualnych wyników pomiarów wentylacji.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia projekt na stronie internetowej w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację czy w istniejącym projekcie osłon stałych są aktualne dane o pomieszczeniach sąsiednich.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 10

Jeśli w istniejącym projekcie osłon stałych nie ma aktualnych danych dotyczących pomieszczeń sąsiednich to prosimy o podanie ich przeznaczenia i czasu przebywania w nich osób.

Odpowiedź: Projekt zawiera aktualne dane.



Pytanie nr 11

Prosimy o udostępnienie rysunku (zawierającego wymiary) pomieszczenia przeznaczonego do instalacji mammografu.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia projekt na stronie internetowej w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji zamówienia wynosił max. do 9 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 1:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 3 ust. 1 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub w wykonanych pracach budowlanych na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego do § 3 ust. 1 o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 2:

Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie”. Gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuację, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwanego lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy). Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy i dodanie kolejnego zdania o następującej treści:

„Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową;*
- b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;*
- c) jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;*
- d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),*
- e) normalnego zużycia rzeczy.”*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie nr 15

Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 6:

Proponujemy modyfikację tego postanowienia poprzez możliwość odstąpienia od umowy dopiero w sytuacji nieusunięcia wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy poprzez wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi. Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną, niwelującą stosunek kontraktowy między stronami, co nie jest korzystne dla obu stron. W związku z tym proponujemy, aby Wykonawca w pierwszej kolejności miał za zadanie



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
ponownie Wykonać przedmiot umowy, w sposób prawidłowy, a dopiero w przypadku, gdy po ponownym wykonaniu przedmiotu umowy ponownie jest on obciążony wadami niemożliwymi do usunięcia – Zamawiający mógłby od Umowy odstąpić. Proponujemy w związku z tym następujące brzmienie par. 3 ust. 6:

„6. Jeśli w toku czynności odbiorowych lub w toku użytkowania Przedmiotu umowy stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, a w przypadku ponownego nienależytego wykonania umowy - odstąpić od umowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 8:

W przypadku braku usunięcia wad w terminach określonych w gwarancji, zasadne jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do naprawy a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie wykonania zastępczego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy przekroczenie terminów gwarancyjnych dodatkowo z karą umowną. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego i rażąco narusza równowagę stron, obciążając Wykonawcę nie tylko finansowo (kara umowna i koszty pracy innego wykonawcy), ale też co do ryzyka nienależytego wykonania usługi przez podmiot, w wyborze którego Wykonawca nie uczestniczy i na którego działania lub zaniechania nie ma wpływu.

Dodatkowo, Wykonawca nie może udzielać gwarancji na sprzęt w przypadku, gdy ingeruje w niego podmiot nieznany Wykonawcy i niewyznaczony przez Wykonawcę.

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc

W związku z tym, proponujemy następującą zmianę par. 3 ust. 8:

„8. W przypadku braku usunięcia wad w przedmiocie Umowy w terminach określonych w gwarancji, Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy zlecić usunięcie wad innemu autoryzowanemu podmiotowi, pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania naprawy w dodatkowo wyznaczonym w wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy wzoru umowy Par. 7 (kary umowne):

a) Ust. 2: W związku z tym, iż kara za przekroczenie terminu w dostawie towaru, określona w ust. 1 naliczana jest za zwłokę, prosimy o ujednolicenie i zastąpienie w ust. 2 słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

b) Ust. 5: Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 200% wartości brutto umowy może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania kar rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 200% wynagrodzenia Wykonawcy jest



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

oczywiście sprzeczne z celem tego postanowienia i nie realizuje rzeczywistego celu ustawodawcy w tym zakresie. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 7 ust. 5 umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty.

- c) Ust. 1: W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę w Par. 7 ust. 2 Wzoru umowy słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”. W pozostałym zakresie zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy wzoru umowy Dodanie par. 8a o sile wyższej:

Proponujemy dodanie kolejnego par. 8a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

„§ 8a

Siła wyższa

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.*

2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*

3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich.”*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dotyczy Załącznika nr 2 do swz pkt. „Warunki gwarancji...” ppkt. 3: Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu do kilku dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy Załącznika nr 2 do swz pkt. „Warunki gwarancji...” ppkt. 4: z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie **przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw**, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie.

W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację punktu: „*Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy ponad terminy określone w SWZ.*”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od postanowienia umowy opisanego w Par. 3 ust. 7? Przedmiot zamówienia obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy od producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu medycznego i komputerowego przez producenta należy wykonać montaż oraz instalację całego oprogramowania medycznego, kalibrację oraz wykonanie wszystkich testów rozruchowych. Dopiero po tym procesie następuje uruchomienie systemu. Końcowym zaś elementem zajmującym również bardzo dużo czasu jest formalny odbiór pomieszczeń. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe w terminie przewidzianym w umowie niż dostarczenie aparatu zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 22

Czy w związku z regulacjami prawnych dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych wykonywanych w miejscu instalacji bądź zdalnie poprzez sieć komputerową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Załącznik nr 2

Pkt. VIII- Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa

Ppkt. 66 Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy dedykowany do mammografii.

Zamawiający wymaga monitora do mammografii o przekątnej min. $\geq 32''$ i rozdzielczości min. 12 MP. Formując w ten sposób wymagania Zamawiający dopuszcza tylko jeden model monitora jednego producenta, co jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni wymagania i dopuści wysokiej klasy monitor dedykowany do mammografii o rozdzielczości 12 MP i przekątnej $\geq 30''$?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko