



Odpowiedzi na pytania II

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego II**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/22/21

Pytanie nr 1 dot. Zadanie nr 8

Pkt. 7 i 8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, gdzie proces ładowania pasków do analizatora eliminuje narażenie na czynniki zewnętrzne przy zastosowaniu metody bezkontaktowego i bezpośredniego ładowania 2 op. pasków o łącznej ilości 300 szt. do analizatora. Biorąc pod uwagę ilość wykonywanych badań, całkowicie zabezpieczy to zapotrzebowanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 dot. Zadanie nr 8

pkt. 9. Czy zamawiający dopuści analizator, w którym stabilność pasków jest do 24 godzin na pokładzie analizatora?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 dot. Zadanie nr 8

Pkt 14 Czy zamawiający wyrazi zgodę na możliwość raportowania wyników w raportowanych przez operatora jednostkach dotyczy parametrów biochemicznych i osadu moczu. Możliwość wyboru jednostek osadu moczu: 1 element /ul, 1element /HPF. Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. Zadanie nr 8

Pkt 25. (parametry oceniane) Czy zamawiający uzna za spełnienie i przyzna punkty, jeżeli oferent zaoferuje paski, które są umieszczone w tubach, każda po 150szt. Proces ładowania pasków do analizatora eliminuje narażenie na czynniki zewnętrzne przy zastosowaniu metody bezkontaktowego i bezpośredniego ładowania (z tuby do pojemnika) 2 op. pasków o łącznej ilości 300 szt. do analizatora. Zaoferowane przez oferenta rozwiązanie całkowicie zabezpiecza jakość wykonywanych analiz i da możliwość złożenia ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko