



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Nr pisma: ZOZ/DZP/PN/12/21

Oława 2.07.2021r.

### O G Ł O S Z E N I E w zakresie Zadania nr 4

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie, zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 2019r. z późn. zm.), ogłasza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na:  
**Dostawa sprzętu medycznego I, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/12/21**

#### I. Oferty wybrane:

##### **Zadanie nr 4**

**Chirstom Marcin i Marek Dyner s.c.**

**ul. Mstowska 8, 42-240 Rudniki**

Cena oferty brutto: **12 350,88 zł**

Liczba pkt w kryterium: cena – 60

Liczba pkt w pozostałych kryteriach – 10,

Oferta najkorzystniejsza pod względem ocenianych parametrów. Oferta spełnia wymagania SWZ

Łącznie ilość pkt. 70

#### II. Pozostałe oferty

Zero

#### III. Wykluczeni wykonawcy

Zero

#### IV. Oferty odrzucone

##### **Zadanie nr 4**

**DAR-MED Dariusz Wolski, ul. Jana Kazimierza 11/86, 01-248 Warszawa** – na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 5 oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia, gdyż Wykonawca w złożonych przedmiotowych środkach dowodowych nie wykazał spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia w zakresie norm dotyczących serwisu oraz stali. Złożone przez Wykonawcę oświadczenie w tym zakresie jest oparte o przeterminowane pełnomocnictwo producenta.

**MEDOK Olaf Korgel, ul. Reymonta 7, 48-250 Głogówek** – na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 5 oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia, gdyż Wykonawca w złożonych przedmiotowych środkach dowodowych nie wykazał spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia w zakresie norm dotyczących serwisu oraz stali.

**Medicom Sp z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 34, 41-819 Zabrze** – na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 5 oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia, gdyż Wykonawca w złożonych przedmiotowych środkach dowodowych nie wykazał spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia w zakresie normy DIN 58298.

**Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl** – na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 5 oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia, gdyż Wykonawca w złożonych przedmiotowych środkach dowodowych nie wykazał spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia w zakresie norm dotyczących serwisu oraz stali.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko