



ZOZ/DZP/PN/2/22

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu okulistycznego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/2/22

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania nr 2 Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach:

Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwiijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu hydrofilnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia. Cztery haptiki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej soczewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów.

Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w zakresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D

Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakresie od 10.0D do 30.0D, w pozostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm (do komory). W zestawie jednorazowy injector?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

dot. Rozdziału III.1 SWZ – Przedmiot zamówienia: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej - przedmiotowa **dostawa sprzętu okulistycznego** nie polega na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia jego dystrybucji. Dlatego wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską w Rozdziale III.1 SWZ jak następuje:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: **Dostawa środków dezynfekcyjnych ZOZ w Oławie**, ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława; ~~polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnej (OSD), do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego.~~

Pytanie nr 3

dot. Zadania nr 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnej soczewki wewnątrzgałkowej:

- zwiijalna jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną), hydrofilna – o stopniu uwodnienia 26%, indeks refrakcji 1.46, wzmocniona optyka 6.0mm wolna od zjawisk glisteningu, średnica 12.5mm, dwie części haptyczne (zamknięta pętla z haptyczną technologią antysklepieniową AVH), angulacja 0°, wzmocnione kwadratowe krawędzie Amon-Apple 360° (enhanced square edge), dioptra od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +34.0D (co 1.0D), soczewka preloadowana (dwuetapowy system „Lock & Roll”; dysza 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm, jednoręczny tłok).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko