



## Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu medycznego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/14/22

### Pytanie nr 1

W związku z trwającą restrukturyzacją firmy oraz oczekiwaniem na decyzję UOKIK, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12.08.2022 r., co pozwoli nam na przeprowadzenie sprawnej i bezproblemowej procedury przetargowej oraz ewentualnej dostawy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj. oprogramowania/licencji do pompy - które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyceński), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 3

Czy w załączniku nr 2 do SWZ w opisie „Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie” w pkt. nr 8 nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ opisana wyżej pompa płuczająca do histeroskopii nie posiada konsoli operatorskiej oraz stanowiska obrazowo- opisowego?

**Odpowiedź:** Niniejszym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 2 do SWZ „Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie” w pkt. nr 8, winno być:

W okresie gwarancji wykonawca przeprowadzi bezpłatne aktualizacje oprogramowania (jeżeli dotyczy).

### Pytanie nr 4

Czy w załączniku nr 2 do SWZ w opisie „Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie” w pkt. nr 9 nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ opisana wyżej pompa płuczająca do histeroskopii nie posiada możliwości szybkiej zdalnej diagnostyki systemu za pośrednictwem łącza internetowego?

**Odpowiedź:** Niniejszym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 2 do SWZ „Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie” w pkt. nr 9 wykreślając ten punkt.

### Pytanie nr 5

Czy w załączniku nr 2 do SWZ w opisie „Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie” w pkt. nr 14 nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ opisana wyżej pompa płuczająca do histeroskopii jest przeznaczona do używania przez lekarzy ginekologów i położnych, a nie dla lekarzy radiologów i techników elektroradiologii?

**Odpowiedź:** Niniejszym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 2 do SWZ „Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie” w pkt. nr 14, winno być:

**Stacjonarne szkolenie lekarzy (3 osoby) i pielęgniarek (2 osoby) w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.**

### Pytanie nr 6

Czy w formularzu oferty oraz we wzorze umowy nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ w SWZ Zamawiający określił termin płatności na 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

**Odpowiedź:** Niniejszym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w rozdz. VI pkt 9, winno być:

Termin płatności do 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

### Pytanie nr 7

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (urządzenia), które są wykonywane na zamówienie i wymagają specjalnego sprowadzania zza granicy a także obecną sytuację wynikającą ze skutków pandemii COVID-19 i wojny oraz zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pozycji 1 i 3 do 12 tygodni od podpisania umowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ



**Pytanie nr 8**

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem produktów z pozycji nr 2, które znajdują się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju a także nie są lekami ratującymi życie i można ich zakup zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia tej pozycji na 8 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 9**

(dot. zał. nr 2 do SWZ „warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie” pkt. 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenia wymaganego okresu zagwarantowania dostępności części zamiennych do 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy w okresie gwarancyjnym z 48h do 72h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy kraju do 15 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 12**

Prosimy o wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji oraz wymiany towaru na wolny od wad do 48h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 13**

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §4 ust. 4. Zamawiający określił w SWZ dostawy w częściach w związku z czym do każdej dostawy częściowej zostanie wystawiona FV.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora –  
Specjalista ds. Zamówień Publicznych  
Marta Zapłotna