

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu medycznego do poradni specjalistycznych II**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/5/23

Pytanie nr 1 Dotyczy Zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stoły do rehabilitacji o następujących parametrach?:

- Stół 2-sekcyjny (zagłówek + leżysko główne)
- Regulowany w zakresie -70° do +40° zagłówek (regulacja sprężyną gazową)
- Otwór na twarz w zagłówku, z zaślepką w zestawie
- Atestowana tapicerka wykonana z niepalnych, odpornych na uszkodzenia materiałów, wiele opcji kolorystycznych
- Stabilna rama stołu malowana proszkowo
- Możliwość przypięcia pasów do stabilizacji (uchwyty po obu stronach stołu)
- Cztery unoszone kółka transportowe i cztery stopki ułatwiają transport i ustawianie stołu
- Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami
- Stół wyposażony w technologię eliminującą przełączniki i mechaniczne i stykowe
- Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu
- Gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach
- Długość 202 cm
- Szerokość 64 cm
- Obciążenie maksymalne 200 kg
- Regulacja wysokości 50-101 cm

Oraz stół z Pivotem:

- Stół 3-sekcyjny
- Regulowany w zakresie -70° do +40° zagłówek (regulacja sprężyną gazową)
- Pivot regulowany elektrycznie (pozycja antytrendelenburga)
- Otwór na twarz w zagłówku, z zaślepką w zestawie
- Atestowana tapicerka wykonana z niepalnych, odpornych na uszkodzenia materiałów, wiele opcji kolorystycznych
- Stabilna rama stołu malowana proszkowo
- Możliwość przypięcia pasów do stabilizacji (uchwyty po obu stronach stołu)
- Cztery unoszone kółka transportowe i cztery stopki ułatwiają transport i ustawianie stołu
- Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami
- Stół wyposażony w technologię eliminującą przełączniki i mechaniczne i stykowe
- Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu



Rzeczypospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- Gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach
- Długość 205 cm
- Szerokość 64 cm
- Obciążenie maksymalne 200 kg
- Regulacja wysokości 52-103 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Dotyczy Zadania nr 9

Czy Zamawiający odstąpi od parametru rozłożenia okularów względem płaszczyzny podstawy w zakresie 375.0mm-427.9mm pozostawiając kąt nachylenia nasadki 30 stopni z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48mm-75mm, który to parametr jest w zupełności wystarczający do pracy z mikroskopem laboratoryjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Dotyczy Zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści obiektyw 4x z aperturą numeryczną 0.1 i odległością roboczą 18.5mm zamiast obiektywu 4x o takiej samej aperturze ale o odległości 27.8mm? Jakość obrazu będzie taka sama ze względu na taką samą aperturę numeryczną obu obiektywów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 Dotyczy Zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści obiektyw 10x z aperturą numeryczną 0.25 i odległością roboczą 10.6mm zamiast obiektywu 10x o takiej samej aperturze, ale o odległości roboczej 8mm? Jakość obrazu będzie taka sama ze względu na taką samą aperturę numeryczną obu obiektywów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora –
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Marta Zapłotna



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19