

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu medycznego do poradni specjalistycznych IV**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/12/23

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości bieżnię medyczną o następujących parametrach:
 - a. Moc szczytowa silnika 2,2 kW
 - b. Waga 234 kg
 - c. Zakres prędkości: -5km/h (bieg wsteczny) do 16km/h
 - d. Dokł. regulacji prędkości: 0,1km/h
 - e. Regulacja nachylenia pasa: -10 do 15%
 - f. Powierzchnia użytk. pasa: 152,5 x 56cm
 - g. Wyświetlacz: LED + okno z matrycą punktową
 - h. Programy: płaskowyż, interwałowy, HR, VO2, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika
 - i. Regulacja poręczy: 63-88cm (wysokość), 51-85cm (szerokość)
 - j. Maksym. waga użytkownika: 200 kg
 - k. Wymiary: 239 x 91,4 x 143,5cm
 - l. Podest do wejścia na bieżnię

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora –
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Marta Zapłotna



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

