

## Odpowiedzi na pytania II

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu medycznego do poradni specjalistycznych IV**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/12/23

### Pytanie nr 1 Dotyczy Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści oftalmoskop o parametrach:

Zakres regulacji od +29D do -30D ( co 1D w pełnym zakresie pracy wziernika)

Oświetlenie LED

Sześć przesłón zapewniających pełne możliwości diagnostyczne:

- WIDE ANGLE ( duży otwór)
- INTERMEDIATE ( średni otwór)
- MACULAR ( mały otwór)
- SLIT ( szczelina)
- GLAUCOMA ( jaskrowa)
- FIXATION CROSS ( fiksacyjna)

Filtry : RED FREE i CLEAR łączone z każdą przesłoną, co zapewnia 12 wiązek diagnostycznych

Dostępne wersje

Bateryjna (2 x AA)

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora –  
Specjalista ds. Zamówień Publicznych  
Marta Zapłotna



Rzeczpospolita  
Polska



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

