



ZOZ/DZP/PN/24/23

Odpowiedzi na pytania I

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/24/23

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w **Zadaniu 58** dopuści zestaw z komorą kolekcyjną 2100 ml, w wersji z 1 drenem łączącym, dren z możliwością szybkiego i bezpiecznego rozłączenia; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w **Zadaniu 59** w pozycjach 1 i 2 dopuści strzykawkę marki Portex (bez igły) do badań gazometrii krwi o charakterystyce: skalowana strzykawka z tłoczkiem do pobierania krwi do badań gazometrycznych, aspiracja manualna; strzykawka z buforowaną wapniem suchą heparyną litową napyloną na ścianki, pojemność 1 lub 3 ml (do wyboru), zakończenie typu Luer.

Strzykawka wyposażona w filtr samouszczelniający się przy kontakcie z krwią, nakładany na zakończenie strzykawki, umożliwiający bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki; po usunięciu pęcherzyków z powietrza filtr służy jako zatyczka do strzykawki.

Sterylna, zapakowana pojedynczo razem z filtrem w folię/papier.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w **Zadaniu 71** wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 1 (opisany produkt jest obecnie trudno dostępny i posiada znacznie wydłużony czas oczekiwania na realizację).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w **Zadaniu 71** w pozycji 4 (w związku z zakończeniem produkcji opisanej rurki) dopuści rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW, silikonowaną, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące. Rurka sterylna. Rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w **Zadaniu 71** wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 6 (opisany zestaw PCK nie jest już produkowany).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w **Zadaniu 71** w pozycji 7 (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw ze strzykawką luer lock 30 ml i z łącznikiem luer-lock / stożkowym; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w **Zadaniu 71** w pozycji 9 dopuści rurkę tracheostomijną z mankietem Aire-Cuf w rozmiarach:

6,0 / 9,2 / 110 mm

7,0 / 10,6 / 120 mm

8,0 / 11,7 / 130 mm

9,0 / 12,9 / 140 mm. Rurka bez klinu; spełniająca pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w **Zadaniu 71** w pozycji 9 dopuści rurkę dostępną w dwóch rozmiarach tj.

7,0 / 10,6 / 120 mm

8,0 / 11,7 / 130 mm. Rurka bez klinu; spełniająca pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w **Zadaniu 71** wyrazi zgodę na wydzielenie lub wykreślenie pozycji 11 i 12, co pozwoli na złożenie oferty na pozostałe w pakiecie pozycje.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w **Zadaniu 71** w pozycji 13 dopuści opaskę mocującą rurki tracheostomijne wykonaną z materiału nie powodującego podrażnień, miękką i delikatną, z mocowaniem na rzep; możliwość regulacji długości; przeznaczoną dla dorosłych; opaska jałowa, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w **Zadaniu 71** wyrazi zgodę na wydzielenie lub wykreślenie pozycji 15 i 16, co pozwoli na złożenie oferty na pozostałe w pakiecie pozycje.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

zadaniu 61 - Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) z przetwornikiem wyposażony w linię płuczącą z przesuwaną klemą zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50- 60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami poprzez przewód z wtykiem typu „RJ”. Dodatkowo w zestawie zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzalamaniową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 7 dni u pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 112 zestawów typu ICU (Abbott) do krwawego pomiaru RR z przetwornikiem i linią ciśnieniową o długość 120 cm + kranik + linia ciśnieniowa o długość 30 cm (długość całkowita 152 cm); bez barwnych oznaczeń kolorystycznych w formie naklejek, w komplecie wymienne koreczki w kolorze czerwonym. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. Zestaw kompatybilne z posiadanymi przez oddział kablami.

Odpowiedź: Zamawiający posiada używane na czas trwania umowy kable do zestawu do krwawego pomiaru ciśnienia kompatybilne z urządzeniem NIHON COHDEN. W przypadku przystąpienia do zadania należy dostarczyć wymagane w SWZ liczbę kabli połączeniowych kompatybilnych z urządzeniem NIHON COHDEN.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,25%?

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

ad zadanie nr 26

Ze względu na fakt, że klipsy są implantami i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta i książce operacyjnej, wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy mają być wyposażone w samoprzylepne naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej: nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, nr serii, datę ważności

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pacjentów o dopuszczalności takich badań.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga takich naklejek.

Pytanie nr 17

Ad zadanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, że wkłady workowe opisane w poz. 6 i 7 mają być dostarczane w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym? Na rynku dostępne są wkłady workowe dostarczane w formie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, dlatego celowym jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w Aptece Szpitalnej i na oddziałach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 18



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji 5 zestawów z drenem o długości 180cm, pozostałe parametry jak w SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Czy zestaw do drenażu opłucnej wyspecyfikowany w poz. 13 ma być wyposażony w butlę na wydzielinę o pojemności minimum 3000 ml oraz butlę do regulacji siły ssania za pomocą słupa wody?

Na rynku dostępne są różne zestawy dwubutlowe przeznaczone tylko do drenażu opłucnej typu biernego, dlatego celowym jest doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego co do minimalnych parametrów technicznych tego zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje zestawu dwu-butlowego z butlą min. 3000ml i butlą do regulacji siły ssania za pomocą słupa wody.

Pytanie nr 20

ad zadanie nr 41

Prosimy o doprecyzowanie, czy igła opisana w poz. 2 w rozmiarze 1,8 x 45mm ma posiadać regulację długości w zakresie 25-45mm i metalowe przyłącze typu Luer-lock do podłączenia strzykawki aspiracyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 25-45 mm regulacji z przyłączem luer-lock.

Pytanie nr 21

ad zadanie nr 139 poz. 2-5

Ze względu na fakt, że klipsy są implantami i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta i książce operacyjnej, wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy mają być wyposażone w samoprzylepne naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej: nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, nr serii, datę ważności

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pacjentów o dopuszczalności takich badań.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje takich naklejek.

Pytanie nr 22

Pakiet 4 poz. 3

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje elektrody prostokątnej o rozmiarze 44mm x 30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Pakiet 4 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody do EKG o wymiarach 50mm x 35mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Pakiet 4 poz. 18,19

Zwracamy się z prośbą o podanie typu wymaganego papieru: czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza się papier kompatybilny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamienniki.

Pytanie nr 25

Pakiet 4 poz. 28

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji pasty ścierniej o pojemności 160g z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 13 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Pakiet 4 poz. 29

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o wymiarach 112mm x 25mm z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 24 sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Projekt umowy- §1 ust. 2

Prosimy o podanie ilości miejsc dostaw dla zadania nr 9.

Odpowiedź: Dostawy należy dostarczyć magazynu apteki szpitalnej.

Pytanie nr 28

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki, w tym zwłoki w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru.**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Część 139, Pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści ładunki z klipsami po 6 szt w ładunku? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 wysokiej klasy porty naczyniowe z komorą wykonaną z tytanu, a obudową wykonaną z biokompatybilnego polisulfonu, co pozwoli zwiększyć wygodę pacjenta (mniejsza masa portu) przy zachowaniu dużej trwałości (cała komora z tytanu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 2.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 wszczepialne porty o wysokości 11,5mm wadze 4,8g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 2.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 wszczepialne porty o wysokości 11,5mm wadze 9,5g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 1.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 wszczepialne porty o średnicy 25mm, objętości wypełnienia 0,3ml, z membraną wytrzymałą do 2000 nakłuć?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości użycia do 3000 wkłuć.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 porty posiadające w zestawie dwie strzykawki 12ml igłę typu Huber z drenem wykonanym z TOTM PCV, stalowy przewód J oraz igłę cienkościenną łatwo przechodzącą przez skórę bez systemu BLS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 porty z wygodnym i szybkim połączeniem cewnika z portem- łącznik (1 szt) na stałe połączony z dyszą komory portu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 porty naczyniowe z cewnikiem poliuretanowym o długości 760mm, średnicy 5,8Fr (rozmiar przewodu 6Fr), o średnicy wewnętrznej 1,0mm, średnicy zewnętrznej 1,9 mm i rozmiarze 7,8Fr (rozmiar przewodu 8,5Fr) o średnicy wewnętrznej 1,6 mm, średnicy zewnętrznej 2,6 mm,), z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w pozycji 1-2 dopuści porty naczyniowe z cewnikiem, w którym zamiast zakończenia luer-lock zestaw implantacyjny zawiera tępą igłę pozwalającą w bezpieczny sposób wypełnić cewnik solą fizjologiczną? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane u wielu producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Pakiet nr 98, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego portu naczyniowego w Państwa Placówce:

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetyleny z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2F. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, przewód typu J w podajniku do obsługi jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką do obsługi jedną ręką 20Gx20mm lub 22Gx20mm, sterylne obłożenie, bezłateksowa osłona na głowie USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie **paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka**

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Plac - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem stosowania do 3000 wkłuć.

Pytanie nr 39

Pakiet nr 98, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego portu naczyniowego w Państwa Placówce:

Wszczepialny port naczyniowy niskoprofilowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetyleny z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5F lub 7,2F o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką do obsługi jedną ręką 20Gx20mm lub 22Gx20mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem stosowania do 3000 wkłuć.

Pytanie nr 40

Szanowny Zamawiający

Pragniemy zgłosić poważne obawy dotyczące naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przez Zamawiającego. Niniejszym przedstawiam fakt, że Zamawiający wprowadził do specyfikacji szczegółowy opis, włączając w to dokładne cechy oraz rozmiary, co w sposób istotny utrudnia innym dostawcom uczestnictwo w postępowaniu przetargowym. Zamawiający w pakiecie 98 przepisał opis przedmiotu zamówienia wprost z katalogu konkretnego wykonawcy, wskazano dokładne wymiary, cech fizyczne, kolory, długości a nawet Patent BSL)- uchybienia zaznaczono na czerwono:

Wszczepialny port tytanowy o wys. 10mm i ciężarze 10,5g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr(1,1x2,2mm)/60cm, z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 28mm i objętości wypełnienia 0,35ml, cewnik skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z 1 echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS, nitinolowym prowadnikiem sz J oraz z strzykawką 10ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Hubera, zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poluretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-Lock do wypełnienia odłączalnego cewnika. Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć.

Wszczepialny port tytanowy (komora i obudowa) o wysokości 10 mm i ciężarze 8g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr (1,1x2,2mm)/60 cm, z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 24mm i objętości wypełnienia 0,27ml, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny 2zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z sz systemem BLS, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć.

Razem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, jednym z kluczowych założeń postępowania przetargowych jest zapewnienie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich potencjalnych dostawców.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Zamawiający ma obowiązek stworzenia warunków umożliwiających szeroki dostęp do udziału w przetargu, co obejmuje również dostęp do informacji o przedmiocie zamówienia w sposób, który nie faworyzuje żadnego z uczestników.
W związku z powyższym:

Pytanie do pakietu 98

Pytanie 1 W celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści porty innego producenta - lidera na rynku polskim i światowym i zgodzi się na porty o tej samej lub lepszej funkcjonalności leczniczej o różnicach podanych, pogrubionych w nawiasach:

Pozycja 1 Wszczepialny port tytanowy)(oferujemy port w całości wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego- innowacyjne tworzywo lepszy niż moc tytanu - potwierdzone badaniami , technologia umożliwia stosowanie portów w środowisku MRI do 7Tesla (tymczasem porty standardowe kompatybilne są ze środowiskiem do 3 Tesla) o wys. 11mm (12,1mm) i ciężarze 10,5g(4,9g- port lżejszy zapewnia uczucie komfortu użytkowania przez pacjenta) z odłączalnym cewnikiem silikonowym(poliuretanowy) 6,6Fr(1,1x2,2mm)/60cm, (oferujemy 6Fr (1,3x2,1mm)/63cm) z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy (port w całości wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego) o średnicy 28mm (26,7mm) i objętości wypełnienia 0,35ml (0,52ml),cewnik skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczna igła punkcyjna z systemem BLS(rozwrywalny zestaw wprowadzający- koszulka rozrywalna typu „peel away” z zaworem) , nitinolowym przewodnikiem J oraz z strzykawką 10ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Hubera, zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-Lock do wypełnienia odłączalnego cewnika. (wyposażenie : cewnik jednokanałowy (poliuretan,radiocieniujący, mocowany lub odłączany);• pierścień blokujący cewnik radiocieniujący;• igła introduktora 18 G;• przewód 0,038 cala (z końcówką w kształcie litery J, introduktor z odłączaną koszulką(z zaworem lub bez zaworu);• igła tępa;• igły typu Huber 22 G (1 prosta i 1 zakrzywiona pod kątem 90°);• giętki tuneler (metalowy);• hak żylny) Membrana silikonowa wytrzymała do 3000 nakłuć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Pytanie do pakietu 98

Pozycja 2 Wszczepialny port tytanowy (komora i obudowa))(oferujemy port w całości wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego- innowacyjne tworzywo, technologia umożliwia stosowanie portów w środowisku MRI do 7Tesla (tymczasem porty standardowe kompatybilne są ze środowiskiem do 3 Tesla) o wysokości 10 mm (12,1mm) i ciężarze 8 g(4,9g- port lżejszy zapewnia uczucie komfortu użytkowania przez pacjenta) z odłączalnym cewnikiem silikonowym (poliuretanowym) 6,6Fr (1,1x2,2mm)/60 cm, (oferujemy 8Fr (1,6x2,6mm)/63cm) Z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy (port wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego) o średnicy 24mm (26,7mm) i objętości wypełnienia 0,27ml (0,52ml), cewnik silikonowy(poliuretanowy) skalowany co 1 cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczna igła punkcyjna z systemem BLS, (rozrywany zestaw wprowadzający- koszulka rozrywalna typu „peel away” z zaworem) nitinolowym przewodnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika cewnika (wyposażenie : cewnik jednokanałowy (poliuretan,radiocieniujący, mocowany lub odłączany);• pierścień blokujący cewnik radiocieniujący;• igła introduktora 18 G;• przewód 0,038 cala (z końcówką w kształcie litery J, introduktor z odłączaną koszulką(z zaworem lub bez zaworu);• igła tępa;• igły typu Huber 22 G (1 prosta i 1 zakrzywiona pod kątem 90°);• giętki tuneler (metalowy);• hak żylny) Membrana silikonowa wytrzymała do 3000 nakłuć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Zadanie 33

Poz. 2 czy opaski na kostki również mają być dostępne w rozmiarze M / L (jak opaski na nadgarstki z poz. 1)?

Odpowiedź: Tak, doprecyzowuje, że opaski mają być dostępne w rozmiarze M/L.

Pytanie nr 43

Zadanie 64

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 1950x1000 mm (koc na całe ciało dla dorosłych)

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Zadanie 64

Poz. 2 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 1200x1000 mm (koc na całe ciało pediatryczny / na dolną część ciała dla dorosłych)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Zadanie 74

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie ostrzy j.u. o szerokości 36 mm, z możliwością wymiany bezdotykowej, kompatybilnych ze strzygarką, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 0°, 45° w lewo, 45° w prawo, zaferowaną w poz. 3 (inną niż 3M)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ ze względu na posiadanie 8 strzygarek 3M9661.

Pytanie nr 46

Zadanie 74

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie strzygarki (innej niż 3M model 9661), o następujących parametrach:

- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę(kąt 0°, kąt 45° w lewo, kąt 45° w prawo), do stosowania na mokro i sucho.
- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.
- Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizujący stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyslizgnięcia się strzygarki.
- Wysoko wydajna bateria Li-ion
- Czas pracy strzygarki: 150 minut
- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.
- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7).
- Niski poziom hałasu: max 60dB
- Strzygarka kompatybilna z 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia.
- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką
- Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnią skóry
- Wolna od lateksu i ftalanów
- Zarejestrowana jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47

Zadanie 74

Poz. 3 i 4

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia poz. 3 i 4 jako jednej pozycji/jednego indeksu w związku z tym, że strzygarka i ładowarka stanowią komplet. W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o dokonanie zmiany w formularzu asortymentowo-cenowym i np. dokonaniu połączenia pozycji 2 i 3 w jedną pozycję

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48

Pytanie 1. Do części 12 punkt 1- łyżki do laryngoskopów jednorazowa metalowa , diodowa

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie: - łyżki jednorazowe Macintosh i Miller ze światłem LED - ze stopu metalu nieodkształcające,- wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Posiadająca haczyk zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu, z zatraskiem kulowym typu "click". Plastikowa podstawa z wytłoczonym rodzajem i rozmiarem łyżki. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol świadczący o jednorazowym zastosowaniu wyrobu (przekreślona cyfra 2), pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 3 lata.

Łyżki :

Macintosh o rozmiarach 0; 1; 2; 3; 3,5; 4; 5,

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Miller o rozmiarach 000,00,0,1,2,3,4 . W załączeniu ulotka.

Rozmiary Macintosh:

rozmiar 0 80 mm x 13 mm

rozmiar 1 90 mm x 18 mm

rozmiar 2 100 mm x 18 mm

rozmiar 3 130 mm x 18 mm

rozmiar 3,5 144 mm x 18 mm

rozmiar 4 153 mm x 18 mm

rozmiar 5 174 mm x 16 mm

Rozmiar Miler :

rozmiar 000 61mm x 12 mm

rozmiar 00 65mm x 12 mm

rozmiar 0 79mm x 12 mm

rozmiar 1 105 mm x 13 mm

rozmiar 2 158 mm x 15 mm

rozmiar 3 197 mm x 16 mm

rozmiar 4 208 mm x 18 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

Pytanie 2. Do części 12 pozycja 2 Łyżki jednorazowego użytku do laryngoskopów, metalowa

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łyżek jednorazowych ze światłem LED - ze stopu

metal nieodkształcające, - wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Kompatybilna z

rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Posiadająca haczyk zapobiegający

dotykaniu łyżki do uchwyty po użyciu, z zatraskiem kulkowym typu "click". Plastikowa podstawa z

wytłoczonym rodzajem i rozmiarem łyżki. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym.

Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło.

Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru

łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol świadczący o jednorazowym zastosowaniu wyrobu

(przekreślona cyfra 2), pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min.

3 lata. Łyżki Macintosh o rozmiarach 0; 1; 2; 3; 3,5; 4; 5, Miller o rozmiarach 000,00,0,1,2,3,4 . W załączeniu

ulotka.

Rozmiary Macintosh:

rozmiar 0 80 mm x 13 mm

rozmiar 1 90 mm x 18 mm

rozmiar 2 100 mm x 18 mm

rozmiar 3 130 mm x 18 mm

rozmiar 3,5 144 mm x 18 mm

rozmiar 4 153 mm x 18 mm

rozmiar 5 174 mm x 16 mm

Rozmiar Miler :

rozmiar 000 61mm x 12 mm

rozmiar 00 65mm x 12 mm

rozmiar 0 79mm x 12 mm

rozmiar 1 105 mm x 13 mm

rozmiar 2 158 mm x 15 mm

rozmiar 3 197 mm x 16 mm

rozmiar 4 208 mm x 18 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50

Pytanie 3. Do części 12 pozycja 3 rękojeści wielorazowe LED

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - Rękojeść laryngoskopowa, wielorazowa, diodowa

światłowodowa

Rozmiary: Small 146mm x 19mm, Medium 146mmx29mm, Stubby 111mmx32mm

Zasilana barterami 2x R14, czas ciągłego świecenia min 35 godzin. Żarówka LED o napięciu 3V, białe

światło, bez efektu migotania. Żywotność diodowa źródła światła min 5 000 godz.

Źródło światła: dioda LED, 40 000 luksów, temperatura koloru 5000K

Strumień świetlny przy wyjściu – min. 45 lm

Powierzchnia rękojeści radełkowana



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu wkładu wewnętrznego z bateriami i źródłem światła) – rękojeść dwumodułowa

Rękojeść zgodna z normą ISO 7376-3 (standard „zielonego zamka”)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

Pytanie 4. Do części 12 pozycja 4 rękojeści wielorazowe LED

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - Rękojeści wielorazowego użytku, źródło światła, dioda LED z możliwością demontażu.

Na rękojeści widoczny zielony pasek, logo XLED, kod produktu, znak CE, numer LOT.

Metalowy kołnierz, wyposażony w żarówkę LED, zapewnia podaż mocnego światła do światłowodu w łożce laryngoskopowej.

Żarówka LED o napięciu 3 V uzyskuje mocne, białe światło, bez efektu migotania.

Żarówka zapewnia 3 x większą moc wyjściową niż inne wiodące marki.

Wyjątkowa wydajność 40 000 luksów, oraz temperatura światła 5000(k).

Rękojeść wykonana z metalowego materiału, który zapewnia 5 lat gwarancji lub 4000 cykliów sterylizacji w autoklawie.

Rękojeść przystosowana z bateriami lub akumulatorami o napięciu 2,5 V.

System elektroniczny zapewnia podaż mocnego i spójnego światła, oraz zapobiega migotaniu żarówki nawet przy niskim poziomie naładowania.

Radełkowa powłoka uchwytu zapewnia doskonałą przyczepność.

XLED Handle, Small - 146mm x 19mm

XLED Handle, Medium - 146mm x 29mm

XLED Handle, Stubby - 111mm x 32mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

Pytanie 5. Do części 12 pozycja 5 rękojeści jednorazowa

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenia rękojeści jednorazowych .

Rękojeść jednorazowa marki Callisto, z diodą LED i wbudowanym źródłem zasilania

Rękojeść do łożek światłowodowych, jednorazowa, dostępna w trzech rozmiarach.

Wbudowane źródło zasilania i światła – dioda LED, zapewniająca mocne światło pakowana w folię z oznaczeniem numeru katalogowego, symbolami CE oraz „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), Wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt, w całości w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 (zielony standard) z naniesioną datą ważności i numerem seryjnym. Fabrycznie zamontowana bateria alkaliczna, łatwa do szybkiego usunięcia do bezpiecznej utylizacji. Metalowe uchwyty połączeniowe z łożkami, zapewniają możliwość intubacji z wielką siłą. Mocne, jasne źródło światła LED zapewnia doskonałe oświetlenie ze średnią wydajnością 11 000 luksów w odległości 2 cm. Bez zawartości lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 12 poz. 1-5, wydzielenie pozwoleń na złożenie większej ilości ofert jednocześnie zmniejszy koszt zakupu dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 54

Zadanie 108, poz. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania również kaniul

donosowych o asymetrycznej budowie (różna średnica) wypustek donosowych w celu uzyskania wyższego ciśnienia w drogach oddechowych i

lepszego wypłukiwania CO₂ z górnych dróg oddechowych pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Zadanie 108, poz. 3 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania również układu w zestawie z komorą z możliwością podłączenia nebulizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

Pakiet 13

1. Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ;

Bezpieczny pojemnik histopatologiczny, formalina uwalniana w momencie dokręcenia nakrętki.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57

AD1. Czy Zamawiający dopuści opakowania zbiorcze po 24 sztuki, nie zmieniając ilości zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 58

AD2. Czy Zamawiający dopuści opakowania zbiorcze po 48 sztuk, nie zmieniając ilości zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 59

Pakiet 54

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- ☐ Okularki jednoczęściowe
- ☐ Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- ☐ Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- ☐ Bez dodatku lateksu i kleju.
- ☐ Hypoalergiczne.
- ☐ Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
- ☐ Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- ☐ Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- ☐ Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- ☐ Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;
- ☐ Bezbolesne zdejmowanie.
- ☐ Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, < 1000 g i > 1000 g) i wielkości główki noworodka.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61

Pakiet 60

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pozycjonery o specyfikacji:

- ☐ wykonane z wysokiej jakości polimerów
- ☐ hipoalergiczne, bez dodatku silikonu i lateksu
- ☐ idealnie dopasowują się do ludzkiego ciała
- ☐ bezpieczne w radioterapii, przeierne dla promieni RTG
- ☐ dopuszczone do stosowania z MRI
- ☐ łatwe do naprawy z wykorzystaniem dedykowanej folii naprawczej
- ☐ zmniejszają nacisk punktowy i zabezpieczają skórę pacjenta przed uszkodzeniem nerwów oraz powstawaniem odleżyn i owrzodzeń
- ☐ wskazane do stosowania w zakresie temperatury od -29°C do $+70^{\circ}\text{C}$
- ☐ łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji
- ☐ możliwe długotrwałe użytkowanie
- ☐ certyfikat CE, FDA
- ☐ certyfikat ISO13485
- ☐ zgodne z Dyrektywą RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62

Pakiet 60

AD1. Krążek pod głowę dla dorosłych o wymiarach 20x7x5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Pakiet 60



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
AD2. Półwałek o wymiarach 50x10x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64

Zadanie nr 106: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby minimalne wykorzystanie umowy było na poziomie 80%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 65

Zadanie nr 106: Dot. pozycji nr 1 i 3 Załącznika nr 9 do SWZ - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66

Zadanie nr 106: Dot. pozycji nr 2 Załącznika nr 9 do SWZ - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o długości 250 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67

Zadanie nr 106: Dot. pozycji nr 4 Załącznika nr 9 do SWZ, rozdz. XIV SWZ, załącznika nr 8 do SWZ – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wypełniania oświadczenia-załącznik nr 8 i składania dokumentów przedmiotowych dla pozycji nr 4 tj. Detektor kropli kompatybilny z pompami objętościowymi Medima P1 i P2? Detektor kropli nie jest wyrobem medycznym i jest objęty stawką VAT 23%. Nie jest także wyrobem farmaceutycznym, produktem Biobójczym ani kosmetykiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 4 wyrób niemedyyczny spełniający wymagania SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik nr 8 jest wzorem oświadczenia i Wykonawca może go zmodyfikować poprzez wskazanie przepisów jakim świadczono przez niego dostawy podlegają.

Pytanie nr 68

Zadanie nr 106: Dot. pozycji nr 1, 2 i 3 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie opakowania zawierają 100 szt. zestawów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69

Dot. rodz. VI SWZ i par. 5 ust. 2 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 6 lub 9 (wybrać) miesięcy licząc od daty dostawy? W ocenie Wykonawcy, biorąc pod uwagę 24 miesięczny termin obowiązywania przyszłej umowy, a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, zapis w obecnym brzmieniu wydaje się być nieproporcjonalny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 70

Dot. par. 5 ust. 4 i 5 wzoru umowy – Wykonawca prosi o wydłużenie podanych terminów do 48 h w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 77 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (biopłatów) na pole reakcyjne testu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 72

Zadaniu Nr 77 –Test ureazowy - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 73

PAKIET 140 pozycja 2:

Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie Zamawiający miał na myśli pisząc "Worek jednoczęściowy, do stomii otwarty (przyklepieć wypukły typu convex), min. 3 rodzaje z systemem zapobiegającym podciekaniu".

3 rodzaje czego konkretnie? 3 rodzaje worków o wskazanych parametrach, czy może 3 rodzaje systemów zapobiegających podciekaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli minimum 3 rodzaje worków.

Pytanie nr 74

PAKIET 140 pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści cewnik zewnętrzny, silikonowy, samoprzylepny jednoczęściowy w rozmiarach od 23 do 41mm (w specyfikacji jest do 40 mm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 75

Zadanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr. 23 haczyka do przebijania błon płodowych Amnioper (ostry, zagięty haczyk) o długości 250mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76

Dotyczy: **Zadanie nr 2**

Poz. 5-7

1. Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert w przedmiotowych pozycjach na cewniki centralne zakładane metodą Seldingera o średnic 7Fr i długości 20cm - tak jak obecnie stosowane - a nie jak mylnie napisano cyt. „20cm x 70mm”, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza średnicę 7 FR i długość 20 cm.

Pytanie nr 77

Dotyczy: **Zadanie nr 2 Poz. 9-10**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem - tak jak obecnie stosowane - ze względu na szczególny charakter ich zastosowania - powinny być pakowane w sztywne opakowania typu tubus, zapewniające ich pełne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje opakowania typu tubus.

Pytanie nr 78

Dotyczy: **Zadanie nr 2 Poz. 9-10**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem- tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać znacznik RTG wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki RTG, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia drenu w każdych warunkach klinicznych, co jest szczególnie istotne dla prowadzonej terapii.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga sztywnych opakowań typu tubus oraz znacznik RTG wzdłuż całego cewnika.

Pytanie nr 79

Dotyczy: **Zadanie nr 2 Poz. 11A**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ odnoszący się do wymaganych rozmiarów cyt. „18G-26G” oznacza wymóg zaoferowania igieł do znieczuleń pochodzących od jednego producenta w rozmiarach 18G do 26G /co 1G/ - do dowolnego wyboru Zamawiającego w trakcie trwania umowy - spełniających przy tym wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 80

Dotyczy: **Zadanie nr 2 Poz. 13**

Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na zestawy z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych z przewodnikiem J o długości 40cm, a nie jak mylnie opisano cyt. „4cm”, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza długość 40 cm.

Pytanie nr 81

Dotyczy: **Zadanie nr 2 Poz. 14**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane katetery do odsysania ran typu Redona - tak jak obecnie stosowane - powinny być pakowane na wprost (bez zagięć i zawijania), co zapobiega utrudnieniom w aplikacji związanym z tzw. pamięcią kształtu, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 82

Dotyczy: **Zadanie nr 11 – Rurki Poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rurki ustno-gardłowe Guedela, wykonane z innego, atraumatycznego i mniej toksycznego tworzywa niż pcv, pozbawionego szkodliwych dla zdrowia ftalanów, i lateksu - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu rurek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83

Dotyczy: **Zadanie nr 11 – Rurki Poz. 8**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe Guedela, powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję z blokerem zgryzu, co zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowania w każdych warunkach klinicznych, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84

Dotyczy: **Zadanie nr 11 – Rurki Poz. 8**



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki ustno-gardłowe Guedela w równoważnych rozmiarach (000, 00, 0, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5) - do wyboru Zamawiającego w trakcie trwania umowy - gdzie każdy z rozmiarów oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z ISO i widoczny wzdłuż całej rurki, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85

Dotyczy Zadanie nr 11 – Rurki Poz. 18

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne prowadnice o średnicy zewnętrznej 3,93-4.0mm x 366mm - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu prowadnic.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86

Dotyczy Zadanie nr 11 – Rurki Poz. 20-22

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert prowadnice do trudnej intubacji - tak jak obecnie stosowane - pakowane w sztywny futerał zapewniający prawidłowy kształt prowadnicy - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87

Dotyczy Zadanie nr 11 – Rurki Poz. 23-24

Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarsko-technicznej w odniesieniu do zapisu SWZ cyt. „Prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych z kanałem do wentylacji: w komplecie z łącznikiem 15mm i Luer Lock z zagiętym końcem, jałowa, elastyczna, wzmocniona na całej długości” oraz odniesienie fragmentu zapisu w części „prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych” tylko do poz. 23, a w pozostałej części opisu tylko do poz. 24.

Jednocześnie informujemy, iż prowadnice spełniające w całości powyższy opis wg naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, a wskazany opis jest „mieszanką” opisów kilku różnych prowadnic o różnym przeznaczeniu i parametrach technicznych.

Odpowiedź: Tak, dotyczy tylko poz. 23.

Pytanie nr 88

Dotyczy Zadanie nr 11 – Rurki Poz. 23

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane prowadnice - tak jak obecnie stosowane - to prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 89

Dotyczy Zadanie nr 11 – Rurki Poz. 25

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na prowadnice do rurek intubacyjnych z możliwością podawania tlenu w rozmiarze 2.6 tylko w wersji prostej (pozostałe rozmiary w obu wymaganych w SWZ wersjach) - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90

Dotyczy Zadanie nr: 99 - Akcesoria do tlenoterapii i inhalacji

Poz. 3,4, 12

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane wyroby dla noworodków i dzieci - ze względu na bezpieczeństwo - powinny być pozbawione szkodliwych pcv, lateksu i ftalanów DEHP, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu dopuszczonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Pytanie nr 91

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §5 ust. 4 i 5 z „24 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie pod koniec dnia pracy np. o godz. 20, dostawa będzie niemożliwa lub też nadzwyczaj mocno utrudniona do realizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 92

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 93

Czy Zamawiający dookreśli w §11, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 5 umowa w §11 jak następuje:

„Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia stron, spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. Rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty.

Pytanie nr 94

Pakiet 7, poz. 4

Proszę o dopuszczenie kaniul z portem bocznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 95

Pakiet 7, poz. 4

Proszę o dopuszczenie kaniul bez specjalnego zabezpieczenia po wycofaniu igły.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 96

Pakiet 7, poz. 8

Proszę o dopuszczenie przyrządu do pomiaru OCŻ w zestawie ze skalą.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 97

Pakiet 7, poz. 9

Proszę o dopuszczenie

☐ Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.

☐ Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

☐ Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

☐ Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

☐ Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.

☐ Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

• Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczepek na dren.

☐ Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

☐ Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto beztalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

☐ Posiada komorę kroplową, której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego, w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)

☐ Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

☐ Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

☐ Długość drenu: 180 cm

☐ Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 98

Pakiet 7, poz. 2, 11, 12, 15

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 99

Pakiet 7, poz. 14



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Proszę o dopuszczenie

- ☐ Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.
- ☐ Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.
- ☐ Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.
- ☐ Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).
- ☐ Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.
- ☐ Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.
- Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.
- ☐ Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)
- ☐ Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta
- ☐ Posiada komorę kroplową, której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego, w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)
- ☐ Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary
- ☐ Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu
- ☐ Długość drenu: 180 cm
- ☐ Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100

Pakiet 7, poz. 16

Proszę o dopuszczenie przyrządu z jednoczęściową komorą.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 101

Pakiet 7, poz. 16

Proszę o dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 102

Pakiet 10, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 103

Pakiet 10, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą co 0,2 ml zamiast 0,5 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 104

Pakiet 10, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki strzykawki z igłą 0,45 x 13 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105

Pakiet 10, poz. 6

Proszę o dopuszczenie strzykawki z czarną, dobrze widoczną i czytelną skalą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106

Pakiet 10, poz. 7

Proszę o odstąpienie od wymogu wykazania na liście producenta pomp.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 107

Pakiet 10, poz. 7-10



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Proszę o dopuszczenie strzykawek na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 108

Pakiet 10, poz. 11

Proszę o dopuszczenie strzykawki na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganym dializatorem, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu dializatora należy używać strzykawek. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 109

Pakiet 10, poz. 12

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,45 x 12 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110

Pakiet 10, poz. 12

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,45 x 16 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 0,45mm x 12mm.

Pytanie nr 111

Pakiet 10, poz. 22, 29, 30

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 112

Pakiet 22, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 113

Pakiet 22, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

26 G 0,6 x 19, przepływ 15 ml/min.

24 G 0,7 x 19, przepływ 22 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114

Pakiet 22, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul z 4 paskami RTG.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 115

Pakiet 22, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 116

Pakiet 22, poz. 3

Proszę o dopuszczenie metalowego zabezpieczenia bez systemu kapilar.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 117

Pakiet 22, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118

Pakiet 22, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

Gauge	Kolor	Rozmiar [mm]	Przepływ [ml/min]
-------	-------	--------------	-------------------

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie**

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

14G	Orange	2,1 x 45	270
16G	Grey	1,7 x 45	180
17G	White	1,4 x 45	126
18G	Green	1,3 x 32	85
18G	Green	1,3 x 45	85
20G	Pink	1,1 x 32	55
22G	Blue	0,9 x 25	33
24G	Yellow	0,7 x 19	18

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie nr 119****Pakiet 22, poz. 4-5**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie nr 120****Pakiet 22, poz. 6**

Proszę o dopuszczenie kranika bez dodatkowego portu do iniekcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie nr 121****Pakiet 22, poz. 6**

Proszę o dopuszczenie kranika sterylizowanego tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 122****Pakiet 22, poz. 6**

Proszę o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,9 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 123****Pakiet 22, poz. 7**

Proszę o dopuszczenie kranika sterylizowanego tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 124****Pakiet 22, poz. 7**

Proszę o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,32 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 125****Pakiet 22, poz. 8**

Proszę o dopuszczenie koreczków pakowanych jednostkowo – każda sztuka w niezależne opakowanie (twardy blister) umożliwiające aseptyczne wyjęcie, bez konieczności rozjaławiania pozostałych koreczków.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie nr 126****Pakiet 22, poz. 8**

Proszę o dopuszczenie wyceny koreczków za opakowanie 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 127****Pakiet 99, poz. 1, 3, 4, 12, 13, 15**

Proszę o dopuszczenie masek przezroczystych o zielonym zabarwieniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 128****Pakiet 99, poz. 12-13**

Proszę o dopuszczenie cewnika w jednym rozmiarze z możliwością regulacji obwodu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 129

Pakiet 99, poz. 5-6

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 130

Zadanie nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści Cewniki do odsysania Redon wykonane w całości z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131

Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132

Zadanie nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley silikonowany nr.8 z prowadnicą z balonem 3-5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133

Zadanie nr 1 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści cewnik foley trójdrożny o rozmiarach ch16-ch26?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134

Zadanie nr 1 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści cewnik foley bez jonów srebra?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 135

Zadanie nr 1 poz. 34, 35, 36, 37, 38

Czy Zamawiający dopuści Cewnik Kehr 45x18cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 136

Zadanie nr 1 poz. 51-57

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości minimum 800mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 51 min. 1250 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 137

Zadanie nr 11 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 138

Zadanie nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone niesilikonowane z prowadnicą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 139

Zadanie nr 11 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z jednym mankietem i jednym balonikiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 140

Zadanie nr 11 poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne ze stałym szyldem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 141

Zadanie nr 11 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne niesilikonowane?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 142

Zadanie nr 11 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w składzie: kaniula wewnętrzna z kołnierzem 1 sztuka oraz kaniula wewnętrzna z łącznikiem 2 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 143

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zadanie nr 11 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo w składzie nasadkę foniacyjną 1szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144

Zadanie nr 11 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów schodkowy o średnicach 4/6mm lub 8/10mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 145

Zadanie nr 11 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,0 mm / 255 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 146

Zadanie nr 11 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 3,3 mm / 340 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 147

Zadanie nr 11 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 4,0 mm / 340 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 148

Zadanie nr 11 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 4,7 mm / 340 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 149

Zadanie nr 11 poz. 52

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,0 mm / 600 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 150

Zadanie nr 11 poz. 20-21

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10FR / 700 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 151

Zadanie nr 11 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15FR / 800 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 152

Zadanie nr 11 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości 830mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 153

Zadanie nr 11 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 10FR i 15FR o długości 60-80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 154

Zadanie nr 11 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych mikrobiologicznie czystą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 155

Zadanie nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżki z mocowaniem plastikowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 156

Zadanie nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czyste mikrobiologicznie łyżki o wymiarach:

Mac:

Rozmiar 0, długość 76 mm, szerokość ok. 9mm

Rozmiar 1, długość 95 mm, szerokość ok. 9mm

Rozmiar 2, długość 105 mm, szerokość ok 14mm



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Rozmiar 3, długość 135 mm, szerokość ok 12mm

Rozmiar 4, długość 155 mm, szerokość 12mm

Rozmiar 5, długość 175 mm, szerokość 13mm

Mill:

Rozmiar 00, długość 65 mm, szerokość 11,5mm

Rozmiar 0, długość 78 mm, szerokość 11,5mm

Rozmiar 1, długość 102 mm, szerokość 13mm

Rozmiar 2, długość 154 mm, szerokość 13mm

Rozmiar 3, długość 195 mm, szerokość 13,4mm

Rozmiar 4, długość 205 mm, szerokość 13mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 157

Zadanie nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łyżki w opakowaniu foliowym o wymiarach:

Mac:

Rozmiar 00, długość 68 mm, szerokość ok. 9mm

Rozmiar 0, długość 76 mm, szerokość ok. 9mm

Rozmiar 1, długość 95 mm, szerokość ok. 9mm

Rozmiar 2, długość 105 mm, szerokość ok 14mm

Rozmiar 3, długość 135 mm, szerokość ok 12mm

Rozmiar 4, długość 155 mm, szerokość 12mm

Rozmiar 5, długość 175 mm, szerokość 13mm

Mill:

Rozmiar 00, długość 65 mm, szerokość 11,5mm

Rozmiar 0, długość 78 mm, szerokość 11,5mm

Rozmiar 1, długość 102 mm, szerokość 13mm

Rozmiar 2, długość 154 mm, szerokość 13mm

Rozmiar 3, długość 195 mm, szerokość 13,4mm

Rozmiar 4, długość 205 mm, szerokość 13mm

Bez rozmiaru 000?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 158

Zadanie nr 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękojeść wielorazową dającą mocne światło 80 000 lux do sterylizowania jedynie w autoklawie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 159

Zadanie nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękojeść wielorazową o dwóch rozmiarach: pediatric i medium zasilane bateriami kolejno 2xAA oraz 2xC?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 160

Zadanie nr 12 poz. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie bądź wykreślenie powyższej pozycji, co pozwoli na na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 161

Zadanie nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieliszek przezroczysty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 162

Zadanie nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycene za opak a80 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 163

Zadanie nr 20 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści stazę tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Pytanie nr 164

Zadanie nr 20 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści szynę 80x1000?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 165

Zadanie nr 20 poz. 33-34

Czy Zamawiający dopuści opakowanie=250 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 166

Zadanie nr 20 poz. 35-37

Czy Zamawiający dopuści szczotki bez zakończenia kulką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 167

Zadanie nr 20 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści wymiary 405x315x55?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 168

Zadanie nr 20 poz. 39

Czy Zamawiający dopuści dostępny do zakupu w 5 różnych kolorach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 169

Zadanie nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fi wewnętrzne 5,0 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga fi min. 5,6 mm.

Pytanie nr 170

Zadanie nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fi wewnętrzne 5,0 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga fi min. 5,6 mm.

Pytanie nr 171

Zadanie nr 51 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system do zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 172

Zadanie nr 51 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)), nieprzezroczysty, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 173

Zadanie nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednoczęściowe okulary o opisie:

- Szybkie i wygodne założenie
- Możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji
- Wygodne zapięcie na rzepy
- Możliwość dostosowania rozmiaru
- Jednorazowego użytku
- Pakowane indywidualnie





Obwód głowy [cm]: S – max do 31 (20-31); szerokość paska – 1,5cm; szerokość opaski na oczy – 2,7cm

M – max do 35 (25-35); szerokość paska – 2cm; szerokość opaski na oczy – 3,6cm

L – max do 40 (30-40); szerokość paska – 2,5cm; szerokość opaski na oczy – 4,5cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 174

Zadanie nr 66 poz. 1

Czy zamawiający dopuści równoważną myjkę w formie rękawicy:

- Zaokrąglona rękawica do mycia ciała ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka myjącego poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana z poliestru
- Rozmiar 17 cm x 24,5 cm
- Pokryta środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5)
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175

Zadanie nr 66 poz. 1

Czy zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe a'20 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 176

Zadanie nr 66 poz. 1

Czy zamawiający dopuści potwierdzoną czystość mikrobiologiczną na brak zawartości TPC, Coliforms, Fungi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus hemolyticus?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 177

Zadanie nr 66 poz. 2

Czy zamawiający dopuści produkt wykonany z jednej strony z miękkiego włosia, a z drugiej z gąbki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 178

Zadanie nr 66 poz. 2

Czy zamawiający dopuści wymiary: 8x5x3,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 179

Zadanie nr 66 poz. 2

Czy zamawiający dopuści bez szpatułki do czyszczenia paznokci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 180

Zadanie nr 66 poz. 3

Czy zamawiający dopuści produkt wykonany z jednej strony z miękkiego włosia, a z drugiej z gąbki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 181

Zadanie nr 66 poz. 3

Czy zamawiający dopuści wymiary: 8x5x3,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 182

Zadanie nr 66 poz. 4

Czy zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 20ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorheksydyny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 183

Zadanie nr 66 poz. 4

Czy zamawiający dopuści rozmiar 10cm x 10cm x 2,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 184

Zadanie nr 66 poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek zawierający w składzie m.in.: simetikon, prowitamina B5, wyciąg z aloesu, witamina E, Chlorheksydyna?



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 185

Zadanie nr 66 poz. 5

Czy zamawiający dopuści możliwość podgrzania w mikrofalówce przez 20 sekund w 700 W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 186

Zadanie nr 99 poz. 5

Czy zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarze 0 lub 1?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 187

Zadanie nr 99 poz. 6

Czy zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarze 1?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 188

Zadanie nr 131 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do pomiaru diurezy godzinowej o składzie:

Wykonany z medycznego PCV

- Worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną
- Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką
- Bezigłowy port do pobierania próbek moczy
- Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia
- Komora pomiarowa o pojemności 500ml
- Filtr hydrofobowy w worku i komorze
- Worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml
- Komora kroplowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml
- Uniwersalny, zintegrowany wieszak
- Jednorazowego użytku
- Bezlątkowy
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie: folia/papier

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 189

Zadanie nr 149 poz. 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd do ćwiczeń oddechowych z karbowaną Rurkę z ustnikiem z możliwością pracy w 3 zakresach :

Zakres 1 – przepływ do 600 ml/s

Zakres 2 – przepływ do 900 ml/s

Zakres 3 – przepływ do 1200ml/s?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 190

Zadanie nr 46, Poz. nr 1- Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania jałowej igły kulkowej sklasyfikowanej w klasie IIa reguła 6 - co powinno być potwierdzone deklaracją zgodności dla zaofiarowanego wyrobu medycznego wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej, która musi uczestniczyć w ocenie zgodności tego produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 191

Zadanie nr 46, Poz. nr 1- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania jałowej, jednorazowej igły kulkowej wykonaną z austenitycznej stali nierdzewnej, posiadającą końcówkę Luer Lock wykonaną z przezroczystego poliwęglanu umożliwiającej obserwację przepływu płynu, która zapobiega rozłączeniu się jej ze strzykawką podczas użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 192

Zadanie nr 46, Poz. nr 1- Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania jałowej, jednorazowej igły kulkowej wykonaną z austenitycznej stali nierdzewnej, pakowaną w opakowanie typu twardy blister, które zapobiega jej uszkodzenia podczas transportu tudzież magazynowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 193

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pakiet Bowie-Dick posiadający opakowanie z papieru medycznego? Papier medyczny nie różni się jakościowo od papieru krepowanego, wymóg ten natomiast rażąco ogranicza konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 194

Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy składające się z fiolek z substancją testową oraz oddzielnie, sterylnie zapakowanych wymazówek. W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 195

Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 196

Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 197

Dotyczy Zadania nr 35: Czy Zamawiający dopuści maty w opakowaniu 4 maty (mata=30 warstw)? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 198

Zadanie 43, poz. 1-5

. Czy Zamawiający dopuści do zaopierzania pieluchomajtki o następującej charakterystyce :

- pieluchomajtki wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta i posiadające 2 ściągacze taliowe
- pieluchomajtki posiadające dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem jako system wchłaniania
- pieluchomajtki posiadające falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz pieluchy, zapobiegające wypadaniu zawartości oraz nie powodujące obtarć w okolicy krocza
- wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniającego kolor pod wpływem moczu po jednym na bokach wkładu chłonnego i tuszowego nadruk pomiędzy nimi - rozmywający się pod wpływem cieczy. Pozwala to kontrolować chłonność na całej powierzchni wkładu chłonnego a nie tylko w jednym miejscu przy jednym pasku
- pieluchomajtki posiadające 4 zapięcia - przylepcorzępy umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 199

Zadanie 43 poz. 1-5:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 200

Pakiet 24

Czy zamawiający dopuści mankiety ograniczonego wielorazowego użytku z manometrem w postaci słupka , w pełni widocznym pod każdym kątem dla personelu medycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 201

Pakiet 39

Czy Zamawiający oczekuje akcesoriów (czujniki, kable, odprowadzenia), dopuszczonych i zwalidowanych przez producenta urządzenia firmę Genral Electric (GE).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 202

Pakiet 54

Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający oczekuje okularów do fototerapii noworodków, renomowanej amerykańskiej firmy jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9% potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje , że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę, Wykonane z jednego kawałka materiału.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
dostępne w dwóch rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześniejsi 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym opakowaniu (nie na okulkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 203

Pakiet 112

Czy Zamawiający oczekuje aby linia do przepłukiwania była trwale (nierozzerwalnie) połączona z przetwornikiem co mniejsza ryzyko rozszczelnienia układu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 204

Pakiet 119

Pytanie 1. Do Pakietu 119

Czy w poz. 3 i 4 Zamawiający oczekuje czujników saturacji w technologii Masimo SET tzn: pomiar pomimo ruchu pacjenta i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żyłnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 205

Pytanie 2. Do Pakietu 119

Czy w poz. 4 Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem RD tzn. płaska wtyczka z chipem, lub będzie wymagał adaptera do kabla z połączeniem RD dla LNCS, dla ujednolicenia rodzaju połączeń na oddziale.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza adapter do kabla RD dla LNCS.

Pytanie nr 206

Pytanie 5 dotyczy załącznika nr 5 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 ust 2 w następujący sposób: „2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

- a) Wykonawca uporczywie i nienależycie wykonuje postanowienia niniejszej umowy;
- b) wykonawca **co najmniej 3-krotnie** nie dotrzymał terminu dostawy
- c) nie wykonał **co najmniej 3-krotnie** w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 207

Dotyczy załącznika 9 do SWZ Pakiet 45 Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wymiarach 200x168x154,8mm?

Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 208

Dotyczy załącznika 9 do SWZ Pakiet 45 Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wymiarach 225x194x187mm?

Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 208a

Dotyczy załącznika 9 do SWZ Pakiet 45 Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wymiarach 293x255,5x221,5mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 209

Dotyczy : Rozdział XIV pkt 5

SWZ w związku z pakietem 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie oryginalnych materiałów

informacyjnych/Folderów/katalogów/prospektów/informacji/opisów dystrybutora w którym będą wyszczególnione informacje potwierdzające

wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia? Oryginały materiały/foldery producenta bardzo często nie

odnoszą się do szczegółowych parametrów opisywanych przez Zamawiających w SWZ i są jedynie ulotką informacyjną.

W związku z tym

większość materiałów nie potwierdzałoby wszystkich wymaganych parametrów, zatem zasadne jest sporządzanie ich przez dystrybutora w

oparciu o informacje od producenta czy autoryzowanego przedstawiciela i najlepszą wiedzę profesjonalnego wykonawcy na rynku medycznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 210

1. Czy Zamawiający w zad 26 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta po 6 klipsów w magazynku? Oferent wycenia magazynki a nie ilość klipsów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu.

Pytanie nr 211

Czy Zamawiający w zadaniu 58 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego z opcją grawitacyjną z zastawką wodną, komora kolekcyjna o pojemności 2500ml lub z wersją z dwoma drenami 950ml+1900ml) do wyboru przy zakupie, wyskalowana max co 5ml do objętości 200ml max co 10ml do 2000ml, komora wodnej regulacji siły ssania, zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego ciśnienia, automatyczny zawór uwalniający ciśnienie dodatnie, wypełnienie zastawki pozwala na monitoring ciśnienia, diagnozowanie przecieku, oraz zapobiega przed powrotem drenowanej treści pacjenta, samouszczelniający bezigłowy port do pobierania próbek, dren łączący, uchwyt do noszenia i powiedzenia, sterylny, podwójnie pakowany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 212

Czy Zamawiający w zad 58 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 213

Pakiet nr 13 poz. 1,2:

Według Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2021 „W sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej”, opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia przez Polskie Towarzystwo Patologów, jednym z wymogów otrzymania przez Jednostkę Diagnostyki Patomorfologicznej akredytacji jest monitorowanie utrwalenia materiału tkankowego, uwzględniające pH formaliny, mieszczące się w zakresie 7.2-7.4.

Czy Zamawiający wymaga aby substancja utrwalająca w pojemnikach w miała pH zgodne z wymogami standardów akredytacyjnych dla Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej, mieszczące się w zakresie 7.2-7.4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 214

Pakiet nr 13 poz. 1,2:

Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik tworzył system zamknięty- przez co rozumiany jest brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej jak i ciekłej ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 215

Pakiet nr 86 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora o objętości 1510 ml, dla dorosłych, wymiary (284 x 127 mm), ciężar (bez uwzględnienia maski i rezerwuaru tlenu) 220 g, **spełniającego wszystkie pozostałe wymagania zamieszczone w SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 216

Pakiet nr 86 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora o objętości 220 ml (objętość oddechowa 150 ml), dla noworodków, wymiary (długość x średnica): 190 x 71 mm, ciężar (bez uwzględnienia maski i rezerwuaru tlenu) 70 g, **spełniającego wszystkie pozostałe wymagania zamieszczone w SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 217

Pakiet nr 86 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora o objętości 670 ml (objętość oddechowa 450 ml), dla dzieci, wymiary (długość x średnica): 223 x 99 mm, ciężar (bez uwzględnienia maski i rezerwuaru tlenu) 145 g, **spełniającego wszystkie pozostałe wymagania zamieszczone w SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 218

Pakiet nr 124 poz 2. :

Prosimy zamawiającego o wykreślenie z pakietu 124 pozycji nr 2,. Ze względu na zakończenie produkcji asortymentu Aerogen pro.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 219

Pakiet nr 124 poz 3. :

Ze względu na zmianę sposobu pakowania przez producenta asortymentu, zwracamy się z prośbą, dopuszczenia przez Zamawiającego, najmniejszego dostępnego opakowania zbiorczego tego produktu: 10 szt.? Tym samym zwracamy się z prośbą ponownego przeliczenia ilości opakowań dla tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 220

Pakiet nr 124 poz 4.

Ze względu na zmianę sposobu pakowania przez producenta asortymentu, zwracamy się z prośbą, dopuszczenia przez Zamawiającego, najmniejszego dostępnego opakowania zbiorczego tego produktu: 10 szt.? Tym samym zwracamy się z prośbą ponownego przeliczenia ilości opakowań dla tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 221

Dotyczy zadania 78

Czy w Zadaniu 78 Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych pakowanych zbiorczo w fiolkach x 50 szt.? Prosimy o uwzględnienie, że ze względu na odmienną konstrukcję paski pakowane zbiorczo są lepiej zabezpieczone przed wilgocią i zanieczyszczeniami od pasków pakowanych pojedynczo oraz mogą być dotykane na całej powierzchni bez wpływu na wynik pomiaru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 222

Dotyczy zadania 78

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu i w instrukcji pasków testowych zaoferowanych w Zadaniu 78 znajdowała się identyczna informacja dotycząca dopuszczalnego zakresu temperatur przechowywania pasków testowych, określając niezależnie od miejsca przechowywania pasków pełen zakres temperatur przechowywania, a nie tylko ich górną granicę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 223

Dotyczy zadania 78

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe zaoferowane w Zadaniu 78 były wyrobem medycznym refundowanym przez figurując w wykazie refundowanych wyrobów medycznych MZ w dniu składania oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 224

Zadanie 1 poz. 34-38

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów o długości ramion 20/40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 225

Zadanie 7 poz. 5-7

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczaniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 226

Zadanie 10 poz. 4

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'50 szt. z odpowiednim przeliczaniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 227

Zadanie 10 poz. 6

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 100 ml ze skalą w kolorze czarnym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 228

Zadanie 10 poz. 7-10

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek kompatybilnych z wymienionym przez Zamawiającego pompami ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 229

Zadanie 10 poz. 12

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,45x12mm ?



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 230

Zadanie 10 poz. 14

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,6x30mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 231

Zadanie 17 poz. 5

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie:

- zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań np. z wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym.
- w jego skład wchodzi: pojemnik 25 ml, skalowany co 1 ml, zakrętka z końcówkami dł. 37 i 39 cm, dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta samoprzylepna
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 232

Zadanie 22 poz. 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

- służy jako inwazyjny środek do pomiaru ciśnienia krwi i średniego ciśnienia tętniczego dokładniej niż środki nieinwazyjne
- cewnik wykonany z teflonu FEP
- posiada zawór odcinający z możliwością obsługi jedną ręką
- posiada filtr
- posiada skrzydełka
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 233

Zadanie 22 poz. 2

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z PUR
- wyposażona w uchwyt zdejmowalny
- 6 linie RTG
- brak lateksu
- nie zawiera ftalanów
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

dostępne rozmiary:

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie**

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

		Kaniula		
Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
24	Żółta	0.7	19	18 ml
26	Fioletowa	0.6	19	10 ml

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie nr 234****Zadanie 22 poz. 3**

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonany z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR
- wyposażona w skrzydełka
- wyposażona w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- z portem bocznym
- 6 linie RTG
- brak lateksu
- nie zawiera ftalanów
- filtr hydrofobowy
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

dostępne rozmiary:

		Kaniula		
Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
16	Szara	1.8	45	200
18	Zielona	1.3	45/32	85
20	Różowa	1.1	32/25	55
22	Niebieska	0.9	25	33

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.**Pytanie nr 235****Zadanie 22 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści Kaniulę dożylną bezpieczną wykonaną z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozzerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności paski RTG muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Wymagane następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/33mm (1,3) 90ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 236

Zadanie 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Kaniulę dożylną bezpieczną wykonaną z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozzerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności paski RTG muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Wymagane następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/33mm (1,3) 90ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min; G16/45mm (1,7) 180ml/min; G14/45mm (2,1) 270ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 237

Zadanie 22 poz. 4

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonany z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR
- wyposażona w skrzydełka
- wyposażona w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- z portem bocznym
- 6 linie RTG
- brak lateksu
- nie zawiera ftalanów
- filtr hydrofobowy
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

dostępne rozmiary:

		Kaniula		
Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	270
16	Szara	1.8	45	200
18	Zielona	1.3	45/32	85
20	Różowa	1.1	32/25	55
22	Niebieska	0.9	25	33
24	Żółta	0.7	19	18

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 238

Zadanie 43 poz. 1



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, nie zawierających lateksu, posiadające min. jeden ściągacz taliowy, wielowarstwowy wkład chłonny z superabsorbentem, podwójne przylepcorzepty umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, hydrofobowe falbanki boczne, "dzienne", rozmiar XL (obwód od 110-130 do 160-170 cm), chłonność nie mniej niż 2580g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 239

Zadanie 43 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op.= 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku (+/-) 50 % w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 240

Zadanie 43 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, nie zawierających lateksu, posiadające min. jeden ściągacz taliowy, wielowarstwowy wkład chłonny z superabsorbentem, podwójne przylepcorzepty umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, hydrofobowe falbanki boczne, "dzienne", rozmiar L (obwód od 100-110 do 150 cm), chłonność nie mniej niż 2150g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 241

Zadanie 43 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op.= 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku (+/-) 50 % w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 242

Zadanie 43 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, nie zawierających lateksu, posiadające min. jeden ściągacz taliowy, wielowarstwowy wkład chłonny z superabsorbentem, podwójne przylepcorzepty umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, hydrofobowe falbanki boczne, "dzienne" rozmiar M (obwód od 75-80cm do 110-130 cm), chłonność nie mniej niż 2000g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 243

Zadanie 43 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op.= 1 szt.?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku (+/-) 50 % w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 244

Zadanie 43 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, nie zawierających lateksu, posiadające min. jeden ściągacz taliowy, wielowarstwowy wkład chłonny z superabsorbentem, podwójne przylepcorzepty umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, hydrofobowe falbanki boczne o zwiększonej chłonności "nocne" rozmiar L (obwód od 92-110 do 144-160cm), chłonność nie mniej niż 2750g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 245

Zadanie 43 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op.= 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku (+/-) 50 % w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 246

Zadanie 43 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, nie zawierających lateksu, posiadające min. jeden ściągacz taliowy, wielowarstwowy wkład chłonny z superabsorbentem, podwójne przylepcorzepty umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, hydrofobowe falbanki boczne o zwiększonej chłonności "nocne" rozmiar M (obwód od 73-80c, do 110-130 cm), chłonność nie mniej niż 2400g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 247

Zadanie 43 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op.= 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku (+/-) 50 % w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 248

Zadanie 43 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchy anatomicznej w rozmiarze 28-35x50-64cm chłonności min. 1100 gram lub mililitrów?



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 249

Zadanie 43 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op.= 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku (+/-) 50 % w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 250

Zadanie 43 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładu chłonny 90x60 cm, chłonność min. 1600ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 251

Zadanie 43 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op.= 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku (+/-) 50 % w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 252

Zadanie 123 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ENFit o poj. 60ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 253

Zadanie 10 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,45x12mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 254

Zadanie 47 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 0,7l ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 255

Zadanie 48 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 20 G (0,8-1,1) dł. 33 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 256

Zadanie 48 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 18 G (0,9-1,3) dł. 45 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 257

Prosimy Zamawiającego o podanie dodatkowych informacji na temat miejsca dostawy, tj. określenie kondygnacji, dostępu do windy lub innych istotnych czynników mających wpływ na wykonanie dostawy.

Odpowiedź: Miejscem dostawy jest rampa – Zamawiający zgodnie z zapisami w załączniku nr 5 tj. Umowa par. 1 ust. 2 wymaga rozładowania, rozpaletowania i wniesienia przedmiotu zamówienia do magazynu apteki szpitalnej.

Pytanie nr 258

1. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35°C, igieł, cewników, zgłębników 5-37°C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40°C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zamawiający będzie weryfikował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 259

2. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 260



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

3. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 261

4. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 262

Dotyczy zadania 39 poz. 4

Czy zamawiający ma na myśli czujnika stężenia tlenu do aparatu Datex-Ohmeda Aestiva 5 - 7900?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 263

Dotyczy zadania 39 poz. 5

Czy zamawiający poszukuje czujnika przepływu o numerze REF: 2089610-001-S ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje czujnika oryginalnego bądź zamiennego kompatybilnego z urządzeniem Aspiro.

Pytanie nr 264

Dotyczy zadania 39 poz. 6

Czy zamawiający poszukuje czujnika stężenia tlenu o numerze 6050-0004-110 lub równoważnego? Proszę o podanie numer REF obecnie używanego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 265

Dotyczy zadania 39 poz. 7

Czy zamawiający poszukuje kabla czujnika O2, o numerze 1009-5570-000?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oryginalnego lub zamiennego produktu obecnie używanego o takim numerze katalogowym.

Pytanie nr 266

Dotyczy zadania 39 poz. 8

Czy zamawiający poszukuje pułapki wodnej D-fend Pro, Dark Steel Blue, op. 10 szt. ? Łączna ilość w zapotrzebowaniu 30 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 3 szt. pułapek wodnych.

Pytanie nr 267

Dotyczy zadania 39 poz. 10

Czy zamawiający dopuści mankiet o wymiarach; długość 51 cm, szerokość 13,3cm, obwód 27.5-36.5cm Kompatybilny z kardiomonitorem Datex-Ohmeda?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 268

Dotyczy zadania 39 poz. 11

Czy zamawiający dopuści mankiet o wymiarach; długość 67,8cm, szerokość 16,8cm, obwód 35.5-46cm Kompatybilny z kardiomonitorem Datex-Ohmeda?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 269

Dotyczy zadania 39 poz. 12

Czy zamawiający ma na myśli produkt; Rurka przedłużająca do mankietów 2-żyłowych do monitorów GE z wtykiem Dinaclick dla dorosłych i dzieci, dł. 3.6 m, odpowiedni do 2058203-002?

Odpowiedź: Tak lub produktu zamiennego.

Pytanie nr 270

Dotyczy zadania 39 poz. 13

Czy zamawiający ma na myśli odprowadzenia typu Nihon Kohden klamra? Dopuszczalność długość 0,90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu typu Datex Ohmeda 3 odprowadzenia klamra dł. 0,9m.

Pytanie nr 271

Dotyczy zadania 39 poz. 14

Czy zamawiający ma na myśli osłonki do czujników Temperatury jednorazowych? Czy dopuści opakowanie po 16 szt?

Odpowiedź: Tak, chodzi o jednorazowe. Zamawiający dopuszcza przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 272

Dotyczy zadania 94 poz. 1

Czy zamawiający ma na myśli czujniki SpO2 do monitora Nihon Kohden – BSM-3763 ?



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 273

Dotyczy zadania 94 poz. 2

Czy zamawiający ma na myśli przewód EKG do monitora Nihon Kohden – BSM-3763 ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 274

Dotyczy zadania 97 poz. 1

Czy zamawiający poszukuje odpowiednika kabla głównego z wtyczką 17 pinową czy 6 pinową ?

Odpowiedź: 17 pinary.

Pytanie nr 275

Dotyczy zadania 97 poz. 3

Czy zamawiający dopuści mankiet 1-żyłowy, obwód 25-35cm, dł.51,5cm, szer.14cm, dwuwarstwowy z pęcherzem i konektorem męskim do szybkozłączki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 276

Pytanie 14

Dotyczy zadania 97 poz. 4

Czy zamawiający dopuści mankiet 1-żyłowy, dla dorosłych duży, obwód 33-47cm, długość: 66cm, szerokość: 18cm, dwuwarstwowy, z pęcherzem i konektorem męskim do szybkozłączki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 277

Dotyczy zadania 97 poz. 5

Czy zamawiający poszukuje produktu: Rurka przedłużająca do mankietów 1-żyłowych do monitora Spacelab, dla dorosłych, dł. 3.0 m, zakończoną szybkozłączką?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 278

Dotyczy zadania 97 poz. 7

Proszę o podanie zamawiającego w jakiej obecnie technologii pracuje używany adapter czujnika SpO2 ewentualnie jego numer REF?

Odpowiedź: Model urządzenia Space lab Ultraview SL2700 model 91387.

Pytanie nr 279

Dotyczy zadania 97 poz. 9

Proszę o podanie numery REF modelu obecnie używanej pułapki wodnej.

Odpowiedź: Model D-Fend , brak numeru.

Pytanie nr 280

Dotyczy zadania 97 poz. 11

Proszę o podanie numery REF modelu poszukiwanego czujnika przepływu.

Odpowiedź: REF 10110090.

Pytanie nr 281

Dotyczy zadania 97 poz. 12

Proszę o podanie numeru REF modelu rurki łączącej czujnik przepływu.

Odpowiedź: REF 10110218.

Pytanie nr 282

Dotyczy zadania 97 poz. 13

Proszę o podanie numery REF modelu rurki łączącej czujnik przepływu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurkę z poz. 12 o numerze REF 10110218.

Pytanie nr 283

Dotyczy zadania 119 poz. 2

Proszę o podanie typu konektora połączeniowego jaki ma być zastosowany w mankietach lub model kardiomonitora.

Odpowiedź: Obecnie zamawiający używa: Mankiety noenatologiczne jednopacjentowe 4-8cm neosnap / CLA-N2-2B GE Medical Systems.

Pytanie nr 284

Dotyczy zadania 143 poz. 1

Czy zamawiający dopuści pasy do KTG jednorazowego użytku, rozmiar 150 x 6 cm, 2 szt. w opakowaniu: niebieski i różowy z zapinką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 285

PAKIET 107 poz.1

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, których opakowanie zbiorcze liczy 5 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ogólnej wymaganej ilości tj. – 40 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 286

PAKIET 107 poz. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, których opakowanie zbiorcze liczy 6 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ogólnej wymaganej ilości stosując matematyczne zaokrąglenie tj. – 33 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu na op=5 szt.

Pytanie nr 287

PAKIET 107 poz. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w rozmiarze 7x5x1 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 288

PAKIET 107 poz. 1-2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, które wchłaniają w przybliżeniu 35-krotność płynów w stosunku do swojej wagi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 289

Dotyczy §5 ust. 4 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia towaru zamiennego do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 290

Dotyczy SIWZ, §5 ust. 5 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia brakującego asortymentu do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 291

Dot. pakiet 44 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie alternatywnych strzykawek 10 ml (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) z przeliczeniem żądanej pojemności, która łącznie wynosi 20 ml jak w opisie SWZ, do stosowania w polu operacyjnym; strzykawka posiada średnicę cylindra odpowiadającą strzykawce o pojemności 10ml, długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie, zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzony zerowy refluks).

Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki; ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika, posiada rejestrację jako wyrób klasy III, okres stabilności roztworu i ważności produktu 3 lata. Zgodnie z wytycznymi strzykawka o przekroju strzykawki 10 ml jest gwarantem skutecznego przeprowadzenia procedury przepłukiwania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 292

Dot. zad. 44 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie strzykawki o poj. 10ml napełnionej fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) do stosowania w polu operacyjnym; strzykawka posiada średnicę cylindra odpowiadającą strzykawce o pojemności 10ml, długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzony zerowy refluks). Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika, posiada rejestrację jako wyrób klasy III, okres stabilności roztworu i ważności produktu 3 lata.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 293

Dot. Par. 1 pkt. 10 wzoru umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na przesłanie certyfikatów z umową lub na każde wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 294

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Dotyczy zadania 127

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 127 wkładów o pojemności 100ml zamiast 50 ml, kompatybilnych ze strzykawką automatyczną Nemoto Dual Shot.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 295

Pakiet 1, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania Redon wykonany z medycznej odmiany PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 296

Pakiet 1, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania Redon poliuretanowy o długości 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik wykonany z medycznego PCV.

Pytanie nr 297

Pakiet 1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści pojemniki typu Redon w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 298

Pakiet 1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści pojemniki typu Redon z gładką końcówką do podłączania drenów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 299

Pakiet 1, pozycja 32 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley bez jonów srebra? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 300

Pakiet 1, pozycja 34-38 Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra wykonane z silikonu z rozstawem ramion 450x180mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 301

Pakiet 1, pozycja 43 Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 21?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 302

Pakiet 1, pozycja 43-46 Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne o długości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 303

Zadanie 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na mankiecie 0,07mm+/-0,02?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 304

Zadanie 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrotekstutowane z dodatkową teksturą na końcach palców?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 305

Zadanie 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004 oraz Rozporządzeniem WE 10/2011 (potwierdzone deklaracją producenta)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 306

Zadanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01, na mankiecie 0,06mm+/-0,01?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 307

Zadanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004 oraz Rozporządzeniem WE 10/2011 (potwierdzone deklaracją producenta)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 308

Zadanie 6 poz. 2



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 31 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978 – potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 309

Zadanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 310

Zadanie 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004 oraz Rozporządzeniem WE 10/2011 (potwierdzone deklaracją producenta)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 311

Zadanie 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 10 cytostatyków przez min. 240 min. z wyłączeniem fentanylu, wg ASTM D6978 – potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 312

Zadanie 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 8 substancji chemicznych (na poziomie 6), wg EN 16523 – potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 313

Zadanie 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, mankiet rolowany, kolor czarny. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana. AQL max 1,5, siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 6N (potwierdzone badaniem producenta). Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki na palcu min 0,09 mm, na dłoni 0,06 mm, na mankiecie min 0,06 mm. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przenikania przez rękawicę dla min 12 cytostatyków w tym 10 przez min 240 min. wg ASTM D6978. Rękawice odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie I oraz zgodne z Rozporządzeniem (ue) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO EN ISO 21420., rozmiar od XS-XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 314

Zadanie 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, mankiet rolowany, kolor fioletowy. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Teksturowane końcówki palców w celu zapewnienia precyzji podczas pracy z małymi przedmiotami w środowisku zarówno suchym jak i mokrym (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość rękawicy min 240 mm (potwierdzone badaniami producenta), AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,09-0,11 mm, na dłoni 0,06-0,08 mm. Minimalna wartość siły zrywu przed starzeniem i po starzeniu min 6N (potwierdzone badaniem producenta). Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie I oraz zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kat III typ B, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D6978 oraz potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium, brak przenikania przez rękawicę dla min 10 cytostatyków przez min 240 min. wg ASTM D6978. Opakowanie A 100 szt rozm S-XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 315

Zadanie 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice nie będące wyrobem medycznym (z VAT 23%)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 316

Zadanie 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie o grubości na palcu 0,33mm+/-0,01, na dłoni 0,27mm+/-0,02, na mankiecie 0,22mm+/-0,01 i długości 280-290mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 317

Zadanie 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie o grubości na palcu 0,17mm+/-0,02, na dłoni 0,15mm+/-0,02, na mankiecie 0,13mm+/-0,02 i długości 280-290mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 318

Zadanie 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm+/-0,01, na dłoni 0,11mm+/-0,01, na mankiecie 0,11mm+/-0,01?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 319

Zadanie 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne, bezpydrowe, lateks kauczuku naturalnego, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia wewnętrzna – polimeryzowana. Grubość pojedynczych ścianek: palec 0,17mm+/-0,01, dłoń 0,14mm+/-0,01, mankiet 0,11mm+/-0,01. Długość minimalna rękawicy 280mm, zawartość protein $\leq 30\mu\text{g/g}$ AQL-0,65, rozmiar 6,0-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 320

Zadanie 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe kolor brązowy, jałowe,. Długość rękawicy min.280mm, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa, polimerowana. Powierzchnia wewnętrzna polimerowana. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,20mm+/-0,02, na części dłoniowej 0,18mm+/-0,02, na mankiecie 0,16mm+/-0,02. AQL 0,65. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EWG w klasie II a, zgodne z wymaganiami normy EN 455 część 1-4). Rozmiar 6-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 321

Zadanie 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści chirurgiczne rękawice lateksowe, jałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpydrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, z rolowanym mankietem, anatomiczny kształt, długość minimalna rękawicy 280mm, grubość ścianki na palcu 0,17mm+/-0,01, dłoni 0,14mm+/-0,01, mankiet 0,11mm+/-0,01, siła zrywu przed starzeniem min.16N, siła po starzeniu min. 14N, AQL 0,65, poziom protein lateksu $\leq 30\mu\text{g/g}$, zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej w kat III. Zgodne z Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG w klasie IIa i normą EN 455 część 1-4, posiadające Deklarację CE, Rozmiar 6,0 -9,0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 322

Zadanie 9 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe, bezpydrowe, kształt anatomiczny. Mankiet rolowany. Rękawice wewnętrzne kształt zróżnicowany na obie dłonie, siła zrywu przed starzeniem min. 12N, po starzeniu min. 11N, długość 280mm. Rękawice zewnętrzne, kształt zróżnicowany na obie dłonie, siła zrywu przed starzeniem min. 11N po starzeniu min. 10N, długość 280mm, Poziom AQL 0,65. Wyrób medyczny klasy II a. oraz zgodnie z Rozporządzeniem ochrony indywidualnej kat. III typ B (UE) 2016/425. Zgodny z normą EN455-1-4. Dostępne rozmiary 6,0-8,5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 323

Zadanie 9 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w opakowania a'25 par?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 324

Zadanie 9 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za parę z przeliczeniem zaofertowanej ilości do 63 par?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w załączniku nr 9 Arkusz asortymentowo-cenowy w kolumnie jednostka miary na op=25par. Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 325

Zadanie 9 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, o przedłużonym mankiecie, jałowe, lateksowe bezpydrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy 480mm+/-10, grubość na palcu min. 0,33mm, na dłoni min 0,27mm, mankiet min. 0,18mm,



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

poziom protein lateksu poniżej 20µg/g, AQL max.0,65;. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC w klasie Is, rękawice zgodne z EN 455, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rozmiar S-L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 326

Zadanie 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali nominalnej o 10%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 327

Zadanie 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową w rozmiarze 0,45x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę tuberkulinową z igłą 0,45x13 mm.

Pytanie nr 328

Zadanie 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 329

Zadanie 10 poz. 7-10

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę niewpisane w menu pompy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 330

Zadanie 10 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 331

Zadanie 10 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści igłę do PEN w rozmiarze G 29 0,33x23mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza G 29 0,33x12mm do 12,7 mm.

Pytanie nr 332

Zadanie 10 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści igłę do PEN w rozmiarze G 29 0,33x23mm lub G30 0,30x8mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza G 30 0,30x8mm.

Pytanie nr 333

Pakiet 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakładek do kieliszków pakowanych a`500 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 334

Pakiet 20, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 16x26 cm lub 21x38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 16x26 cm.

Pytanie nr 335

Pakiet 20, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 12x29 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 336

Pakiet 20, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści marker jednokońcówkowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 337

Pakiet 20, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści szynę Kamera 7cm x 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 338

Pakiet 20, pozycja 33-34

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników usznych pakowanych a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.



Pytanie nr 339

Pakiet 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maty dekontaminacyjne w rozmiarze 45x115cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 340

Pakiet 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 341

Pakiet 51, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste, pakowane a'3 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 342

Pakiet 54, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o poniższych właściwościach:

- Zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła
- Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom
- Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii
- Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka
- Dostępne w 3 rozmiarach S, M, L
- Bez lateksu
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier/folia

Dostępne w rozmiarach S – 200-280mm, M-240-340mm, L-300-400mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 343

Zadanie 66, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki w rozmiarze 90x45x40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 344

Zadanie 99, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 345

Pakiet 99, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści maski przeźroczyste o zabarwieniu zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 346

Pakiet 99, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarze 0 jak w pozycji nr 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 347

Pakiet 99, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści wasy tlenowe przeźroczyste o zabarwieniu zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 348

Pakiet 99, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści maski przeźroczyste o zabarwieniu zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 349



Pakiet 149, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przepływowy przyrząd od ćwiczeń oddechowych z trzema komorami do pomiaru przepływu od 600cc/sec, 900cc/sec oraz 1200cc/sec bez pokrętła oraz bez portu do podawania tlenu

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 350

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 351

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 5 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 352

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 6 dopuści wycenę strzykawki z czarną skalą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 353

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 12 dopuści wycenę igieł o ścianie normalnej, standardowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 354

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 22 wymaga wyceny 36 op. igieł w opakowaniu x50szt.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 355

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 30 dopuści wycenę opakowań x 10szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 356

Pytania do Zadania nr 42 – koszule dla pacjentów:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o rozbić Zadania nr 42 na trzy pozycje, według rodzaju koszul, tj.:

1. Koszula pacjenta,
2. Koszula pacjenta z rękawami na napy,
3. Koszula położnicza,

podając przy tym ilość koszul każdego rodzaju.

Każda z opisanych w Zadaniu nr 42 koszul ma inny koszt wytworzenia, a co za tym idzie, różną cenę sprzedaży. Uśrednienie ceny dla jednej pozycji może powodować niekorzystną cenę dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 357

Dotyczy Zadania nr 42 – koszule dla pacjentów:

Czy Zamawiający wymaga załączenia wraz z ofertą lub na wezwanie Certyfikatu Oeko-Tex Standard na tkaninę, z której wykonane będą zaoferowane koszule?

Certyfikat Oeko-Tex świadczy o wysokiej jakości tkaniny, użytej do produkcji asortymentu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 358

Dotyczy zadania nr 42

Zamawiający jako jedno z kryterium oceny ofert wyznaczył termin dostawy od momentu złożenia zamówienia.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację oceny w ramach kryterium terminu dostaw w zakresie

Zadania nr 42 dla koszul wielorazowych jak poniżej:

- do 7 dni od daty złożenia zamówienia - 40 pkt
- do 10 dni od daty złożenia zamówienia - 20 pkt
- do 12 dni od daty złożenia zamówienia - 0 pkt.

Ocena jakościowa powinna faktycznie wpływać na jakość oferowanego asortymentu, a w przypadku wyrobów wielokrotnego użytku krótki czas na realizację wpływa negatywnie na jakość produkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 359

Pytania do Zadania nr 73 – Obuwie operacyjne:

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 obuwie w rozmiarach od 36 do 46, bez rozmiaru 47?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 360

Dotyczy Zadania nr 73

Czy Zamawiający dopuści realizację zamówień na obuwiu z pozycji 1. w kolorze dostępnym u Wykonawcy, bez możliwości wyboru, a w przypadku braków magazynowych dopuści zamiennie realizację obuwiu z pozycji 2.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 361

Zadania nr 73

Czy Zamawiający, mając na uwadze możliwość weryfikacji jakości zaoferowanego obuwiu w zakresie pozycji 2. Zadania nr 73, wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie Testu odporności na zginanie podeszwy wg EN ISO 20344?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 362

Pytanie 7 do Zadania nr 42 oraz 73:

Czy Zamawiający dopuści asortyment z Zadania nr 42 oraz 73, tj. koszule dla pacjenta i buty operacyjne nie będące wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 363

Zadanie 99 poz. 1, 3, 4, 12, 13, 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie produktów przeźroczystych w odcieniu zieleni. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 364

Zadanie 99 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej nr 0 (noworodki).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 365

Zadanie 99 poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej nr 1 (niemowlęcia).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 366

Dotyczy zadania nr 94, pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny, wielorazowy czujnik typu Y na palec producenta kardiomonitorów Nihon Kohden, rozłączny z przewodem połączeniowym o łącznej długości 4,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kabel rozłączny kompatybilny z poz. 12.

Pytanie nr 367

Dotyczy zadania nr 94, pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny, wielorazowy czujnik typu Y na palec producenta kardiomonitorów Nihon Kohden o długości 1,6, rozłączny, kompatybilny z kablem zbiorczym oferowanym w pkt 12?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 368

Dotyczy zadania nr 94, pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne jednorazowe czujniki SpO2 producenta kardiomonitora na ucho pakowane po 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opasek silikonowych lub z innego materiału z rzepem.

Pytanie nr 369

Dotyczy zadania nr 94, pkt 1

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania klipsa mocującego czujnik saturacji do ucha pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje opaski silikonowej lub z innego materiału z rzepami.

Pytanie nr 370

Dotyczy zadania nr 94, pkt 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie asortymentu tj. zastawki wydechowej jednorazowej w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierających 20 sztuk zastawek. Wyroby medyczne jednorazowego użytku nie są sprzedawane na sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 371

Dotyczy zadania nr 94, pkt 16



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie asortymentu tj. czujnika przepływu jednorazowego w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 20 sztuk czujników. Wyroby medyczne jednorazowe nie są sprzedawane na sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 10 szt produktów i jego wyceny.

Pytanie nr 372

Dotyczy zadania nr 94

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający zmodyfikuje punktację dla kryterium termin dostawy, zgodnie z poniższą sugestią?

Ilość przyznanych punktów:

- do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia - 40 pkt
- do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia - 35 pkt
- do 72 godzin od chwili złożenia zamówienia - 30 pkt
- maksymalnie do 120 godzin od chwili złożenia zamówienia – 0 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 373

Dotyczy § 5 ust. 4 i 5

Pytanie nr 2. Wykonawca wnosi o wydłużenie terminów, o których mowa w w./w. ustępach z 24 godzin do 72 godzin.

Termin 24h na dostarczenie towaru jest możliwy wyłącznie dla Wykonawców posiadających swoje magazyny w niedalekiej odległości od siedziby Zamawiającego. Dostawa asortymentu przez Wykonawców, których magazyny są znacząco oddalone są od siedziby Zamawiającego w terminie 24h jest trudna logistycznie oraz wymaga wysokich nakładów finansowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 374

Pytanie nr 3. Wykonawca wnioskuję o uwzględnianie w umowie zapisów reagujących występowanie siły wyższej zgodnie z poniższym wzorem:

Siła Wyższa

1. *Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
2. *Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.*
3. *W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.*
4. *Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.*
5. *Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.*
6. *Strona nie może powołać się na stan Siły Wyższej jeśli okoliczność ta była już Stronie znana w chwili zawarcia umowy.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dodaje powyższy zapis do załącznika nr 5 tj. Umowa do par. 9 pkt.8.

Pytanie nr 375

Zad. 147

1. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji dostawy do **15 tygodni** kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 376

Zadanie 20, poz. 3-4,19-21,29,30,

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4,19-21,29,30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 377

Zadanie 20, poz. 3

Czy zamawiający dopuści kieliszki w jednym kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 378

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 379

Zadanie 65, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 380

Zadanie 65, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 381

Zadanie 76, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 382

Zadanie 99, poz. 1-4,12-15

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,12-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 383

Zadanie 17, poz. 2

Czy zamawiający dopuści pojemność 50-100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 384

Zadanie 17, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści pojemność 30 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 385

Dot. zadania nr 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji osłonę sterylną na przewody, składaną teleskopowo, bezlateksową, sterylizowaną tlenkiem etylenu, o wymiarach 18cm x 244cm, posiadającą końcówkę samouszczelniającą się i nierozmakającą taśmę do mocowania osłony o wymiarach 2cm x 20cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 386

Dot. zadania nr 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji osłonę sterylną na przewody (kamerę), o wymiarach 15cm x 244cm z pierścieniem ułatwiającym zakładanie tzw. tubus, perforowana końcówka zaopatrzona jest w taśmę mocującą.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 387

Dot. zadania nr 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji uniwersalną sterylną osłonę na ramię C, bezlateksowa, wykonana z polietylenu, 3 – częściową, w skład wchodzi 2 sterylne worki z gumką (osłony), szyte na okrągło o wymiarach 127 cm x 64cm oraz osłona z regulowanymi klamrami 50cm x 250 cm na ramię C.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 388

Dot. rozdz. VI.11 SWZ oraz §5 ust.4 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostarczenie towaru zamiennego w przypadku reklamacji do 48 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 389

Dot. rozdz. VI.12 SWZ oraz §5 ust.5 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostarczenie brakującego asortymentu do 48 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 390

Dot. §1 ust.7 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację treści umowy w §1ust.7 w sposób następujący:

7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia Zamawiający może dokonać zakupu interwencyjnego u innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę. ~~Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z płacenia kary umownej z tytułu nie dotrzymania terminu dostawy.~~

Obciążanie wykonawcy kosztami zakupu interwencyjnego przy jednoczesnym naliczaniu kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy oznacza de facto podwójne karanie wykonawcy za to samo przewinienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje w załączniku nr 5 umowa §1ust.7 jak następuje:

7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia Zamawiający może dokonać zakupu interwencyjnego u innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę. **Różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z formularza asortymentowo- cenowego.** Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na dokonanie potrącenia różnicy kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie nr 391

Dot. §1 ust.7 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację treści umowy w §1ust.7 w sposób następujący:

7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia Zamawiający może dokonać zakupu interwencyjnego u innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę. **Różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z formularza asortymentowo- cenowego.** ~~Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z płacenia kary umownej z tytułu nie dotrzymania terminu dostawy.~~ Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na dokonanie potrącenia różnicy kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje w załączniku nr 5 umowa §1ust.7 jak następuje:

7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia Zamawiający może dokonać zakupu interwencyjnego u innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę. **Różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z formularza asortymentowo- cenowego.** Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na dokonanie potrącenia różnicy kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie nr 392

Dot. §8 ust.1 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację treści umowy w §8 ust.1 w sposób następujący:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki , w tym zwłoki w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 393

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SILA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

3. *W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*
4. *Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.*

W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 374.

Pytanie nr 394

Zadanie nr 9 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic teksturowanych na palcach i wnętrzu dłoni, silikonowane na zewnątrz oraz pokryte polimerem i silikonowane od wewnątrz. Typowa grubość pojedynczej ścianki z tolerancją +/- 0,03 mm: na palcu 0,33 mm, na części dłoniowej 0,31 mm, na mankiecie 0,25 mm. Rękawice o lepszym poziomie AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 395

Zadanie nr 9 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna: pokryta polimerem i silikonowana. Typowa grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,17 mm. Rękawice o lepszym poziomie AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 396

Zadanie nr 9 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,14 mm; poziom protein <91 µg/g. Rękawice o lepszym poziomie AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 397

Zadanie nr 9 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej oraz o lepszym poziomie AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 398

Zadanie nr 9 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic w kolorze naturalnym, o powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą, silikonowanej; powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana. Typowa grubość pojedynczej ścianki z tolerancją +/- 0,03 mm: na palcu 0,14 mm, na części dłoniowej 0,13 mm, na mankiecie 0,14 mm. Rękawice o lepszym poziomie AQL 0,65; zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 399

Zadanie nr 9 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o długości min. 282 mm, grubość ścianki na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,14 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 13N, po starzeniu min. 11N, poziom protein lateksu ≤30 µg/g. Rękawice o lepszym poziomie AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 400

Zadanie nr 9 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej oraz o lepszym poziomie AQL 0,65. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 401

Zadanie nr 9 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż określając wymaganą długość Zamawiający miał na myśli wartości minimalne tj. długość rękawicy wewnętrznej oraz zewnętrznej min. 282 mm.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 402

Zadanie nr 9 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej oraz wewnętrznej polimeryzowanej (w miejsce obustronnego chlorowania). Długość min. 482 mm, grubość na palcu min. 0,22 mm, na dłoni min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,15 mm, poziom protein lateksu <32 µg/g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 403

Zadanie nr 9 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o zgodę na wycenę rękawic w ww. pozycji za parę lub za opakowanie a'50 par. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie wymaganych ilości przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w załączniku nr 9 Arkusz asortymentowo-cenowy w kolumnie jednostka miary na op=25par. Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 404

Pytanie nr 1

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ są to zakupy sukcesywne według potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 405

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ ze względu na specyfikę produktów oraz prowadzonej działalności. Zamawiający określił w SWZ warunki jako dostawy sukcesywne trwające przez okres trwania umowy.

Pytanie nr 406

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawiały wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie." (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrzytkowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 407

Zadanie 45

Pytanie 1.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pojemników do transportu materiału histopatologicznego.

Pytanie nr 408

Zadanie nr 45

Pytanie 2.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.”

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:

1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.

2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pojemników do transportu materiału histopatologicznego.

Pytanie nr 409

Zadanie nr 45

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie ze szczelnie zakręcaną pokrywą, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z przezroczystego PP, o pojemności 100 ml, i wymiarach około: średnicy górnej 48 mm, dolnej 43 mm, wysokości 86 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 410

Zadanie nr 45

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie ze szczelnie zakręcaną pokrywą, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z przezroczystego PP, o pojemności 120 ml, i wymiarach około: średnicy górnej 58 mm, dolnej 48 mm, wysokości 69 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 411

Zadanie nr 45

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 2 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie ze szczelnie zakręcaną pokrywą, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z przezroczystego PP, o pojemności 200 ml, i wymiarach około: średnicy górnej 60 mm, dolnej 60 mm, wysokości 79 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 412



Zadanie nr 45

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 2 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 366 ml, i wymiarach około: średnicy górnej 94 mm, dolnej 74 mm, wysokości 83 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 413

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 520 ml, i wymiarach około: średnicy górnej 94 mm, dolnej 74 mm, wysokości 117 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 414

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 1200 ml, i wymiarach około: średnicy górnej 132 mm, dolnej 105 mm, wysokości 127 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 415

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 2300 ml, i wymiarach około: średnicy górnej 174 mm, dolnej 148 mm, wysokości 132 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 416

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 3400 ml, i wymiarach około: średnicy górnej 202 mm, dolnej 170 mm, wysokości 156 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 417

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 7 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 5600 ml, i wymiarach około: średnicy górnej 224 mm, dolnej 190 mm, wysokości 194 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 418

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 8 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 10600 ml, i wymiarach około: średnicy górnej 289 mm, dolnej 251 mm, wysokości 226 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 419

Zadanie 99 Poz. 5 i 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie masek anestetycznych w małych rozmiarach 0 i 1?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 420

Zadanie nr: 12 – Łyżki i rękojeści.

Poz nr 1 Czy Zamawiający dopuści łyżkę Miller 2 o dł. 152mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 421



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Zadanie nr 52 – narzędzia

Poz nr 34 Czy Zamawiający dopuści rozszerzadło szyjki macicy Hegar, dwustronne, Ø 3,0/4,0 mm, o długości 20 cm? Jest to wystarczająca długość dla tego typu narzędzi. Hegar o długości 31,5cm będzie nieporęczny i nie jest produkowany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 422

Zadanie nr 52 – narzędzia

Poz nr 47 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do ligatury o długości 12,5cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 423

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W opisie przedmiotu zamówienia Pakiet 51- System do kontrolowanej zbiórki stolca punkt 1

- Mając na uwadze podniesienie konkurencji i zaoferowanie alternatywnego zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o szerszych parametrach niż oczekiwał zamawiający, czy zamawiający da zgodę na zaoferowanie systemu zgodnie z parametrami jak poniżej :

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

1.	Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów.
2.	System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu
3.	Skład opakowania zestawu: <ul style="list-style-type: none">• Worek odbiorczy 1 l. (skalowany od 50 ml co 100 ml)• Strzykawka 50 ml• Strzykawka z żelem smarującym (10 ml)• Instrukcja użycia• 1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator zapachów• Zacisk na przewody
4.	Zestaw przewodu cewnika składa się z : trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu.
5.	Otwór przewodu cewnika w obrębie mankieta ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in ² , max 1,4 in ²
6.	Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem. <ul style="list-style-type: none">• Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/oprózniczenia mankieta.• Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na końcu mankieta mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków.• Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu wody przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu ułatwienia odprowadzania stolca.• Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką
7.	Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego
8.	System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów podczas zmiany worków.
9.	Przewód odprowadzający (długość 167cm.) wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kału zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas pobierania próbek
10.	Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
11.	System przebadany klinicznie, (czas utrzymania do 29 dni)
12.	Opakowanie handlowe systemu do zbiórki stolca - 2 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 424

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W opisie przedmiotu zamówienia Pakiet 51- System do kontrolowanej zbiórki stolca, punkt. 2

Czy zamawiający dopuści **worki** kompatybilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej :

Worek odbiorczy :

- Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml, kompatybilny z proponowanym systemem do zbiórki stolca.
- Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w wewnętrzną (membranę) zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
- Opakowanie zbiorcze 10 szt.



- Od lipca 2022 r. spółka BARD Poland Sp. z o.o. jest częścią BD Polska Sp. z o.o.

- 1 lipca 2022 r. spółka BARD Poland Sp. z o.o. połączyła się z BD Polska Sp. z o.o.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 425

Dot. Zad. 51

Czy Zamawiający będzie wymagał do oferty badań klinicznych, dotyczących zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie w katalogu bądź w innym dokumencie.

Pytanie nr 426

Dot. zadania nr 100

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecnictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku lub podanie cen jednostkowych do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 427

Zadanie nr 2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie pozycji nr 9, 10, 12 z zadania bądź dopuszczenie składania ofert z zastrzeżeniem że zakup produktów z pozycji nr 9, 10, 12 możliwy jest tylko do końca I kwartału 2024r (do 31.03.2024r) z powodu zaprzestania produkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

W przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora -

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Aleksandra Słabicka-Błaściak