



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Oława, dn. 03.04.2018r.

ZOZ/DZP/PN/6/18

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i leków, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/6/18**

Pytanie nr 1, Dotyczy: Zadanie 17 System oznakowania, Czy zamawiający dopuści w postępowaniu system oznakowania strzykawek oparty na normie ISO: 26825 2008 (podobny do systemu amerykańskiego a stosowany w Europie) składający się z naklejek na strzykawki w pudełkach po 400 sztuk, i naklejek do oznakowania linii w pudełkach po 200 sztuk. Jako podajniki proponujemy plastikowe pojemniki wielorazowego użytku na 10 rolek naklejek (bez pudełek), lub półki plastikowe z możliwością powieszenia na 11 lub 22 rolek naklejek w pudełkach. W celu porównania ofert naszej firmy i konkurencji proszę o przeliczenie ceny naklejek na 100 lub 200 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2, Dotyczy: Zadanie 1 poz. 12, Cewniki do terapii i dializ, Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przezroczysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być używany do 500 aktywacji. Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3, Dotyczy: Zadanie 1 poz. 12, Cewniki do terapii i dializ, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 z Zadania nr 1 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4, Dotyczy: Zadanie nr: 1 poz. 6, Cewniki do terapii i dializ, Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znacznica przewodnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4a, Dotyczy: Zadanie nr: 1 poz. 6, Cewniki do terapii i dializ, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z Zadania nr 1 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5, Dotyczy: Zadanie nr: 24, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych ginekologicznych, grubość na palcu min 0,18 mm, grubość na dłoni min. 0,17, mankiet min. 0,15 mm, AQL 0,65, poziom protein lateksu <50 µg/g, opakowanie a' 50 par, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6, Dotyczy: Zadanie nr: 1, poz. 12, Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 Dotyczy: Zadanie nr: 1, poz. 12, Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 sztuki (czerwony, niebieski) z przeliczeniem zamawianej ilości

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 Dotyczy: Zadanie nr: 1, poz. 12, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 6, Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynymi, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 6, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 7, Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynymi, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 7, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 Dotyczy: Zadanie nr 18 poz.10, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 18 poz. 10 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 Dotyczy: Zadanie nr 18 poz.2, Prosimy o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden.

Odpowiedź: Model kardiomonitora Nihon Kohden: BSM-6301

Pytanie nr 15 Dotyczy: Zadanie nr 18 poz.3, Prosimy o podanie informacji jaki ma być typ odprowadzeni (klamra, banan czy zatrzask)

Odpowiedź: Typ odprowadzenia to klamra.

Pytanie nr 16 Dotyczy: Zadanie nr 18 poz.9, Prosimy o podanie numer katalogowego obecnie używanego kabla zbiorczego, tak aby wykonawca mógł dobrać wtyk od strony czujnika.

Odpowiedź: Numer katalogowy obecnie używanego kabla zbiorczego: JL-900P

Pytanie nr 17 Dotyczy: Zadanie nr 32a poz.1, Prosimy o podanie numer katalogowego obecnie używanego czujnika przepływu.

Odpowiedź: Numer katalogowy obecnie używanego czujnika przepływu: 6871980

Pytanie nr 18 Dotyczy: Zadanie nr 32a poz.2, Prosimy o podanie numer katalogowego obecnie używanej pułapki wodnej.

Odpowiedź: Numer katalogowy obecnie używanej pułapki wodnej: 6872130

Pytanie nr 19 Dotyczy: Zadanie nr 32a poz.3, Prosimy o podanie numer katalogowego obecnie używanego czujnika tlenu.

Odpowiedź: Numer katalogowy obecnie używanego czujnika tlenu: 6850645

Pytanie nr 20 Dotyczy: Zadanie nr 32a poz.5,6,7,12,13,14,15, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Plac - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

konstrukcja łącząca tak różne asortymentowo artykuły znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione koszty. W przedmiotowym postępowaniu konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów (zawłaszcza przedsiębiorców małych i średnich), i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 Dotyczy: Zadanie nr 32a poz.9, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie przedłużacza SpO₂ o długości 2,4 m.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość przedłużacza SpO₂ max 1,5m.

Pytanie nr 22 Dotyczy: Zadanie nr 39a poz.4, Prosimy o podanie numer katalogowego obecnie używanego czujnika przepływu.

Odpowiedź: Numer katalogowy obecnie używanego czujnika przepływu: 1503-3856-00

Pytanie nr 23 Dotyczy: Zadanie nr 39a poz.5, Prosimy o podanie numer katalogowego obecnie używanego czujnika natężenia tlenu.

Odpowiedź: Numer katalogowy obecnie używanego czujnika natężenia tlenu: 6050-0004-110

Pytanie nr 24 Dotyczy: Zadanie nr 39a poz.6, Prosimy o podanie numer katalogowego obecnie używanego czujnika natężenia tlenu.

Odpowiedź: Numer katalogowy obecnie używanego czujnika natężenia tlenu: 6050-0004-110

Pytanie nr 25 Dotyczy: Zadanie nr 39a poz.7, Prosimy o podanie numer katalogowego obecnie używanej pułapki wodnej.

Odpowiedź: Numer katalogowy obecnie używanej pułapki wodnej: 876446-HEL

Pytanie nr 26 Dotyczy: Zadanie nr 39a poz.8, Prosimy o podanie modelu kardiomonitora Datex Ohmeda.

Odpowiedź: Modelu kardiomonitora Datex Ohmeda: F-FM-00

Pytanie nr 27 Dotyczy: Zadanie nr 39a poz.11, Prosimy o podanie informacji do czego ma pasować kabel połączeniowy i w jakim celu ma być używany.

Odpowiedź: Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych ze złączką prostokątną, z końcówką mated submin.

Pytanie nr 28 Dotyczy: Zadanie nr 39a poz.12, Prosimy o podanie informacji do czego ma pasować kabel EKG i czy zamawiający zezwoli na zaproponowanie kabla o długości 90 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kabel o długości 90cm. Jest to zestaw 3-odprowadzeniowy, EKG, Multilink, IEC grabber, zgrupowany. Obecnie używany - nr katalogowy: 412682-003.

Pytanie nr 29 Dotyczy: Zadanie nr 39a poz.9, Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarze 25 – 35 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar mankietów 25 – 35 cm.

Pytanie nr 30 Dotyczy: Zadanie nr 39a poz.10, Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarze 33 – 47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza rozmiar mankietów 33 – 47 cm.

Pytanie nr 31 Dotyczy: Zadanie nr 6a poz.3, Czy Zamawiający w pakiecie 6a pozycja 3 wymaga, aby zaofertowany ceftazydym 1g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby ceftazydym 1g był w postaci proszku.

Pytanie nr 32 Dotyczy: Zadanie nr 6a poz.3, Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 6a pozycja 3, aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C.

Pytanie nr 33 Dotyczy: Zadanie nr 2, Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 2 zestawów do krwawego pomiaru ciśnienia z zakończeniem BD typu DTX (3cc)/60 in (150cm). Jednocześnie, w przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania zwracamy się z prośbą o określenie typów posiadanych monitorów i ilości kabli niezbędnych do użyczenia i dostarczenia do Zamawiającego na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy 12 sztuk kabli połączeniowych do przetworników. Zamawiający wymaga 12 sztuk kabli, w tym:

8 szt kabli do Nikon Kohden, model BSM 3763;

4 sztuki do monitora Infinity Delta kat.: MS18597;

Pytanie nr 34, Czy Zamawiający dopuści przetwornik o następujących parametrach:

- długość linii pomiarowej 120 cm,

- przetwornik przystosowany do połączenia kablem interfejsowym poprzez połączenie wodoszczelne bezpinowe z końcówką typu Edwards.

- częstotliwość własna przetwornika >200 Hz



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

- linia wypełnienia systemu pomiarowego wyposażona w zbiornik wyrównawczy z filtrem zapobiegającym zapowietrzeniu.
- wygodny i bezpieczny system płukania linii poprzez pojedynczy system przepłukiwania poprzez aktywne skrzydełka.

Odpowiedź: W przypadku zadania 2, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy 12 sztuk kabli połączeniowych do przetworników. Zamawiający wymaga 12 sztuk kabli, w tym:

8 szt kabli do Nikon Kohden, model BSM 3763;

4 sztuki do monitora Infinity Delta, kat.: MS18597;

Pytanie nr 35 Dotyczy: Zadanie nr 1, poz.12, Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 Dotyczy: Zadanie nr 1, poz.12, Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy o objętości wypełnienia 0,085 ml, przestrzeń martwa poniżej 0,02 ml, z silikonową podzielną membranę bez żadnych metalowych, sprężynowych części, co zmniejsza ryzyko infekcji, z negatywnym wpływem wstecznym o wartości -0,02 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37 Dotyczy: Zadanie nr 19, poz.1,2, Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 Dotyczy: Umowa- Załącznik nr 5, Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przesyłanie skanu faktury na adres mailowy: apteka@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 39 Dotyczy: Umowa- Załącznik nr 5, Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dostarczenia towaru „na cito” w ciągu 48 godzin, gdyż w przypadku naszej Firmy towar dostarczany jest z naszego magazynu na Węgrzech stąd brak możliwości dostarczenia zamówienia sprzętu w krótszym czasie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40 Dotyczy zadanie nr 34a: Prosimy o doprecyzowanie jaka jest jednostka miary dla zadania nr 34a – opakowania, czy sztuki? Czy ilość sztuk w opakowaniu wskazana przez Zamawiającego ma zostać pomnożona przez kolumnę Ilość?

Odpowiedź: W kolumnie „Jednostka miary” miarą jest opakowanie, przy którym podano fasunek opakowania. W kolumnie „Ilość” podano ilość opakowań.

Pytanie nr 41 Dotyczy zadanie nr 34a, poz. 3,5,9, Prosimy o dopuszczenie worków w opakowaniu a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 42 Dotyczy zadanie nr 34a, poz. 7, Prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia. Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43 Dotyczy zadanie nr 82a, poz. 1, Czy Zamawiający w Pakiecie nr 82a w pozycji 1 dopuści system zamknięty do odsysania pacjenta o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, do rurek intubacyjnych o dł. 57cm i tracheostomijnych o dł. 30cm, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny umiejscowiony na łączniku „T”, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, w zestawie: łącznik obrotowy, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim, sterylizowany tlenkiem etylenu, rozmiary do wyboru przy zakupie Ch 14 i Ch 16?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44 Dotyczy zadanie nr 70 a, poz. 6-14, Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 6-14 z pakietu 70a, do osobnego zadania, tak aby umożliwić składanie ofert tylko i wyłącznie na ten asortyment?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 Dotyczy zadanie nr 70 a, poz.8, Czy zamawiający odstąpi od parametru miękka gąbka do mocowania „oznaczenie graficzne poziomu wysięku na opakowaniu jednostkowym” i dopuści produkt spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 46 Dotyczy zadanie 71a, pozycja 2, Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 71a, do osobnego zadania, tak aby umożliwić składanie ofert tylko i wyłącznie na ten asortyment?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47 Dotyczy zadanie 18, pozycja 10, Prosimy o wydzielenie poz. 10 do osobnego pakietu, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48 Dotyczy zadanie 39a, poz. 4, 5, 6, 7, Wydzielenie poz. 4-7 do osobnego pakietu, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49 Dotyczy zadanie 39a, poz. 9, Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiet w rozmiarze 34-47 cm.

Pytanie nr 50 Dotyczy zadanie 39a, poz. 10, Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiet w rozmiarze 25-35 cm

Pytanie nr 51 Dotyczy zadanie 39a, poz. 11, Prosimy o dopuszczenie przewodu w kolorze szarym, o długości 3m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przewód w kolorze szarym, o długości 3m.

Pytanie nr 52 Dotyczy zadanie 39a, poz. 12, Prosimy o dopuszczenie kabli o długości 0,95 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kable o długości 0,95 m.

Pytanie nr 53 Dotyczy Do rozdziału XVIII pkt 1 SIWZ kryteria oceny ofert w zakresie terminu dostawy dla zadań nr: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a oraz §1 ust.4 projektu umowy. Ze względu na rozbieżności w zapisach prosimy o doprecyzowanie w jakim terminie i jak będą oceniane dostawy dla zadań nr 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ załącznik nr 5 jest wzorem umowy. W §1 ust.4 zostanie wpisany termin dostawy, który Wykonawca zaoferuje w ofercie.

Pytanie nr 54 Dotyczy Umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.2 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający określił granice ilościowe przedmiotu zamówienia w rozdziale III pkt 5 SIWZ oraz w Załączniku nr 5-Wzór umowy §1ust.3.

Pytanie nr 55 Dotyczy treści §1 ust.7 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56 Dotyczy treści §5 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do treści §5 ust.2 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57 Dotyczy §5 ust.4 projektu umowy. Czy w związku niezbędnymi procedurami związanymi z realizacją przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na załatwienie reklamacji do 48 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58 Dotyczy projektu umowy §6 ust.1 ppkt d, Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §6 ust.1 ppkt d) projektu umowy)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59 Dotyczy §8 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,5% dziennie, ale liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia lub zamówienia podlegającego reklamacji, a nie od całego zamówienia?

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: §8 ust.1 projektu umowy dotyczy tylko towaru niedostarczonego, a nie wszystkich pozycji danego zamówienia.

Pytanie nr 60 Dotyczy Zadanie nr 79a poz.1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w Zadaniu nr 79a LP.1 na Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, o wymiarach 10 cm x 15 cm. Wykonany z odpornego na rozciąganie tworzywa sztucznego. Worek składa się z przezroczystego, przelotowego tubusa o średnicy 10mm i długości 19cm. Woreczek stanowi torebka z umieszczoną brzeźnie linką w kolorze zielonym, która po zaciągnięciu zamyka woreczek, jak sakiewkę. Pojemność worka 265 ml. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długości i pojemności worka wskazanych w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61 Dotyczy Zadanie nr 79a poz.1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w Zadaniu nr 79a LP.2 na Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy o wymiarach 8,5 cm i 18,8 cm z samorozprężalną obręczą i trzonem średnicy 10 mm, posiadającym uchwyt okienkowy na trzy palce o pojemności 200 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długości i pojemności worka wskazanych w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62 Dotyczy Zadanie nr 26 poz.1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 26, pozycja 1:

- Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny ze zbiornikiem elastomerowym z poliizoprenu z ogranicznikiem przepływu, zapewniającym przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy, bez filtra na przebiegu linii. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futeła. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b:

- obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h.
- obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h.
- obj. nominalna 96 ml, a max. 130 ml; nominalna prędkość przepływu 2 ml/h, nominalny czas pracy 48h.

Urządzenie zapewnia dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63 Dotyczy Zadanie nr 26 poz.2,3,4,5, Czy Zamawiający w zadaniu 26 w pozycji 2,3,4,5 - dopuści zaoferowanie infuzorów stosowanych w znieczuleniu miejscowym o parametrach j/w o zmiennym przepływie odpowiednio

- a) 1,2 lub 3 ml/h o maksymalnej objętości napełnienia 130 ml
- b) 2,3 lub 5 ml/h o maksymalnej objętości napełnienia 300 ml
- c) 5,7 lub 12 ml/h o maksymalnej objętości napełnienia 300 ml
- d) 8 ml/h o maksymalnej objętości napełnienia 600 ml
- e) cewniki do podania o długości odpowiednio : 15cm, 22,5 cm, 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 Dotyczy Zadanie nr 1a poz.11, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 1a, pozycja 11 płynu wieloelektrolitowego o składzie najbardziej zbliżonym do osocza:

Na/140 mmol/l; K/5 mmol/l; Mg/1,5mmol/l; chlorki/98 mmol/l; pH 7,4; osmolarność 295 mOsm/l; posiadającego podwójny układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemności 500ml?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65 Dotyczy Zadanie nr 2, poz. 1 - Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia.

Prosimy o potwierdzenie chęci zakupu 900 szt. opisanych zestawów do krwawego pomiaru ciśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66 Dotyczy Zadanie nr 8, poz. 2, Prosimy o dopuszczenie układu z workiem 2l, spełniającym wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 Dotyczy Zadanie nr 8, poz. 2, Prosimy o potwierdzenie, iż oferowany worki w układach powinny posiadać złącze 22M/19F w pełni kompatybilne z pozostałymi elementami układu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 Dotyczy Zadanie nr 19 – Kraniki i rampy, poz. 1, Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kraniki





Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

trójdrożne z drenem 10cm, bez portu bocznego, wykonane z poliamidu, o korzystniejszej do opisanej w siwz objętości wypełnienia 0,77ml - spełniające pozostałe wymogi siwz - europejskiego lidera w produkcji tego typu wyrobów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza objętość wypełnienia 0,77ml. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69 Dotyczy Zadanie nr 19 – Kraniki i rampy, poz. 1, Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kraniki trójdrożne z drenem 10cm, bez portu bocznego, o korzystniejszej do opisanej w siwz objętości wypełnienia 0,72ml, z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty - spełniające pozostałe wymogi siwz - europejskiego lidera w produkcji tego typu wyrobów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza objętości wypełnienia 0,72ml. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70 Dotyczy Zadanie nr 19 – Kraniki i rampy, poz. 1, Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kraniki trójdrożne z drenem o objętości wypełnienia 0,65ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza objętości wypełnienia 0,65ml. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71 Dotyczy Zadanie nr 19 – Kraniki i rampy, poz. 2, Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kraniki trójdrożne, wykonane z poliamidu, z niebieskim (żylny) lub czerwonym (tętnicze) pokręteł trójdrożnym - spełniające pozostałe wymogi siwz - europejskiego lidera w produkcji tego typu wyrobów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72 Dotyczy Zadanie nr 19 – Kraniki i rampy, poz. 2, Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne, analogicznie do kraników z poz. 71 powinny być sterylizowane radiacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 73 Dotyczy Zadanie nr 19 – Kraniki i rampy, poz. 2, Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne, powinny posiadać wszystkie ujęcia żeńskie, zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 74 Dotyczy Zadanie nr 19 – Kraniki i rampy, poz. 3, Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rampy pięciodrożne z pokręteł pomarańczowym /zamiast czerwonego/ oraz korzystniejszą objętością wypełnienia 1,16ml, spełniające pozostałe wymogi siwz - europejskiego lidera w produkcji tego typu wyrobów.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza pokrętko koloru pomarańczowego oraz objętość wypełnienia 1,16ml. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75 Dotyczy Zadanie nr 20 – Urządzenia nadkraniowe, poz. 1, Prosimy o potwierdzenie chęci zakupu 700 szt. masek krtaniowych w pediatrycznych rozmiarach 1.0 do 2.0.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli rozmiarówkę od 1,0 do 5,0; do wyboru przy zakupie.

Pytanie nr 76 Dotyczy Zadanie nr 20 – Urządzenia nadkraniowe, poz. 1, Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na maski krtaniowe renomowanego europejskiego producenta, których konstrukcja nie wymaga zintegrowanego blokera zgryzu, szczególnie w pediatrycznych rozmiarach, a zapewnia jednocześnie pełną drożność maski, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77 Dotyczy Zadanie nr 20 – Urządzenia nadkraniowe, poz. 2, Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane wymienniki ciepła i wilgoci, powinny posiadać port do podawania tlenu oraz port do odsysania, wagę własną nie większą niż 9g, przestrzeń martwą na poziomie 15-16ml, powinny być sterylne, pakowane w opakowania folia-papier.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 78 Dotyczy Zadanie nr 20 – Urządzenia nadkraniowe, poz. 2, Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane wymienniki ciepła i wilgoci, powinny posiadać wydajność nawilżania na poziomie 28-29mg H₂O/l oraz utratę wilgotności na poziomie 10-11mg H₂O/l (oba parametry przy Vt 500ml) lub inną wskazaną przez Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 79 Dotyczy Zadanie nr 20 – Urządzenia nadkraniowe, poz. 2, Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane wymienniki ciepła i wilgoci, powinny posiadać opór przepływu nie większy niż 0,8cm H₂O przy przepływie 30l/min i nie większy niż 1,8cm H₂O przy przepływie 60l/min lub inny wskazany przez Zamawiającego ?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 80 Dotyczy Zadanie nr 25a – System ochraniaczy do sterylizacji narzędzi, poz. 1, Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane ochraniacze, powinny posiadać 10 kieszeni o rozm. 4 x 5 cm z przelotkami, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 81 Dotyczy Zadanie nr 82a – System zamknięty do odsysania pacjenta, Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do odsysania, powinny w pełni wypełniać zapisy normy PN-EN 8836:2014-12 „Cewniki do odsysania z dróg oddechowych”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Pytanie nr 82 Dotyczy Zadanie nr 82a – System zamknięty do odsysania pacjenta, Prosimy o potwierdzenie, iż opisany w siwz podwójnie obrotowy łącznik powinien być sterylny, tak jak i cały zestaw.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 83 Dotyczy Zadanie nr 82a – System zamknięty do odsysania pacjenta, Prosimy o doprecyzowanie, czy mając na uwadze zapis cyt. „możliwość rozdwojenia drenów poprzez pełną kompatybilność z łącznikiem Y poniżej” oznacza wymóg zaopatrzenia wraz z zestawem kompletu łączników: uniwersalnego łącznika Y oraz łącznika z bezdotykowym zaworem podciśnienia, w pełni kompatybilnych do oferowanego systemu, co zapewnia możliwość wypełnienia powyższego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 Dotyczy Zadanie nr 82a – System zamknięty do odsysania pacjenta, Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane systemy powinny być pakowane w łatwe do otwarcia zewnętrzne opakowania foliowe lub foliowo-papierowe, z dodatkową perforacją ułatwiającą ich aseptyczne otwarcie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 85 Dotyczy Zadanie nr 82a – System zamknięty do odsysania pacjenta, Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane systemy powinny w swym składzie zawierać klucz do wygodnego i bezpiecznego odłączenia systemu od rurek intubacyjnych i tracheostomijnych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 86 Dotyczy Zadanie nr 26 poz. 6, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do anelgezyj regionalnej dł. 2,5; 6,5; 10; 15cm w zestawie z igłą wprowadzającą 18G z rozdzielaną koszulką, strzykawką 3-częściową luer-lock o pojemności 5ml, filtrem 0,2 um i opatrunkiem do mocowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki do anelgezyj regionalnej dł. 2,5; 6,5; 10; 15cm w zestawie z igłą wprowadzającą 18G z rozdzielaną koszulką, strzykawką 3-częściową luer-lock o pojemności 5ml, filtrem 0,2 um i opatrunkiem do mocowania.

Pytanie nr 87 Dotyczy Zadanie nr 26 poz. 6, Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 6 z pakietu w celu złożenia ważnej oferty w zakresie pakietu 15, opisany produkt został oficjalnie wycofany przez producenta z produkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na pytanie 86.

Pytanie nr 88 Dotyczy Zadanie nr 19 poz. 1, Czy oferowany kranik z przedłużaczem ma być wyposażony w dodatkowy port bezigłowy, jak obecnie stosowany?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 89 Dotyczy Zadanie nr 8 poz. 1, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezłateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długości i objętości wskazanych w SIWZ. Podtrzymuje pozostałe parametry z SIWZ.

Pytanie nr 90 Dotyczy Zadanie nr 8 poz. 2, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezłateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długości i objętości wskazanych w SIWZ. Podtrzymuje pozostałe parametry z SIWZ.

Pytanie nr 91 Dotyczy Zadanie nr 8 poz. 1, Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych o dł. 180 cm, rury gładkie wewnętrznie 22mm wykonane z PCV ze złączami Flex, trójnik Y 22M/15F z 2 portami z zatyczkami dołączonymi na stałe, kolanko 15mmF z portem CO2 z zatyczką, dodatkowa rura dł. 90 cm ze złączami Flex, worek oddechowy bezłateksowy 2 litry, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długości i objętości wskazanych w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje pozostałe parametry z SIWZ.

Pytanie nr 92 Dotyczy Zadanie nr 8 poz. 2, Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny anestezyjologiczny obwód oddechowy pediatryczny o dł. 150 cm, rury gładkie wewnętrznie 15mm wykonane z PCV, ze złączami Flex 22mmF, trójnik Y z 2 portami z zatyczkami dołączonymi na stałe, kolanko 15mmF z portem CO2 z zatyczką, dodatkowa rura dł. 90 cm ze złączami Flex 22 mmF, worek oddechowy bezłateksowy 1 litr, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długości i objętości wskazanych w SIWZ. Podtrzymuje pozostałe parametry z SIWZ.

Pytanie nr 93 Dotyczy Zadanie nr 31a, poz. 1, Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 0 do 5?



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94 Dotyczy Zadanie nr 8 poz. 1, Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą o długości 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długości rurki.

Pytanie nr 95 Dotyczy Zadanie nr 8 poz. 2, Czy Zamawiający dopuści obwód o długości rur 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długości obwodu rurki.

Pytanie nr 96 Dotyczy Zadanie nr 18 poz. 10, Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97 Dotyczy Zadanie nr 39a poz. 4-6 Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 98 Dotyczy Zadanie nr 39a poz. 9, Czy Zamawiający dopuści mankiet NIBP dla dorosłych, 34-43 cm, wielorazowy, dwużyłowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiet NIBP dla dorosłych, 34-43 cm, wielorazowy, dwużyłowy.

Pytanie nr 99 Dotyczy Zadanie nr 39a poz. 10, Czy Zamawiający dopuści mankiet NIBP dla dorosłych, 27-35 cm, wielorazowy, dwużyłowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiet NIBP dla dorosłych, 27-35 cm, wielorazowy, dwużyłowy.

Pytanie nr 100 Dotyczy Projektu umowy, Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 101 Dotyczy Projektu umowy, Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102 Dotyczy Projektu umowy, Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,5% wartości netto zamówionego towaru za niedostarczenie towaru w terminie, również z tytułu reklamacji za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie towaru.

Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie nr 103 Dotyczy Zadanie nr 1a poz. 2, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1a pozycja 2 preparatu Soluvit N we fiolkach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat we fiolkach.

Pytanie nr 104 Dotyczy Zadanie nr 1a poz. 3, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1a pozycja 3 preparatu w butelkach szklanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat w butelkach szklanych.

Pytanie nr 105 Dotyczy Zadanie nr 1a poz. 8, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1a pozycja 8 produktu leczniczego Aminosteril N-Hepa 8% 500ml w butelce szklanej - roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, zawartość azotu 12,9 g/l, osmolarność 770 mOsmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt w butelce szklanej lub inną formę pojemnika 500ml. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 106 Dotyczy Zadanie nr 1a poz. 9, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1a pozycja 9



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

preparatu Vamin 18? Jest to produkt o stężeniu 11,4%, bez elektrolitów, dzięki czemu łatwo jest dostosować mieszankę do potrzeb chorego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107 Dotyczy Zadanie nr 1a poz. 10, Jakiej wielkości opakowanie Zamawiający miał na myśli w pakiecie 1a pozycja 10? Dostępne są opakowania butelka 250ml, 500ml, 1000ml. Opakowanie fiolka nie jest dostępne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania butelka 250ml w ilości 100 sztuk.

Pytanie nr 108 Dotyczy Zadanie nr 1a poz. 13, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1a pozycja 13 emulsji tłuszczowej SMOFlipid 200mg/ml (20%) – zawierającej w 1000ml olej sojowy(60,0g), tryglicerydy o średniej długości łańcucha(60,0g), olej z oliwek oczyszczony (50,0g), olej rybny bogaty w omega-3 kwasy(30,0g) w butelce 500ml do podawania również wcześniakom i dzieciom z niską urodzeniową masą ciała?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 109 Dotyczy Zadanie nr 4a poz. 23, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4a pozycja 23 produktu leczniczego (Kaliom chloratum) w opakowaniach po 20 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 110 Dotyczy Zadanie nr 6a poz. 9, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6a pozycja 9 produktu leczniczego (Levofloxacin) w opakowaniach po 10 butelek z dwoma portami z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, opakowania w przedziale od 1 do 20szt. Przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 111 Dotyczy Zadanie nr 1 - Cewniki do terapii i dializ poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów światowego lidera, o charakterystyce nieznacznie odbiegającej od wymogów siwz a przy tym wyższej jakości:

Trzykanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Końcówka dystalna cewnika miękka; cewnik 7F; długość 20 cm; światła 16G,18G,18G; na części wewnątrznaczyniowej cewnika znaczniki długości. W zestawie: igła punkcyjna 18G/63,5 mm, prowadnica typu „J” ze znacznikami głębokości wprowadzenia, z elastyczną dystalną końcówką, umieszczona w dodatkowym elemencie stabilizacyjnym oraz rozszerzadło naczyniowe, skrzydełka do zamocowania cewnika, strzykawka 5 ml.

Na opakowaniu indywidualnym cewnika: opis w języku polskim, podane są objętości wypełniania światła, przepływy, naklejki z kodami kreskowymi identyfikujące wkłucie w dokumentacji medycznej pacjenta. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112 Dotyczy Zadanie nr: 1 - Cewniki do terapii i dializ poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów światowego lidera, o charakterystyce nieznacznie odbiegającej od wymogów siwz a przy tym wyższej jakości:

Czterokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Końcówka dystalna cewnika miękka; cewnik 8,5F; długość 20 cm; światła 16G,14G, 18G,18G; na części wewnątrznaczyniowej cewnika znaczniki długości. W zestawie: igła punkcyjna 18G/63,5 mm, prowadnica typu „J” ze znacznikami głębokości wprowadzenia, z elastyczną dystalną końcówką, umieszczona w dodatkowym elemencie stabilizacyjnym oraz rozszerzadło naczyniowe, skrzydełka do zamocowania cewnika, strzykawka 5 ml.

Na opakowaniu indywidualnym cewnika: opis w języku polskim, podane są objętości wypełniania światła, przepływy, naklejki z kodami kreskowymi identyfikujące wkłucie w dokumentacji medycznej pacjenta. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113 Dotyczy Zadanie nr: 1 - Cewniki do terapii i dializ poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów światowego lidera, wyższej jakości, o następującej charakterystyce:

Zestawy do cewnikowania tętnic metodą Seldingera, w składzie poliuretanowy cewnik z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanyim zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem, prowadnik. Dostępne rozmiary do wyboru:





Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

DESCRIPTION	NEEDLE SIZE	SWG SIZE
18 G x 8 cm	18 G x 5 cm	.025" x 33 cm – S
18 G x 12 cm	18 G x 5 cm	.025" x 33 cm – S
18 G x 16 cm	18 G x 7 cm	.025" x 45 cm – J
18 G x 23 cm	18 G x 7 cm	.025" x 60 cm – J
20 G x 5 cm	20 G x 4 cm	.021" x 35 cm – S
20 G x 8 cm	20 G x 4 cm	.021" x 35 cm – S
20 G x 12 cm	20 G x 7 cm	.021" x 35 cm – S
20 G x 16 cm	20 G x 7 cm	.021" x 50 cm – S
22 G x 5 cm	22 G x 4 cm	.021" x 35 cm – S
22 G x 8 cm	22 G x 4 cm	.021" x 35 cm – S
22 G x 12 cm	22 G x 4 cm	.021" x 35 cm – S
24 G x 2.5 cm	24 G/26 G x 1.9 cm	.018" x 25 cm – S
24 G x 5 cm	24 G/26 G x 1.9 cm	.018" x 25 cm – S

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114 Dotyczy Zadanie nr: 1 - Cewniki do terapii i dializ poz.6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów światowego lidera, wyższej jakości, o następującej charakterystyce:

Zestawy z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy. Zestaw zawierający min.: - cewnik poliuretanowy, miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - przewodnik z końcówkami prostą oraz "J", - strzykawka 5ml, igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm – rozszerzadło. Dostępne rozmiary: 12F/16,20cm do wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 115 Dotyczy Zadanie nr: 1 - Cewniki do terapii i dializ poz.7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów światowego lidera, wyższej jakości, o następującej charakterystyce:

Zestawy z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy. Zestaw zawierający min.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra – powłoka zalecana przez CDC], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - przewodnik z końcówkami prostą oraz "J", - strzykawka 5ml umożliwiającą wprowadzenie przewodnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm - rozszerzadło, - skalpel. Dostępne rozmiary: 12F/16,20,25cm do wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 116 Dotyczy Zadanie nr: 1 - Cewniki do terapii i dializ poz.8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów światowego lidera, o charakterystyce nieznacznie odbiegającej od wymogów siwz a przy tym wyższej jakości:

Trzykanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera, pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą w składzie chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra [powłoka zalecana przez CDC]. Kończówka dystalna cewnika miękka; cewnik 7F; długość 16 lub 20 cm do wyboru; światła 16G,18G,18G; na części wewnątrznaczyniowej cewnika znaczniki długości. W zestawie: igła punkcyjna 18G/63,5 mm, przewodnica typu „J” ze znacznikami głębokości wprowadzenia, z elastyczną dystalną końcówką, umieszczona w dodatkowym elemencie stabilizacyjnym oraz rozszerzadło naczyniowe, skrzydełka do zamocowania cewnika, strzykawka 5 ml.

Na opakowaniu indywidualnym cewnika: opis w języku polskim, podane są objętości wypełniania światel, przepływy, naklejki z kodami kreskowymi identyfikujące wkłucie w dokumentacji medycznej pacjenta. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Pytanie nr 117 Dotyczy Zadanie nr: 1 - Cewniki do terapii i dializ poz.9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów światowego lidera, o charakterystyce nieznacznie odbiegającej od wymogów siwz a przy tym wyższej jakości:

Czterokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera, pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą w składzie chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra [powłoka zalecana przez CDC]. Końcówka dystalna cewnika miękka; cewnik 8,5F; długość 16 lub 20 cm do wyboru ; światła 16G, 14G, 18G, 18G; na części wewnątrznacyniowej cewnika znaczniki długości, W zestawie: igła punkcyjna 18G/63,5 mm, prowadnica typu „J” ze znacznikami głębokości wprowadzenia, z elastyczną dystalną końcówką, umieszczona w dodatkowym elemencie stabilizacyjnym oraz rozszerzadło nacyniowe, skrzydełka do zamocowania cewnika, strzykawka 5 ml.

Na opakowaniu indywidualnym cewnika: opis w języku polskim, podane są objętości wypełniania światel, przepływy, naklejki z kodami kreskowymi identyfikujące wkłucie w dokumentacji medycznej pacjenta. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118 Dotyczy Zadanie nr: 1 - Cewniki do terapii i dializ poz.4,5,10-12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie wskazanych pozycji do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu producentowi-liderowi w dziedzinie dostępow nacyniowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 119 Dotyczy Zadanie nr: 8 – Układ oddechowy poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania:

Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległych, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 150 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. sterylny. Układ posiadające wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długościach rur i pojemności worka wskazanych w SIWZ i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120 Dotyczy Zadanie nr: 8 – Układ oddechowy poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania:

Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dzieci z rur wewnątrz gładkich o średnicy 15mm i długości 150 cm posiadający w swoim zestawie łącznik Y bez portów rozwartych, bez kolanka, dodatkową rurę o długości 80 cm oraz worek oddechowy o pojemności 0,5L. Układ wykonany z PCV wolny od DEHP. mikrobiologicznie czysty. Układ posiadające elastyczne końcówki na wlocie i wylocie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długościach rur i pojemności worka wskazanych w SIWZ i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121 Dotyczy przedmiotu zamówienia: (1)Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Linię do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z pojedynczym przetwornikiem i płuczką 3ml/h. Długość linii ciśnieniowych 122 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita linii min.152 cm). Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogenicznego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h poprzez podwójny system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo – skrzydełka i wypustek. Biureta zabezpieczona filtrem i trzema otworami w kolcu. Częstotliwość własna przetwornika ≥200, kompletnej linii >49Hz. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza do 1,5%. Przetwornik wstępnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatraskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122 Dotyczy przedmiotu zamówienia: (2)W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. (1) proszę o wyrażenie zgody na użyczenie na czas trwania umowy kabli połączeniowych do ww. przetworników.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy 12 sztuk kabli połączeniowych do przetworników.

Pytanie nr 123 Dotyczy przedmiotu zamówienia: (3)W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. (2) zwracamy się z prośbą o podanie nazw urządzeń przy których stosowany będzie pomiar w celu dopasowania odpowiednich kabli połączeniowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 12 sztuk kabli, w tym:

8 szt kabli do Nikon Kohden, model BSM 3763;

4 sztuki do monitora Infinity Delta kat.: MS18597;

Pytanie nr 124 Dotyczy zapisów SIWZ wraz z załącznikami, Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 4, 5 projektu umowy na następujący: „W przypadku reklamacji zamawiającego, co do jakości/iłości przedmiotu zamówienia



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

wykonawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad/ brakujące ilości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 125 Dotyczy zapisów SIWZ wraz z załącznikami, Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 ust 2 w następujący sposób: „2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

- a) Wykonawca uporczywie i nienależycie wykonuje postanowienia niniejszej umowy;
- b) wykonawca co najmniej 3-krotnie nie dotrzymał terminu dostawy
- c) nie wykonał co najmniej 3-krotnie w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi"

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1-0,49 w dół, od 0,5 i powyżej w górę).

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie
lek. med. Andrzej Dronsejko


DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie
lek. med. Andrzej Dronsejko