



ZOZ/DZP/PN/17/24

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego II**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/17/24

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 5

Zadanie nr: 5 - Testy diagnostyczne laboratoryjne na 36 miesięcy – Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy na pewno w **poz. 10 i 17** tj. „Immunochromatograficzny, szybki test do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium Difficile w kale, możliwość odczytu wizualnego. Czułość analityczna dla toksyny A 1,56 ng/mL; dla toksyny B 0,75 ng/mL, dla GDH 0,195 ng/mL.” miał być ten sam test? Czy nie nastąpiło pomyłkowe wypisanie dwukrotnie tego samego testu? Różnią się tylko ilości wymaganych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską, polegającą na dwukrotnym wpisaniu tego samego testu w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 10 i 17. Zamawiający wykreśla pozycję nr 17 i w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia poprawiony Załącznik nr 9 – Arkusz asortymentowo – cenowy dla Zadania nr 5.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora

mgr Marta Zapłotna

St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych