

## Modyfikacja SWZ

Zgodnie z art. 137 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie modyfikuje treść SWZ w przetargu nieograniczonym na: **Dostawa tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem RIS/PACS/VNA**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/18/24

I. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – poprzez dodanie punktu I. 114a, w którym uszczegóławia zakres prac dotyczących dostosowania pomieszczenia do dostawy nowego aparatu TK oraz uszczegółowienia punktu I.102. Punkt nr 102 i 114a w Części I Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

102	<p>Automatyczny wstrzykiwacz trzykanałowy, bezwkładowy do podawania kontrastu na ruchomym podwieszeniu sufitowym, <b>o zasięgu minimum 1700 mm</b>, ruchomość obrotowa min. 300 stopni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konsole wstrzykiwacza z możliwością wprowadzenia parametrów badania zarówno na ekranie w sterowni jak i w pracowni TK</li><li>• Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza rodzaju (marki) środka kontrastowego</li><li>• Ultradźwiękowy system wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach</li><li>• Możliwość zastosowania dla każdego z kanałów jednocześnie środków różnych producentów i o różnych stężeniach o pojemnościach od 50 do 500 ml oraz NaCl o pojemności do 1000 ml</li><li>• Utrzymanie stałej temperatury wstępnie podgrzanego środka kontrastowego</li><li>• Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza min. 30 protokołów</li><li>• System aktywnego monitorowania ciśnienia w trakcie iniekcji z wykresem i funkcją zatrzymania w przypadku niedrożności.</li></ul> <p>Oraz</p> <p>Cieplarka do podgrzewania środków kontrastowych (poj. min. 30l) z możliwością podgrzania butelek o pojemności od 50 do <b>1000 ml</b> z temperatury pokojowej do 37 stopni C</p>	Tak/ podać	
-----	---	------------	--

114a.	Dostosowanie pomieszczenia do dostawy nowego TK, w tym: - wymiana wykładziny typu Tarkett (odprowadzająca ładunki elektrostatyczne) - dostosowanie sufitu do zawieszenia wstrzykiwacza do kontrastu, - wymiana klimatyzacji na dostosowaną od wymagań aparatu TK, - poprawa mocowania istniejących drzwi wejściowych do pomieszczenia TK, - malowanie ścian w pomieszczeniu, gdzie znajduje się konsola operatorska.	Tak	
-------	---	-----	--

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia poprawiony Załącznik nr 2.

Zamawiający informuje, że modyfikacja staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

**Uwaga!!**

**Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.08.2024r.  
Godziny pozostają bez zmian.**

Z up. Dyrektora  
St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych  
mgr Marta Zapłotna