



Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu medycznego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/24/24

Pytanie nr 1

Dot. Zadania nr 19

Czy Zamawiający wymaga certyfikatu wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Dot.: Zadania nr 19

Czy Zamawiający, w pozycji "Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru" ma na myśli serwis nieodpłatny?

Odpowiedź: Nie. Po okresie gwarancji Zamawiający nie oczekuje bezpłatnego serwisu.

Pytanie nr 3

Dot.: Zadania nr 19

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy urządzenia do 10 dni (bez użycia części zamiennych) i do 14 dni (z użyciem części zamiennych)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot.: Zadania nr 18 **Poz. 102**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego system monitorowania, który jest otwarty na możliwość zaoferowania elektronicznej karty znieczulania od różnych producentów jak TDZ czy Intergo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot.: Zadania nr 18 **Poz. 151**

Czy Zamawiający zrezygnowałby z modułu do pomiaru temperatury głębokiej sposobem nieinwazyjnym ze względu na znaczący koszt zakupu elektrod jednorazowych? Czy Zamiast pomiaru temperatury głębokiej wyraziłby zgodę na pomiar temperatury głębokiej za pomocą wielorazowej sondy wraz z rękawami jednorazowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot.: Zadania nr 18 **Poz. 159**

Czy Zamawiający rozważyłby rezygnację z monitora/modułu do pomiaru BIS? Pomiar ten nie jest obligatoryjny i wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn 16.12.2016 r. nie jest wymagany przy stanowisku do znieczulania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Dot.: Zadania nr 18 **Poz. 163**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przewód łączący mankiet z monitorem o dł. 3,6 m.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Dot.: Zadanie nr 18 **Poz. 165**

Czy Zamawiający zrezygnuje z pomiaru temperatury głębokiej sposobem nieinwazyjnym? Czujniki do tego pomiaru są drogie w użyciu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5

Pytanie nr 9

Dot.: Zadanie nr 18 **Poz. 168**

Czy Zamawiający rozważyłby rezygnację z monitora/modułu do pomiaru BIS wraz z kompletem elektrod? Pomiar ten nie jest obligatoryjny i wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn 16.12.2016 r. nie jest wymagany przy stanowisku do znieczulania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Dot.: Wzoru Umowy § 7 ust. 1

Prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2 % wynagrodzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Dot.: Wzoru Umowy § 7 ust. 5

Prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10 % wynagrodzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

dot. SWZ, VI termin wykonania zamówienia oraz zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu instalacji, integracji i uruchomienia oraz szkolenia z obsługi w zakresie zadania 23 i 24, ze względu na fakt że przedmiot zamówienia opisany w tych zadaniach jest dostarczany gotowy do użytku a jego obsługa ma charakter typowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

dot. umowa § 3 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeglądów technicznych, walidacyjnych i konserwacyjnych w zakresie zad. 23 i 24 ze względu na fakt iż niniejsze nie są wymagane przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14

dot. umowa § 3 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego w zakresie zadania 23 i 24.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Dotyczy Zadanie nr 7 **dot. OPZ - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU - pkt. 3**

W związku z tym, że w niektórych przypadkach część diagnostyki i naprawy wykonywane są bezpośrednio u producenta posiadającego siedzibę za granicą, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w pierwotnie wskazanym terminie, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu naprawy przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego sprzętu zastępczego na cały okres naprawy przedłużającej się ponad wymagane terminy, zarówno bez użycia części zamiennych - 3 dni, jak i z użyciem części zamiennych – 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Dotyczy Zadanie nr 7 dot. **OPZ - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU - pkt. 9**

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisu „Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru”, prosimy o doprecyzowanie:

- Czy Zamawiający ma na myśli okres zagwarantowania dostępności serwisu pogwarancyjnego, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru, przy czym koszt usługi serwisowej w okresie pogwarancyjnym każdorazowo ponosił będzie Zamawiający,

czy też,

- Zamawiający oczekuje ujęcia w cenie oferty kosztu usługi serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru, przy czym pragniemy zaznaczyć, iż koszt ten ze względu na ilość i złożoność potencjalnych czynności serwisowych jest niemożliwy do oszacowania z wyprzedzeniem czasowym na etapie składania oferty, a wymóg taki może uniemożliwić udział w przedmiotowym postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli okres zagwarantowania dostępności serwisu pogwarancyjnego, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru, przy czym koszt usługi serwisowej w okresie pogwarancyjnym każdorazowo ponosił będzie Zamawiający

Pytanie nr 17

Dotyczy Zadanie nr 22

Prosimy o dopuszczenie nieznacznych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

- funkcje, jakie mają spełniać;
- kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;
- standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

10. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania.

Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowopolimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z

kontenerów wykonana z **aluminium**. Kolor **pokrywy** do wyboru przez zamawiającego. Wymiary pojemnika:

297x274x135mm lub **297x274x100mm** ± 3 mm 6 szt

11. Taca kontenera, 1/2, **250x240x50mm** ± 2 mm **pasująca do oferowanego kontenera** 6 szt

12. Mata silikonowa do tacy 1/2, **245x245mm** ± 2 mm **pasująca do oferowanego kontenera** 6 szt

14. Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 23x16 i 26x16 mm, fig. 2 łopatki: 27x16 i 30x16 mm, dł. **15 cm** 2 szt

15. Hak do ran Volkmann, półostrzy 3 z., rękojeść płaska, ażur, dł. **21,5 cm** 2 szt

17. Odgryzacz kostny Luer, lekko-zagięty, dł. **15 cm** 2 szt

20. Imadło MAYO-HEGAR, **18 CM**

Odpowiedź:

10. Zgodnie z SWZ

11. Zgodnie z SWZ

12. Zgodnie z SWZ

14. Zamawiający dopuszcza długość 15 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

15. Zgodnie z SWZ

17. Zamawiający dopuszcza

20 Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Dotyczy Zadanie nr 11 Pkt. 3. Platforma materaca z funkcją umieszczenia pod kątem 90° w pozycji bocznej umożliwiającą łatwe czyszczenie i dezynfekcję wózka po użyciu.

Zwracamy się z prośbą o uzasadnienie, co Zamawiający ma na myśli? Czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby bok materaca (po zwolnieniu blokady barierki) dało się rozłożyć z pozycji pionowej, do pozycji poziomej.

Pytanie nr 19

Dotyczy Zadanie nr 11 Pkt. 6. Platforma materaca min. dł. 1900 x szer. 665 (+/- 10 mm).

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach platformy materaca dł. 1950 x szer. 600 mm? Są to niewielkie różnice, nie mające wpływu na użytkowanie, a wymiary zewnętrzne wózka mieszczą się w wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Dotyczy Zadanie nr 21 Pkt. 2. Kozetka medyczna o konstrukcji drewnianej.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o konstrukcji stalowej? Taka konstrukcja jest bardziej wytrzymała oraz łatwiejsza w utrzymaniu czystości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21

Dotyczy Zadanie nr 21 Pkt. 3. Wymiary

Szerokość: 72 cm +/- 2 cm

Wysokość: 77 cm +/- 2 cm

Długość: 200 cm +/- 2 cm

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szerokość 65 cm, wysokość 65 cm, długość 195 cm? Takie wymiary sprawiają, że wózek jest bardziej kompaktowy, a zarazem tak samo wygodny w użytkowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22

Dotyczy Zadanie nr 21 Pkt. 4. Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0° do +35° +/- 2°.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją kąta nachylenia zagłówka od 0° do +45°? Pozwala to na regulację zagłówka w jeszcze większym zakresie niż wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23

Dotyczy Zadanie nr 21 Pkt. 6. Waga kozetki max. 34 kg.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze około 35 kg? Jest to nieznaczna różnica.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Dotyczy załącznika 2-10 – Opis przedmiotu zamówienia – Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi.

Dot. pkt 32: Możliwość umieszczenia wewnątrz urządzenia pojemników z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi - 4 pojemniki po 5 l każdy.

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia w/w parametru w postaci dokumentów i zdjęć?

Odpowiedź: Tak



Pytanie nr 25

Dotyczy załącznika 2-10 – Opis przedmiotu zamówienia – Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi.

Dot. pkt 37: Poziom dźwięku generowany przez urządzenie podczas pracy nie powinien przekraczać 60 dB.

Zasady oceny punktowej:

60 dB – 0 pkt

Poniżej – 20 pkt

Czy Zamawiający w w/w pytaniu ustanawia punkt 60dB, jako maksymalny poziom hałasu dla urządzenia do mycia i dezynfekcji narzędzi?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 26

Dotyczy załącznika 2-10 – Opis przedmiotu zamówienia – Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi.

Dot. pkt 43: Myjnia wyposażona w program ultradźwiękowy lub dodatkowa myjnia ultradźwiękowa o pojemności min 18L

Czy Zamawiający wymaga aby myjnia ultradźwiękowa była urządzeniem medycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby myjnia ultradźwiękowa była również urządzeniem medycznym.

Pytanie nr 27

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo opartej na 2 kolumnach cylindrycznych z gumową osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (jak na zdjęciu poniżej)?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego platformę leża 2-segmentową wykonaną z płyt HPL, zaokrąglonych (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwych do dezynfekcji, odpornych na działanie środków chemicznych i uszkodzeń?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego rozstaw pomiędzy kolumnami o wymiarze zaprojektowanym przez danego producenta (bez konieczności podawania konkretnych cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej wózka 2143 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 10 i 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej wózka zarówno z barierkami opuszczonymi jak i podniesionymi 778 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża o wymiarach (przestrzeni dla pacjenta) o długości 188,5 cm i szerokości 61 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym piąte koło będzie antystatyczne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hydraulicznej regulacja wysokości leża dostępnej z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 60 – 92 cm (+/- 1 cm), mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w centralny system hamulcowy z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół w zakresie obrotu wokół osi i toczenia z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy swobodnej (czarny); osobna dźwignia blokady do jazdy kierunkowej dostępna od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka dźwigniami dostępnymi przy każdym kole, dźwignie dwupozycyjne – jazda swobodna, hamulec; osobna dźwignia od strony nóg pacjenta do uruchomienia jazdy kierunkowej w celu szybkiego dostępu do funkcji podczas przemieszczania się z pacjentem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 38

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej oraz stali lakierowanej proszkowo, składane z gładką (nie wyprofilowaną) powierzchnią stalową w kolorze szarym ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian; barierki boczne składane wzdłuż ramy leżą w celu zminimalizowania przerw transferowych; wózek posiada od strony szczytu głowy i nóg wyprofilowane osłony tworzywowe, które można wykorzystać uchwyty do pchania/ciągnięcia na końcu wózka?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 39

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie haczyków na worki urologiczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca 2-warstwowego w pokrowcu wykonanym z poliestru i poliuretanu, bez powierzchni antypoślizgowej, nieprzemakalnego, o grubości 10 cm, mocowanego na rzepy w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 41

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie teleskopowego wieszaka infuzyjnego wykonanego ze stali lakierowanej oraz stali nierdzewnej, 2-częściowego z regulacją wysokości, wyjmowanego, z 2 hakami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wieszaka chromowanego lub w całości wykonanego ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 42

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie max. obciążenia wieszaka infuzyjnego do 5 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 43

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczytów łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem podczas transportu, odblokowywane za pomocą dwóch suwaków zlokalizowanych w dolnej części szczytu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierek bocznych posiadających wyprofilowane miejsca na uchwyty na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierki bocznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 46

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierki bocznej wyposażonej w wbudowane, zintegrowane wskaźniki katowe z wykorzystaniem kulki z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30°, 60° dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 0° i 17°?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierki bocznej wyposażonej w wbudowany wskaźnik katowy z wykorzystaniem kulki z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30° dla segmentu pleców, diodę LED informującą o najniższej pozycji leża oraz wizualne wskaźniki pozycji łóżka tzn. zielone światło informujące o tym, że łóżko znajduje się w najniższym położeniu (pozycja bezpieczna), czerwone światło informujące o tym, że łóżko nie znajduje się w najniższym położeniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 48

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4-sekcyjne oraz nowoczesną konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka w celu zagwarantowania stabilności?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża wypełnionego płytami HPL (w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia z systemem zabezpieczającym przed wypadnięciem) wyposażonymi w otwory wentylacyjne (bez systemu odprowadzania płynów pod łóżko); segment oparcia pleców przezierny dla promieni RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50



Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie centralnego panelu sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowanego na szczycie od strony nóg, wyposażonego w 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz czytelne piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 51

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 16 i 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika nożnego do sterowania tylko wysokości leża zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 52

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierki bocznych wyposażonych w wbudowane sterowanie służące m.in. do regulacji wysokości (bez konieczności stosowania dodatkowego panelu umieszczonego bezpośrednio przy uchwycie w barierce)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 53

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego cały układ elektryczny łóżka o klasie szczelności IP66 (bez konieczności zabezpieczania paneli sterujących nożnych przed wnikaniem wody i pyłów gumowymi osłonami)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 54

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zasilania 100-220V, 50-60Hz bez sygnalizacji włączenia do sieci, kabel zasilający w przewodzie skręcanym, rozciągliwym? Sygnalizowanie stanu podłączenia do sieci nie jest konieczne, gdyż w przypadku niskiego naładowania akumulator poinformuje o konieczności podłączenia łóżka do sieci.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 55

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wbudowanego akumulatora do zasilania podczas transportu z diodą LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora na panelu sterowniczym (bez wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 56

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości zewnętrznej łóżka 2220 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57



Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej wysokości leża w zakresie 390 mm do 790 mm (+/- 10 mm) gwarantującej bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej części nożnej w zakresie 44° (+/- 2°)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 29 i 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 17° (+/- 2°) - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 33) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej funkcji antyszokowej z każdej pozycji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg; przycisk oznaczony innym, czytelnym piktogramem niż pozycja Trendelenburga?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 36) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji tylko w barierkach – przycisk wyraźnie oznaczony?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 37) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego odłączenie wszelkich regulacji tylko w sterowaniu w barierkach bocznych po ok. 60 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 63

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 38) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez przycisku bezpieczeństwa ze względu na to, że przyciski START / STOP wydłużają czas niezbędny na uruchomienie wymaganej funkcji łóżka i mogą stworzyć potencjalne zagrożenie dla pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



Pytanie nr 64

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 39) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub podwieszenia pod nią centralnego panelu sterowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 65

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego tworzywowe osłony podstawy tylko od strony głowy i nóg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 66

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 45) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tworzywowych haczyków na worki urologiczne – 4 szt. po każdej stronie łóżka?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67

Dotyczy Zadanie nr 12

Czy (w pkt. 45) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody, pokrowiec odpinany min. 180°, zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów, wysokość materaca 140 mm, materac posiadający powierzchnię górną falistą w okolicy pleców, ud i podudzi dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, łączenie pokrowca zgrzewane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 68

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 69

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o szerokości 720 mm i głębokości 620 mm?



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 70

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego stalową lakierowaną proszkowo ramę osłoniętą estetyczną osłoną z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 71

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu głównego wykonanego z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (innego niż ABS)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 72

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kół, które nie są antystatyczne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 73

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obciążenia roboczego dla całego wózka 150 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 74

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dolnej szuflady o wysokości 225 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 75

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładowności jednej szuflady 10 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 76

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w ergonomiczny uchwyt do przetaczania zainstalowany z prawej strony wózka?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 77

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym wszystkie szuflady będą zamykane centralnie na klucz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamek centralny pod warunkiem, że pierwsza szuflada będzie zamykana odrębnym zamkiem, a pozostałe zamkiem centralnym (z wyłączeniem pierwszej szuflady).

Pytanie nr 78



Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy pod defibrylator, która będzie regulowana tylko w poziomie (obracana)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 79

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt z pojemnikiem na ostre elementy (jak na zdjęciu poniżej)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 80

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym akcesoria są instalowane na specjalnym stelażu nad blatem wózka lub są mocowane bezpośrednio do korpusu wózka (bez konieczności stosowania szyn)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 81

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na cewniki o wym. 150 x 80 x 615 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 82

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu na rękawiczki (zamiast koszyka) – jak na zdjęciu poniżej?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 83

Dotyczy Zadanie nr 24

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego u podstawy w 4 narożnikach nad kołami krążki odbojowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 84

Dotyczy Zadanie nr 24



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego ściany boczne, tył oraz szuflady w kolorze szarym z czerwonymi uchwytami do wysuwania szuflad?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 85

Dotyczy Zadanie nr 13

Dot. pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną klawiaturą numeryczną oraz wyświetlaczem? Takie rozwiązanie jest lepsze od opisanego, ponieważ użytkownik widzi wpisany parametr, ponadto urządzenie ma możliwość zapisania w pamięci nazw i kubatury pomieszczeń co znacznie przyspiesza uruchomienie urządzenia przez personel oraz eliminuje możliwość błędnego prowadzenia kubatury.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 86

Dotyczy Zadanie nr 13

Dot. pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarze: 350 x 466 x 450mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87

Dotyczy Zadanie nr 13

Dot. pkt. 15 i 16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zapisem raportu w pamięci urządzenia? Dodatkowo urządzenie posiada wbudowaną drukarkę automatycznie generującą raport po zakończonym procesie, w przypadku zagubienia lub uszkodzenia raportu jest możliwość kolejnego wydruku wyszukując proces w pamięci urządzenia. Takie rozwiązanie jest prostsze w obsłudze dla personelu i nie wymaga łączenia się z komputerem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88

Dotyczy Zadanie nr 15

Pkt. 57 – Zwracamy się z wnioskiem o poprawę omyłki pisarskiej, gdyż opisany parametr nie ma zastosowania do aparatów USG.

Odpowiedź: Zamawiający poprawił omyłkę w Modyfikacji z dnia 13 września 2024r.

Pytanie nr 89

Dotyczy Zadanie nr 13 pkt. 7



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o zasięgu dezynfekcji do 150m³, co wynika z zapisów w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym. Urządzenie posiada potencjometr o nastawie do aż 1000m³ jednak z uwagi, że dostępnych jest kilka dedykowanych preparatów, a co za tym idzie można wybrać różne protokoły dezynfekcji, maksymalna kubatura zmienia się w zależności od zastosowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że urządzenie będzie posiadało możliwość nastawy do 1000 m³

Pytanie nr 90

Dotyczy Zadanie nr 13 pkt. 7

Normy EN 17-272 lub NFT 28-281 służą ocenie skuteczności procesu zamglawiania. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych zgodnie z tymi normami dokonuje się rejestracji preparatu biobójczego (BPR). Rejestracja ta opisuje spektrum działania preparatu, sposób jego stosowania, dawkę oraz wymagany czas kontaktu, obszar zastosowania, a także określa treść etykiety. Badania przeprowadzone bez uwierzytelnienia ich w rejestracji BPR nie mogą stanowić wyznacznika dla potwierdzania skuteczności biobójczej oferowanej technologii (urządzenie + preparat) i procedury stosowania.

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie tego punktu, że Zamawiający wymaga, aby urządzenie pracowało na dedykowanych preparatach, które zgodnie z rejestracją biobójczą (BPR) wykazują kompatybilność z oferowanym urządzeniem oraz skuteczność wobec bakterii, wirusów, grzybów i spor w obszarze medycznym jak szpitle i kliniki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 91

Dotyczy Zadanie nr 13 pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania, na bazie nadtlenu wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m³ z zastosowaniem jednego urządzenia. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu jest nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. Możliwość użytkowania pomieszczenia po 120 minutach (wymagany czas kontaktu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 92

Dotyczy Zadanie nr 13

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego ustawy o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym. Prosimy zatem o dopuszczenie urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń posiadającego deklarację zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu. Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem posiadają pozwolenie na obrót produktem biobójczym, obszar zastosowania m.in. szpitale i kliniki, transport medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93

Dotyczy poniższych zadań:

Zadanie nr 2 -Kardiomonitoring

Zadanie nr 3 –Aparaty EKG

Zadanie nr 18 – Aparat do znieczulenia ogólnego



Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty (LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 94

Dotyczy Zadanie nr 22 poz 8

Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze naczyniowe nazwa własna Pean o dł. 14 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 95

Dotyczy Zadanie nr 22 poz. 10

Czy zamawiający wyraża zgodę na kontener sterylizacyjny bez funkcji automatycznego plombowania? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 96

Dotyczy Zadanie nr 22 poz. 17

Czy zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz kostny nazwa własna Luer o długości 15 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97

Dotyczy Zadanie nr 22 poz. 20

Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło nazwa własna MAYO-HEGAR o długości 18 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98

Dotyczy Zadanie nr 22 poz. 21

Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki nazwa własna STANDARD o dł. 14 lub 15 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dl. 14 cm

Pytanie nr 99

Dotyczy Zadanie nr 22 poz. 30

Czy zamawiający ma na myśli cały zestaw wraz z piłą, czy też same ostrza do piły?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje piły oscylacyjnej wyposażonej w dwa ostrza w zestawie.

Pytanie nr 100

Dotyczy Zadanie nr 10

W związku z brakiem w pomieszczeniu dostępu do wody demineralizowanej, a zamawiający wymaga myjni z takim podłączeniem i jest taka woda niezbędne do prawidłowego procesu termodezynfekcji narzędzi czy



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
zamawiający wymaga dostarczenia systemu przygotowania wody składającego się przede wszystkim z odwróconej osmozy i zbiornika czy sam takowy zakupi?

Odpowiedź: Jeżeli do prawidłowego działania oferowanego urządzenia niezbędne jest podłączenie wody demineralizowanej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył i zamontował stację wody demineralizowanej wraz z urządzeniem.

Pytanie nr 101

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia mieszczącego się w miejscu docelowej instalacji o wymiarach niewiele odbiegających od wymaganych: wysokość 1950 mm oraz głębokość z rączką 720 mm (bez rączki poniżej 700mm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia posiadającego komorę spełniającą wymóg mycia jednocześnie 12 tac w standardzie DIN (480 x 250 x 50 mm) o pojemności i wymiarach nieznacznie odbiegających od opisanych ponieważ wskazane wymiary ograniczają konkurencję zawężając do tylko jednego producenta gdy sam wymiar pojedynczy nie ogranicza pojemności którą liczy się w liczbie tac mieszczących się na jeden wsad w tym wypadku myjnia ma możliwość zmieszczenia 12 tac.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 103

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w rozwiązanie lepsze od opisanego – dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 104

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w pompę obiegową dostosowaną do gabarytów urządzenia, o wydajności 600 l / min.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 105

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi o pojemności 10 tac DIN z możliwością wyjmowania 3 poziomów lub wózek o pojemności 12 tac DIN z możliwością wyjmowania 4 poziomów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 106

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie myjni ultradźwiękowej o pojemności 14 litrów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



Pytanie nr 107

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie myjni ultradźwiękowej o wymiarach zbiornika 330 x 300 x 150 mm (D x S x W).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 108

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie myjni ultradźwiękowej o wymiarach zewnętrznych 440 x 340 x 425 mm (D x S x W).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 109

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie myjni ultradźwiękowej o wymiarach zewnętrznych 600 x 330 x 425 mm (D x S x W).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 110

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie myjni ultradźwiękowej wyposażonego w możliwość mycia ultradźwiękowego o częstotliwości 39 ± 1 kHz z funkcją zmiany częstotliwości podczas procesu celem osiągnięcia wyższej efektywności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 111

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie myjni ultradźwiękowej o mocy szczytowej ultradźwięków 600 W.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 112

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie myjni ultradźwiękowej o mocy szczytowej ultradźwięków 1000 W.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 113

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie myjni ultradźwiękowej z możliwością grzania do 70°C.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 114

Dotyczy Zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie myjni ultradźwiękowej wyposażonego w spustowy zawór kulowy o innym wymiarze (np. ½ cala).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 115

Dotyczy Zadanie nr 13

Prosimy o dopuszczenie fabrycznie nowego, nigdy nie używanego urządzenia, rok produkcji 2022 / 2023.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 116

Dotyczy Zadanie nr 13

Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez możliwości podłączenia elastycznego węża – z założenia urządzeń tego typu nie wolno stosować w narażeniu na kontakt personelu lub pacjentów ze środkiem rozpylanym przez urządzenie, a działanie opisane w wymaganiach Zamawiającego stwarza takie ryzyko.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 117

Dotyczy Zadanie nr 13

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością archiwizacji danych przeprowadzonych procesów w pamięci wewnętrznej urządzenia z możliwością bezprzewodowego transferu tych danych na urządzenie mobilne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 118

Dotyczy Zadanie nr 13

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania razem z urządzeniem środka dezynfekcyjnego opartego tylko na nadtlenu wodoru, biodegradowalnego w 100%, bezzapachowego. Srebro jest metalem, który nie jest rozkładany tylko pozostaje w środowisku i kumuluje się na powierzchniach z którymi ma kontakt personel i pacjenci.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 119

Dotyczy Zadanie nr 13

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania razem z urządzeniem bezzapachowego środka dezynfekcyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 120

Dotyczy Zadanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia w którym pomiar głębokości nie jest oparty na szacowaniu kolorami a na rzeczywistym pomiarze głębokości z wyświetleniem wyniku pomiaru na skórze, trójstopniowo znacznikami? Pomiar taki zapewnia większą czytelność i precyzję przy wyborze miejsca i kąta wkłucia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 121

Dotyczy Zadanie nr 9

Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym rozdzielczość wyświetlania obrazu jest w standardowym obecnie formacie 16:9 FWVGA (409 920 pikseli)? Takie proporcje obrazu mniej męczą wzrok użytkownika i są bardziej czytelne niż wcześniejszy format PAL 5:4 (414 500).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 122

Dotyczy Zadanie nr 9



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości, równoważny skaner żylny, wyświetlający niezbędne informacje, w tym stan baterii, bezpośrednio na skórze pacjenta? Obraz wyświetlany na skórze pacjenta o wielkości ok. 3,5" zamiast ekranika 1,3" pozwala na maksymalne skupienie uwagi na pacjencie, bez odrywania wzroku od poszukiwanego miejsca wkłucia, a jednocześnie zapewnia niezbędne informacje z boku pola widzenia. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa efektywność pracy z urządzeniem i pozwala na dłuższą pracę na baterii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 123

Dotyczy Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji mikrostycznikowe przyciski funkcyjne a dodatkowo pozwalające użytkownikowi łatwiej używać przyciski bez odrywania wzroku, zwłaszcza jeśli używa się podwójnych lub grubszych rękawiczek? Boczne, smukłe krawędzie obudowy chronią przed przypadkowym naciśnięciem klawiszy, które nie wystają ponad krawędzie panelu sterującego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 124

Dotyczy Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości, równoważny skaner żylny wyposażony w przyciski oznaczone opisowo (w j. polskim) na panelu urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 125

Dotyczy Zadanie nr 9

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kompatybilnego statywu o równoważnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z podwójnie łamanym ramieniem, osadzony na asymetrycznej podstawie jezdnej wystającej maksymalnie 20 cm +/- 2 cm poza krawędź fotela/łożka pacjenta. Podstawa jezdna na 4 blokowanych kołach. Ramię statywu z możliwością obrotu 360 stopni, bez konieczności obracania podstawy, z samozatraskową głowicą zabezpieczającą iluminator przed upadkiem, niewymagającą przykręcania urządzenia do statywu. Statyw posiadający rączkę z regulacją do wygodnego prowadzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 126

Dotyczy Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w ładowarkę umożliwiającą używanie jej wraz ze statywem i bez niego, z najnowszego typu wytrzymałym złączem USB-C, które obecnie jest standardowe dla takich urządzeń? Standard złącza USB zasilania/ ładowania i komunikacji diagnostycznej zastąpił przestarzałe rozwiązania typu DC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 127

Dotyczy Zadanie nr 9

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści równoważne urządzenie o wymiarach 228x63x62 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia o wymiarach w mm (dł. x szer. x gł.): 224 x 68 x 64 mm (+/- 10 mm)



Pytanie nr 128

Dotyczy Zadanie nr 9

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający uznaje za równoważny skaner żylny o wadze maks. 485 g? Nowoczesne skanery są zwykle odczuwalnie lżejsze co przekłada się na wygodniejsze ich użycie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze do max. 485 g.

Pytanie nr 129

Dotyczy Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne różniące się w nieistotny w codziennej praktyce sposób warunkami pracy, przechowywania i transportu podanymi jak niżej? Warunki pracy: temp. + 5 st.C -> +40 st.C, wilgotność $\geq 80\%$ wilgotności wzgl. bez kondensacji, ciśn. atm. 70-106 kPa. Warunki przechowywania i transportu: temp. -20 st.C -> +55 st.C, wilgotność $\geq 80\%$ wilgotności względnej bez kondensacji, ciśn. atm 70-106 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 130

Dotyczy Zadanie nr 11

Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści wózek bez możliwości regulacji pod kątem 90 stopni ? Oferowany wózek ma stałe pochylenie w kierunku odpływu z możliwością odprowadzenia wody i dezynfekcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 131

Dotyczy Zadanie nr 11

Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści wymiary zewnętrzne wózka dł. 2030 x szer. 790mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 132

Dotyczy Zadanie nr 11

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści platformę materaca dł. 1950 x szer. 690 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 133

Dotyczy Zadanie nr 9

I.p. 19 Czy Zamawiający wymagając "statyw jezdny z elastycznym ramieniem [...]" ma na myśli oryginalny statyw producenta skanera?

Odpowiedź: Statyw winien być kompatybilny z oferowanym skanerem

Pytanie nr 134

Dotyczy Zadanie nr 10 dot pkt 8:

Wielkość użytecznej przestrzeni w komorze: głębokość: 56cm, szerokość: 58cm, wysokość: 78cm $\pm 5\%$.

Dołączyć oryginalną broszurę producenta sprzętu.

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wysokości komory 69 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 135

Dotyczy Zadanie nr 10 dot pkt 20:



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Układ suszenia urządzenia powinien składać się z dmuchawy o mocy min. 0,8 kW i grzałki elektrycznej min. 3 kW.

Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy dmuchawy 0.8 kW i grzałki elektrycznej 2kW?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 136

Dotyczy Zadanie nr 10 dot pkt 35:

Pompa cyrkulacyjna o wydajności co najmniej 620 litrów/min, moc pompy min 0,8kW

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wydajności pompy 380l/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 137

Dotyczy Zadanie nr 1

I. Zestaw endoskopowy: WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, punkt 3

Wnosimy o wydłużenie maksymalnego czasu niezbędnego na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii:

- bez użycia części zamiennych - 5 dni roboczych
- z użyciem części zamiennych – 12 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem dostarczenia aparatu zastępczego na czas usunięcia awarii, jeżeli czas usunięcia awarii będzie dłuższy niż odpowiednio 3 i 5 dni.

Pytanie nr 138

Dotyczy Zadanie nr 1

I. Zestaw endoskopowy: Program do archiwizacji badań punkt 78

Zapis Zamawiającego jest niejednoznaczny w zakresie dostarczania licencji i usług integracyjno-konfiguracyjnych po stronie systemów HIS/PACS. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że dostawca nie musi dostarczać ani licencji ani żadnych usług konfiguracyjnych po stronie systemów Szpitalnych HIS/PACS a jedynie dostawę licencji HIS/PACS w zakresie dostarczanego oprogramowania do archiwizacji badań.

Jeśli jednak dostawca ma zapewnić niezbędne licencje i prace konfiguracyjne po stronie systemów Szpitalnych HIS/PACS prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje zapis w zakresie I. Zestaw endoskopowy: Program do archiwizacji badań punkt 78. Zapis otrzymuje treść: „*Licencje integracji oferowanego oprogramowania do archiwizacji zdjęć wraz z integracją z systemami medycznymi HIS/RIS/PACS Zamawiającego. Integracja oparta co najmniej o protokoły wymiany HL7. Obsługa worklisty tworzonej w oparciu o zlecenia pochodzące z systemu medycznego HIS. Przekazanie opisu i danych obrazowych do systemów HIS/RIS/PACS Zamawiającego. Możliwość wytworzenia wyniku w postaci wydruku badania zawierającego dane ewidencyjne zlecenia, opis badania i dane obrazowe.*”

Pytanie nr 139

Dotyczy Zadanie nr 1

I Zestaw endoskopowy - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU punk 12

II. Stacje robocze lekarskie - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU punk 8

III. Stacje robocze pielęgniarskie i rejestracji WARUNKI GWARANCJI I SERWISU punk 8

IV. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska lekarskiego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU punk 8

V. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska rejestracji WARUNKI GWARANCJI I SERWISU punk 8

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

VI. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska pielęgniarki WARUNKI GWARANCJI I SERWISU punk 8

VII. Serwer dedykowany do systemu endoskopii WARUNKI GWARANCJI I SERWISU punk 6

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli wszelkiego rodzaju koszty związane z instalacjami po stronie Wykonawcy związanymi z dostarczaniem elementami wyposażenia, po za instalacjami trwałymi typu wewnętrzna sieć elektryczna, teleinformacyjna itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ma na myśli wszelkiego rodzaju koszty związane z instalacjami po stronie Wykonawcy związanymi z dostarczaniem elementami wyposażenia, poza instalacjami trwałymi typu wewnętrzna sieć elektryczna, teleinformacyjna itp.

Pytanie nr 140

Dotyczy Zadanie nr 1

dotyczy: Załącznik nr 2-1 do SWZ: WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, punkt 3

dla poniższych pozycji:

- 1.. II. Stacje robocze lekarskie
2. III. Stacje robocze pielęgniarskie i rejestracji
3. IV. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska lekarskiego
4. V. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska rejestracji
5. VI. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska pielęgniarki

Ze względu na procesy logistyczne wnosimy o wydłużenie maksymalnego czasu niezbędnego na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii:

- bez użycia części zamiennych - 5 dni roboczych
- z użyciem części zamiennych – 8 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający dla poniższych pozycji:

1. II. Stacje robocze lekarskie
2. III. Stacje robocze pielęgniarskie i rejestracji
3. IV. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska lekarskiego
4. V. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska rejestracji
5. VI. Urządzenie wielofunkcyjne dla stanowiska pielęgniarki

doprecyzowuje zapis w Załącznik nr 2-1 do SWZ: WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, punkt 3. Zapis przyjmuje treść: „Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii:

- bez użycia części zamiennych - 3 dni
- z użyciem części zamiennych – 5 dni ”

Pytanie nr 141

Dotyczy Zadanie nr 1

Załącznik nr 2-1 do SWZ - VII. Serwer dedykowany do systemu endoskopii

Ze względu na procesy logistyczne wnosimy zmianę zapisu na następujący:

Gwarancja minimum 36 miesięcy typ On-Site NBD, rozpoczęcie naprawy maksymalnie w 24 godziny w dni robocze w godzinach 08:00 – 17:00 z opcją wymiany uszkodzonych komponentów.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis dla części VII. Serwer dedykowany do systemu endoskopii – WARUNKI GWARANCJI pkt 1 na następujący: „Gwarancja minimum 36 miesięcy typ On-Site NBD, rozpoczęcie naprawy maksymalnie w 24 godziny w dni robocze w godzinach 08:00 – 17:00 z opcją wymiany uszkodzonych komponentów.”

Pytanie nr 142

Dotyczy Zadanie nr 1 Załącznik nr 2-1 do SWZ:II. Stacje robocze lekarskie punkt 2

Na czas weryfikacji wydajności procesora znajdującego się w komputerze Optiplex MT 7020 otrzymał



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
punktację 324967 punktów CPUMark. Czy zamawiający dopuści jakie rozwiązanie/ lub zmieni zapisy na min 32000 punktów CPUMark?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuję, że w postępowaniu udostępniono plik PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 20240830_0740.pdf z wykazem punktacji dla wszystkich poddanych ocenie procesorów na dzień 30-08-2024, do której należy się odnieść w zakresie punktacji CPUMark.

Pytanie nr 143

Dotyczy Zadanie nr 1 Załącznik nr 2-1 do SWZ:II. Stacje robocze lekarskie punkt 38

oraz

Załącznik nr 2-1 do SWZ: III. Stacje robocze pielęgniarskie i rejestracji punkt 36

Czy Zamawiający dopuści mysz z rozdzielczością 1000 dpi bez możliwości przełączania ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 144

Dotyczy Zadanie nr 1 załącznika nr 8 pkt. 1 ppkt. 3)

Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący dokumentów dotyczy również obowiązujących przepisów przejściowych zgodnie z obowiązującym okresem przejściowym

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 145

Dotyczy Zadanie nr 1 dotyczące załącznika 2-1, zadanie 1: warunki gwarancji serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru wynosił 8 lat?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 146

Dotyczy Zadanie nr 1 dotyczące załącznika 2-1, zadanie 1: warunki gwarancji serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu z zapisu

„Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 „
na zapis

„Liczba napraw uznanych przez serwis jako naprawy gwarancyjne powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 „

Uwagi: Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 147

Dotyczy Zadanie nr 1, zapisów SWZ rozdział III pkt 4, umowy oraz oświadczenia zał. Nr 8 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 wyposażenia (np. do wózka: wieszak ramię, uchwyt, szuflada, Program do archiwizacji badań, Stacje robocze z osprzętem, Urządzenie wielofunkcyjne, Serwer), które nie są wyrobami medycznymi w myśl obowiązującej Ustawy o wyrobach medycznych -



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego typu przedmiotu z dokumentów
typu: Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Dokumenty Powiadomienia Urzędu?

W przypadku zgody Wykonawca załączy do oferty stosowne oświadczenie

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 148

Dotyczy Zadanie nr 1 dotyczące zapisów formularza cenowego (załącznik nr 9 do SWZ)

W przypadku zgody na pytanie nr 11, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wiersza przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla produktów niemedyceńskich ze stawką VAT 23%?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 149

Dotyczy Zadanie nr 1 zapisów SWZ rozdział XIV pkt. 1 ppkt. 6 ULOTKI

Zgodnie z drugim kryterium oceny ofert, tj. „Parametry techniczne” czy Zamawiający wymaga przedstawienia materiałów w języku polskim dotyczące oferowanego sprzętu – ulotki, karty katalogowe wraz z charakterystyką, opisem, potwierdzające parametry określone przez Zamawiającego tylko dla pkt. 15, 16, 17, 29, 32, 43, 51, 57, załącznika nr 2-1 do SWZ, a dla reszty opisanego przedmiotu zamówienia medycznego dopuści oświadczenie autoryzowanego dostawcy oferowanych wyrobów medycznych na terenie RP o spełnieniu wymogów opisanych w załączniku nr 2-1 do SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 150

Dotyczy Zadanie nr 1 zapisów umowy paragraf 7 ustęp 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczyła 20% wartości brutto niniejszej umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 151

Dotyczy Zadanie nr 1 zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1

Czy w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy na czas naprawy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 152

Dotyczy Zadanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o konstrukcji podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej chromowo niklowej o wykończeniu matowym? Wykończenie matowane zapewnia brak odbić i refleksów od lamp zabiegowych, oraz większe walory estetyczne czyniąc powierzchnię jednorodną nawet przy częstym czyszczeniu w przeciwieństwie do powierzchni polerowanej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 153

Dotyczy Zadanie nr 17

Czy zamawiający dopuści stół zabiegowy o masie 147kg? Stół dzięki dużym obrotowym kołom jezdnym i funkcji koła kierunkowego ma świetną mobilność i łatwość manewrowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 154

Dotyczy Zadanie nr 17

Czy zamawiający dopuści stół zabiegowy o długości podstawy 985mm? Dłuższa podstawa umożliwi szerszy rozstaw kół, co się przekłada na większą stabilność stołu zabiegowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 155

Dotyczy Zadanie nr 17

Czy zamawiający dopuści blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel na kasety RTG o szerokości 348 mm? Tunel o tym wymiarze pozwala na zastosowanie standardowych kaset RTG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tunel pozwalający na zastosowanie standardowych kaset RTG.

Pytanie nr 156

Dotyczy Zadanie nr 17

Proszę o dopuszczenie stołu zabiegowego o długości 2020mm. Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 157

Dotyczy Zadanie nr 17

Czy zamawiający dopuści sterowanie funkcją przechyłów bocznych niezawodnym systemem mechanicznym realizowanym za pomocą korby składanej pod segment siedziska? Zastosowanie systemu mechanicznego daje możliwość bezpiecznej regulacji przechyłu stołu nawet obciążonego pacjentem w odróżnieniu do sprężyny gazowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 158

Dotyczy Zadanie nr 17

Czy zamawiający dopuści stół zabiegowy o regulacji wysokości blatu w zakresie 650-900mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 159

Dotyczy Zadanie nr 17

Czy zamawiający dopuści regulację Trendelenburga i anty Trendelenburga w zakresie 25° dla obydwu funkcji? Wartość 25° zaspokaja potrzeby pozycji drenażowej. / Wartość 25° zaspokaja potrzeby stosowania tych pozycji medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 160

Dotyczy Zadanie nr 17

Proszę o dopuszczenie stołu zabiegowego z regulacją segmentu głowy w zakresie -40°/+45°. Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 161

Dotyczy Zadanie nr 17

Czy zamawiający dopuści materace stołu wykonane z jednorodnej pianki poliuretanowej z pokryciem wykonanym ze skaju ze specjalnym systemem mocowania do blatów bez użycia rzepów? Materace są łatwe do czyszczenia i odporne na działanie środków dezynfekujących



Pytanie nr 162

Termin realizacji – Zadanie nr 24 – Wózek reanimacyjny 1 szt.

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 4 do 6 tygodni od daty zawarcia umowy dla wózka z zadania nr 24. Pragniemy zauważyć, iż wózki są wyrobem produkowanym na zamówienie, z indywidualnie dopasowanym wyposażeniem do potrzeb klienta. Ponadto występuje konieczność sprowadzenia wyrobu z zagranicy, co przyczynia się do wydłużenia terminu dostawy. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom oferującym wysokiej klasy wyroby produkowane poza granicami kraju.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 163

Dotyczy Wzór umowy

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu/uruchomienia/instalacji w zakresie wózków z zadania nr 24. Oferowane wózki dostarczane są gotowe do użytku. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 164

Dotyczy Wzór umowy

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów techniczne, walidacyjne i konserwacyjne w zakresie wózków z zadania nr 24, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 165

Dotyczy Wzór umowy

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu sprzętu zastępczego na czas usunięcia wady w zakresie wózków z zadania nr 24. W związku z tym, iż wózki są wyrobem produkowanym na zamówienie, z indywidualnie dopasowanym wyposażeniem do potrzeb klienta, niemożliwym jest dostarczenie wyrobu zastępczego na okres napraw gwarancyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 166

Dotyczy Zadanie nr 24

Poz.2_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o głębokości 594 mm (wymiar bez wyposażenia), co jedynie nieznacznie odbiega od wartości wymaganej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 167

Dotyczy Zadanie nr 24

Poz.4_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o konstrukcji z anodowanego aluminium i ścianach bocznych wielowarstwowego alupanela malowanego proszkowo Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje niezmienną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 168

Dotyczy Zadanie nr 24

Poz.5_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z ramą stalową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 169

Dotyczy Zadanie nr 24

Poz.8_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z układem jezdny z 4 kołami, w przeciwpłyłowej obudowie, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcem, co jest sprawdzonym rozwiązaniem dla wózków reanimacyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 170

Dotyczy Zadanie nr 24

Poz. 16_Poz.17_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z burtami zabezpieczającymi z trzech stron, stanowiącymi wyprofilowane uniesione trzy brzegi blatu wózka, pełniące jednocześnie funkcję ergonomicznych uchwytów do przetaczania dostępnych z trzech stron wózka.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 171

Dotyczy Zadanie nr 24

Poz.25_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uchwytu na cewniki ze stali nierdzewnej o wym.80x80x430 mm, z dwoma otworami – górnym do wyciągania cewników dłuższych oraz bocznym ułatwiającym wyciąganie do cewników krótszych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 172

Dotyczy Zadanie nr 24

Poz. 27_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego specjalne wyprofilowania w podstawie z ABS pełnią funkcję odbojów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 173

Dotyczy Zadanie nr 24

Poz.28_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego ściany boczne i tył są w kolorze pomarańczowym (przypisanym wózkom reanimacyjnym), a szuflady są w kolorze szarym, takim jak blat i podstawa wózka. Dodatkowo szuflady są wyposażone w kolorowe oznaczenia na uchwytach – 11 kolorów do wyboru, w tym kolor pomarańczowy oraz czerwony.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 174

Dotyczy Zadanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, który w standardzie z lewej strony znajdują się 3 uchylne transparentne kieszenie (np. z przeznaczeniem na akcesoria), co zwiększa funkcjonalność oferowanego wózka.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wymagając ujętych w SWZ akcesoriów (koszyków, półek, uchwytów itd.)

Pytanie nr 175

Dotyczy Zadanie nr 24

Zadanie nr 24 – Wózek reanimacyjny 1 szt. , Warunki gwarancji i serwisu

Poz.3_ Prosimy Zamawiającego o wydłużenie maksymalnego czasu niezbędnego na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: z 3 do 4 dni bez użycia części zamiennych, z 5 do 10 dni z użyciem części zamiennych w przypadku konieczności sprowadzenia części.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 176

Dotyczy Zadanie nr 24

Zadanie nr 24 – Wózek reanimacyjny 1 szt. , Warunki gwarancji i serwisu

Poz.11_ Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu szkolenia z obsługi wózków z zadania nr 24 w siedzibie Zamawiającego. Oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 177

Dotyczy Zadanie nr 16



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Ad. 11 Czy Zamawiający dopuści wyłączanie i wyłączenie lampy, regulacją natężenia na panelu sterującym umieszczonym na ramieniu lampy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 178

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad. 15 Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: 98 %?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 179

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad. 16 Czy Zamawiający potraktuje równoważnie regulację natężenia światłem odbywającą się w 10 krokach?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 180

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad.15 Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: 95,5 %?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 181

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad. 16 Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 poniżej 99?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 182

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad. 17 Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową z regulowaną temperaturą barwową: 3800~6000K?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem możliwości ustawienia temperatury barwowej 4300K (+/- 100K)

Pytanie nr 183

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad. 18 Czy Zamawiający dopuści regulowaną średnicę pola bezcieniowego: 18-30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 184

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad. 18 Czy Zamawiający dopuści regulowaną średnicę pola bezcieniowego: 16-18 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 185

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad. 19 Czy Zamawiający dopuści głębokość oświetlenia 1250+/-550mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 186



Ad. 19 Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia 1300 ± 400 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 187

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad. 23 Czy Zamawiający dopuści żywotność źródła światła wynoszącą 50 000h?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 188

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad. 24 Czy Zamawiający dopuści pobór mocy przez kopułę 73 W ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 189

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad. 24 Czy Zamawiający dopuści pobór mocy przez kopułę większy niż 39 VA? ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 190

Dotyczy Zadanie nr 16

Ad. 26 Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony czasz oraz systemu ramion wynoszący IP 54?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 191

Dotyczy Zadanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w funkcję regulacji przechyłów bocznych, regulowaną mechanicznie, z możliwością obsługi z obu stron stołu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 192

Dotyczy Zadanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji pozycji flex/reflex w przedziale $210^\circ/120^\circ$? Przy tym zakresie regulacji stół spełni wymagania ergonomii pracy oraz zapewni bezpieczne i stabilne ułożenie pacjenta podczas różnych procedur operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 193

Dotyczy Zadanie nr 20

Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 470 mm do 940 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 194

Dotyczy Zadanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 650 mm do 1000 mm?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 195

Dotyczy Zadanie nr 20

Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 500 mm do 1000 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Uwaga!!

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.10.2024r.

Godziny pozostają bez zmian.

Z up. Dyrektora

mgr Marta Zapłotna

St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych