



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Oława, dn. 14.05.2018r.

ZOZ/DZP/PN/11/18

Odpowiedzi na pytania II

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i leków II,**

znak sprawy ZOZ/DZP/PN/11/18

Uczestnik postępowania przetargowego uprzejmie prosi o odpowiedź na poniższe pytanie, dotyczące udzielonej poniżej odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 1, Dotyczy: Zadanie 10, Poz. 1,

Czy Zamawiający wymaga aby sterylny filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci o minimalnej objętości oddechowej posiadał skuteczność filtracji nie gorszą niż 99,999 %, przestrzeń martwą nie większą niż 56 ml, zwrot wilgoci na poziomie 32 mgH₂O / l, a opór przy przepływie 60 l / min 3,0 cmH₂O? Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby filtr posiadał skuteczność filtracji minimum 99,999 %. Zamawiający wymaga, aby przestrzeń martwa wynosiła nie więcej niż 56 ml. Zamawiający wymaga, aby filtr posiadał zwrot wilgoci na poziomie powyżej 32 mgH₂O / l, a opór przy przepływie 60 l / min 3,0 cmH₂O, waga własna filtra do 32g.

Pytanie nr 1, Dotyczy: Zadanie 10, Poz. 1,

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający w pak. 10 poz. 1, dopuści do składania ofert na równoważne filtry, których opór przy przepływie 60 l / min wynosi max. 3,0 cm H₂O / parametr korzystniejszy od wymaganego/, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie
[Podpis]
lek. med. Andrzej Droniejko