



Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu medycznego dla OAiT II**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/20/25

Pytanie nr 1 dotyczy zadanie nr 2 punkt 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondukcjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty, ale rok produkcji nie starszy niż 2024 rok?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 2 punkt 4

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie, w którym jest możliwość stosowania standardowych przyrządów do przetoczeń krwi lub płynów infuzyjnych z kasetą grzewczą dedykowaną do urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 2 punkt 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie składające się z dwóch modułów: sterującego oraz grzewczego, wykorzystujące w technice suchej ogrzewanie krwi bądź płynów infuzyjnych za pomocą sterylnych kaset?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 2 punkt 6

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie, które jest kompatybilne ze standardowymi zestawami kroplówkowymi ze złączem Luer-Lock?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 2 punkt 7

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie, które ma zagwarantowane wyjściową stałą temperaturę płynu na końcu linii 39°C (±2°C)? Stała temperatura gwarantuje prostotę użycia sprzętu, bez konieczności decydowania, która temperatura jest właściwa.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 2 punkt 8

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie, którego stała temperatura u wyjścia z drenu wynosi 39°C z dokładnością do 2°C?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 2 punkt 9

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie z wbudowanym panelem sterującym ograniczonym tylko do przycisku włącz/wyłącz, co gwarantuje intuicyjność użytkowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 2 punkt 11

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie z wbudowanym tylko alarmem podwyższonej temperatury?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 2 punkt 12

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie z wbudowanymi dwoma alarmami: naprawy i zbyt wysokiej temperatury, które są w zupełności wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 2 punkt 13

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie ze wskaźnikiem zbyt wysokiej temperatury powyżej 41 °C ?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 2 punkt 15

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie, które od razu po uruchomieniu gwarantuje nastawioną temperaturę na końcu drenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 2 punkt 16

Czy Zamawiający dopuści wydajność ogrzewania w zakresie 5-100ml/min dla jednego możliwego wysokowydajnego kanału grzewczego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 2 punkt 19

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie, które ma wbudowany panel sterujący, który jest intuicyjny w użytkowaniu, posiadający tylko przycisk włączenia/wyłączenia oraz wskaźniki: temperatury, alarmu naprawy i zbyt wysokiej temperatury?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 2 punkt 20

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie, które na panelu sterującym posiada tylko jeden przycisk membranowy służący do włączenia/wyłączenia urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 2 punkt 25

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie o nieznacznie innych wymiarach:

Wymiary modułu sterującego Wys.: 285 mm Szer.: 120 mm Głęb.: 195 mm

Wymiary modułu ogrzewającego Wys.: 165 mm Szer.: 75 mm Głęb.: 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 2 punkt 26

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie o klasie zabezpieczenia elektrycznego Klasa II, BF?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 2 punkt 27

Czy Zamawiający dopuści klasę ochrony dla modułu ogrzewającego IPX4 i modułu sterującego IPX1?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 2 punkt 28

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez złącza wyrównywania potencjałów gdyż urządzenie ma podwójną izolację i nie zawiera elementów metalowych przylegających do części dostępnych dla użytkownika? Z definicji nie wymaga zewnętrznego uziemienia (ochronnego przewodu PE).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora

mgr Marta Zapłotna

St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych