



Oława, dn. 10.11.2021r.

ZOZ/DZP/PN/36/21

Odpowiedzi na pytania I

Zgodnie z art.135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/36/21

Pytanie nr 1 dotyczy zadanie nr 21 Pozycja 6,7,8

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie **21**, wydzieli pozycje **6,7,8** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy zadanie nr 32 Pozycja 1,3,8,9,13,14,15,16,19,21,22,23

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie **32**, wydzieli pozycje **1,3,8,9,13,14,15,16,19,21,22,23** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy zadanie nr 39 Pozycja 4,6,7,13

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie **39**, wydzieli pozycje **4,6,7,13** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadanie nr 94 Pozycja 12,13,14,15,16,17

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie **94**, wydzieli pozycje **12,13,14,15,16,17** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy zadanie nr 97 Pozycja 9,10,11,12,13

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie **97**, wydzieli pozycje **9,10,11,12,13** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy zadanie nr 21 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Obecnie używany czujnik: U310-36 lub U210S-36.

Pytanie nr 7 dotyczy zadanie nr 21 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Obecnie używany czujnik: U803-21M.

Pytanie nr 8 dotyczy zadanie nr 21 Pozycja 10

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i doprecyzowuje, że wymaga konektorów łączących typu MLDA.



Pytanie nr 9 dotyczy zadanie nr 21 Pozycja 13

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i doprecyzowuje, że wymaga konektorów łączących typu MLDA.

Pytanie nr 10 dotyczy zadanie nr 21 Pozycja 14

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy zadanie nr 21 Pozycja 11

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy zamawiającego o informacje czy chodzi o konektor plastikowy czy metalowy i do jakiego kardiomonitora ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o konektor plastikowy, męski typu MLDA do przewodów Nihon Cohden.

Pytanie nr 12 dotyczy zadanie nr 21 Pozycja 12

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy zamawiającego o informacje czy chodzi o konektor plastikowy czy metalowy i do jakiego kardiomonitora ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o konektor plastikowy, żeński typu MLDA do przewodów Nihon Cohden.

Pytanie nr 13 Zadanie 32 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Obecnie używany czujnik: nr kat.:6850645.

Pytanie nr 14 dotyczy zadanie nr 32 Pozycja 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 25-35 cm oraz 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy zadanie nr 32 Pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 12-19 cm oraz 18-26 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy zadanie nr 32 Pozycja 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego drenu.

Odpowiedź: Obecnie używany dren: nr kat.: MP 00913.

Pytanie nr 17 dotyczy zadanie nr 32 Pozycja 10

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przedłużacza.

Odpowiedź: Obecnie używany przedłużacz: nr 3368433.

Pytanie nr 18 dotyczy zadanie nr 32 Pozycja 17

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy zadanie nr 32 Pozycja 18

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przedłużacza.

Odpowiedź: Obecnie używany przedłużacz nr: 3375834.

Pytanie nr 20 dotyczy zadanie nr 39

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika tlenowego.

Odpowiedź: Obecnie używany czujnik poz. 3: TS-F4-GE, poz. pomiędzy 3 a 4 nr: DOM110.

Pytanie nr 21 dotyczy zadanie nr 39 Pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika tlenowego.

Odpowiedź: Obecnie używany czujnik nr: GE, M10.

Pytanie nr 22 dotyczy zadanie nr 39 Pozycja 9

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 23 dotyczy zadanie nr 39 Pozycja 10

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze 23-33 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24 dotyczy zadanie nr 39 Pozycja 12

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Obecnie używany kabel nr: 545315-HEL.

Pytanie nr 25 dotyczy zadanie nr 94 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Obecnie używany czujnik nr:S0005D-S.

Pytanie nr 26 dotyczy zadanie nr 94 pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Obecnie używany czujnik nr:S0005P-S.

Pytanie nr 27 dotyczy zadanie nr 94 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Obecnie używany czujnik nr:P205A (TL-260T)

Pytanie nr 28 dotyczy zadanie nr 94 Pozycja 11

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Obecnie używany kabel nr: K 931 (JL-900P)

Pytanie nr 29 dotyczy zadanie nr 94 Pozycja 18

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o interfejs do IBP Baxter/Edwards.

Pytanie nr 30 dotyczy zadanie nr 94 Pozycja 19

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kabel ma być kompatybilny z Monitorem Nihon Cohden model DVM-2701.

Pytanie nr 31 dotyczy zadanie nr 94 Pozycja 20

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kabel ma być kompatybilny z Monitorem Nihon Cohden model DVM-2701.

Pytanie nr 32 dotyczy zadanie nr 97 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Obecnie używany czujnik nr: 015-0660-00.

Pytanie nr 33 dotyczy zadanie nr 97 Pozycja 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przedłużacza.

Odpowiedź: Obecnie używany przedłużacz nr: 700-0029-00.

Pytanie nr 34 dotyczy zadanie nr 97 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy zadanie nr 97 poz. 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy zadanie nr 64

Dotyczy zadania nr 64

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Plac - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

W związku z tym że producent wskazanego przez Zamawiającego w pakiecie nr 64 urządzenia zastrzega użycie konkretnie zaprojektowanych przez siebie i zwalidowanych koców (aby np. nie narażać pacjenta na przypadkowy uraz termiczny) co jest opisane w Instrukcji obsługi urządzenia, prosimy o wyjaśnienie czy potwierdzając kompatybilność koców ze wskazanym przez Zamawiającego ogrzewaczem Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta wymienionego przez Zamawiającego urządzenia o kompatybilności oferowanych koców ze wskazanym w zadaniu nr 64 urządzeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 37 dotyczy zadanie nr 64

Prosimy o dopuszczenie koc przeznaczony do wymienionego przez Zamawiającego urządzenia, ogrzewający dolną część ciała pacjenta dorosłego (koc o wymiarach 166cm x 133cm), lub ogrzewający górną część ciała pacjenta dorosłego (koc o wymiarach 201cm x 76cm) wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzi polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z 16 CFR 1610. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do wymienionego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral-Air (kompatybilność koca z ogrzewaczem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta wymienionego przez Zamawiającego w pakiecie nr 64 urządzenia).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 38 dotyczy zadanie nr 64

Prosimy o dopuszczenie koc przeznaczony do wymienionego przez Zamawiającego urządzenia, ogrzewający dolną część ciała pacjenta dorosłego (koc o wymiarach 166cm x 133cm), lub ogrzewający górną część ciała pacjenta dorosłego (koc o wymiarach 201cm x 76cm) wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzi polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z 16 CFR 1610. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do wymienionego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral-Air (kompatybilność koca z ogrzewaczem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta wymienionego przez Zamawiającego w pakiecie nr 64 urządzenia).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 39 dotyczy zadanie nr 118

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji, ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej 150 cm, na końcu układu znajduje się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19 mm średnica zewnętrzna. Układ kompatybilny z maseczkami do resuscytacji w każdym rozmiarze? W kompletach maseczki z różnymi rozmiarami w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 dotyczy zadanie nr 71 poz. 7

Czy Zamawiający w **Zadaniu 71** w pozycji 7 (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw ze strzykawką luer lock 30 ml i z łącznikiem luer-lock / stożkowym; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 dotyczy zadanie nr 71 poz. 9

Czy Zamawiający w **Zadaniu 71** w pozycji 9 dopuści rurkę tracheostomijną z mankietem Aire-Cuf w rozmiarach:

6,0 / 9,2 / 110 mm
7,0 / 10,6 / 120 mm
8,0 / 11,7 / 130 mm
9,0 / 12,9 / 140 mm.

Rurka bez klinu; spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 dotyczy zadanie nr 115

Czy Zamawiający w **Zadaniu 115** dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggisa oparty na użyciu dedykowanego do metody Griggisa peana wielorazowego użytku (który nie jest elementem zestawu)



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
zawierający: skalpel, kaniulę z igłą 14G, strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurka tracheostomijna z termoplastycznego PCW z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu,

z mankietem niskociśnieniowym posiadającym system ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, rurka wyposażona w sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; widoczna w Rtg. Zestaw sterylny, zapakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar: 7,0; 8,0 lub 9,0 mm (do wyboru przez Zamawiającego).

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43 dotyczy zadanie nr115

Czy Zamawiający w **Zadaniu 115** dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Ciaglia, wprowadzenie rurki tracheostomijnej metodą Seldingera, z jednostopniowym rozszerzadłem (marki Portex) o składzie:

skalpel; strzykawka; igła 14G z kaniulą; prowadnica Seldingera; krótkie rozszerzadło 14F; cewnik prowadzący; jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca” z warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie; rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu; mandryn do rurki tracheostomijnej z miękkim zakończeniem i uchwytem, z otworem na prowadnicę Seldingera; w zestawie: 2 kaniule wewnętrzne; szczoteczka; opaska, żel poślizgowy; gaziki. Zestaw sterylny, zapakowany na podwójnej tacy z serwetą. Rozmiar: 7,0; 8,0 lub 9,0 mm (do wyboru przez Zamawiającego).

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44 dotyczy zadanie nr 115

Czy Zamawiający w **Zadaniu 115** oczekuje, aby zestawy były wyposażone w rurkę tracheostomijną.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45 dotyczy zadanie nr 26

ad zadanie nr 26

Ze względu na fakt, że klipsy są implantami i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta i książce operacyjnej, wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy mają być wyposażone w samoprzylepne naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej: nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, nr serii, datę ważności

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pacjentów o dopuszczalności takich badań.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga naklejek do dokumentacji pacjenta.

Pytanie nr 46 dotyczy zadanie nr 38

Ad zadanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, że wkłady workowe opisane w poz. 6 i 7 mają być dostarczane w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym? Na rynku dostępne są wkłady workowe dostarczane w formie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, dlatego celowym jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w Aptece Szpitalnej i na oddziałach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 47 dotyczy zadanie nr 38

Prosimy o doprecyzowanie pojemności pojemników wielorazowych opisanych w pozycji nr 1. Czy chodzi w tej pozycji o wkłady wielorazowe pojemności 1000ml o spłaszczonym (owalnym) przekroju?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga pojemnika o pojemności 1000 ml o przekroju owalnym.

Pytanie nr 48 dotyczy zadanie nr 38

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji 5 zestawów z drenem o długości 180cm, pozostałe parametry jak w SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 dotyczy zadanie nr 38

Czy zestaw do drenażu opłucnej wyspecyfikowany w poz. 13 ma być wyposażony w butlę na wydzielinę o pojemności minimum 3000 ml oraz butlę do regulacji siły ssania za pomocą słupa wody?



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Na rynku dostępne są różne zestawy dwubutłowe przeznaczone tylko do drenażu opłucnej typu biernego, dlatego celowym jest doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego co do minimalnych parametrów technicznych tego zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga min. 3000ml pojemnika oraz butki do regulacji siły ssania za pomocą słupa wody.

Pytanie nr 50 dotyczy zadanie nr 41

ad zadanie nr 41

Prosimy o doprecyzowanie, czy igła opisana w poz. 2 w rozmiarze 1,8 x 45mm ma posiadać regulację długości w zakresie 25-45mm i metalowe przyłącze typu Luer-lock do podłączenia strzykawki aspiracyjnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 51 dotyczy zadanie nr 41

zadanie nr 41

Prosimy o wyjaśnienie, czy igła opisana w poz.3 ma posiadać wewnętrzny element wycinający zintegrowany z igłą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 52 dotyczy zadanie nr 139 poz. 2-5

ad zadanie nr 139 poz. 2-5

Ze względu na fakt, że klipsy są implantami i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta i książce operacyjnej, wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy mają być wyposażone w samoprzylepne naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej: nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, nr serii, datę ważności

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pacjentów o dopuszczalności takich badań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 53 dotyczy zadanie nr 112

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 112 zestawów typu ICU (Abbott) do krwawego pomiaru RR z przetwornikiem i linią ciśnieniową o długość 120 cm + kranik + linia ciśnieniowa o długość 30 cm (długość całkowita 152 cm); bez barwnych oznaczeń kolorystycznych w formie naklejek, w komplecie wymienne koreczki w kolorze czerwonym. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. Zestawy kompatybilne z posiadanymi przez oddział kablami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem użyczenia kabli w ilości 25 szt kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami Nikon Kohden na okres trwania umowy.

Pytanie nr 54 dotyczy zadanie nr 60 poz. 1

Zad. 60, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozycjoner wym. 200 x 45 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 200x45 mm i podtrzymuje pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 55 dotyczy zadanie nr 60 poz. 2

Zad. 60, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozycjoner wym. 520X 100 x 80 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 520x100x80 mm i podtrzymuje pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 56 dotyczy zadanie nr 73 poz. 2

Zad. 73, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na obuwie nadające się do prania w tem. 85 st., pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza temperaturę prania 85 st C i podtrzymuje pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 57 dotyczy zadanie nr 117 poz. 1

Zad. 117, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na optykę 12 st. pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58 dotyczy zadanie nr 106 poz. 1

Pozycja nr 1-Czy Zamawiający wymaga aby zestaw był wyposażony w specjalny filtr do żywienia pozajelitowego 1,2 µm?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 59 dotyczy zadanie nr 106 poz. 1

Pozycja nr 1-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 dotyczy zadanie nr 106 poz. 2

Pozycja nr 2- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o długości 250 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 dotyczy zadanie nr 106 poz. 3

Pozycja nr 3- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 dotyczy zadanie nr 106 poz. 4

Pozycja nr 4- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wypełniania oświadczenia-załącznik nr 8 dla pozycji nr 4 tj. Detektor kropli kompatybilny z pompami objętościowymi Medima P1 i P2? Detektor kropli nie jest wyrobem medycznym i jest objęty stawką VAT 23%. Nie jest także wyrobem farmaceutycznym, produktem Biobójczym ani kosmetykiem.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik nr 8 jest wzorem oświadczenia i Wykonawca może go zmodyfikować poprzez wskazanie przepisów jakim świadczone przez niego dostawy podlegają.

Pytanie nr 63 dotyczy zadanie nr 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 dotyczy zadanie nr 10 poz. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 5 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65 dotyczy zadanie nr 10 poz. 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 6 dopuści wycenę strzykawki z czarną skalą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66 dotyczy zadanie nr 10 poz. 12

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 12 dopuści wycenę igieł o ścianie normalnej, standardowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67 dotyczy zadanie nr 10 poz. 22

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 22 dopuści wycenę igieł w opakowaniu x50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający określił op=50 szt w tabeli kolumna jednostka miary i odstępuje od zapisu 100 szt. w tabeli nazwa produktu.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 29 oraz poz. 30 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69 dotyczy zadanie nr 23 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 23, poz. 2 klipsownicy o długości roboczej 235cm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 dotyczy zadanie nr 84 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 1 krótkiej podwójnie zakończonej szczoteczki do zatorów biopsyjnych, o długości włosa 35/40mm, średnicy włosa 5/10mm, długości cewnika 14,5cm oraz szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopowych, o długości cewnika 240cm, średnicy włosa 5mm,



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
długości włosia 13mm. Szczoteczki pakowane razem w pojedynczy pakiet, dostarczane w opakowaniach zbiorczych zawierających 50 pakietów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru i dodatkową szczoteczkę oraz zmianę fasunku, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 71 dotyczy zadanie nr 84 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 2 jednorazowej szczoteczki do czyszczenia endoskopów, o długości cewnika 240cm, średnicy cewnika 1.65mm, z końcówką klasyczną o średnicy włosia 5mm, długości włosia 13mm, oraz końcówką typu „sweeper” wykonanej z miękkiego i bardzo gęstego włosia o średnicy włosia 5,5mm, długości włosia 120mm, na końcu cewnika z obu stron znajduje się atraumatyczna kulka ograniczająca możliwość uszkodzenia kanału endoskopu, pakowane pojedynczo, dostarczane w opakowaniu zbiorczym 50szt. szczotek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiarów oraz fasunku, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 72 dotyczy zadanie nr 84 poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 3 jednorazowej szczoteczki do czyszczenia endoskopów, o długości cewnika 240cm, średnicy cewnika 1.65mm, z obu końców szczoteczka zakończona atraumatyczną kulką, długość włosia 13mm, średnica włosia 5mm. Pakowane pojedynczo, dostarczane w opakowaniu zbiorczym 50szt. szczotek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiarów oraz fasunku, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 73 dotyczy zadanie nr 84 poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 4 jednorazowych sterylnych szczypiec biopsyjnych, powlekanych powłoką ograniczającą tarcie w kanale roboczym, z dwoma okienkami, do gastrokopii, długość narzędzia 160cm, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm, średnica szczęk 2.4mm, pakowane indywidualnie sterylnie, 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datę ważności oraz dane producenta, pakowane zbiorczo po 20szt, w związku z czym po przeliczeniu oferowalibyśmy 40 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 74 dotyczy zadanie nr 84 poz. 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84. Poz. 5 jednorazowych sterylnych szczypiec biopsyjnych, powlekanych powłoką ograniczającą tarcie w kanale roboczym z dwoma okienkami, do gastrokopii i kolonoskopii, długość narzędzia 240cm, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm, średnica szczęk 2.4mm, pakowane indywidualnie sterylnie, 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datę ważności oraz dane producenta, pakowane zbiorczo po 20szt, w związku z czym po przeliczeniu oferowalibyśmy 55 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75 dotyczy zadanie nr 84 poz. 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 6 jednorazowej sterylnej pętli z siateczką do usuwania ciał obcych, z niebieskim ciemnym brzegiem ułatwiającym identyfikację endoskopową, wymiar 3x5.5cm, średnica zamkniętej pętli 2.5mm, długość całkowita 230cm, pakowana pojedynczo, dostarczana w opakowaniach zawierających 5szt. siatki, w związku z czym oferowalibyśmy 1 opakowanie, bez pęsety w zestawie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76 dotyczy zadanie nr 84 poz. 7

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84. Poz. 7 pętli jednorazowej sterylnej, z drutu plecionego o grubości 0.42mm, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu, pakowana indywidualnie, dostarczana w opakowaniu zbiorczym 10szt., średnica otwartej pętli 15mm, średnica cewnika 2.4mm, długość cewnika 240cm, współpracująca z kanałem roboczym o średnicy 2.8mm, wewnętrzna strona osłonki pokryta jest tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 dotyczy zadanie nr 84 poz. 8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84. Poz. 8 pętli jednorazowej sterylnej, z drutu plecionego o grubości 0.42mm, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu, pakowana indywidualnie, dostarczana w opakowaniu zbiorczym 10szt., średnica otwartej pętli 25mm, średnica cewnika 2.4mm, długość cewnika



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
240cm, współpracująca z kanałem roboczym o średnicy 2.8mm, wewnętrzna strona osłonki pokryta jest tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 dotyczy zadanie nr 84 poz. 9

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 9 jednorazowych igieł do ostrzykiwania, długość igły 4 i 6mm, długość cewnika 200cm, średnica igły 23G, pakowane pojedynczo, dostarczane w opakowaniach zbiorczych 5szt., w związku z czym oferowalibyśmy 30 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 79 dotyczy zadanie nr 84 poz. 10

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 10 klipsownicy jednorazowej z możliwością rotacji 360 stopni w obu kierunkach, wielokrotne otwieranie i zamykanie klipsa, współpracujące z kanałem roboczym o średnicy 2.8mm, rozstaw ramion 11mm i 17mm, długość robocza 235cm. Pakowane pojedynczo, dostarczane w opakowaniach zbiorczych 10szt., w związku z czym oferowalibyśmy 10 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 80 dotyczy zadanie nr 84 poz. 11

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 11 ustników jednorazowych do gastroskopii wykonanych z polipropylenu, w rozmiarach 54Fr i 60Fr do wyboru, z obręczą zębową, wyposażony jest w elastyczne taśmy mocujące wykonane z mieszanki spandexu i poliestru, data produkcji na każdym opakowaniu jednostkowym, pakowane zbiorczo w opakowaniu 100szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81 dotyczy zadanie nr 84 poz. 12

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 12 pętli jednorazowej dedykowanej do polipektomii na zimno, średnica otwarcia 10mm, z potwierdzeniem zastosowania przez producenta, średnica cewnika 2.4mm, długość cewnika 240cm, osłonka pętli wykonana z tworzywa HDPE zapewniającego zwiększoną sprężystość oraz większą kontrolę nad ruchem pętli, zapewnia również możliwość łatwego otwierania i zamykania pętli nawet w przypadku krętych warunków anatomicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 82 dotyczy zadanie nr 84 poz. 13

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 13 zaworków jednorazowych na kanał biopsyjnych do endoskopów Olympus, pakowane indywidualnie, dostarczane w opakowaniu 100szt., w związku z czym oferowalibyśmy 6 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 dotyczy zadanie nr 84 poz. 14

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 14 zestawu zaworków jednorazowych do endoskopów Olympus, pakowanych indywidualnie, dostarczanych w opakowaniu 50szt., w związku z czym oferowalibyśmy 5 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 dotyczy zadanie nr 84 poz. 15

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 15 pętli jednorazowej z funkcją rotacji, o średnicy pętli 0.43mm, o długości cewnika 240cm, średnicy otwartej pętli 13 i 20mm do wyboru, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu, wewnętrzna strona osłonki pokryta jest tworzywem umożliwiającym płynną rotację oraz zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 85 dotyczy zadanie nr 84 poz. 16

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 84, poz. 16 pętli do mukozektomii i polipektomii z drutu plecionego, o wielkości 33mm, średnicy pętli 0.42mm, wewnętrzna strona osłonki pokryta jest tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 86 dotyczy zadanie nr 10 poz. 29 , 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 10 poz. 29 oraz poz. 30 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 87 dotyczy zadanie nr 10 poz. 30

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 30 dopuści wycenę kaniuli w rozmiarze 25Gx 12mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88 dotyczy zadanie nr 116 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Sterylny, opatrunkowy zestaw zabiegowy przeznaczony do badania USG o składzie:

- osłona na głowicę USG o wymiarach: 10 cm x 61 cm -1 sztuka;
- serweta o wymiarach 33 cm x 33 cm 1 sztuka;
- sterylny żel do USG minimum 20 ml - 1 sztuka;
- gumki i taśmy do mocowania osłony po 2 sztuki.

Całość sterylnie zapakowana w jedno opakowanie. Sposób pakowania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 dotyczy Zadanie nr 1, Pozycja 19-32

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewnik Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
- cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę objętości dla poz. 19-33 i wykonanie z gumy lateksowej pokrytej silikonem dla poz. 19-31 oraz sposób sterylizacji i pakowania.

Pytanie nr 90 dotyczy Zadanie nr 1, Pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya wykonany z 100% z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 14Fr - 20Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91 dotyczy zadania nr 1 poz. 19-34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19-34 z Zadania nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 92 dotyczy Zadanie nr 29, Pozycja 1 i 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 93 dotyczy Zadanie nr 29, Pozycja 2 i 9



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8.5Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylizowany z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 94 dotyczy Zadanie nr 29, Pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długościach: 15cm, 20cm, z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewód Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylizowany z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 95 dotyczy zadanie nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2,6,7,8,9 z Zadania nr 29 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 96 dotyczy Zadanie nr 128

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z całkowicie silikonowym dwudrożnym cewnikiem Foleya o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr i 14Fr i długości 42cm. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego, skalpel #11, skrzydełka mocujące oraz worek na moc.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 97 dotyczy Zadania nr 76 w poz. 2

Odnosnie „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 98 dotyczy zadanie nr 76 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Zadania nr 76 poz. 2?** Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 99 dotyczy zadania nr 98

Czy Zamawiający dopuści ofertę równoważną oparta na zasadach efektywności na produkt o rozwiązaniach, **które poprawiają funkcjonalność i jakość leczniczą**, przy zachowaniu parametrów użytkowych i przy zachowaniu zbliżonych kształtów i materiałów, co umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
zamówienia efektu i funkcji terapeutycznej i przeznaczenia za pomocą innych rozwiązań technicznych przy
równoczesnym zapewnieniu rezultatów ekonomicznych.: Proponowane materiały dla pakietu 24 są
stosowane od lat w wielu klinikach i szpitalach zarówno w Polsce jak i na świecie, są wysokiej jakości
stosowane od kilku lat w na terenie RP (nie odnotowano żadnych powikłań), produkty pochodzą z USA
i posiadają wszelkie dokumenty typu CE i FDA, spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa, posiadamy
referencje. Oferowane parametry podane w nawiasach:

pkt. A - pozycja 1

Wszczepialny port tytanowy o wys. 11mm(**10,8mm**) i ciężarze 10,5g(**9,5g**) z odłączalnym cewnikiem
silikonowym 6,6Fr(1,1(**1,0**)x2,2mm)/60cm(**55cm**), z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi:
port tytanowy o średnicy 28mm(**podstawa portu 24mm**) i objętości wypełniania 0,35ml(**0,4ml**), cewnik
skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS,
nitinolowym przewodnikiem J oraz z strzykawką 10ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Hubera,
zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania
cewnika, łącznik Luer-Lock do wypełnienia odłączalnego cewnika - (oferujemy : mechanizm mocujący
cewnik igła tępa , igła hubera zakrzywina 22 g, Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G ,
rozrywalna koszulka , przewodnica, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią
komputerową, wytrzymały do 350 psi (300psi) przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w
języku polskim.)

Membrana silikonowa wytrzymała do 3000 nakłuć

pkt. B - pozycja 1

Wszczepialny port tytanowy (**wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego**) o wys.
11mm(**12,1mm**) i ciężarze 10,5g(**4,9mm**) z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr(**6Fr**)
(1,1x2,2mm)(**1,27mmx2,08mm**)/60cm(**63cm**), z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port
titanowy o średnicy 28mm(**26,7mm**) i objętości wypełniania 0,35ml(**0,52ml**), cewnik skalowany co 1cm,
cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z
systemem BLS, nitinolowym przewodnikiem J oraz z strzykawką 10ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła
prosta typu Hubera, zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do
przymocowania cewnika, łącznik Luer-Lock do wypełnienia odłączalnego cewnika - (oferujemy : mechanizm
mocujący cewnik igła tępa , igła hubera zakrzywina 22 g, Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G ,
rozrywalna koszulka , przewodnica, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią
komputerową, wytrzymały do 350 psi (300psi) przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w
języku polskim.)

Membrana silikonowa wytrzymała do 3000 nakłuć

pkt. c - pozycja 2

Wszczepialny port tytanowy (komora i obudowa) o wysokości 10 mm(**10,2mm**) i ciężarze 8g(**6,8g**) z
odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr (1,1(**1,0mm**)x2,2mm)/60 cm(**55cm**), z zestawem do
wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 24mm(**podstawa portu 17,3mm**)
objętości wypełnienia 0,27ml(**0,3ml**) cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w Rtg, całkowicie
rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS, nitinolowym
przewodnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do
infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika,
łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika - (oferujemy : mechanizm mocujący cewnik igła
tępa , igła hubera zakrzywina 22 g, Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G , rozrywalna koszulka ,
przewodnica, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do
350 psi (300psi) przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim.) Membrana
silikonowa wytrzymała do 3000 nakłuć



Odpowiedź:

Dot. pkt A. – Zamawiający dopuszcza dla poz. 1 zad. 98.

Dot. pkt. B – Zamawiający dopuszcza parametry zawarte w pytaniu do pkt. A.

Dot. pkt. C- Zamawiający dopuszcza dla poz. 2 zad. 98.

Pytanie nr 100

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o Uzasadnienie: podawanie konkretnych nazw (tu BLS- patent Vygon) , wymiarów stanowi bezzasadne zawężenie konkurencji przez co Zamawiający zmniejsza swoją szansę na otrzymanie jak najlepszej oferty cenowej. Pytanie zadane na podstawie ustawy PZP (dot . Zachowania zasady efektywności, konkurencyjności i proporcjonalności) w przypadku braku zgody prosimy uzasadnić swoją decyzję

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 99.

Pytanie nr 101 dotyczy Zadanie nr 139

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 klipsownic endoskopowych, rozbieralnych, z kanałem do płukania, po jednej w rozmiarze L i XL do klipsów polimerowych z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki sposób wyceny i podtrzymuje pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 102 dotyczy Zadanie 4 poz. 3

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje elektrody prostokątnej o rozmiarze 44mm x 30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje elektrody w rozmiarze 44 mmx30mm.

Pytanie nr 103 dotyczy zadanie nr 4 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody do EKG o wymiarach 50mm x 35mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104 dotyczy zadania 4 poz. 18,19

Zwracamy się z prośbą o podanie typu wymaganego papieru: czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (tzn. producent Sony lub Mitsubishi) czy też dopuszcza się papier kompatybilny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.

Pytanie nr 105 dotyczy Zadanie 4 poz. 32

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do złuszczenia naskórka o pojemności 250g lub pasty ale o pojemności 160g z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 106

Dotyczy SWZ XIV pkt 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie ulotki głównego dystrybutora, która będzie zawierać opis techniczny przedmiotu potwierdzający spełnianie warunków.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 107

Projekt umowy- §1 ust. 2

Prosimy o podanie ilości miejsc dostaw dla zadania nr 4.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w załączniku nr 5 umowa §1 ust. 2 – na terenie szpitala znajdują się dwa magazyny.

Pytanie nr 108 dotyczy zadania nr 10, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 109 dotyczy zadania nr 10, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek bez nazwy własnej na cylindrze.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 110 dotyczy Zadania nr 10, poz. 1-4

Proszę o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 111 dotyczy zadania nr 10, poz. 1-6



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Proszę o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 112 dotyczy zadania nr 10, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawek z wtopioną igłą.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 113 dotyczy zadania nr 10, poz. 6

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą w kolorze czarnym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 dotyczy zadania nr 10, poz. 12-21

Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach:

- 1) 4,5 x 13
- 2) 0,5 x 25
- 3) 0,6 x 25
- 4) 0,7 x 32
- 5) 0,8 x 38
- 6) 0,9 x 38
- 7) 1,1 x 38
- 8) 1,2 x 38
- 9) 1,6 x 38

Odpowiedź:

Ad. Pkt 1 – Nie zgodnie z SWZ.

Ad. Pkt 2 - Nie zgodnie z SWZ.

Ad. Pkt 3 - Nie zgodnie z SWZ.

Ad. Pkt 4 – Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. Pkt 5 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. Pkt 6 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. Pkt 7 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. Pkt 8 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. Pkt 9- Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115 dotyczy zadania nr 10, poz. 12-21

Proszę o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 116

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki, w tym opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie towaru.**

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 117 dotyczy zadania nr 142 pkt. 1

Czy zamawiający wymaga laktator, który jest wyrobem medycznym zarejestrowanym do pracy w szpitalu i w domu, przez wiele użytkowniczek i potwierdzenia tego faktu dokumentacją rejestrową w postaci ważnej, wystawionej zgodnie z regulacjami MDR Deklaracji zgodności i Instrukcji użytkowania sprzętu, wydaną przez producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 118 dotyczy zadania nr 142 pkt. 1

Czy zamawiający wymaga akcesoria do laktatora, wchodzące pośrednio lub bezpośrednio w kontakt z **odciągającym pokarmem, będące wyrobem medycznym i i potwierdzenia tego faktu dokumentacją rejestrową**



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
w postaci Deklaracji zgodności i Instrukcji użytkowania akcesoriów, a w szczególności opisem sposobu demontażu, mycia i dezynfekcji termicznej, wydaną przez producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 119 dotyczy zadania nr 142 pkt. 1

Czy zamawiający dopuszcza laktator wyposażony w zestawy osobiste nie przeznaczone do dezynfekcji termicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 120 dotyczy zadania nr 142 pkt. 1

Czy zamawiający wymaga, zgodnie z Art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2021.0.1565 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych) instrukcji użytkowania i komunikatów na wyświetlaczu dotyczących użytkowania sprzętu w języku polskim, jako informacji przeznaczonych dla pacjenta i warunkujących prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 121 dotyczy zadania nr 142 pkt. 1

Czy zamawiający dopuszcza laktator o wadze 2,9 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 122 dotyczy Zadanie 142 pkt. 2

Czy zamawiający dopuszcza zestaw osobisty do laktatora, z 4 stopniem bezpieczeństwa higienicznego, przeznaczony do sterylizacji, wielorazowego użytku, dostępny w dwóch rozmiarach lejków (21 mm i 24 mm, do wyboru przy zakupie), z lejkiem o owalnym kształcie i kącie rozwarcia 105 stopni, pozwalającym na lepsze dopasowanie i większy komfort przy odciąganiu pokarmu, niż w przypadku lejków okrągłych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 123 dotyczy zadania nr 77

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 77 wymaga, aby w stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124 dotyczy zadania nr 77

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 77 – *Test ureazowy* - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 125 dotyczy zadania nr 10 poz. 30

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 30 dopuści wycenę kaniuli do płukania kanalików łzowych w rozmiarze 26G (0,45x28mm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126 dotyczy Zadanie nr 24:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia mankietu do szybkiego toczenia płynów wykonanego z elastycznego, przezroczystego materiału umożliwiającego dobrą widoczność poziomu płynu z różnych stron mankietu, który zapinany jest na rzep co umożliwia łatwe umieszczenie worka w mankiecie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 127 dotyczy Zadanie nr 24:

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Zamawiający wymaga dostarczenia mankietu charakteryzującego się kodowaniem kolorem wysokich ciśnień (wartości >400mmHg)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 128 dotyczy Zadanie 98:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 wysokiej klasy porty naczyniowe z komorą wykonaną z tytanu, a obudową wykonaną z biokompatybilnego polisulfonu, co pozwoli zwiększyć wygodę pacjenta (mniejsza masa portu) przy zachowaniu dużej trwałości (cała komora z tytanu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129 dotyczy Zadanie 98:



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 wszczepialne porty o wysokości 11,5mm wadze 4,8g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla poz. 2.

Pytanie nr 130 dotyczy Zadanie 98:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 wszczepialne porty o wysokości 11,5mm wadze 9,5g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla poz. 1.

Pytanie nr 131 dotyczy Zadanie 98:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 wszczepialne porty o średnicy 25mm, objętości wypełnienia 0,3ml, z membraną wytrzymałą do 2000 nakłuć?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza średnicę i objętość, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 132 dotyczy Zadanie 98:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 porty posiadające w zestawie dwie strzykawki 12ml igłę typu Huber z drenem wykonanym z TOTM PCV, stalowy przewód J oraz igłę cienkościenną łatwo przechodzącą przez skórę bez systemu BLS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133 dotyczy Zadanie 98:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 porty z wygodnym i szybkim połączeniem cewnika z portem- łącznik (1 szt) na stałe połączony z dyszą komory portu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134 dotyczy Zadanie 98:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 porty naczyniowe z cewnikiem poliuretanowym o długości 760mm, średnicy 5,8Fr(rozmiar przewodu 6Fr), o średnicy wewnętrznej 1,0mm, średnicy zewnętrznej 1,9 mm i rozmiarze 7,8Fr (rozmiar przewodu 8,5Fr) o średnicy wewnętrznej 1,6 mm, średnicy zewnętrznej 2,6 mm,), z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 135 dotyczy Zadanie 98:

Czy Zamawiający w pozycji 1-2 dopuści porty naczyniowe z cewnikiem, w którym zamiast zakończenia luer-lock zestaw implantacyjny zawiera tępą igłę pozwalającą w bezpieczny sposób wypełnić cewnik solą fizjologiczną? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane u wielu producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136 dotyczy Zadań nr 108 oraz 135

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga akcesoriów oryginalnych lub zatwierdzonych i dopuszczonych do użycia przez producenta urządzenia Airvo2.

Użycie niezatwierdzonego przez producenta asortymentu jednorazowego (układów oddechowych, komór wodnych, kaniul donosowych, filtrów, itd.) może skutkować utratą gwarancji na urządzenie.

Ponadto informujemy, że producent urządzenia nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu urządzenia oraz ewentualne incydenty medyczne z udziałem pacjentów w przypadku stosowania niezatwierdzonego przez producenta asortymentu jednorazowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 137 dotyczy Zadania nr 108, poz. 3.

Zwracamy się uprzejmą prośbą do Zamawiającego o informację czy doszło do omyłki pisarskiej?

Wymieniony w specyfikacji układ oddechowy 900PT561 do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) ma długość 180 cm a nie 185 cm.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę długości.

Pytanie nr 138 dotyczy zadania nr 100

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 139 dotyczy zadania nr 100 , parametry graniczne pkt. 10

Czy Zamawiający ma na myśli, aby wszystkie igły z poz. 3 i 4 oraz 16 i 17 posiadały osłonkę zabezpieczającą przed zakłuciem umiejscowioną na igle bądź uchwycie? W tej pozycji występują igły zamiast poz. 4 i 5 oraz 17 i 18 .

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w zadaniu nr 100 parametr nr 10 pod tabelą na następujący:

Igły z poz. 3,4,16,17 mają posiadać osłonkę zabezpieczającą przed zakłuciem personelu umiejscowioną na igle bądź uchwycie.

Pytanie nr 140 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania Redon wykonany z medycznej odmiany PCV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania Redon poliuretanowy o długości 80cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 142 Dotyczy zadania nr zadania nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki typu Redon w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki typu Redon z gładką końcówką do podłączania drenów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley bez jonów srebra? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 145 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 34-38 Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra wykonane z silikonu z rozstawem ramion 450x180mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 146 Dotyczy zadania nr 1, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy CH12 o długości 1250mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 147 Dotyczy zadania nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt. taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Osłony zakończone elastyczną gumką do stabilizacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 148 Dotyczy zadania nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, grubość na palcu $0,11 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,10 \pm 0,02$ mm, na mankiecie $0,07 \pm 0,02$ mm. Siła zrywu w okresie przechowywania min. 6 N, po starzeniu min. 6 N, teksturowane. AQL: 1,5, zawartość protein ≤ 50 µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcach, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 149 Dotyczy zadania nr 6, pozycja 2



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturową na końcach palców, grubość na palcu $0,08 \pm 0,01$ mm, na części dłoniowej $0,06 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,05 \pm 0,01$ mm. Siła zrywu przed starzeniem ediana min. 7N po starzeniu mediana min. 7N?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcach, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 150 Dotyczy zadania nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową, obustronnie polimerowane. Średnie grubości pojedynczej ścianki na palcu $0,33 \pm 0,01$ mm, na części dłoniowej $0,27 \pm 0,02$ mm, na mankiecie $0,22 \pm 0,01$ mm, minimalna długość rękawicy 280mm, AQL 0,65, pakowane w opakowanie zewnętrzne foliowe, wewnętrzne papierowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcach, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 151 Dotyczy zadania nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których powierzchnia zewnętrzna jest gładka ze specjalną warstwą antypoślizgową, obustronnie polimerowana. Średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu $0,17 \pm 0,02$ mm, na części dłoniowej $0,15 \pm 0,02$ mm, na mankiecie $0,13 \pm 0,02$ mm. Długość minimalna rękawicy 280mm, AQL: 0,65 zawartość protein max $30 \mu\text{g/g}$, pakowane w opakowania zewnętrzne foliowe, wewnętrzne papierowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcach, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 152 Dotyczy zadania nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość ścianki o obszarze środkowego palca $0,16 \pm 0,02$ mm, dłoni $0,14 \pm 0,02$ mm, mankietu $0,12 \pm 0,02$ mm., AQL 1.0, poziom protein $\leq 89 \mu\text{g/g}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcach, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 153 Dotyczy zadania nr 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem prostym rolowanym. Średnia grubości pojedynczych ścianek: palec $0,16 \pm 0,02$ mm, dłoń $0,14 \pm 0,02$ mm, mankiet $0,10 \pm 0,02$ mm. Długość minimalna rękawicy 280mm, zawartość protein $\leq 79 \mu\text{g/g}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 154 Dotyczy zadania nr 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe kolor brązowy, długość rękawicy min.280 mm, powierzchnia obustronnie polimerowana ze specjalną warstwą antypoślizgową. Średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu $0,20 \pm 0,02$ mm, na części dłoniowej $0,18 \pm 0,02$ mm, na mankiecie $0,16 \pm 0,02$ mm. AQL 0,65?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 155 Dotyczy zadania nr 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice kolor niebieski, AQL 1,5, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach, grubość na palcu $0,16 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,09 \pm 0,02$ mm oraz na mankiecie $0,08 \pm 0,02$ mm. Siła zrywu przed starzeniem min.9N po starzeniu min.9N?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 156 Dotyczy zadania nr 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, długość minimalna rękawicy 280mm, grubość ścianki na palcu $0,22 \pm 0,02$ mm, dłoni $0,19 \pm 0,01$ mm, mankiet $0,17 \pm 0,01$ mm, poziom protein lateksu max $33 \mu\text{g/g}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.



Pytanie nr 157 Dotyczy zadania nr 6, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne do systemu podwójnego zakładania jako rękawice spodnie, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, obustronnie polimerowana, pokrywana warstwą nawilżającą, długość rękawicy minimum 280 mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu $0,18 \pm 0,03$ mm, na dłoni min. 0,10 mm; na mankiecie min. 0,10mm. Zawartość protein max 30 μ g/g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 158 dotyczy zadania 6, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min. 480 ± 10 mm, grubość na palcu min. 0,33mm, na dłoni min 0,27mm, mankiet min. 0,20mm, AQL 1,5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 159 Dotyczy zadania nr 6, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści rękawice pobierane pojedynczo za mankiet od spodu w celu uniknięcia kontaktu z pozostałą częścią rękawicy, powierzchnia zewnętrzna chlorowana, teksturowana na końcach palców, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. $0,08 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,07 \pm 0,01$ mm oraz na mankiecie $0,06 \pm 0,01$ mm (potwierdzone badaniami producenta), siła zrywu przed starzeniem średnia 7N po starzeniu średnia 7N, 250 sztuk w opakowaniu (rozmiar S-L) oraz 240 sztuk (rozmiar XL), z przeliczeniem zamawianych ilości do 160 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 160 Dotyczy zadania nr 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści nakładki do kieliszków w opakowaniu a'90szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 161 Dotyczy zadania nr 20, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 16x26cm lub 21x38cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 162 Dotyczy zadania nr 20, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 12x29cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 163 Dotyczy zadania nr 20, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści marker jednokońcówkowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 164 Dotyczy zadania nr 20, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści szynę Kamera 7cm x 60cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 165 Dotyczy zadania nr 20, pozycja 13.1, 13.2, 40-44

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 166 Dotyczy zadania nr 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maty dekontaminacyjne w rozmiarze 45x115cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 167 Dotyczy zadania nr 48, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie 18G (1,3 x 45mm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 168 Dotyczy zadania nr 48, pozycja 7



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 169 Dotyczy zadania nr 48, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp o długości 150cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 170 Dotyczy zadania nr 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 171 Dotyczy zadania nr 51, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 172 Dotyczy zadania nr 69, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści skalpele bezpieczne w opakowaniach a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie zmianę opakowania z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 173 Dotyczy zadania nr 99, pozycja 1-4, 12-13, 15-16

Czy Zamawiający dopuści przezroczyste maski tlenowe z zielonym zabarwieniem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 174 Dotyczy zadania nr 99, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarze 0 jak w pozycji nr 6?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 175 Dotyczy zadania nr 113, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy do niskociśnieniowego drenażu ran bez dodatkowego drenu Redona wykonanego z PCV wraz z trokarem stalowym? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 176 Dotyczy zadania nr 131, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 177 Dotyczy zadania nr 131, pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 178

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 179

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 180

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 181

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w dostarczonym towarze Wykonawca dostarczy brakujący asortyment do 48 godzin w dni robocze w zakresie zadania nr 147 od chwili powiadomienia o brakach?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 182

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 183

Dotyczy § 8 ust. 1 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 8 ust. 1 Wzoru Umowy do wysokości 0,1% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki, w tym opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 184

Dotyczy § 8 ust. 3 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 8 ust. 3 Wzoru Umowy do wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 185

Dotyczy Zadania nr 147:

Czy zamawiający Zadaniu nr 147 dopuści ciężki olej silikonowy o gęstości 0,98 g/cm³, lepkości 5000 mPa·s, współczynniku refrakcji 1,4; w sterylnym opakowaniu w szklanej strzykawce zawierającej 10ml?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu o składzie: 69,5 % polidimetylosiloksanu i 30,5% perfluoroheksyloctanu, gęstość 1,05-1,07g/cm³, lepkość 1000-1400 mPas, indeks refrakcji ok 1,40.

Pytanie nr 186

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyrobu przez producenta.

Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.

Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla

dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.



Odpowiedź: Zbliżony zapis Zamawiający uwzględnił w umowie w par. 6 ust. 1d).

Pytanie nr 187

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 188 Dotyczy Załącznika nr 9, Zadania nr 100 Poz. nr 14.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie mikrometody do surowicy z aktywatorem krzepnięcia i żelem 400-600 mikrolitrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 189 Dotyczy Załącznika nr 9, Zadania nr 100, Poz. nr 19.

Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie w pozycji 19 próbówki próżniowej do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2%, 1,8 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 190 Dot. zad. Nr 100, parametr graniczny nr 10.

Zwracamy się z prośbą o uściślenie, które igły mają posiadać osłonkę zabezpieczającą przed zakłuciem personelu umiejscowioną na igle bądź uchwycie, w pozycjach 5 i 18, wymienionych przez Zamawiającego, nie ma igieł.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w zadaniu nr 100 parametr nr 10 pod tabelą na następujący:

Igły z poz. 3,4,16,17 mają posiadać osłonkę zabezpieczającą przed zakłuciem personelu umiejscowioną na igle bądź uchwycie.

Pytanie nr 191 dotyczy zadania nr 100

Dotyczy kryteriów punktowanych **oceny ofert do Zadania 100,**

kryterium: Termin dostawy od momentu złożenia zamówienia.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ocenianie terminu dostawy w dni robocze, czyli o zmianę sformułowania tego kryterium na następujące:

Termin dostawy od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze):

Ilość przyznawanych punktów:

- do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia - 40 pkt
- do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia - 35 pkt
- do 72 godzin od chwili złożenia zamówienia - 30 pkt
- maksymalnie do 120 godzin od chwili złożenia zamówienia – 0 pkt*

Odpowiedź: Nie, zgodnie Z SWZ.

Pytanie nr 192

Dotyczy Załącznika nr 9, **Zadania nr 59, poz. nr 1.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 1 strzykawki do gazometrii o parametrach:

Strzykawka sterylna, do pobierania krwi tętniczej, żylną i innych materiałów, metodą aspiracji w ilości do 1,7ml, heparynizowana suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową, elektrolitowo zbilansowaną jonami wapnia, z systemem bezkontaktowego usuwania pęcherzyk powietrza ze strzykawki i bezkontaktowego podawania materiału do analizatora, zakończenie luer.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 193

Dotyczy §5 ust. 4 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia towaru zamiennego do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Nie, zgodnie Z SWZ.



Pytanie nr 194

Dotyczy SIWZ, §5 ust. 5 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia brakującego asortymentu do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 195 Dotyczy Zadania nr 147:

Czy zamawiający Zadaniu nr 147 dopuści ciężki olej silikonowy do zabiegu witrektomii o poniższych parametrach:

- gęstość 1.02 g/cm³
- lepkość: 3300 mPas
- napięcie powierzchniowe: >40 mN/m
- indeks refrakcji: 1.40
- w fiolce o objętości 10 ml?

Odpowiedź:

Pytanie nr 196 Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pakiet Bowie-Dick posiadający opakowanie z papieru medycznego? Papier medyczny nie różni się jakościowo od papieru krepowanego, wymóg ten natomiast rażąco ogranicza konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 197 Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 3:

Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu „kompatybilny z cieplarką 3M”, gdyż powyższy wymóg nie odnosi się do testów chemicznych kl. 5 wymaganych w w/w pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i nie wymaga kompatybilności z cieplarką 3M dla poz. 3

Pytanie nr 198 Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 4:

Czy Zamawiający dopuści testy składające się z fiolek z substancją testową oraz oddzielnie, sterylne zapakowanych wymazówek. W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 199 Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 4:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 200 Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 5:

Czy Zamawiający dopuści testy skuteczności mycia posiadające wskaźnik umieszczony na specjalistycznym plastikowym podłożu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 201 Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 5:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 202 Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 7:

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie w ramach pozycji 7 oddzielnych przyrządów do pozycji 5 i 6 (poszczególne testy wymagają zastosowania różnych uchwytów)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 203 dotyczy zadania nr 42 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 42 w pozycji 2 koszule dla pacjentów białe z niebieskim printem (nadrukiem)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 204 dotyczy zadania nr 42

Czy Zamawiający wymaga, aby koszule z Zadania nr 42 wykonane były z tkaniny z domieszką poliestru minimum 50%?



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Koszule wykonane z tkanin z domieszką poliestru są bardzo wytrzymałe i charakteryzują się długotrwałym utrzymaniem właściwości w trakcie użytkowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 205 dotyczy zadania nr 73

Czy Zamawiający dopuści w ramach Zadania nr 73 obuwie operacyjne z gwarancją na 2 lata?

Gwarancja na 2 lata jest standardową oferowaną przez Producentów obuwia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 206

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu 150 – worki stomijne, urostomijne pakowane po 30 szt w opakowaniu, worki typu convex po 10 szt, płytki po 5 szt w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 207 dotyczy zadania nr 1 poz. 1-5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na dreny Redona o długości 70cm w podanych w siwz średnicach, wykonane z PVC medycznego, wysokiej jakości o odpowiednio dobranej elastyczności - europejskiego lidera w produkcji tego typu drenów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 208 dotyczy zadania nr 1 poz. 1-5

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, co może zapobiegać powikłaniom z tym związanym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 209 dotyczy zadania nr 1 poz. 6

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane pojemniki typu Redon, powinny posiadać element konstrukcyjny umożliwiający wygodne i skuteczne wytworzenie podciśnienia np. w postaci specjalnego mieszka harmonijkowego w części dystalnej pojemnika oraz czy powinny być skalowane, przy zachowaniu wszelkich pozostałych pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 210 dotyczy zadania nr 1 poz. 6

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki typu Redon - ze względu na pełną kompatybilność zapewniającą szczelność połączeń z drenami typu Redon - powinny być tego samego producenta, co oferowane dreny z poz. 1-5.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 211 dotyczy zadania nr 1 poz. 7-15

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny posiadać numeryczne oznaczenie rozmiaru na kolorystycznie (zgodnie z ISO) oznaczonym łączniku oraz jeden otwór centralny i minimum dwa, małe naprzeciwległe otwory boczne oraz „zmrożoną/satynową” powierzchnię, która zapewnia bezoporowe przemieszczanie cewnika w rurce intubacyjnej lub tracheostomijnej, co ułatwia bezpieczne wykonanie procedury.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 212 dotyczy zadania nr 1 poz. 33

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „silikonowy” oznacza wymóg zaoferowania cewników wykonanych ze 100% silikonu, przeznaczonych do długotrwałego utrzymania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 213 dotyczy zadania nr 1 poz. 33

Jeżeli tak - prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki, powinny posiadać w komplecie strzykawkę min. 10ml, wypełnioną 10% roztworem gliceryny do wypełnienia balonu stabilizacyjnego, co zapewnia wygodne wykonanie procedury oraz optymalne warunki do długoterminowego utrzymania cewnika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 214 dotyczy zadania nr 1 poz. 33



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foley'a, ze względu na ich przeznaczenie do długotrwałego użytkowania, powinny posiadać min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, identyfikujące produkt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 215 dotyczy zadania nr 1 poz. 34-38

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny Kehra, których rozmiary średnic zewnętrznych określone zostały przez producenta w milimetrach i wynoszą odpowiednio: 4mm (12CH); 4.5mm (14CH); 5mm (16CH); 6mm (18CH) i 6.5mm (20CH), przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 216 dotyczy zadania nr 1 poz. 34-38

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Kehra (jako wyroby zakładane na bloku operacyjnym), powinny być podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co ułatwia zachowanie zasad aseptyki przy aplikacji drenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 217 dotyczy zadania nr 1 poz. 43

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są cewniki posiadające zakończenie w postaci główki z 4 otworami przelewowymi, zapewniającymi w warunkach klinicznych skuteczny drenaż zakładany przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 218 dotyczy zadania nr 1 poz. 52-57

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zgłębniki żołądkowe, powinny posiadać możliwość szczelnego połączenia w trakcie wykonywania różnych procedur medycznych, wymagających ich zastosowania zarówno ze strzykawkami zarówno z zakończeniem cewnikowym jak i zakończeniem luer.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 219 dotyczy zadania nr 1 poz. 59-60

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sondy Sengstakena dla dorosłych, powinny posiadać długość min. 100cm oraz czytniki położenia RTG na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów (żołądkowego i przełykowego) oraz zróżnicowane kolorystycznie baloniki kontrolne do ich napełniania.

Odpowiedź:

Pytanie nr 220 dotyczy zadania nr 2 poz. 5-7

Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert w przedmiotowych pozycjach na cewniki centralne zakładane metodą Seldingera o średnic 7Fr i długości 20cm, a nie jak mylnie napisano cyt. „20cm x 70mm”, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki 7Fr dł. 20 cm.

Pytanie nr 221 dotyczy zadania nr 2 poz. 9-10

Prosimy o doprecyzowanie, czy dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem - ze względu na szczególny charakter ich zastosowania - powinny być pakowane w sztywne opakowania typu tubus, zapewniające ich pełne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 222 dotyczy zadania nr 2 poz. 9-10

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem, powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z ISO, min. na uchwycie trokaru co zapewnia ich szybka identyfikację, szczególnie w sytuacjach nagłych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 223 dotyczy zadania nr 2 poz. 11

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „przeźroczysta nasadka, ułatwiająca wizualizację płynu” oznacza wymóg zaoferowania igieł do znieczuleń, posiadających wbudowany, widoczny z każdej strony nasadki specjalny pryzmat, zmieniający natychmiast kolor na srebrny w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, spełniających wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 224 dotyczy zadania nr 2 poz. 11

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do znieczuleń z ostrzem typu Pencil-Poin oraz kompatybilne z nimi prowadnice, powinny posiadać taką konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
długość roboczą igły podpajęcznej o mniej niż 12mm, co jest szczególnie przydatne w przypadku pacjentów otyłych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 225 dotyczy zadania nr 2 poz. 14

Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na zestawy z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych z przewodnikiem J o długości 40cm, a nie jak mylnie opisano cyt. „4cm”, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 40 cm.

Pytanie nr 226 dotyczy zadania nr 11 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki bez mankietu, silikonowane, to rurki wykonane z z medycznej odmiany pcv pokrytego warstwą silikonu lub z mieszanki pcv i silikonu, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 227 dotyczy zadania nr 11 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki bez mankietu, przynajmniej w najmniejszych pediatrycznych rozmiarach t.j. w rozmiarach 2.0-3.5, powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania, posiadać skalowane co min. 0,5cm, co zapewnia bardzo dokładną identyfikację położenia rurki zarówno w stosunku do laryngoskopu w momencie procedury intubacji jak i przez cały okres zaintubowania najmłodszych pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 228 dotyczy zadania nr 11 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki z mankiem - tak jak obecnie stosowane – powinny posiadać wymagane w siwz cyt. „czytelne oznaczenie znacznika głębokości” w postaci jednego, pełnego, szerokiego oringu, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymagań siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 229 dotyczy zadania nr 11 poz. 31

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rurki ustno-gardłowe Guedela, wykonane z innego, atraumatycznego i mniej toksycznego tworzywa niż pcv, pozbawionego szkodliwych dla zdrowia ftalanów, i lateksu - spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz - europejskiego lidera w produkcji tego typu rurek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 230 dotyczy zadania nr 11 poz. 31

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe Guedela, powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję z blokerem zgryzu, co zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowania w każdych warunkach klinicznych, szczególnie w sytuacjach nagłych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 231 dotyczy zadania nr 11 poz. 31

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki ustno-gardłowe Guedela, powinny posiadać dystalną krawędź z syntetycznej gumy, ograniczającej możliwość traumatyzacji w trakcie wykonywania procedury.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 232 dotyczy zadania nr 11 poz. 31

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki ustno-gardłowe Guedela w równoważnych dziewięciu rozmiarach (począwszy od 000), spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 233 dotyczy zadania nr 11 poz. 48,49,51

Prosimy o potwierdzenie, iż wskazany w siwz metal to mosiądz lub miedź - tak jak w obecnie stosowanych przewodnicach - zapewniające optymalną korelację ich twardości z giętkością, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 234 dotyczy zadania nr 11 poz. 50

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przewodnice w rozmiarze 3,93-4.0 x 366mm - spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz - europejskiego lidera w produkcji tego typu rurek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 235 dotyczy zadania nr 11 poz. 52,53,54



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert prowadnice do trudnej intubacji pakowane w sztywny futerał zapewniający prawidłowy kształt prowadnicy - spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz - europejskiego lidera w produkcji tego typu rurek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 236 dotyczy zadania nr 11 poz. 55-57

Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarsko-technicznej w odniesieniu do zapisu siwz cyt. „Prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych z kanałem do wentylacji: w komplecie z łącznikiem 15mm i Luer Lock z zagiętym końcem, jałowa, elastyczna, wzmocniona na całej długości” oraz odniesienie fragmentu zapisu w części „prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych” tylko do poz. 55, a w pozostałej części opisu tylko do poz. 57 lub o wykreślenie powyższego zapisu.

Jednocześnie informujemy, iż prowadnice spełniające w całości powyższy opis wg naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, a wskazany opis jest „mieszanką” opisów kilku różnych prowadnic o różnym przeznaczeniu i parametrach technicznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza że opis dotyczy tylko poz. 55, pozycje 56-57 są odrębną pozycją.

Pytanie nr 237 dotyczy zadania nr 11 poz. 55

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane prowadnice to prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych, spełniające pozostałe wymagania siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 238 dotyczy zadania nr 11 poz. 57

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na prowadnice do rurek intubacyjnych z możliwością podawania tlenu w rozmiarze 2.6 tylko w wersji prostej (pozostałe rozmiary w obu wymaganych w siwz wersjach) - spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz - europejskiego lidera w produkcji tego typu rurek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 239 dotyczy zadania nr 48 poz. 11

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z jednej strony zakończony kolcem kompatybilnym ze wszystkimi workami i butelkami dostępnymi na rynku, a z drugiej z łącznikiem z zaworem samouszczelniającym luer-lock, z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji (bez konieczności wykonywania tej czynności przy pierwszym użyciu), bez odpowietrznika i filtrów, do wielokrotnego użytkowania, zapewniający zachowanie pełnej jałowości wewnątrz przyrządu, także po wyjęciu z opakowania jednostkowego, aż do jego podłączenia do worka lub butelki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 240 dotyczy zadania nr 82 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż opisana w siwz cyt. „samodomykająca się zastawka komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta” to zastawka jednoelementowa, aktywowana samoistnie włączonym podciśnieniem, nie wymagająca żadnej innej dodatkowej obsługi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 241 dotyczy zadania nr 82 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie elementy oferowanego zestawu, powinny być sterylizowane inną metodą jak tlenek etylenu i pakowane w jedno, wygodne do użytkowania opakowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 242 dotyczy zadania nr 82 poz. 1-3

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane wyroby ze względu na postawiony w siwz wymóg pełnej kompatybilności, powinny pochodzić od jednego producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 243 dotyczy zadania nr 113 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do niskociśnieniowego drenażu ran typu mieszek o pojemności 400-500ml, wykonane z polietylenu, z drenem łączącym o długości 90-125cm wykonanym z PCV, dren z uniwersalną, docinaną końcówką wykonaną z innego niż wskazanego w siwz plastycznego tworzywa, zapewniającego pełną szczelność połączenia z drenami Redona w rozmiarach Ch6-18, z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem typu save o innym niż wskazany w siwz kolorze, umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, z osobno pakowanym drenem Redona z trokarem w rozmiarze Ch 8 do 18 /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, a jednocześnie stwarzającego większy komfort doboru drenu w zależności od potrzeb klinicznych/, sterylne, pakowane



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
podwójnie w opakowanie zewnętrzne papier-folia i wewnętrzne folia, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 244 dotyczy zadania nr 113 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do niskociśnieniowego drenażu ran typu mieszek, o pojemności 250-300ml, wykonane z polietylenu, z drenem łączącym o długości 90-125cm wykonanym z PCV, dren z uniwersalną, docinaną końcówką wykonaną z innego niż wskazanego w siwz plastycznego tworzywa, zapewniającego pełną szczelność połączenia z drenami Redona w rozmiarach Ch6-18, z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem typu save o innym niż wskazany w siwz kolorze, umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, z osobno pakowanym drenem Redona z trokarem w rozmiarze Ch 8 do 18 /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, a jednocześnie stwarzającego większy komfort doboru drenu w zależności od potrzeb klinicznych/, sterylne, pakowane podwójnie w opakowanie zewnętrzne papier-folia i wewnętrzne folia, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 245 dotyczy zadania nr 113 poz. 3-4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne butelki wymienne do niskociśnieniowego drenażu ran, o pojemności 250-300ml i 400-500ml, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odpowiednio 250-300 ml dla poz. 3 oraz 400-500 ml dla poz. 4.

Pytanie nr 246 dotyczy zadania nr 121 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do niskociśnieniowego drenażu ran typu okrągły mieszek, z drenem łączącym o długości 90-125cm, z uniwersalną, docinaną końcówką wykonaną z innego niż wskazanego w siwz plastycznego tworzywa, zapewniającego pełną szczelność połączenia z drenami Redona w rozmiarach Ch6-18, z łącznikiem do miesza lub na stałe połączone z mieszkami, ze skalą inną niż opisana w siwz, umożliwiającą przybliżony odczyt wielkości odsysanej wydzieliny, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 247 dotyczy zadania nr 140 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są jednocześnie, otwarte worki stomijne, dostępne w min. czterech różnych rozmiarach od 20 do 59mm (do wyboru Zamawiającego), spełniające pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 248 dotyczy zadania nr 140 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na jednocześnie worki stomijne z płaskim lub wypukłym hydrokoloidowym profilem przylepca, spełniające pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 249 dotyczy zadania nr 140 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są jednocześnie otwarte worki stomijne, dostępne w min. sześciu rozmiarach od 22 do 38mm (do wyboru Zamawiającego), spełniające pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 250 dotyczy zadania nr 140 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są dwuczęściowe, otwarte worki stomijne, dostępne w min. czterech rozmiarach: 38, 45, 57 i 70mm (do wyboru Zamawiającego), w pełni kompatybilne z płytkami z poz. 4, spełniające pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 251 dotyczy zadania nr 140 poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są dwuczęściowe, otwarte worki stomijne, dostępne w min. czterech rozmiarach: 38, 45, 57 i 70mm (do wyboru Zamawiającego), w pełni kompatybilne z płytkami z poz. 6, spełniające pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 252 dotyczy zadania nr 140 poz. 8



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia, są wypukłe płytki typu Convex, dostępne w min. trzech rozmiarach: 45, 55 i 65mm (do wyboru Zamawiającego), w pełni kompatybilne z workami z poz. 9, spełniające pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 253 dotyczy zadania nr 140 poz. 9

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia, są worki urostomijne o pojemności min. 650ml, z bezpiecznym zaworem spustowym z uniwersalnym złączem do worków nocnych na mocz, dostępne w min. trzech rozmiarach: 45, 55 i 65mm (do wyboru Zamawiającego), w pełni kompatybilne z płytkami z poz. 8, spełniające pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 254 dotyczy zadania nr 58

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad. 58 na zestaw do drenażu klatki piersiowej Pluer-evac znanego amerykańskiego producenta, posiadający komorę zbior. 2,5 l. (opcjonalnie zestaw z dwoma komorami 950 + 1900 ml i dwoma drenami) ze skalą pediatriczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, wydzieloną komorą zastawki podwodnej, wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H₂O za pomocą mechanicznego pokrętła; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną (dzięki zastosowaniu automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory manometrycznej do monitorowania ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest zestawem konstrukcyjnie 4 komorowym); port bezigłowy do komory zastawki podwodnej, drugi port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; komorami zawierającymi barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwwskażeniowym; wyposażony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzezroczystymi z samouszczelniającymi się drenami z antyzłamaniowym zabezpieczeniem z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; sterylne pakowane w folię i w podwójny papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 255 dotyczy zadania nr 91

Czy Zamawiający w zad. 91, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Klipsy tytanowe, średnio-duże, o wymiarach przed zamknięciem 5,73mm i 8,98mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 20 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne rowkowanie poprzeczne zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wewnętrzny podłużny rowek zmniejszający ryzyko nożycowania klipsów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z Klipsownicą Karl Storz. Zamawiający dopuszcza przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 256 dotyczy zadania nr 139 poz. 1

Czy Zamawiający w zad. 139, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Klipsownica endoskopowa, rozbieralna w rozmiarze L i XL dla niewchłaniających klipsów polimerowych. Szczęki aktywowane tylną rękojeścią. Rotacja tronu o 360stopni, regulowana palcem wskazującym, umożliwiająca pracę jedną ręką, ze stali nierdzewnej, kolorystyczny kod rozmiarów, kolor zasobników odpowiadający rozmiarowi klipsów, kompatybilna z klipsami polimerowymi. Dwie oddzielne klipsownice?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 257 dotyczy zadania nr 139 poz. 2,4

Czy Zamawiający w zad. 139, poz.2 i 4, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Ładunek z klipsami polimerowymi: duże zakres rozmiaru tkanki 5-13mm po 6 szt. w ładunku, opakowanie = 14 ładunków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 258 dotyczy zadania nr 139

Czy Zamawiający w zad. 139, poz.2 i 4, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Ładunek z klipsami polimerowymi: duże zakres rozmiaru tkanki 7-16mm po 6 szt. w ładunku, opakowanie = 14 ładunków

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 259

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku, ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej, czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi, Zamawiający w zad. 91 i 139 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 260 dotyczy zadania nr 91 i 139

Zwracamy się z prośbą w zad. 91 i 139, o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane ustawowo informacje (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 261

Dotyczy Zadania nr 100, poz. 7 (Probówka 1 i 2 ml z K2 EDTA lub K3 EDTA do wyboru przy zakupie:

Czy Zamawiający dopuszcza probówkę 2,0 ml z K2 EDTA lub K3EDTA bez możliwości wyboru przy zakupie 1,0 ml z uwagi na brak w ofercie objętości 1,0 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 262

Dotyczy Zadania nr 100, poz. 16 (Igły motylkowe do pobierania krwi 21,23, 25G, z zintegrowaną osłonką zabezpieczającą blokującą igłę po pobraniu, wężyk - 18 – 31 cm):

Czy Zamawiający dopuści igły motylkowe do pobrań krwi 21, 23 i 25 G ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą igłę po pobraniu o długości wężyka 17,8 cm do 31 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 263

Dotyczy Zadania nr 100, poz. 19 (Mikrometoda do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2%, 1 ml)

Z uwagi na brak w ofercie mikrometody do koagulologii 3,2 % 0,5 ml, zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do oddzielnego zadania. Wydzielenie tej pozycji sprawi, iż będzie możliwym złożenie oferty przez innych niż jeden wykonawca. Pozycja ta zawężyła grono wykonawców do jednego, czyli firmy Greiner z dystrybutorem Eclipse.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 1,8 ml.

Pytanie nr 264 dotyczy zadania nr 20

Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 13 (tj. Nakłuwacze) z Pakietu nr 20 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 265 dotyczy zadania nr 20

Czy zamawiający dopuści nakłuwacze o 3 głębokościach wkłucia , 1,3; 1,8 i 2,3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2,3 mm.

Pytanie nr 266 dotyczy zadania nr 78

Czy zamawiający dopuści paski pakowane zbiorczo (bez pojedynczego opakowania każdego paska)?

Opakowanie zbiorcze 100szt (2 fiołki pakowanie po 50szt)



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 267 dotyczy zadania nr 78

Czy zamawiający będzie wymagał pola absorbcyjnego na całej szerokości paska?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 268 dotyczy zadania nr 78

Czy zamawiający będzie wymagał czasu pomiaru poniżej 4 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 269 dotyczy zadania nr 10, poz. 27 i 28

Czy Zamawiający wyrazi dopuści w pozycji 27 igieł o parametrach 0.33mmx12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 270 dotyczy zadania nr 10, poz. 27 i 28

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 27 i 28 z pakietu 10 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 271 dotyczy zadania nr 20, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy Easy lance o tych samych parametrach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nakłuwaczy z guzikami spustowymi od góry.

Pytanie nr 272 dotyczy zadania nr 20, poz. 13

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 13 z pakietu 20 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 273 dotyczy Zadania 12

Czy zamawiający ma na myśli okulary do fototerapii? Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20-25 cm, 26-32 cm, 33-38cm?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 274 dotyczy Zadania nr 21 poz.3

Proszę o podanie numeru ref, używanego kabla multimed.

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa UNIMED/SMB3-90P-I.

Pytanie nr 275 dotyczy Zadania 21 poz. 4

Proszę o podanie modelu kardimonitora Nihon Kohden.

Odpowiedź: Model PVM-2701K VER.04.10.

Pytanie nr 276 dotyczy zadania 21 poz. 6

Proszę o podanie numeru ref oryginalnego kabla Masimo

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa UNIMED/U810-21M.

Pytanie nr 277 dotyczy zadania 21 poz.7

Proszę o podanie numeru ref oryginalnego kabla Masimo.

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa UNIMED/803-125.

Pytanie nr 278 dotyczy zadania nr 21 poz.8

Proszę o podanie numeru ref oryginalnego kabla Masimo.

Odpowiedź: Zamawiający używa kabel U1035-49R.

Pytanie nr 279 dotyczy zadania 21 poz.10

Czy zamawiający dopuści kolor grantowy, wymiary 25-35 cm. (długość drenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 280 dotyczy Zadania nr 21 poz.13



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości 25-35 cm o długości drenu 50cm , kolor granatowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dł. Drenu powyżej 20 cm i inny kolor i rozmiar 25-35 cm.

Pytanie nr 281 dotyczy Zadania nr 21 poz.14

Prosimy o dopuszczenie mankietu o rozmiarze 25-35cm, 33-47cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 282 dotyczy zadania nr 21 poz.15

Prosimy o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden

Odpowiedź: Zamawiający używa NIKON KOHDEN BSM-3763.

Pytanie nr 283 dotyczy Zadania nr 24

czy Zamawiający potrzebuje mankiety wielorazowe o pojemności 500ml i 1000ml wymiennie, czy jeden mankiet , który przetacza płyny w zakresie od 500 do 1000 ml

Odpowiedź: Chodzi o mankiet do płynów w zakresie 500-1000 ml.

Pytanie nr 284 dotyczy zadania nr 39 poz.2

Czy Zamawiający na pewno potrzebuje kabla TS-G3, a nie TS-N3?

Gdyż kabel TS-G3 ma złączkę prostokątną do monitora, a nie okrągłą.

Odpowiedź: Zamawiający używa kabla TS-G3 i miał na myśli produkt z prostokątną wtyczką.

Pytanie nr 285 dotyczy Zadanie 39 poz.3

Czy zamawiający dopuści czujnik o długości 3 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 286 dotyczy Zadanie nr 39 poz.7

Czy zamawiający poszukuje pułapki wodnej o nr - 876446-HEL GE filtr D-Fend ? Jeśli nie prosimy o podanie numeru katalogowego/ref.

Odpowiedź: Zamawiający używa obecnie o pułapki wodnej numerze 876446-HEL GE.

Pytanie nr 287 dotyczy Zad. 39 poz. 8

Jaki kolor wtyczki potrzebuje Zamawiający zielony czy niebieski ?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa 545360-HEL.

Pytanie nr 288 dotyczy Zad 39 poz.9

Czy zamawiający dopuści obwód mankietu 33-47cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 289 dotyczy zad. 39 poz.10

Czy zamawiający dopuści obwód 25-35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 290 dotyczy Zadanie 39 poz.11

proszę o podanie nr oryginalnego kabla, lub odpowiedź, czy wtyczka do monitora ma być okrągła, czy prostokątna ?

Odpowiedź: Zamawiający używa ref 877235.

Pytanie nr 291 dotyczy Zadanie 39 poz.12

Czy zamawiający potrzebuje klamerek czy zatrzasków?

Odpowiedź: Zamawiający używa ref 545315-HEL.

Pytanie nr 292 dotyczy Zadanie 39 poz. 13

Proszę o wyłącznie pozycji ze względu na niejednorodny charakter produktu do całości pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza osłonki na czujniki temperatury chroniące przed promieniowaniem UV.

Pytanie nr 293 dotyczy Zadanie 97 poz. 3

Czy zamawiający dopuści obwód 25-35cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 294 dotyczy Zadanie 97 poz.4

Czy zamawiający dopuści obwód 33-47 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 295 dotyczy Zadanie 97 poz. 5



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy zamawiający potrzebuje rurki napowietrzającej dla dzieci czy dorosłych ?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa ref: 714-0018-00.

Pytanie nr 296 dotyczy Zadanie 97 poz. 6

Czy zamawiający poszukuje czujnika - klips czy silikon dla dorosłych ?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa ref:015-0660-00.

Pytanie nr 297 dotyczy Zadanie 97 poz. 7

W jakiej obecnie technologii działają adaptory ?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa ref:700-0029-00.

Pytanie nr 298 dotyczy Zadanie nr 97 poz.8

Czy zamawiający poszukuje czujnika temperatury, typ serii YSI 700?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa ref: 690-0028-00.

Pytanie nr 299 dotyczy Zadanie nr 97 poz. 9

Czy używana pułapka wodna posiada numer ref: 717-0447-00, jeśli nie proszę o podanie właściwego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 300 dotyczy Zadanie nr 97 poz. 10

Czy używana linia do próbkowania analizatora gazowego posiada numer ref: 717-0408-00 Jeśli nie proszę o podanie właściwy nr Ref.

Odpowiedź: Nr ref. Posiadanej poz 162-0046-01.

Pytanie nr 301 dotyczy Zadanie nr 97 poz.11

Proszę o podanie numeru Ref. Obecnie używanego czujnika przepływu

Odpowiedź: Obecnie używany nr ref.: 10110090.

Pytanie nr 302 Dotyczy zadania nr. 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli zawierającego poszwę na kołdrę o wymiarach 160 x 210 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 303 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 304 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzeniem EU 2016/425 dla



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL,
pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 305 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280 mm, średnia siła zrywania min. 34 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 40 par. Rozmiary 6,0-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 306 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii, jasnobrązowe. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, średnia grubość: na palcu 0,17 mm, na dłoni ≥ 0,14 mm, na mankiecie ≥ 0,14 mm, długość min. 280 mm, średnia siła zrywania min. 17 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie co najmniej 4 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5- 9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 307 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; średnia grubość na palcu 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 16 N, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiety rolowane, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Certyfikat zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 308 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, mankiety rolowane. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein alergennych ≤ 10 ug/g rękawicy (wg. ASTM D7427-16, metodą FITkit). Certyfikat zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1, Certyfikat zgodności dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 13485. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1, badania na przenikalność min. 16 cytotatyków z czasem przenikania >240 min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Nazwa rękawicy, strona i rozmiar nadrukowane bezpośrednio na rękawicy. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 309 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 25 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturoowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 310 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka kolor niebieski, długości min. 290 mm (tolerancja $\pm 0,03$). Średnia grubość na pojedynczej ścianie palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0. Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankieta. Ułożone płasko, możliwość łatwego, pojedynczego pobierania z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane, jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz przebadane na penetrację cytotatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN 374-5. Jakość produkcji nadzorowana zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzona certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności 35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 311 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 20 N, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankieta rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Certyfikat zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 4



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 312 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe do systemu podwójnego zakładania jako rękawice spodnie w wyraźnie kontrastującym kolorze (zielony), z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Certyfikat Zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 313 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rękawice ginekologiczne lateksowe o przedłużonym mankiecie 480 mm, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL maks. 1,5, opakowanie 50 par, opakowanie podwójne, zewnętrzne foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankiecie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 314 dotyczy zadanie nr 6 Pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankieta. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzeniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grubości na palcu, dłoni, mankietcie jednocześnie podtrzymując pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 315 dotyczy zadanie Zadanie 33 Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, z podwójnym przedłużaczem, z dwoma zaciskami ślizgowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podwójne przedłużenie z dwoma zaciskami ślizgowymi.

Pytanie nr 316 dotyczy zadanie Zadanie 33 Zadanie 128

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Kompletny zestaw do cystostomii z poliuretanowym cewnikiem z końcem „J” o długości 40 - 45 cm, w rozmiarach 8-14CH, jednodrożny z ośmioma otworami na pętlę. Trokar 9/12/ 15Ch/Fr w zależności od rozmiaru cewnika, z workiem na mocz 2l lub bez (do wyboru przez zamawiającego), silikonową tulejką do mocowania cewnika, zaciskiem, zatyczką i rozrywalnym trokarem

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 317 dotyczy Zadanie 66 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny Octenisan wash mitts, myjki typu rękawica do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody. Myjka o wymiarach 21 x 16 cm wykonane z polipropylenu, o gramaturze 75g/m². Oferowany produkt myje i pielęgnuje bez użycia wody, zawiera w składzie m.in. dichlorowodorek oktenidyny, alantoinę. Produkt utrzymuje naturalne /kwaśne/ pH skóry co utrudnia kolonizację. Produkt nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Kosmetyk, opakowanie handlowe zawiera 10 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 318 dotyczy Zadanie 66 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny Octenisan wash cap, czepek do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody przeznaczony do jednorazowego użytku. Produkt gotowy do użycia, nasączony środkiem myjącym bez substancji zapachowych i barwników, czepek nie wymaga spłukiwania, zawiera w składzie między innymi: wodę, alaninę glicerynę oraz oktenidynę. Czepek o średnicy 29 cm, wykonany z polipropylenu, gramatura 73g, Czepek można stosować w temperaturze pokojowej lub podgrzewać w kuchenke mikrofalowej (maksymalnie 20 sek / 600 W). Kosmetyk, opakowanie A1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 319 dotyczy zadanie nr 66 poz 1 i 5

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 320

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §5 ust. 4 i 5 z „8 godzin” na „24 godziny”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie pod koniec dnia pracy np. o godz. 20, dostawa będzie niemożliwa lub też nadzwyczaj mocno utrudniona do realizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 321

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 322

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2 lit a-c, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dodaje do par.7 pkt 5 do umowy:

„W przypadku opisanym w ust. 2 lit. A-c odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.”

Pytanie nr 323

Czy Zamawiający dookreśli w §11, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dodaje powyższy zapis do umowy.

Pytanie nr 324 dotyczy Zadanie 138

Prosimy o informację ile dostaw akcesoriów Zamawiający planuje w ciągu 24 miesięcy ? Jeżeli Zamawiający jest w stanie wstępnie oszacować , to prosimy o odpowiedź- będzie to pomocne w skalkulowaniu ceny dostawy oraz ceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 325 dotyczy Zadanie 138 (w pozycji 1 i 2 załącznika 9)

Prosimy o określenie ilości odprowadzeń jaką wymaga Zamawiający do dostarczenia w odniesieniu do kabli HDMI i VG do rejestratorów DMS 300-3A. Niniejsze pozwoli odpowiednio zabezpieczyć magazyn dla Oferenta, który zostanie wytypowany do wykonania dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający używa 7 odprowadzeń.

Pytanie nr 326 dotyczy Zadanie 138 (w pozycji 3 załącznika 9)

Czy niniejszy kabel potrzebny jest do pracy przewodowej czy bezprzewodowej podczas prób wysiłkowych? Nienależy pozwoli odpowiednio skalkulować ofertę

Odpowiedź: Zamawiający używa kabel do pracy przewodowej.

Pytanie nr 327

Czy Zamawiający zgodzi się do płatności w ciągu 45 dni zamiast 60?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 328 dotyczy zadanie 7, poz. 5-6,

Czy zamawiający wydzieli poz.5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 329 dotyczy zadanie 7, poz. 9,14,16

Czy zamawiający wydzieli poz.9,14,16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrzędu do przetwarzania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 330 dotyczy zadanie 7, poz. 5-6,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 331 Dotyczy zadanie 20, poz.3-5,14-17,20-24,32-34

Czy zamawiający wydzieli poz.3-5,14-17,20-24,32-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 332 dotyczy zadanie 48, poz. 7,

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Place - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 333 dotyczy zadanie 48, poz. 7,

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 334 dotyczy zadanie 48, poz. 7,

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 335 dotyczy zadanie 48, poz. 7,

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 336 dotyczy zadanie nr 67 poz. 6

czy zamawiający dopuści miskę 4 litry o wymiarach -długość: 320 mm ; szerokość: 260 mm ; wysokość: 107 mm ; pojemność: 4000 ml ; pakowanie: 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów i fasunku, pozostałe warunki zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 337 dotyczy zadanie nr 67 poz. 10

czy zamawiający dopuści miskę o wymiarach jak w swz o granicy błędu +/- 2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 338 Dot. Pakietu 44

Prosimy Zamawiającego o przeniesienie pozycji 3 z pakietu 44 do innego pakietu pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 339 Dot. Pakietu 44 Poz1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 10 ml (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) z przeliczeniem żądanej pojemności, która łącznie wynosi 20 ml jak w opisie SWZ, do stosowania w polu operacyjnym Strzykawka posiada średnicę cylindra odpowiadającą strzykawce o pojemności 10ml, długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzony zerowy refluks). Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika, posiada rejestrację jako wyrób klasy III, okres stabilności roztworu i ważności produktu 3 lata. Zgodnie z wytycznymi strzykawka o przekroju strzykawki 10 ml jest gwarantem skutecznego przeprowadzenia procedury przepłukiwania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 340 Dot. Pakietu 44 Poz2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki o poj.10ml napełnionej fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) do stosowania w polu operacyjnym Strzykawka posiada średnicę cylindra odpowiadającą strzykawce o pojemności 10ml, długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzony zerowy refluks). Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika, posiada rejestrację jako wyrób klasy III, okres stabilności roztworu i ważności produktu 3 lata ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 341 Dotyczy zadania nr 117

Czy Zamawiający w zadaniu nr 117 w pkt. 1 wymaga, aby opisana optyka była kompatybilna z posiadanym wideolaryngoskopem KANTOR-BERCI nr 8590 JV firmy Karl Storz, a kompatybilność była potwierdzona przez producenta posiadanego wideolaryngoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompatybilności z posiadanym wideolaryngoskopem KANTOR-BERCI nr 8590 JV firmy Karl Storz.

Pytanie nr 342 Dotyczy zadania nr 117

Czy Zamawiający w zadaniu nr 117 w pkt. 2 wymaga zaoferowania optyki typu Hopkins 0 stopni, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 343 Dotyczy zadania nr 117

Czy Zamawiający w zadaniu nr 117 w pkt 2 wymaga, aby optyka była kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego płaszczem ssąco-płuczającym 0° do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompatybilności z posiadanym płaszczem ssąco-płuczającym 0° do CLEARVISION.

Pytanie nr 344 Dotyczy zadania nr 40

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw dla pakietu 40 do 14 dni od złożenia zamówienia?

Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 345 Dotyczy zadania nr 40

Czy w związku z wycofaniem przez producenta ze sprzedaży niektórych elementów przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji nr: 1, 8, 9, 10, 30, 41, 47, 48, 49, 50, 51?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 346 Dotyczy zadania nr 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj. poz. 2-5- uszczelki do laparoskopu, poz. 7- zatyczka, poz. 20- tubus ochronny na optykę, poz. 32 spray uniwersalny do narzędzi, poz. 33- dyfuzor i poz. 55- Rack na 14 instrumentów z tacą drucianą, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, ale nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.175 z późn. zm.) a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 347

(§5 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy towaru zamiennego na czas reklamacji z 24 godzin na 48 godzin?

Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z zapisami w umowie &5 ust. 4 w przypadku uznania reklamacji za bezzasadną, towar zamienny zostanie zaliczony na poczet najbliższej dostawy tego asortymentu do siedziby zamawiającego. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 7 dni od daty powiadomienia i dotyczy to zarówno wad ilościowych lub jakościowych.

Odpowiedź:

Pytanie nr 348



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
(§5 ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy braków ilościowych z 24 godzin na 48 godzin?

Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 349 dotyczy Zad. 3 poz.13

Prosimy o dopuszczenie produktu pakowanego po 16 szt. lub 100 szt. w opakowaniu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 350 dotyczy Zadanie nr 21 poz. 7,8,9

Czy zamawiający dopuści czujnik SpO2 o długości 1,1 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 351

Dotyczy Zadania nr 21 poz. 2

Prosimy o podanie modelu aparatu, do którego ma być przeznaczony przewód lub podanie numeru katalogowego przewodu obecnie stosowanego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa kabla UNIMED/2385P-I lub UNIMED-23855-I.

Pytanie nr 352 Dotyczy Zadania nr 21 poz. 4

Prosimy o podanie modelu aparatu, do którego ma być przeznaczony przewód lub podanie numeru katalogowego przewodu obecnie stosowanego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający używa modelu PVM-2701K VER 04.10.

Pytanie nr 353 Dotyczy Zadania nr 21 poz. 6

Prosimy o podanie technologii, w jakiej mają pracować czujniki lub podanie numeru katalogowego czujnika obecnie stosowanego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Pytanie nr 354 Dotyczy Zadania nr 21 poz. 8

Prosimy o podanie modelu aparatu, do którego ma być przeznaczony czujnik lub podanie numeru katalogowego czujnika obecnie stosowanego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający używa UNIMED/4810-21M.

Pytanie nr 355 Dotyczy Zadania nr 21 poz. 11-12

Prosimy o podanie modelu aparatu, do którego ma być przeznaczony konektor lub podanie numeru katalogowego konektora obecnie stosowanego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Korektory mają służyć do PVM-2701K.

Pytanie nr 356 Dotyczy Zadania nr 21 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści mankiety w rozmiarach 27/35 i 34/43?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 357 Dotyczy Zadania nr 21 poz. 10, 13-14

Czy Zamawiający dopuści mankiety z drenem 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 358 Dotyczy Zadania nr 21 poz. 15

Prosimy o podanie modelu aparatu, do którego ma być przeznaczony czujnik lub podanie numeru katalogowego czujnika obecnie stosowanego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający używa NIKON KOHDEN BSM-3763.

Pytanie nr 359 Dotyczy Zadania nr 52 poz. 1-4

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 360 Dotyczy Zadania nr 52 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o lepszych parametrach, światłowodową, jednorazową, Miller - rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, McIntosh – rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wszystkie rozmiary łyżek pochodzą od jednego producenta. Nieodkształcające się łyżki wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopumetalu, kompatybilne rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielonaspeyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Metalowa stopka łącząca się z rękojeścią. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamyustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Pakowanie folia-folia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 361 Dotyczy Zadania nr 52 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękojeści o lepszych parametrach, tj. jasność ponad 100000 Lux?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 362

Dotyczy Zadania nr 86 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o masie ciała powyżej 30kg, maksymalna objętości worka 1800 ml, objętości oddechowej 1060 ml, zastawka bezpieczeństwa 60 cm H₂O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV, bez zawartości DEHP i lateksu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka oraz paskiem gwarantującym pewny chwyt. Możliwość podłączenia zastawki PEEP na zaworze pacjenta, przy pomocy dodatkowej złączki. W zestawie z jednorazową maską twarzową z mankietem dla dorosłych, dren tlenowy?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 363 Dotyczy Zadania nr 86 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla noworodków i mały dzieci o masie ciała poniżej 7kg, maksymalna objętości worka 320 ml, objętości oddechowej 140 ml, zastawka bezpieczeństwa 40 cm H₂O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV, bez zawartości DEHP i lateksu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka oraz paskiem gwarantującym pewny chwyt. Możliwość podłączenia zastawki PEEP na zaworze pacjenta, przy pomocy dodatkowej złączki. W zestawie z jednorazową maską twarzową z mankietem dla niemowląt/nororodków?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 364 Dotyczy Zadania nr 86 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy (dla jednego pacjenta) dla dzieci o masie ciała 7-30kg, maksymalna objętości worka 550 ml, objętości oddechowej 320 ml, zastawka bezpieczeństwa 40 cm H₂O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV, bez zawartości DEHP i lateksu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka oraz paskiem gwarantującym pewny chwyt. Możliwość podłączenia zastawki PEEP na zaworze pacjenta, przy pomocy dodatkowej złączki. W zestawie z jednorazową maską twarzową z mankietem dla dzieci i drenem tlenowym?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 365 Dotyczy Zadania nr 99 poz. 1, 3-4, 12-16

Czy Zamawiający dopuści wyroby zielone, przezroczyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 366

Dotyczy Zadania nr 99 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 0?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 367 dotyczy zadania nr 16

Zadanie 16

Pozycja 1- czy chodzi o uchwyt z kablem zakończonym wtykiem 3 pin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 368 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 2 -prosimy o dopuszczenie dł. 5 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 369 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 3 i 4- prosimy o dopuszczenie dł. kabla 5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 370 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 5- prosimy o dopuszczenie rozmiaru 3,2x26 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 371 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 6-prosimy o dopuszczenie elektrody powrotnej o następujących parametrach: na podłożu z pianki, dzielona REM, owalna, o powierzchni aktywnej 107 cm² i wymiarach 164x117mm oraz prosimy o dopuszczenie elektrody w op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 35 op. a'100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 372 dotyczy zadania nr 16

Lub prosimy o wydzielenie poz. 6 do oddzielnego zadania, gdyż obecny opis parametrów spełnia tylko jeden wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i zmianę fasunku przeliczenie do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 373 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 26 -prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 374 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 27- prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 375 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 34 -prosimy o dopuszczenie dł. 195 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 225 mm.

Pytanie nr 376 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 29- prosimy o dopuszczenie elektrody typu igła fi 0,8 mm x 12 mm i dł. roboczej 100 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 377 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 30- prosimy o dopuszczenie dł. 5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 378 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 31- prosimy o dopuszczenie dł. roboczej 80 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 379 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 32- prosimy o dopuszczenie dł. roboczej 100 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 380 dotyczy zadania nr 16

Pozycja 34- prosimy o dopuszczenie dł. 225 mm i końcówki 1,0 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 381 dotyczy zadania nr 16

Prosimy o wydzielenie poz. 6, 10-16, 19-22 oraz 25-27, 33 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 382 dotyczy zadanie nr 32



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Prosimy o wydzielenie poz. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 383 dotyczy zadanie nr 32

Pozycja 5-prosimy o dopuszczenie rozmiarów: 25-35 cm, 25-35/44 cm, 25-35/53 cm, 34-47 cm, 46-66 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i poprawia omyłkę pisarską dotyczącą kompatybilności na następujący zapis:

„Kompatybilne z poz. 7.”

Pytanie nr 384 dotyczy zadanie nr 32

Pozycja 6-prosimy o dopuszczenie rozmiarów: 10-19 cm, 18-26 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i poprawia omyłkę pisarską dotyczącą kompatybilności na następujący zapis:

„Kompatybilne z poz. 7.”

Pytanie nr 385 dotyczy zadanie nr 32

Pozycja 10-prosimy o dopuszczenie dł. 1,2 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 386 dotyczy zadanie nr 32

Pozycja 12-prosimy o dopuszczenie dł. 0,95 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 387 dotyczy zadanie nr 32

Pozycja 17-prosimy o dopuszczenie rozmiarów: 34-47 cm i 46-66 cm - do wyboru przy real. zamówienia częściowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 388 dotyczy zadanie nr 32

Pozycja 18-prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 389 dotyczy zadania nr 39

Prosimy o wydzielenie poz. 4, 6, 7, do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 390 dotyczy zadania nr 39

Pozycja 9-prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 391 dotyczy zadania nr 39

Pozycja 10-prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 392 dotyczy zadania nr 39

Pozycja 11-prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 393 dotyczy zadania nr 39

Pozycja 12-prosimy o dopuszczenie dł. 0,95 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 394 dotyczy zadania nr 39

Pozycja 13-prosimy o dopuszczenie op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 2 op. a'100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 395 dotyczy Zadanie nr 89



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 396 Dotyczy Zadanie nr 94

Prosimy o wydzielenie poz. 12 - 17 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 397 Dotyczy Zadanie nr 94

Pozycja 18- prosimy o wskazanie modelu przetworników, które mają współpracować z kablem

Odpowiedź: Kable mają służyć do połączenia przetwornika ze złączem EDWARDS.

Pytanie nr 398 Dotyczy Zadanie nr 97

Prosimy o wydzielenie poz. 1 - 8 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 399 Dotyczy Zadanie nr 97

Pozycja 3- prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 400 Dotyczy Zadanie nr 97

Pozycja 4- prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 401 Dotyczy Zadanie nr 119

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 402 Dotyczy Zadanie nr 119

Pozycja 2- prosimy o wskazanie z jakim monitorem mają współpracować mankiety.

Odpowiedź: Mankiety mają współpracować z urządzeniem firmy GE.

Pytanie nr 403 Dotyczy Zadanie nr 138

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 404 Dotyczy Zadanie nr 138

Prosimy o wskazanie oczekiwanej liczby odprowadzeń : 5 lub 7 lub 10 ?

Odpowiedź: Dla poz. 1,2 – 7 odprowadzeń.

Pytanie nr 405 Zadanie nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści Cewniki do odsysania Redon wykonane w całości z PCV?

Odpowiedź:

Pytanie nr 406 Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 407 Zadanie nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley silikonowany nr.8 z prowadnicą z balonem do 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 408 Zadanie nr 1 poz. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley silikonowany z balonem do 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 409 Zadanie nr 1 poz. 34, 35, 36, 37, 38

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Place - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Czy Zamawiający dopuści Cewnik Kehr 45x18cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 410 Zadanie nr 1 poz. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości minimum 800mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 411 Zadanie nr 1 poz. 59, 60

Czy Zamawiający wymaga zgłębników Sengstakena wykonanych z PCV o długości 105 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 412 Zadanie nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu niesilikonowane?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 413 Zadanie nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankiem niesilikonowane?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 414 Zadanie nr 11 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone niesilikonowane?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 415 Zadanie nr 11 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone niesilikonowane z prowadnicą?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 416 Zadanie nr 11 poz. 33

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankiem niesilikonowane?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 417 Zadanie nr 11 poz. 43

Czy Zamawiający dopuści w składzie: kaniula wewnętrzna z kołnierzem 1 sztuka?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 418 Zadanie nr 11 poz. 48

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,0 mm / 255 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 419 Zadanie nr 11 poz. 49

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 3,3 mm / 340 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 420 Zadanie nr 11 poz. 50

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 4,0 mm / 340 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 421 Zadanie nr 11 poz. 51

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 4,7 mm / 340 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 422 Zadanie nr 11 poz. 52

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,0 mm / 600 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 423 Zadanie nr 11 poz. 55

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5,0 mm / 700 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 424 Zadanie nr 11 poz. 57

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę tylko w rozmiarze 15FR i długości 70 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 425 Zadanie nr 11 poz. 58

Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych mikrobiologicznie czystą?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 426 Zadanie nr 20 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 16 x 26 cm?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 427 Zadanie nr 20 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 12 x 29 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 428 Zadanie nr 20 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści stażę tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 429 Zadanie nr 20 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści opakowanie=250 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 430 Zadanie nr 20 poz. 39

Czy Zamawiający dopuści opakowanie=250 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 431 Zadanie nr 20 poz. 40, 41, 42

Czy Zamawiający dopuści szczotki bez zakończenia kulką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 432 Zadanie nr 20 poz. 45

Czy Zamawiający dopuści wymiary 405x315x55?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 433 Zadanie nr 20 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści dostępny do zakupu w 5 różnych kolorach?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 434 Zadanie nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 10 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 435 Zadanie nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 3 ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 436 Zadanie nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu yankauer z osłonką i z miękką końcówką z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 437 Zadanie nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt bez „łącznika „Y” do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 438 Zadanie nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fi wewnętrzne 5,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza min. 5,6 mm.

Pytanie nr 439 Zadanie nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fi wewnętrzne 5,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza min. 5,6 mm.

Pytanie nr 440 Zadanie nr 51 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową

- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach

- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka

- **zestaw wprowadzający**



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 441 Zadanie nr 51 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompatybilne z zestawem z pozycji 1 worki o pojemności 1500ml, skalowane co 100ml, z filtrem węglowym neutralizującym zapach?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 442 Zadanie nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 2 rury o długości 160 cm, a dodatkowa 3 rura o długości 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2 rury dł. 180 cm, a dodatkowa 3 rura 120 cm.

Pytanie nr 443 Zadanie nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 2 rury o długości 180 cm, a dodatkowa 3 rura o długości 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 444 Zadanie nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bez złączki L?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 445 Zadanie nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rury rozciągliwe, o karbowanych powierzchniach wewnętrznych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 446 Zadanie nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści końcówki rur sztywne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 447 Zadanie nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rury wykonane z PP oraz EVA?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 448 Zadanie nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 449 Zadanie nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści 2 rury o długości 160 cm, a dodatkowa 3 rura o długości 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 450

Zadanie nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rury rozciągliwe, o karbowanych powierzchniach wewnętrznych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 451 Zadanie nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści końcówki rur sztywne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 452 Zadanie nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rury wykonane z PP oraz EVA?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 453 Zadanie nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 454

Zadanie nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czytelną skalę głębokości co 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 455 Zadanie nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wyraźny podwójny półpiersień?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 456 Zadanie nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość rurki mieszczącą się w przedziale 170 mm do 325 mm?



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 457 Zadanie nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę z niezdejmowanym łącznikiem 15 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 458

Zadanie nr 56 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną o standardowej długości?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 459 Zadanie nr 56 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nieobrotowy kołnierz rurki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 460 Zadanie nr 56 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści bez „dwuelementowego regulowanego ogranicznika do stabilizacji kaniuli”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 461 Zadanie nr 56 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną o standardowej długości?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 462 Zadanie nr 56 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nieobrotowy kołnierz rurki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 463 Zadanie nr 56 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bez „dwuelementowego regulowanego ogranicznika do stabilizacji kaniuli”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 464 Zadanie nr 56 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści mankiet tchawiczy z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 465

Zadanie nr 56 poz. 5

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „położenie mankietu zapisane na baloniku kontrolnym”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 466 Zadanie nr 56 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 467 Zadanie nr 56 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 468 Zadanie nr 56 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści mankiet w kształcie walca?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 469 Zadanie nr 56 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wykonane w całości z PCV?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 470 Zadanie nr 56 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści ze znikomą ilością ftalanów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 471 Zadanie nr 56 poz. 9



Czy Zamawiający dopuści ze stałym szyldem?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 472 Zadanie nr 56 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści pojemność tylko 450 ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 473 Zadanie nr 56 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające sterylność przez 30 dni zamiast co najmniej 1 badania mikrobiologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 474 Zadanie nr 56 poz. 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość zainstalowania do wielu pacjentów”?

Odpowiedź: Zamawiający opuszcza.

Pytanie nr 475 Zadanie nr 66 poz. 1

Czy zamawiający dopuści równoważną myjkę w formie rękawicy:

- Zaokrąglona rękawica do mycia ciała ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka myjącego poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana z poliestru
- Rozmiar 17 cm x 24,5 cm
- Pokryta środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5)
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 476 Zadanie nr 66 poz. 1

Czy zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe a'20 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 477 Zadanie nr 66 poz. 1

Czy zamawiający dopuści potwierdzoną czystość mikrobiologiczną na brak zawartości TPC, Coliforms, Fungi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus hemolyticus?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 478 Zadanie nr 66 poz. 2

Czy zamawiający dopuści produkt wykonany z jednej strony z miękkiego włosia, a z drugiej z gąbki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 479 Zadanie nr 66 poz. 2

Czy zamawiający dopuści wymiary: 8x5x3,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 480 Zadanie nr 66 poz. 2

Czy zamawiający dopuści bez szpatełki do czyszczenia paznokci?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 481 Zadanie nr 66 poz. 3

Czy zamawiający dopuści produkt wykonany z jednej strony z miękkiego włosia, a z drugiej z gąbki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 482 Zadanie nr 66 poz. 3

Czy zamawiający dopuści wymiary: 8x5x3,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 483 Zadanie nr 66 poz. 4

Czy zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 20ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorheksydyny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 484 Zadanie nr 66 poz. 4

Czy zamawiający dopuści rozmiar 10cm x 10cm x 2,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 485 Zadanie nr 66 poz. 5



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy zamawiający dopuści czepek zawierający w składzie m.in.: simetikon, prowitamina B5, wyciąg z aloesu, witamina E, Chlorheksydyna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 486 Zadanie nr 66 poz. 5

Czy zamawiający dopuści możliwość podgrzania w mikrofalówce przez 20 sekund w 700 W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 487 Zadanie nr 82 poz. 1

Czy zamawiający dopuści system zamknięty do odsysania pacjenta o czasie użytkowania do min. 72 godz., do rurek intubacyjnych o dł. 60 cm i tracheostomijnych o dł. 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 488 Zadanie nr 82 poz. 1

Czy zamawiający dopuści system zamknięty do odsysania pacjenta o czasie użytkowania do min. 72 godz., do rurek intubacyjnych o dł. 60 cm i tracheostomijnych o dł. 30cm, podwójnie obrotowy łącznik, przesuwana mechanicznie zastawka komory płuczącej oddzielająca cewnik od pacjenta, możliwość rozdwojenia drenów poprzez pełną kompatybilność z łącznikiem Y poniżej, port do podawania leków z końcówką Luer, osobno zapakowane min. 10 fiolek soli fizjologicznej a' 10 ml. Rozmiary do wyboru przy zakupie Ch14 i Ch16?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 489 Zadanie nr 82 poz. 1

Czy zamawiający dopuści system zamknięty do odsysania pacjenta o czasie użytkowania do min. 72 godz., do rurek intubacyjnych o dł. 60 cm i tracheostomijnych o dł. 33cm, podwójnie obrotowy łącznik, przesuwana mechanicznie zastawka komory płuczącej oddzielająca cewnik od pacjenta, możliwość rozdwojenia drenów poprzez pełną kompatybilność z łącznikiem Y poniżej, port do podawania leków wziewnych (MDI), osobno zapakowane min. 10 fiolek soli fizjologicznej a' 10 ml. Rozmiary do wyboru przy zakupie Ch14 i Ch16?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 490 Zadanie nr 82 poz. 3

Czy zamawiający dopuści fiolkę soli fizjologicznej o pojemności 10ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 491 Zadanie nr 95 poz. 3

Czy zamawiający dopuści opakowanie=100 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunkiem z przeliczeniem do pełnych opakowań zgonie z reguła matematyczną.

Pytanie nr 492 Zadanie nr 95 poz. 4

Czy zamawiający dopuści pałeczki do nawilżania jamy ustnej nasączone dwuwęglanem sodu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 493 Zadanie nr 99 poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Czy zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarach:

- Pozycja 5 – rozmiar 0;
- Pozycja 6 – rozmiar 1;
- Pozycja 7 – rozmiar 2;
- Pozycja 8 – rozmiar 3;
- Pozycja 9 – rozmiar 4;
- Pozycja 10 – rozmiar 5;
- Pozycja 11 – rozmiar 6?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 494

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16 w pozycji nr 25 – **Jednorazową sondę argonową** kompatybilną z przystawką argonową APC? 1 opakowanie =10 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 495



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Pytanie nr 1 :

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 20 pozycję nr 1 i nr 2 – wkłucia doszpikowe i utworzy dla tego asortymentu do osobnego zadania? Utworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie większej ilości ofert oraz zapewni konkurencyjność cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 496

Czy w Zadaniu 78 Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych pakowanych zbiorczo w fiolkach x 50 szt.? Prosimy o uwzględnienie, że ze względu na odmienną konstrukcję paski pakowane zbiorczo są lepiej zabezpieczone przed wilgocią i zanieczyszczeniami od pasków pakowanych pojedynczo oraz mogą być dotykane na całej powierzchni bez wpływu na wynik pomiaru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 497

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga, aby zaoferowane paski testowe posiadały certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE), który jest jedynym unormowanym prawnie dokumentem potwierdzającym spełnianie wszystkich norm zharmonizowanych wymaganych dla wyrobu medycznego do diagnostyki *in vitro* jakim są paski testowe do glukometrów, oraz czy wymaga dostarczenia tego dokumentu wraz z ofertą? Informujemy, że spełnienie warunków wyłącznie jednej normy nie gwarantuje, że paski testowe spełniają wszystkie odnoszące się do nich wymagania zasadnicze, gdyż wymagania te są szersze i bardziej restrykcyjne niż wymogi wynikające z normy EN ISO 15197:2015 (wynika to wprost z zapisów zawartych w samej normie, w rozdziale „Załącznik ZA.1 – powiązanie niniejszej Normy Europejskiej z Dyrektywą 98/79/WE”). W związku z powyższym instytucje Zamawiające powinny odstąpić od koncentrowania się wyłącznie na jednostkowej normie zharmonizowanej. Norma EN ISO 15197:2015 musi być spełniana przez wszystkie paski testowe do glukometrów w celu otrzymania Certyfikatu CE (certyfikat CE potwierdza m. in. spełnienie tej normy), jednakże spełnienie wymogów tej normy jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do tego, aby dane paski testowe spełniały odnoszące się do nich wymagania zasadnicze, nawet w obszarze leżącym w zakresie oceny zgodnej z przedmiotową normą. Anonsowanie, że dany wyrób spełnia tylko jedną z wymaganych norm może sugerować, że wyrób ten nie spełnia pozostałych norm, wymaganych przepisami prawa.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 498

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, figurując w aktualnym na dzień złożenia oferty wykazie refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych, publikowanym przez MZ? Refundacja pasków testowych gwarantuje ciągłość dostaw pasków w okresie umowy przetargowej, gdyż wymusza na podmiocie, któremu przyznano refundację, stałą dostępność pasków testowych w ofercie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 499

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 500

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych, których termin przydatności do użycia po otwarciu opakowania będzie wg instrukcji obsługi jednakowy niezależnie od miejsca, w którym przechowywane jest opakowanie z paskami?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 501 dotyczy zadania nr 24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości mankietów wielorazowych ograniczonego użytku, przeznaczonych dla jednego pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 502 dotyczy zadania nr 15 poz. 3



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy w opisie w pozycji 3 linia monitorująca do próbkowania gazów, nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje linii ze złączem typu męsko/męski - jaki jest wykorzystywany w urządzeniach Datex-Ohmeda będących na wyposażeniu Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską, i oczekuje wyceny złącza typ męsko/męski.

Pytanie nr 503 dotyczy zadania nr 15 poz. 11

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze CO₂ nie dopuszczone przez Farmakopeę brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulach stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje zaworu NaOH poniżej 3%.

Pytanie nr 504 dotyczy załącznika nr 5 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 4, 5 projektu umowy na następujący: „W przypadku reklamacji zamawiającego, co do jakości/ilości przedmiotu zamówienia wykonawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad/ brakujące ilości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 505

dotyczy załącznika nr 5 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 ust 2 w następujący sposób: „2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

- a) Wykonawca uporczywie i nienależycie wykonuje postanowienia niniejszej umowy;
- b) wykonawca **co najmniej 3-krotnie** nie dotrzymał terminu dostawy
- c) nie wykonał **co najmniej 3-krotnie** w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 506 dotyczy Zadanie nr 94 Pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny czujnik producenta kardiomonitora o długości 1,6m?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kompletnego kabla jednolitego lub połączanego pacjent kardiomonitor.

Pytanie nr 507 dotyczy Zadanie nr 94 Pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny czujnik producenta kardiomonitora o długości 1,6m wraz z przewodem połączeniowym do kardiomonitora o długości 2,5m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 508 dotyczy Zadanie nr 94 Pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne jednorazowe czujniki SpO₂ producenta kardiomonitora na ucho pakowane po 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 509 dotyczy Zadanie nr 94 Pkt 6

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania klipsa mocującego czujnik saturacji do ucha pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje czujnika kompletnego z możliwością założenia na ucho.

Pytanie nr 510 dotyczy Zadanie nr 94 Pkt 13

Wykonawca wnosi o dopuszczenie asortymentu w oryginalnych zbiorczych opakowaniach producenta zawierających 20 sztuk w opakowaniu. Przepakowywanie asortymentu podniesie cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zakupu na sztuki.

Pytanie nr 511 dotyczy Zadanie nr 94 Pkt 15

Wykonawca wnosi o dopuszczenie asortymentu w oryginalnych zbiorczych opakowaniach producenta zawierających 20 sztuk w opakowaniu. Przepakowywanie asortymentu podniesie cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zakupu na sztuki.



Pytanie nr 512 dotyczy Zadanie nr 21 Pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny czujnik producenta kardiomonitora o długości 1,6m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 513 dotyczy Zadanie nr 21 Pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny czujnik producenta kardiomonitora o długości 1,6m wraz z przewodem połączeniowym do kardiomonitora o długości 2,5m?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kabla pacjenta do kabla połączeniowego.

Pytanie nr 514 dotyczy Zadanie nr 21 Pkt 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne jednorazowe czujniki SpO2 producenta kardiomonitora na ucho o długości 2,0m, pakowane po 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie op. po 5 szt w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 515 dotyczy Zadanie nr 21

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 -5, 15 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 516 Zadanie nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę stojaków z podstawą stalową 5-ramienną lakierowaną proszkowo na biało (wg nas parametr lepszy) na kółkach gumowych, w tym 2 z hamulcem? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 517 Zadanie nr 47, Pozycja 1

Czy zamawiający dopuści pojemniki o poj. 0,5-0,8 litra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 518 Zadanie nr 47, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na igły o wysokości 125mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 120mm i wyższe.

Pytanie nr 519 Zadanie nr 62, Pozycja 9-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Szczypców Magilla objętych stawką podatku VAT w wysokości 23%

Odpowiedź: Zamawiający wymaga narzędzia będącego wyrobem medycznym.

Pytanie nr 520 Zadanie nr 62, Pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania moździerza z pistlem objętego stawką podatku VAT w wysokości 23%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 521 Zadanie nr 62, Pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania młotka neurologicznego objętego stawką podatku VAT w wysokości 23%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 522 Zadanie nr 62, Pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania termometru elektronicznego do pomieszczeń z sondą, higroskopem i pamięcią objętego stawką podatku VAT w wysokości 23%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 523 Zadanie nr 62, Pozycja 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania minutnika elektronicznego na baterie AA lub AAA objętego stawką podatku VAT w wysokości 23%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 524 Zadanie nr 62, Pozycje 16-22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania ostrzy węglowych bez nazwy producenta wygrawerowanej na samym ostrzu, spełniających pozostałe wymogi opisu SIWZ.

Dot. wzoru umowy



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SILA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług

Odpowiedź: dot. Zadanie nr 62, Pozycje 16-22 – nie, zgodnie z SWZ.

Dot. wzoru umowy - Zamawiający wyraża zgodę i dodaje powyższy zapis do umowy.

Pytanie nr 525 dotyczy Zadanie nr 46

Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej spełniającej wymagania SWZ pakowaną w opakowanie a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 526

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 527 Dotyczy zadania 5 Poz. 1-11

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 528 Dotyczy zadania 5 Poz. 1-11

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 529 Dotyczy zadania 5 Poz. 1-11

Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 530 Dotyczy zadania 5 Poz. 1-11

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące normy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 531 Dotyczy zadania 5 Poz. 1-11

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m² i foli minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 532 Dotyczy zadania 5 Poz. 1-11

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 533 Dotyczy zadania 5 Poz. 1-11

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 534 Dotyczy zadania 5 Poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa foliowo- papierowego z fałdą w rozmiarze 400 mm x 100 mm z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i oczekuje 20 rolek w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 535 Dotyczy zadania 5 Poz. 12

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 536 Dotyczy zadania 5 Poz. 13- 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę o gramaturze 55 g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 537 Dotyczy zadania 5 Poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 135 mm x 250 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 538 Dotyczy zadania 8 Poz. 1

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 539 Dotyczy zadania 8 Poz. 1

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 540 Dotyczy zadania 8 Poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 541 Dotyczy zadania 8 Poz. 2

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 542 Dotyczy zadania 8 Poz. 2



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wieloparametrowego 4 klasy z liniowym układem wskaźnika perforowanym w połowie, pakowanego po 250 szt. pasków, co daje 2x 250 szt. testów w opakowaniu z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 543 Dotyczy zadania 8 Poz. 3

Czy Zamawiający wymaga integratora klasy V z przesuwalną substancją wskaźnikową umieszczoną w 2 niezależnych okienkach dającą łatwy i jednoznaczny wynik procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 544 Dotyczy zadania 8 Poz. 3

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 545 Dotyczy zadania 8 Poz. 3

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 546 Dotyczy zadania 8 Poz. 3

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 547 Dotyczy zadania 8 Poz. 3

Prosimy o zweryfikowanie czy w opisie testu nie wkradła się pomyłka dotycząca wymogu kompatybilności testu z inkubatorem 3M?

Odpowiedź:

Pytanie nr 548 Dotyczy zadania 8 Poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu dającego wynik w czasie od 1 minuty i spełniającego pozostałe parametry SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 549 Dotyczy zadania 8 Poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby czerwona substancja wskaźnikowa testu skuteczności mycia mechanicznego miała postać koła umieszczonego na cienkiej metalowej płytce o długości nie mniejszej niż 8 cm kompatybilnej z uchwytem mającym za zadanie utrudnienie dostępu czynnika myjącego a zarazem ukrytycznienie testu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 550 Dotyczy zadania 8 Poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kontroli mycia posiadającego substancję wskaźnikową koloru ciemnoczerwonego, zawierającą m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, symulującą pozostałości zaschniętej krwi, która została umieszczona na plastikowym nośniku o wymiarach 70mm x 26mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 551 Dotyczy zadania 8 Poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na ampułkowe testy biologiczne z odczytem wyniku po 24h, spełniającym wszystkie pozostałe kryteria SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 552

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 78 paski do glukometrów spełniające wszystkie pozostałe wymagania, ale z metodą enzymatyczną GDH-FAD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

UWAGA!!!



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

W przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko