



Oława, dn. 17.11.2021r.

ZOZ/DZP/PN/36/21

Odpowiedzi na pytania I

Zgodnie z art.135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/36/21

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie nr 195.

Pytanie nr 195 Dotyczy Zadania nr 147:

Czy zamawiający Zadaniu nr 147 dopuści ciężki olej silikonowy do zabiegu witrektomii o poniższych parametrach:

- gęstość 1.02 g/cm³
- lepkość: 3300 mPas
- napięcie powierzchniowe: >40 mN/m
- indeks refrakcji: 1.40
- w fiolce o objętości 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu o składzie: 69,5 % polidimetylosiloksanu i 30,5% perfluoroheksyloctanu, gęstość 1,05-1,07g/cm³, lepkość 1000-1400 mPas, indeks refrakcji ok 1,40.

UWAGA!!!

W przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko