



Oława, dn. 17.11.2021r.

ZOZ/DZP/PN/36/21

Korekta odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zgodnie z art.135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/36/21

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie nr 219, 353, 405, 547

Pytanie nr 219 dotyczy zadania nr 1 poz. 59-60

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sondy Sengstakena dla dorosłych, powinny posiadać długość min. 100cm oraz czytniki położenia RTG na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów (żołądkowego i przełykowego) oraz zróżnicowane kolorystycznie baloniki kontrolne do ich napełniania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 353 Dotyczy Zadania nr 21 poz. 6

Prosimy o podanie technologii, w jakiej mają pracować czujniki lub podanie numeru katalogowego czujnika obecnie stosowanego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający używa UNIMED/4810-21M.

Pytanie nr 405 Zadanie nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści Cewniki do odsysania Redon wykonane w całości z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 547 Dotyczy zadania 8 Poz. 3

Prosimy o zweryfikowanie czy w opisie testu nie wkradła się pomyłka dotycząca wymogu kompatybilności testu z inkubatorem 3M?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu kompatybilności. Pozostałe warunki zgodnie z SWZ.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że w związku z powyższym zostanie zmieniony termin składania i otwarcia ofert. Informacja nowym terminie zostanie podana wkrótce.

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko