



ZOZ/DZP/PN/31/22

Odpowiedzi na pytania V

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego , znak sprawy ZOZ/DZP/PN/31/22

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pakietu 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymagany przegląd analizatora wykonany został zgodnie z procedurą producenta, która odpowiada aktualnym wymogom prawnym?

- usunięcie zgłoszonych i zauważonych usterek w zakresie przeglądu aparatu

- wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego dla analizatora – nie jest wymagane. Aparat nie podlega pod normę PN-EN 62353.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby przegląd analizatora wykonany został zgodnie z procedurą producenta, która odpowiada aktualnym wymogom prawnym.

**Pytanie nr 2**

SWZ VI.8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na naprawę w przypadku reklamacji jakościowych 72 lub 48 godzin w dni robocze a nie 24h od daty zgłoszenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia termin w przypadku reklamacji jakościowych na 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia.

**Pytanie nr 3**

§5 ust. 5 ( powinno być ust. 6) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego polegającą na wydłużeniu terminu naprawy wady w następujący sposób:

„ W przypadku reklamacji jakościowych dotyczących wykonanej usługi konserwacji i/lub przeglądu Wykonawca naprawi wady w terminie:

- 48 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia”?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 5 umowa w §5 ust. 5 jak następuje:

„W przypadku reklamacji jakościowych dotyczących wykonanej usługi konserwacji i/lub przeglądu Wykonawca naprawi wady w terminie:

- 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia.”

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Z up. Dyrektora -

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Aleksandra Słabicka-Błauciak