



ZOZ/DZP/PN/2/23

Odpowiedzi na pytania I

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego - uzupełnienie**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/2/23

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 95A poz. 3 i czy dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0.5% glukonianem chlorheksydyny, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 8 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 8 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości netto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadanie nr 39A poz. 1

Czy Zamawiający dopuści

Roztwór do odkażania ran ostrych i przewlekłych

Wyrób medyczny klasy IIB, gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego może służyć do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka. Do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Może być stosowany w głębokich ranach bez możliwości odpływu, a także z terapią podciśnieniową. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie jest cytotoksyczny, nie drażni tkanek. Niweluje nieprzyjemny zapach. Butelka nieprzezroczysta o pojemności: 250 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadanie nr 39A poz. 2

Czy Zamawiający dopuści

Roztwór do odkażania ran ostrych i przewlekłych

Wyrób medyczny klasy IIB, gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego może służyć do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka. Do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Może być stosowany w głębokich ranach bez możliwości odpływu, a także z terapią podciśnieniową. Produkt nie wymaga wypłukania/neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie jest cytotoksyczny, nie drażni tkanek. Niweluje nieprzyjemny zapach. Butelka nieprzezroczysta o pojemności: 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy Zadanie nr 39A poz. 3

Czy Zamawiający dopuści

żel do okazań i nawilżania ran.

Wyrób medyczny klasy IIB w postaci żelu zawierający kwas podchlorawy 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm. Żel do dokładnego oczyszczania ran w przypadku ran ostrych i przewlekłych oraz ran powierzchniowych, do ran ciętych, otarć i oparzeń 2. stopnia oraz w przypadku ran skolonizowanych lub zakażonych. Żel można stosować do nawilżania ran ostrych i przewlekłych oraz do utrzymywania ran w stanie wilgotnym. Może być stosowany w głębokich ranach bez możliwości odpływu, a także z terapią podciśnieniową. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki. Butelka z atomizerem, nieprzezroczysta o pojemności: 100 g ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 6

Dotyczy Zadanie nr 39A poz. 4

Czy Zamawiający dopuści

żel do okazań i nawilżania ran.

Wyrób medyczny klasy IIB w postaci żelu zawierający kwas podchlorawy 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm. Żel do dokładnego oczyszczania ran w przypadku ran ostrych i przewlekłych oraz ran powierzchniowych, do ran ciętych, otarć i oparzeń 2. stopnia oraz w przypadku ran skolonizowanych lub zakażonych. Żel można stosować do nawilżania ran ostrych i przewlekłych oraz do utrzymywania ran w stanie wilgotnym. Może być stosowany w głębokich ranach bez możliwości odpływu, a także z terapią podciśnieniową. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki. Butelka z atomizerem, nieprzezroczysta o pojemności: 250 g ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w Zadaniu 10A poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Zadaniu 10A poz. 5 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w Zadaniu 10A poz. 6 dopuści wycenę strzykawki z czarną skalą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w Zadaniu 10A poz. 12 dopuści wycenę igieł o ścianie normalnej, standardowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający w Zadaniu 10A poz. 22 wymaga wyceny 36 op. igieł w opakowaniu x50szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga takiego fasunku.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w Zadaniu 10A poz. 30 dopuści wycenę kaniuli do płukania kanalików łzowych w rozmiarze 26G (0,45x28mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dotyczy zadania 10A, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy zadania 10A, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny z igłą nakładaną 0,45 x 13 mm.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dotyczy zadania 10A, poz. 6

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą w kolorze czarnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dotyczy zadania 10A, poz. 12

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,45 x 12 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Dotyczy zadania 10A, poz. 12

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,45 x 16 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość 12-13 mm.

Pytanie nr 18

Dotyczy zadania 10A, poz. 7, 22, 29, 30

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 10A pozycja 1-4 Strzykawki 2-częściowej j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiające dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakovania jednostkowe typu blister pack, na opakovaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakovaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 10A pozycja 1-4 oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 10A pozycja 1-4 oczekuje zaoferowania strzykawek z nazwą producenta i nazwą własną typu strzykawki na cylindrze w celu łatwej identyfikacji produktu

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 10A pozycja 5 Strzykawki trzyczęściowej do insuliny 1 ml, U-100, bezpieczna, z wbudowaną igłą w rozmiarze 29 G x 12,5 mm wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakovaniu jednostkowym informacja o braku lateksu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 10A pozycja 6 oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 10A pozycja 6 oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z logo producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 10A pozycji 6 Strzykawki cewnikowa, janeta, do płukania cewnika, pęcherza 100 ml z podwójnym gumowym uszczelnieniem tłoka, bez zawartości lateksu - informacja nadrukowana na opakovaniu jednostkowym), wykonana z polipropylenu (wolna od PCV) z dodatkowym łącznikiem luer o gładko wyrobionych brzegach i stożkowym kształcie, bez uskoków, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z cylindra, sterylna

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Pytanie nr 26

Dotyczy zadania 10A

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą nakładaną 0, 5 x 16 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę 2 lub 3 częściową z igłą nakładaną o grubości 0,45 mm i długości 12 lub 13 mm.

Pytanie nr 27

Dotyczy zadania 10A

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki cewnikowej z czarną niezmywalną skalą

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Dotyczy zadania 10A

Poz.23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków 18G x 40 mm, z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45stopni , końcówka pasująca do luer i luer-lock.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy zadania 10A

Poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z filtrem 18G x 40 mm , z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45stopni , końcówka pasująca do luer i luer-lock.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Dotyczy zadania 10A

Poz. 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do penów 0,33 - 12,5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Zadanie 10A poz. 6

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 100 ml ze skalą w kolorze czarnym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Zadanie 10A poz. 1-4

- Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Zadanie 10A poz. 1-4

Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów, z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Zadanie 10A poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie różnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Zadanie 10A poz. 1-4

Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek bez zawartości lateksu z informacją o jego braku na opakowaniu jednostkowym i na cylindrze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Zadanie 10A poz. 7-10

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek kompatybilnych z wymienionym przez Zamawiającego pompami ?



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem występowania modelu strzykawek w katalogu oprogramowania wymienionych pomp.

Pytanie nr 37

Zadanie 10A poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,45x12mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Zadanie 10A poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,6x30mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35°C, igieł, cewników, zgłębników 5-37°C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40°C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga transportu zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga transportu zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie nr 41

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga transportu zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie nr 43

Dotyczy: Zadanie nr: 59A - Strzykawki do gazometrii, Pozycja nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę sterylną, do pobierania krwi tętniczej, żyłnej i innych materiałów, metodą aspiracji w ilości do 2,0 ml, heparynizowaną suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową, elektrolitowo zbilansowaną jonami wapnia, z systemem bezkontaktowego usuwania pęcherzyków powietrza ze strzykawki i bezkontaktowego podawania materiału do analizatora, zakończenie luer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale w pozycji 2 w zadaniu nr 59A.

Pytanie nr 44

Dotyczy: Zadanie nr: 59A - Strzykawki do gazometrii, Pozycja nr 1:

2. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę sterylną, do pobierania krwi tętniczej, żyłnej i innych materiałów, metodą aspiracji w ilości do 1,7 ml, heparynizowaną suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową, elektrolitowo zbilansowaną jonami wapnia, z dołączonym osobno systemem bezkontaktowego usuwania pęcherzyków powietrza ze strzykawki i bezkontaktowego podawania materiału do analizatora, zakończenie luer?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale w pozycji 1 w zadaniu nr 59A.

Pytanie nr 45

Dotyczy oświadczenie załącznika nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację oświadczenia:

„ 1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia(podać nazwy):

.....

spełnia wymagania określone przepisami:

- Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 974),



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.); - **o ile dotyczy**

- Ustawa o Produktach Biobójczych z dnia 9.10.2015r. (Dz.U.z 2015 r. poz. 1926 z późn. zm.); - **o ile dotyczy**

- Ustawa z dnia 30.03.2001r. o kosmetykach (Dz.U. 2018 poz. 2227); - **o ile dotyczy**

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016r. poz. 211), t.j. w szczególności:

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik nr 8 jest wzorem oświadczenia i Wykonawca może go zmodyfikować poprzez wskazanie przepisów jakim świadczone przez niego dostawy podlegają.

Pytanie nr 46

ZADANIE 27A- PASY DO UNIERUCHAMIANIA PACJENTÓW

Poz.1

Prosimy o doprecyzowanie ilości potrzebnych rozmiarów.

Prosimy o wybór rozmiaru pasów na nadgarstki:

Rozmiar	Wymiary (cm)		Ilość zamków	Ilość kluczy
	Obwód Min. / Max.	Szerokość		
S	9 / 15	8	4	1
M	14 / 20	8	4	1
L	19 / 25	8	4	1
XL	24 / 30	8	4	1



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostępności do zakupu rozmiaru 14-20 cm oraz 19-25 cm oraz do wyboru przy zakupie (kpl. 2 szt. pasów). Ilość do zamówienia tj. 6 kpl. zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ Arkusz Asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 47


Poz.2

Prosimy o wybór rozmiaru pasa:

ROZMIAR PAS BIODROWY SZER. P.KROCZOWY SZER. ILOŚĆ ZAMKÓW ILOŚĆ KLUCZY

-OBWÓD

L	95 / 135	18	120	5	4	1
XL	115 / 150	18	140	5	4	1



Prosimy o doprecyzowanie rozmiarów pasów na kostki, których oczekuje zamawiający:

Rozmiar	Wymiary (cm)		Ilość zamków	Ilość kluczy
	Obwód Min. / Max.	Szerokość		
S	14 / 20	8	4	1
M	19 / 25	8	4	1
L	24 / 30	8	4	1
XL	29 / 35	8	4	1

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje komplet pasów na kostki w rozmiarze :

M 19-25 cm,

L 24-30 CM

XL 29-35 cm

Do wyboru przy zakupie. Ilość do zamówienia tj. 6 kpl. zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ Arkusz Asortymentowo-cenowy.

W przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora -

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Aleksandra Słabicka-Błaściak