



ZOZ/DZP/PN/2/23

Odpowiedzi na pytania II

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego - uzupełnienie**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/2/23

Pytanie nr 1

Zadanie 10A pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z przedłużoną skalą uwzględniającą 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Zadanie 10A pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zadanie 10A pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Janetę ze skalą w kolorze czarnym z dwoma łącznikami luer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zadanie 10A pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml z opak a'120szt wraz z jej wycena i przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 5

Zadanie 10A pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 50ml ze skalą jednostronną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Zadanie 10A pozycja 9-10 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 50ml z rozszerzeniem do 60ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Zadanie 10A pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Zadanie 10A pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków bez otworu bocznego, dzięki ukośnie ściętemu ostrzu łatwo daje się wprowadzić do fiolki (np. wielodawkowej)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę szlif ścięty z filtrem.

Pytanie nr 9

Zadanie 10A pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści igłę do pena 0,33x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

W przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

Uwaga!!

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Informacje o nowych terminach zostaną podane w kolejnym piśmie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora -

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Aleksandra Słabicka-Błauciak