

Odpowiedzi na pytania IV

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu medycznego do poradni specjalistycznych V**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/16/23

Pytanie nr 1 dotyczy Zadanie nr 6 – Dermatoskop

Czy Zamawiający zgodzi się na opuszczenie w specyfikacji parametru: Min. 16.000 luksów (światło spolaryzowane); Min. 6000 luksów (bez polaryzacji) z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań specyfikacji? Chcemy zaproponować urządzenie najwyższej, światowej klasy renomowanego producenta, który nie określa w swoich dokumentach tego parametru. Producent, dla obecnie oferowanych dermatoskopów, nie podaje tych parametrów gdyż z praktycznego punktu widzenia dane te niewiele wnoszą i często nie mają przełożenia w rzeczywistości a wiele zależy od pomiaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadanie nr 11 – Oftalmoskop

Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści oftalmoskop z następującym zestawem przesłon: szerokokątna (duże koło), pośrednia (średnie koło), plamkowa (małe koło), szczelinowa, krzyżyk celowniczy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy Zadanie nr 11 – Oftalmoskop

Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści oftalmoskop bez filtra polaryzacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy Zadanie nr 11 – Oftalmoskop

Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści oftalmoskop umożliwiający użycie tylko kombinacji filtra zielonego z krzyżykiem celowniczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dotyczy Zadanie nr 11 – Oftalmoskop

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści oftalmoskop bez przełącznika blokady zera?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy Zadanie nr 11 – Oftalmoskop

Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści oświetlenie LED 2.8V?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy Zadanie nr 11 – Oftalmoskop

Czy Zamawiający w pkt. 20 dopuści oftalmoskop z obudową o klasie szczelności IP40?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora –
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
mgr Marta Zapłotna



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

