

Odpowiedzi na pytania V

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu medycznego do poradni specjalistycznych V**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/16/23

Pytanie nr 1 dotyczy Zadanie nr 11 – Oftalmoskop

Czy Zamawiający dopuści oftalmoskop o parametrach:

Wziernik okulistyczny klasy klinicznej – bodaj jedyny obecnie produkowany – wyposażony w soczewki szklane montowane w systemie MORTON TRACK. Zapewnia najwyższą jakość obrazu osiągalną dla oftalmoskopów bezpośrednich.

Wysokiej klasy wziernik okulistyczny, o doskonałej optyce, w którym po raz pierwszy zastosowano potężny strumień światła KSENONOWEGO – znacznie silniejszego (o około 25%) od odpowiednika halogenowego – co pozwala na badanie tzw. trudnych przypadków. Ergonomiczny kształt główki wziernika, łatwo dostępne przysłony, filtry i tarcza dioptrażu pozwalają na zmianę parametrów bez przerywania badania.

Parametry techniczne:

- zakres regulacji od +44 do -45D (co 1D w pełnym zakresie pracy wziernika)
- 6 wiązek diagnostycznych
- przysłony:
 - WIDE ANGLE (duży otwór)
 - INTERMEDIATE (średni otwór)
 - MACULAR (mały otwór)
 - SLIT (szczelina)
 - WIDE ANGLE on RED FREE (szerokokątna na bazie filtra)
 - FIXATION CROSS on RED FREE (fiksacyjna na bazie filtra)
- filtr: RED FREE
- oświetlenie LED
- zasilanie: bateryjne lub akumulatorowe

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora –
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
mgr Marta Zapłotna



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

