



ZOZ/DZP/PN/6/24

Odpowiedzi na pytania II

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu okulistycznego, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/6/24.**

Pytanie nr 1

Dot. Zadanie nr 2, poz.1 Czy Zamawiający ma na uwadze nóż typu Crescent. Czy Zamawiający akceptuje do dostawy nóż typu Crescent o szerokości 2,0 lub 2,6 mm, zagięty pod kątem 45 st.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 2,0 mm, zagięty pod kątem 45 st.

Pytanie nr 2

Dot. Zadanie nr 2, poz.3 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy nóż grotowy typu MVR o szerokości 1,2 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Zadanie nr 2, poz.4 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy "strzałki" - gąbki absorbujące pakowane w blistrach po 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną, tj. ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną – od 0,1 do 0,49 należy zaokrąglić w dół, od 0,5 i powyżej – w górę.

Pytanie nr 4

Dot. Zadanie nr 2, poz.5 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy "papieroski" - pałeczki absorbujące pakowane w blistrach po 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną, tj. ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną – od 0,1 do 0,49 należy zaokrąglić w dół, od 0,5 i powyżej – w górę.

Pytanie nr 5

Dot. Zadanie nr 2, poz.7 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy kaniulę do hydrodysekcji 27 Ga (0,4 x 22 mm), zagięta pod kątem 35 st. 9 mm od końca

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. Zadanie nr 2, poz.8 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy kaniulę do polerowania 23 Ga (0,64 x 22 mm) z portem bocznym fi 0,3 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Zadanie nr 5, poz.1 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy kasetki do sterylizacji z matą silikonową, wymiary 199 x 110 x 25 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Dot. Zadanie nr 5 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzia wykonane z medycznej stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9



Dot. Zadanie nr 5, poz.2 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pęsetę jak na rysunku poniżej:


LIEBERMAN-TENNANT

EYE SPECULUM

adjustable, fenestrated
for temporal placement

15 mm open blades

overall length 80 mm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i podtrzymuje wymogi dotyczące materiału, z którego ma być wykonane narzędzie.

Pytanie nr 10

Dot. Zadanie nr 5, poz.3 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pęsetę jak na rysunku poniżej:

MASKET

CAPSULORHEXIS FORCEPS

delicate, with heel stop to protect the iris
interlocking micro serrated tips

12 mm curved shafts

overall length 103 mm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i podtrzymuje wymogi dotyczące materiału, z którego ma być wykonane narzędzie.

Pytanie nr 11

Dot. Zadanie nr 5, poz.4 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pęsetę jak na rysunku poniżej:

CASTROVIEJO

SUTURING FORCEPS

1 x 2 teeth

6 mm tying platform

overall length 100 mm

0.28 mm, teeth 0.12 mm

0.3 mm

0.6 mm

0.9 mm

1.2 mm



Prosimy o podanie wymaganej szerokości końcówki chwytnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza narzędzie o podanych parametrach z szerokością końcówki 0,6 mm i podtrzymuje wymogi dotyczące materiału, z którego ma być wykonane narzędzie.

Pytanie nr 12



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Dot. Zadanie nr 5, poz.5 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pęsetę soczewkową typu Kelman-McPherson, długość całkowita 100 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i podtrzymuje wymogi dotyczące materiału, z którego ma być wykonane narzędzie.

Pytanie nr 13

Dot. Zadanie nr 5, poz.6 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy szpatułkę jak na rysunku poniżej:



SPATULA

12 mm spatula

angled, 45°

overall length 108 mm

0.5 mm wide x 0.25 mm thick

1.0 mm wide x 0.25 mm thick



Prosimy o podanie wymaganej szerokości końcówki szpatułki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza narzędzie o podanych parametrach z szerokością końcówki 1,0 x 0,25 mm i podtrzymuje wymogi dotyczące materiału, z którego ma być wykonane narzędzie.

Pytanie nr 14

Dot. Zadanie nr 5, poz.7 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy manipulator jak na rysunku poniżej:



DRYSDALE

NUCLEUS MANIPULATOR AND ANTERIOR CAPSULE POLISHER

to manipulate, rotate, and divide the nucleus

1.0 mm x 1.5 mm paddle shaped tip

overall length 100 mm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dot. Zadanie nr 5, poz.8 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy manipulator jak na rysunku poniżej:



SINSKEY

LENS MANIPULATION HOOK

for 0.2 mm IOL hole

10 mm angled shaft

overall length 103 mm

round handle



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dot. Zadanie nr 5, poz.10 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy manipulator jak na rysunku poniżej:



NAGAHARA

NUCLEUS DIVIDING HOOK

for horizontal chopping techniques

1.5 mm long tip

0.9 mm inner edge

overall length 98 mm



Lub



MIYOSHI

NUCLEUS DIVIDING HOOK

1 mm tip, 0.6 mm inner edge

overall length 104 mm

universal

for use in left hand

for use in right hand



universal
G-31500



left hand
G-31501



right hand
G-31502

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17

Dot. Zadanie nr 5, poz.11 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy imadło jak na rysunku poniżej:

BARRAQUER

NEEDLE HOLDER

10 mm delicate jaws

0.8 x 0.55 mm tip

overall length 120 mm

curved, without lock

curved, with lock



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza narzędzie o podanych wymiarach i podtrzymuje wymogi dotyczące materiału, z którego ma być wykonane narzędzie.

Pytanie nr 18

Dot. Zadanie nr 5, poz.12 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy nożyczki jak na rysunku poniżej:

TUEBINGEN MODEL

CAPSULOTOMY SCISSORS

straight, sharp tips

9 mm blades

1.8 mm pivot width

overall length 88 mm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Dot. Zadanie nr 5, poz.13 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzia Irygacja aspiracja bimanualna.
Końcówka aspiracyjna (21Ga / 0,8 mm) z matową końcówką do polerowania i otworem aspiracyjnym o wielkości fi 0,3 mm. Końcówka irygacyjna (21Ga / 0,8 mm) z matową końcówką do polerowania i z dwoma otworami irygacyjnymi o wielkości fi 0,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora –
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Marta Zapłotna