



**Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie**

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Nr postępowania: ZOZ/DZP/ZO/2/20

Oława, dn. 09.03.2020 r.

**Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego**

Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące Zapytania ofertowego na: **Dostawa strzykawek i igieł**

**Pytanie nr 1 dotyczy Zadania 1 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową, pojedynczą kryzą ograniczającą, bez kolorystycznego oznaczenia rozmiaru na pojedynczej sztuce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2 dotyczy Zadania 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 2,2ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3 dotyczy Zadania 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 5,5ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4 dotyczy Zadania 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 11ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5 dotyczy Zadania 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 22ml w opakowaniu a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6 dotyczy Zadania 1 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową w rozmiarze 0,45x13mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7 dotyczy Zadania 1 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x12mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8 dotyczy Zadania 1 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x40?

**Odpowiedź:**

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11  
Zamawiający dopuszcza.

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

### Pytanie nr 9 dotyczy Zadania 1 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści igłę do PEN w rozmiarze G 29 0,33x12mm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 10 dotyczy Zadania 10 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści igłę do PEN w rozmiarze G 29 0,33x12mm lub G30 0,30x8mm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza G 30 0,30x8mm.

### Pytanie nr 11 dotyczy pakietu zbiorczego poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 11 z pakietu zbiorczego i zaoferowanie trzykawk jako odrębnej (pojedynczej) części zamówienia?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunki oferty.

### Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,45x13mm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści wycenę strzykawki o poj. 20ml, kompatybilnej z dializatorem Prismaflex?

#### Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje strzykawek 50ml.

### Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści wycenę igieł o ścianie normalnej, standardowej?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w poz. 22 dopuści wycenę igieł w opakowaniu x100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 17

Czy Zamawiający w poz. 28 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 30Gx8mm x100szt.?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13  
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14  
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91  
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19  
Kadry - +48 (71) 301-13-25  
Płace - +48 (71) 301-13-16  
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38  
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17  
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28  
Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96



**Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie**

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 29 do osobnego pakietu?


**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje warunki oferty.

**UWAGA!!! Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.03.2020 r., godzina pozostaje bez zmian.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie  
lek. med. Andrzej Dronsejko

  
Dronsejko  
Zdrówotnej w Oławie

Centralny Ośrodek Szkolenia w Gliwicach

ul. Katowicka 1

44-100 Gliwice

NIP: 525-000-0000 REGON: 142412211



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax: +48 (71) 301-13-12  
www.cos.waw.pl

Wykaz nr 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie prac na podstawie projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający podzielił się opinią

Uwaga: W przypadku niezgodności z powyższymi warunkami należy zgłosić zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że powyższe warunki są zgodne z warunkami umowy i nie ma potrzeby ich zmiany.

DIREKTOR

Zastępca Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia w Gliwicach

Centralny Ośrodek Szkolenia w Gliwicach  
ul. Katowicka 1  
44-100 Gliwice  
NIP: 525-000-0000 REGON: 142412211  
tel.: +48 (71) 301-13-11 fax: +48 (71) 301-13-12  
www.cos.waw.pl