



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

ZOZ/DZP/ZO/8/20

Oława, dn. 06.10.2020 r.

Odpowiedzi na pytania 2

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące zapytania ofertowego na: **Dostawa testów kasetkowych do wykrywania antygenu SARS-CoV-2**,
znak sprawy ZOZ/DZP/ZO/8/20

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści test o czułości 91.7% i specyficzności 98,1 %?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Uwzględniając fakt, że do każdego oznaczenia kontroli wymagana jest osobna kasetka testowa antygen SARS-CoV-2 prosimy o wyjaśnienie, czy podana ilość testów antygenu SARS-CoV-2 (2000) obejmuje również oznaczenia kontroli dodatniej i ujemnej?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien wycenić 2 000 sztuk testów kasetkowych (na 2 000 oznaczeń) a ilość oznaczeń kontroli dodatniej i ujemnej powinna być dostosowana do tej ilości testów.

Pytanie nr 3

Czy wykonawca oprócz zaoferowania 2000 sztuk kaset do wykonania badań pacjentów powinien dodatkowo doliczyć koszt kaset testowych antygenu SARS-CoV-2 do wykonania kontroli dodatnich i ujemnych?

Jeśli tak, to jaka jest wymagana ilość oznaczeń kontroli dodatniej i kontroli ujemnej w okresie umowy?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien wycenić 2 000 sztuk testów kasetkowych (na 2 000 oznaczeń) a ilość oznaczeń kontroli dodatniej i ujemnej powinna być dostosowana do tej ilości testów.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga kontroli dodatniej i ujemnej do każdego oznaczenia antygenu SARS-CoV-2?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien wycenić 2 000 sztuk testów kasetkowych (na 2 000 oznaczeń) a ilość oznaczeń kontroli dodatniej i ujemnej powinna być dostosowana do tej ilości testów.

Pytanie nr 5

Jaką ilość kaset testowych na antygen SARS-CoV-2 wykonawca powinien wycenić w ofercie w celu zapewnienia wykonania 2000 testów wraz z wymaganymi kontrolami (dodatnimi i ujemnymi)?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien wycenić 2 000 sztuk testów kasetkowych (na 2 000 oznaczeń) a ilość oznaczeń kontroli dodatniej i ujemnej powinna być dostosowana do tej ilości testów.

Pytanie nr 6

Prosimy o dopuszczenie testu antygenowego sars-cov2 o parametrach:

1. Całkowita dokładność (całkowity procent zgodności) - 96,15 %

2. Czułość - 82,86 %

3. Specyficzność - 100 %

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli wpisany na listę testów zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia WHO zgodny z załączoną metodyką?

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i odpowiedziami na pytania.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną (przesłanie pocztą)

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

UWAGA

W związku z dużą liczbą pytań Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień: 9.10.2020 r. na godz. 11:00.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

mgr Anna Kotala

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie
lek. med. Andrzej Dronsejko

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28