



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

ZOZ/DZP/ZO/1/21

Oława, dn. 21.01.2021 r.

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące zapytania ofertowego na: Dostawa testów kasetkowych do wykrywania antygenu SARS-CoV-2, znak sprawy: ZOZ/DZP/ZO/1/21

Pytanie nr 1

W związku utrudnieniami z powodu pandemii COVID-19, skutkującymi m.in. nieterminową obsługą zleceń przesyłek przez firmy kurierskie i w związku z krótkim czasem na złożenie ofert w w/w postępowaniu uprzejmie prosimy o umożliwienie składanie ofert w wersji elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej.

Pytanie nr 2

Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu – poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu bez kontroli i ujemnej w zestawie?

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9).

Pytanie nr 3

Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu – poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści test, którego czułość wynosi 95%, swoistość wynosi 99,2%, a względna dokładność 98,8%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści szybkie testy kasetkowe do diagnostyki in vitro do jakościowego wykrywania antygenu (Ag) SARS-CoV-2 o czułości - 96,72%, swoistości - 99,22% oraz dokładności - 98,74%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez kontroli dodatkowej dodatniej z wbudowaną kontrolą wewnętrzną w postaci prążka kontrolnego potwierdzającego prawidłowe funkcjonowanie testu?

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9).

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez kontroli dodatkowej ujemnej. Konstrukcja testu pozwala na wykonanie kontroli ujemnej w oparciu o zawarty w zestawie bufor do przygotowania próbki pacjenta.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9).

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści test o czułości 96,4 % i swoistości 99,2 % precyzja 98 %, w skład zestawu wchodzi: 20 kasetek testowych, 20 wymazówek, bufor, kontrola dodatnia, statyw. Test spełnia kryteria refundacji NFZ zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2021/DSOZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

UWAGA !!!!

**W zawiązku z dużą liczbą pytań Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień:
28.01.2021 r. Godziny pozostają bez zmian!!!!**

Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

mgr Anna Kotala

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28