



ZOZ/DZP/ZO/2/21

Odpowiedzi na pytania II

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące zapytania ofertowego na: **Dostawa testów kasetkowych II do wykrywania antygenu SARS-CoV-2**, znak sprawy ZOZ/DZP/ZO/2/21

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu testowego równoważnego, który nie wymaga dodatkowej czynności związanej z koniecznością wykonania kontroli zewnętrznej (pozytywnej i negatywnej) przez użytkownika testu ze względu na fakt, iż taka kontrola została już wykonana przez producenta. Natomiast kontrola prawidłowego przebiegu testu jest już zawarta w teście. Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na zaoszczędzenie kaset testowych i możliwość wykorzystania ich do diagnostyki Pacjentów

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9) i odpowiedziami na pytania I.

Pytanie nr 2

Jedynymi, aktualnie obowiązującymi wymogami dopuszczającymi stosowanie oraz możliwość refundacji dla testów antygenowych są kryteria opublikowane w Zarządzeniu Nr 189/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z którymi minimalne kryteria testu antygenowego podlegającego rozliczeniu to: czułość – 90%, swoistość – 97%, zgodnie z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. Czy Zamawiający dopuszcza zestaw testowy o parametrach: 92% czułości i 98% swoistości?

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9) i odpowiedziami na pytania I.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o wysokiej czułości i swoistości o parametrach zgodnych z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań)?

CHARAKTERYSTYKA TESTU

Czułość/Specyficzność/Dokładność

Walidacji testu dokonano na podstawie wyników próbek SARS – CoV – 2, które zostały porównane z wynikami uzyskanymi przy użyciu RT-PCR.

Próbka wymazu z nosogardzieli

COVID-19 Szybki Test Antygenowy		RT-PCR		Ogółem
COVID-19 Szybki Test Antygenowy	Wynik	Pozytywny	Negatywny	
	Pozytywny	42	1	43
	Negatywny	1	101	102
Ogółem		43	102	145
Czułość		97.7% (87.7%~99.9%)		
Specyficzność		99.0% (94.7%~99.9%)		
Dokładność		98.6% (95.1%~99.8%)		



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej.

Oferty należy przesłać na e-mail: zamowienia@zozolawa.wroc.pl

W tytule meila należy wpisać: Oferta na: „Dostawę testów kasetkowych II do wykrywania antygenu SARS CoV-2”, ZOZ/DZP/ZO/ 2/21. Oferty należy przesłać w formie skanu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub opatrzonej podpisem elektronicznym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

mgr Anna Kotala

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28